



## CAUTION

**THE CONTROLNET™ PLC OPTION (64057423) MUST NOT BE USED IN AC VERSIONS OF IND131 AND IND331 TERMINALS. FAILURE TO COMPLY WITH THIS WARNING COULD RESULT IN EQUIPMENT DAMAGE.**

THIS NOTE DOES NOT APPLY TO USE WITH THE IND780 TERMINAL



## PRECAUCIÓN

**LA OPCIÓN CONTROLNET™ (64057423) NO DEBE USARSE CON LOS TERMINALES IND131 E IND331 QUE FUNCIONAN CON CORRIENTE ALTERNA (CA); ESTO PODRÍA DAÑAR EL EQUIPO.**

NOTA: ESTO NO ES APLICABLE PARA USARSE CON EL IND780



## VORSICHT

**CONTROLNET PLC-OPTION (64057423): NICHT ZUSAMMEN MIT IND131- UND IND331-TERMINALS MIT WECHSELSTROMVERSORGUNG VERWENDEN, DA ANSONSTEN GERÄTESCHÄDEN ENTSTEHEN KÖNNEN.**

HINWEIS: DIES GILT NICHT FÜR DIE VERWENDUNG MIT IND780-TERMINALS.



## PRÉCAUTION

**L'OPTION API CONTROLNET (64057423) NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ AVEC LES TERMINAUX ALIMENTÉS EN ALTERNATIF IND131 ET IND331 ; DES DOMMAGES POURRAIENT S'ENSUIVRE.**

REMARQUE : CECI NE S'APPLIQUE PAS À L'UTILISATION AVEC L'IND780.



## ATTENZIONE

**NON UTILIZZARE L'OPZIONE CONTROLNET™ (64057423) CON I TERMINALI IND131 E IND331 ALIMENTATI IN AC: POTREBBE CAUSARE DANNI ALL'APPARECCHIATURA.**

NOTA: QUESTA AVVERTENZA NON SI APPLICA ALL'USO CON IL TERMINALE IND780

