

Address Im Hackacker 15, (Industrie Nord) 8902 Urdorf, Switzerland
Mail address Postfach, CH-8902 Urdorf
Phone 01-736 22 11
Fax 01-736 26 36
Internet www.mtpro.com
Bank Credit Suisse, 8070 Zurich, Clearing 4835
Account No. 370501-21-90 CHF/IBAN CH71 0483 5037 0501 2109 0

To whom it may concern

Material Specification

Materialbescheinigung

Wer/ Wir**Mettler-Toledo GmbH, Process Analytics**

Im Hackacker 15
8902 Urdorf
Switzerland

hereby confirm that we have attained the Quality Assurance Certificate ISO 9001 and the Environmental Certificate ISO 14001 and that the said product fulfils the following material specification:

bestätigen, dass wir im Besitz des Qualitätszertifikates nach ISO 9001 und des Umweltzertifikates nach ISO 14001 sind und dass die genannten Produkte unserer Firma in Übereinstimmung mit folgenden Materialspezifikationen hergestellt wurden:

Description**Certificate of compliance**Beschreibung**Werksbescheinigung**Description of Goods**203011132 / 203011132IG**Produktbeschreibung**O-Ring 10.77x2.62 Si FDA N5**SpecificationsSpezifikationen

valid for items delivered Ex Urdorf as of 1st of June 2004:
Gültig für Produkte mit Lieferdatum Ex Urdorf ab 1. Juni 2004:

- Material:**Silicon FDA USP Class VI N5**

Compound MVQ 75.24-01
according to 21 CFR 177.2600 and
according to USP 25 NF20, 2002 Class VI

valid for items delivered Ex Urdorf until 31st of May 2004:
Gültig für Produkte mit Lieferdatum Ex Urdorf bis 31. Mai 2004:

- Material:**Silicon FDA**

according to 21 CFR 177.2600

Mettler-Toledo GmbH, Process Analytics

Christian Zwicky
Head of Marketing

Date**13 July 2004**

This Original may not be copied, as subject to technical changes.
Dieses Original darf nicht kopiert werden, da es dem Änderungsdienst unterliegt.

FDA-USP_203011132IG.doc

METTLER TOLEDO