Mettler-Toledo AG
Process Analytics

Address | Im Hackacker 15, CH-8902 Urdorf, Switzerland
Mail address | P.O. Box, CH-8902 Urdorf, Switzerland
Phone | +41-44-729 62 11
Fax | +41-44-729 66 36
Bank | Credit Suisse, 8070 Zurich, Clearing 4835
Account no. | 370501-21-90 CHF/IBAN CH71 0483 5037 0501 2109 0

www.mt.com/pro

To whom it may concern / Bestätigung / certificat

Material Specification EN 10204-2.1
Materialbescheinigung EN 10204-2.1
Certificate du materiau EN 10204-2.1

We
Wir
Nous

Mettler-Toledo AG, Process Analytics
Im Hackacker 15
8902 Urdorf
Switzerland Schweiz Suisse

hereby confirm that we have attained the Quality Assurance Certificate ISO 9001 and the Environmental Certificate ISO 14001 and that the said product fulfils the following material specification:

bestätigen, dass wir im Besitz des Qualitätszertifikates nach ISO 9001und des Umweltzertifikates nach ISO 14001 sind und dass die genannten Produkte unserer Firma in Übereinstimmung mit folgenden Materialspezifikationen hergestellt wurden:

confirme par la présente que nous sommes en possession de la certification qualité ISO 9001, de la certification environnementale ISO 14001 et que le dit produit répond aux spécifications de matière :

Description
Beschreibung
Description

Certificate of compliance with the order EN 10204-2.1
Werksbescheinigung EN 10204-2.1
Cetificat de compliance avec la norm EN 10204-2.1

Description of Goods
Produktbeschreibung
Description du produit

InTrac785/*1/*2/*3/*4/*5/*6

Identification Key
Bezeichnungsschlüssel
Clé d'identification

*1 – Sensor housing connection *1 – Sensorhalter-Aufnahme *1 – Connection électrode – support d'électrode	A= Standard with protective cage. A= Standard mit Schutzkorb A= Standard avec cape de protection
*2 – Flushing chamber *2 – Spülkammer *2 – chambre de rinçage	F= with Flushing chamber / N= without Flushing chamber F= mit Spülkammer / N= ohne Spülkammer F= avec chambre de rinçage / N= sans chambre de rinçage
*3 – Wetted parts *3 – Mediumberührte Teile *3 – Parties en contact avec le milieu	DIN1.4435/316L DIN 2.4602/ Alloy C22 / Titanium DIN1.4435/316L DIN 2.4602/ Alloy C22 / Titanium DIN1.4435/316L DIN 2.4602/ Alloy C22 / Titanium
*4 – Process connection *4 – Prozessanschluss *4 – Adaptation souple au procédé	N10 = NPT 1" N14 = NPT 1 ¼" A02 = ANSI A150-1.5 D04 = DIN DN50-PN16 w/o = without ball valve and process connection w/o = ohne Kugelhahn und Prozessanschluss w/o = sans vanne au bille et adaption souple au procédé
*5 – Wetted O-ring material *5 – Medium berührte O-Ringe *5 – Joints toriques mouillés	FKM (Viton), FFKM (Kalrez) FKM (Viton), FFKM (Kalrez) FKM (Viton), FFKM (Kalrez)
*6 – Identifier open for special versions *6 – Bezeichnung offen für Spezialversion *6 – Identification réservée pour versions spéciales	S= special version / Spezialversion / version spéciale - = standard version / Standardversion / version standard

Specifications
Spezifikationen
Spécifications

Medium wetted parts / mediumberührte Teile / partie du corp mouille du medium

Metallic and / or polymer parts
Metalische und / oder polymere Teile
Partie metalique et / ou polymeric

Medium wetted parts	**DIN1.4435/316L or DIN 2.4602/ Alloy C22 or Titanium Grade2**
mediumberührte Teile	**DIN1.4435/316L oder DIN 2.4602/ Alloy C22 oder Titanium Grade 2**
partie du corp mouille du medium	**DIN1.4435/316L ou DIN 2.4602/ Alloy C22 ou Titanium Grade 2**
Ball valve	**DIN 1.4408 / PTFE FDA**
Kugelhahn	**DIN 1.4408 / PTFE FDA**
Vanne au bille	**DIN 1.4408 / PTFE FDA**
Scraper / guide ring	**Polytetrafluoroethylen (PTFE) FDA**
Abstreif / Führungsring	**Polytetrafluoroethylen (PTFE) FDA**
Anneau radiceur / anneau de guide	**Polytetrafluoroethylen (PTFE) FDA**
	according to / gemäss / conforme avec 21 CFR 177.1550
O-rings / O-Ringe / Joint torique	**Viton FDA or / oder / ou Kalrez FDA according to / gemäss / conforme avec 21 CFR 177.2600**

Mettler-Toledo AG, Process Analytics

Waldemar Rauch
Head of Process Analytics Division

Peter Rowing
Head of Quality Management

Date
Datum
Date 01.10.2010

This Original may not be copied, as subject to technical changes
Dieses Original darf nicht kopiert werden, da es dem Änderungsdienst unterliegt
Cet original ne doit pas être copié, sujet de changement technique

MS_InTrac_785_Okt_10.doc

METTLER TOLEDO