




METTLER TOLEDO

목차

1	소개	9
1.1	문서 목적	9
1.2	추가 문서 및 정보.....	9
1.3	사용된 규정 및 기호 설명.....	9
1.4	약어 및 줄임말	10
1.5	제품군	11
1.5.1	MX 분석 저울.....	11
1.5.2	MX 정밀 저울, 소형	11
1.5.3	MX 정밀 저울, 대형	12
2	안전 정보	13
2.1	신호 단어 및 경고 기호 정의	13
2.2	제품별 안전성 참고	13
3	설계 및 기능	15
3.1	분석 저울 개요	15
3.2	정밀 저울 개요, 소형	16
3.2.1	드래프트 실드 장착 저울	16
3.2.2	드래프트 실드 미장착 저울	17
3.3	정밀 저울 개요, 대형	18
3.4	개요 터미널	18
3.5	인터페이스 연결 개요	19
3.6	구성품 설명.....	19
3.6.1	드래프트 실드	19
3.6.2	칭량 팬.....	20
3.6.3	드래프트 보호 요소	20
3.6.4	드립 트레이	20
3.6.5	도어 핸들	20
3.6.6	ErgoDoor 핸들	21
3.6.7	수평조절 받침	21
3.6.8	터미널.....	21
3.6.9	드래프트 실드용 QuickLock.....	21
3.6.10	상단 도어 및 전면 패널용 QuickLock	22
3.6.11	측면 도어용 QuickLock	22
3.6.12	후면 패널용 해제 버튼	22
3.7	유형 라벨 개요	22
3.8	사용자 인터페이스	23
3.8.1	주요 섹션 한 눈에 보기	23
3.8.2	주요 칭량 화면	23
3.8.3	저울 메뉴	24
3.8.4	주요 구성	25
3.8.5	Application.....	25
3.8.6	아이콘 및 기호	26
3.8.6.1	시스템 상태 아이콘.....	26
3.8.6.2	칭량 상태 아이콘	26
3.8.6.3	공정 상태 아이콘	26
4	설치 및 운영 시작	28
4.1	설치를 위한 위치 선정	28
4.2	저울 포장 개봉	28

4.3	설치.....	29
4.3.1	드래프트 실드 장착 저울	29
4.3.2	드래프트 실드 미장착 저울	32
4.3.2.1	1 mg 저울 조립	32
4.3.2.2	0.01g 저울 조립	32
4.3.2.3	0.1g 저울 조립	32
4.3.3	저울, 대형	33
4.4	작동 방법	33
4.4.1	저울 연결	33
4.4.2	저울 켜기	34
4.4.3	수평 조정	34
4.4.4	내부 조정 수행	35
4.4.5	대기 모드 들어가기/종료	35
4.4.6	절전 모드 들어가기/나가기	35
4.4.7	저울 끄기	35
4.5	기기 연결	36
4.6	로그인 및 로그아웃(LabX 사용자)	37
4.7	간편한 칭량 수행	38
4.7.1	드래프트 실드 도어 열기 및 닫기	38
4.7.2	저울 영점 조정	39
4.7.3	저울 용기 측정	39
4.7.4	칭량 수행	39
4.8	운송, 포장 및 보관	39
4.8.1	저울의 단거리 운송	39
4.8.2	저울의 장거리 운송	40
4.8.3	포장 및 보관	40
4.9	저울 하부 칭량	41
5	작동	42
5.1	터치스크린	42
5.1.1	항목 선택 또는 활성화	42
5.1.2	스크롤하기	42
5.1.3	플라이아웃 패널 열기	42
5.1.4	문자 및 숫자 입력	42
5.1.5	값 변경	43
5.1.6	슬라이딩	44
5.2	일반적인 저울 설정	44
5.2.1	날짜 / 시간 / 언어	44
5.2.2	화면 / StatusLight / 사운드	44
5.2.3	대기, 절전 모드	45
5.2.4	칭량 / 품질	45
5.2.5	칭량 프로파일	46
5.2.5.1	지시기	46
5.2.5.2	교정 인증서	46
5.2.5.3	환경	46
5.2.5.4	계량 모드	47
5.2.5.5	값 해제	47
5.2.5.6	디스플레이 가독성	47
5.2.5.7	최소 순중량	47
5.2.6	시험 분동	48
5.2.6.1	LabX에서 시험 분동 추가	48
5.2.6.2	개별 시험 분동 생성	48

5.2.6.3	결합된 시험 분동 생성	48
5.2.6.4	시험 분동 제거	49
5.3	칭량 applications	49
5.3.1	칭량 applications 개요	49
5.3.2	칭량 application의 일반 설정	50
5.3.2.1	LabX 에서 분석법 선택	50
5.3.2.2	새로운 분석법 생성	50
5.3.2.3	분석법 삭제	50
5.3.2.4	목표 중량 및 허용 오차 정의	51
5.3.2.5	샘플 ID 정의하기	51
5.3.2.6	칭량 application 구성하기	52
5.3.2.7	칭량 시리즈 구성	52
5.3.2.8	자동화된 기능 사용	53
5.3.2.9	보고서 구성	54
5.3.3	Application "일반 계량"	54
5.3.4	Application "피스 계수"	55
5.3.5	Application "중량 선별"	56
5.3.6	Application "동적 계량"	57
5.3.7	Application "배합"	58
5.3.8	Application "총계"	59
5.3.9	Application "무게 재 측정"	60
5.3.10	Application "밀도"	61
5.3.11	Application "차등 계량"	62
5.4	조정	63
5.4.1	조정 전략	63
5.4.2	조정 편집	63
5.4.3	내부 조정 수행	64
5.4.4	외부 조정 수행하기	64
5.5	시험	65
5.5.1	테스트 수정	65
5.5.2	시험 수행	66
5.5.2.1	감도 테스트	66
5.5.2.2	반복성 시험	66
5.5.2.3	편심 테스트	67
5.6	인터페이스	68
5.6.1	이더넷	68
5.6.2	블루투스	69
5.7	장치 / 프린터	69
5.7.1	프린터	69
5.7.1.1	USB 프린터 설치	69
5.7.1.2	RS232 프린터 설치	70
5.7.1.3	블루투스를 통한 프린터 설치	71
5.7.2	바코드 리더	72
5.7.2.1	바코드 리더로 샘플 ID 스캔	72
5.7.3	Foot switch	73
5.7.4	키보드	74
5.7.5	장치 추가 및 삭제	74
5.7.6	장치 설정 편집	74
5.8	서비스	75
5.8.1	서비스 설정	75
5.8.1.1	파일 서버	75
5.8.2	서비스로 데이터 전송	75

5.8.2.1	데이터 전송: 파일 서버	75
5.9	게시	76
5.9.1	데이터 인쇄	76
5.9.1.1	USB를 통해 수동으로 결과 인쇄	76
5.9.1.2	블루투스를 통한 결과 자동 인쇄	77
5.9.2	USB 저장 장치로 데이터 내보내기	77
5.9.3	게시 옵션	78
5.9.4	칭량 결과 표시기	78
5.10	암호 보호	78
5.10.1	암호 재설정	78
5.10.2	저울 차단 및 차단 해제	79
6	소프트웨어 설명서	80
6.1	로컬 관리자 설정	80
6.1.1	이력	80
6.1.1.1	서비스 이력	80
6.1.1.2	소프트웨어 업데이트 이력	80
6.1.1.3	오류 로그	81
6.1.2	정보	81
6.1.2.1	저울 정보	81
6.1.2.2	서비스 및 지원 정보	81
6.1.3	설정	81
6.1.3.1	설정: 저울	82
6.1.3.1.1	설정: 날짜/시간	82
6.1.3.2	설정: 인터페이스	82
6.1.3.2.1	설정: 이더넷	82
6.1.3.3	설정: LabX	83
6.1.4	유지보수	83
6.2	저울 메뉴 설정	83
6.2.1	수평 조정 도구	83
6.2.2	이력	83
6.2.2.1	서비스 이력	84
6.2.2.2	소프트웨어 업데이트 이력	84
6.2.2.3	오류 로그	84
6.2.3	정보	84
6.2.3.1	저울 정보	85
6.2.3.2	서비스 및 지원 정보	85
6.2.4	설정	85
6.2.4.1	설정: 저울	85
6.2.4.1.1	설정: 칭량 / 품질	86
6.2.4.1.2	설정: 칭량 프로파일	86
6.2.4.1.3	설정: 시험 분동	87
6.2.4.1.4	설정: 조정 전략	88
6.2.4.1.5	설정: 게시	88
6.2.4.1.6	설정: 날짜 / 시간 / 언어	89
6.2.4.1.7	설정: 화면 / StatusLight / 사운드	89
6.2.4.1.8	설정: 일반	90
6.2.4.2	설정: 인터페이스	90
6.2.4.2.1	설정: 이더넷	91
6.2.4.2.2	설정: 블루투스	91
6.2.4.3	설정: 장치 / 프린터	91
6.2.4.4	설정: 서비스	91

6.2.4.4.1	설정: 파일 서버	92
6.2.4.4.2	설정: CA 인증서/TLS	92
6.2.4.5	설정: LabX	92
6.2.5	유지보수	93
6.3	칭량 Application 설정	93
6.3.1	설정: application "일반 계량"	93
6.3.1.1	기본	94
6.3.1.2	ID 형식	94
6.3.1.3	계량	94
6.3.1.4	자동화	95
6.3.1.5	보고서	96
6.3.2	설정: application "피스 계수"	96
6.3.2.1	기본	96
6.3.2.2	ID 형식	97
6.3.2.3	계량	97
6.3.2.4	자동화	98
6.3.2.5	보고서	98
6.3.3	설정: application "중량 선별"	99
6.3.3.1	기본	99
6.3.3.2	ID 형식	99
6.3.3.3	계량	100
6.3.3.4	자동화	100
6.3.3.5	보고서	101
6.3.4	설정: application "동적 계량"	101
6.3.4.1	기본	101
6.3.4.2	ID 형식	102
6.3.4.3	계량	102
6.3.4.4	자동화	103
6.3.4.5	보고서	103
6.3.5	설정: application "배합"	103
6.3.5.1	기본	104
6.3.5.2	ID 형식	104
6.3.5.3	계량	104
6.3.5.4	자동화	105
6.3.5.5	보고서	105
6.3.6	설정: application "총계"	105
6.3.6.1	기본	105
6.3.6.2	ID 형식	106
6.3.6.3	계량	106
6.3.6.4	자동화	106
6.3.6.5	보고서	107
6.3.7	설정: application "무게 재 측정"	107
6.3.7.1	기본	107
6.3.7.2	ID 형식	108
6.3.7.3	계량	109
6.3.7.4	자동화	109
6.3.7.5	보고서	109
6.3.8	설정: application "밀도"	110
6.3.8.1	기본	110
6.3.8.2	ID 형식	111
6.3.8.3	계량	111
6.3.8.4	보고서	112

6.3.9	설정: application "차등 계량"	112
6.3.9.1	기본	112
6.3.9.2	ID 형식	113
6.3.9.3	계량	114
6.3.9.4	자동화	114
6.3.9.5	보고서	114
6.4	조정 설정	115
6.4.1	설정: 내부 조정	115
6.4.2	설정: 외부 조정	116
6.5	시험 설정	117
6.5.1	설정: 감도 테스트	117
6.5.2	설정: 반복성 시험	118
6.5.3	설정: 편심 테스트	120
7	유지보수	122
7.1	유지보수 작업	122
7.2	세척	122
7.2.1	세척을 위한 분리	122
7.2.1.1	드래프트 실드 장착 저울	122
7.2.1.2	드래프트 실드 미장착 저울	125
7.2.1.3	저울, 대형	125
7.2.2	세척액	126
7.2.3	저울 세척	127
7.2.4	세척 후 작동	127
7.3	서비스	128
7.4	소프트웨어 업데이트	128
7.4.1	소프트웨어 업데이트	128
7.4.2	소프트웨어 업데이트 후 작동	128
7.5	수평계 조정	129
8	문제 해결	130
8.1	오류 메시지	130
8.2	오류 증상	132
8.3	LabX 문제해결	135
8.3.1	섹션 LabX 설정 메뉴에 로그인	135
8.3.2	날짜 및 시간 관련 설정 변경	135
8.3.3	이더넷 구성	136
8.3.4	성적서 업로드	136
8.3.5	LabX 비활성화	136
8.4	지원 파일 저장	137
8.5	오류 수정 후 작동	137
9	기술 데이터	138
9.1	일반 데이터	138
9.2	재질	139
9.3	METTLER TOLEDO AC/DC 어댑터 설명	140
9.4	모델 전용 데이터	141
9.4.1	분석 저울, 해독도 0.01 mg 또는 0.1 mg	141
9.4.2	정밀 저울, 해독도 1 mg	143
9.4.3	정밀 저울, 해독도 0.01 g 또는 0.1 g	145
9.4.4	정밀 저울, 대형	148
9.5	치수	149
9.5.1	분석 저울, 해독도 0.01 mg	149

9.5.2	MX 분석 저울, 해독도 0.1 mg	150
9.5.3	MX 정밀 저울, 해독도 1 mg, 드래프트 실드 포함	151
9.5.4	MX 정밀 저울, 해독도 1 mg, 드래프트 실드 없음	152
9.5.5	MX 정밀 저울, 해독도 0.01 g	153
9.5.6	MX 정밀 저울, 해독도 0.1 g	154
9.5.7	MX 대형 저울, 해독도 0.1 g / 1 g	155
9.6	인터페이스 사양	156
9.6.1	이더넷(Ethernet)	156
9.6.2	USB-A 포트	156
9.6.3	USB-C 포트	157
9.6.4	블루투스	157
10	액세서리 및 예비 부품	158
10.1	액세서리	158
10.2	예비 부품	165
10.2.1	MX 분석 저울, 해독도 0.01 mg	165
10.2.2	MX 분석 저울, 해독도 0.1 mg	166
10.2.3	MX 정밀 저울, 해독도 1 mg, 드래프트 실드 포함	167
10.2.4	MX 정밀 저울, 해독도 1 mg, 드래프트 실드 없음	170
10.2.5	MX 정밀 저울, 해독도 0.01 g	172
10.2.6	MX 정밀 저울, 해독도 0.1 g	173
10.2.7	MX 대형 저울, 해독도 0.1 g / 1 g	174
10.2.8	AC/DC 어댑터	175
10.2.8.1	AC/DC 어댑터	175
10.2.8.2	AC/DC 어댑터, 범용	176
10.2.9	포장	177
10.2.9.1	드래프트 실드 장착 저울	177
10.2.9.2	드래프트 실드 미장착 저울	178
10.2.9.3	저울, 대형	178
11	폐기	179
12	규정 준수 정보	180
	인덱스	181

1 소개

METTLER TOLEDO 저울을 선택해 주셔서 감사합니다. 성능이 좋고 사용법이 간편합니다.
이 문서는 소프트웨어 버전 V 2.0 기준으로 작성되었습니다.

EULA

이 제품의 소프트웨어는 METTLER TOLEDO 소프트웨어 사용권 동의 (EULA)에 따라 허가를 받습니다.
이 제품을 사용하시는 경우 EULA 약관에 동의하는 것을 의미합니다.

▶ www.mt.com/EULA

1.1 문서 목적

이 참조 매뉴얼은 실험실 소프트웨어 LabX에 연결할 때 기기를 사용하는 방법에 대한 자세한 지침을 제공합니다.

1.2 추가 문서 및 정보

이 문서는 온라인에서 다른 언어로도 제공됩니다.



▶ www.mt.com/MX-LCM-RM

제품 페이지:

▶ www.mt.com/MX-balances

저울 세척 지침, "8 Steps to a Clean Balance":

▶ www.mt.com/lab-cleaning-guide

소프트웨어 검색:

▶ www.mt.com/labweighing-software-download

문서 검색:

▶ www.mt.com/library

자세한 질문은 공인 판매점 또는 서비스 담당자에 METTLER TOLEDO 문의하십시오.

▶ www.mt.com/contact

1.3 사용된 규정 및 기호 설명

규정 및 기호

키 및/또는 버튼 명칭과 디스플레이 텍스트는 그래픽 또는 볼드 텍스트로 표시됩니다(예: **키**, **게시**).

참고

제품에 대하여 유용한 정보의 경우.

외부 문서를 참조하십시오.



지침 요소

본 설명서의 단계별 지침은 다음과 같습니다. 작업 단계에는 번호가 매겨지며 예제에 표시된 것처럼 필수조건, 중간 결과 및 결과가 포함될 수 있습니다. 두 단계 미만의 순서에는 번호가 매겨지지 않습니다.

- 개별 단계 전 충족해야 하는 필수조건을 실행할 수 있습니다.

1 1단계

- ➔ 중간 결과
- 2 2단계
- ➔ 결과

1.4 약어 및 줄임말

원어	번역	설명
AC	교류	Alternating Current
ASTM		American Society for Testing and Materials (미국재료 시험 학회)
DC	직류	Direct Current
EMC		Electromagnetic Compatibility (전자기 호환성)
FCC		Federal Communications Commission (완전 자동 교정 기술)
GWP		Good Weighing Practice
ID		Identification (식별)
IP		Ingress Protection
LAN		Local Area Network (근거리 통신망)
LED		Light-Emitting Diode (자체 발광 다이오드)
LPS		Limited Power Source (제한된 전원)
MAC		Media Access Control (매체 접근 제어)
NA		Not Applicable (해당사항없음)
OIML		Organisation Internationale de Métrologie Légale (International Organization of Legal Metrology)
RM		Reference Manual (참조 매뉴얼)
SOP		Standard Operating Procedure (표준운영절차)
TDNR		Type Definition Number (타입정의번호)
UM		User Manual (사용자 매뉴얼)
USB		Universal Serial Bus (범용직렬버스)
USP		United States Pharmacopeia

(미국 약전)

1.5 제품군

1.5.1 MX 분석 저울

저울	모델 명칭
	해독도: 0.01 mg • MX105 • MX105DU • MX205DU
	해독도: 0.1 mg • MX104 • MX204 • MX304

1.5.2 MX 정밀 저울, 소형

저울	모델 명칭
 	해독도: 1mg 드래프트 실드 포함: • MX303 • MX603 • MX1203 드래프트 실드 제외: • MX303N • MX603N • MX1203N

저울	모델 명칭
	해독도: 0.01 g • MX2002 • MX4002 • MX6002 • MX6002DR • MX12002
	해독도: 0.1 g • MX6001 • MX8001

1.5.3 MX 정밀 저울, 대형

저울	모델 명칭
	해독도: 0.1 g / 1 g • MX12001L • MX16001L • MX32001L • MX32000L

2 안전 정보

이 장비의 사용 방법은 《사용자 매뉴얼》과 《참조 매뉴얼》을 참조해 주십시오.

- 사용자 매뉴얼은 다양한 언어로 온라인으로 제공됩니다.
- 사용자 매뉴얼의 인쇄본은 기기와 함께 제공됩니다.
- 참조 매뉴얼은 온라인으로 제공됩니다. 이 매뉴얼에는 장비 및 사용법에 대한 설명 전문이 포함되어 있습니다.
- 나중에 참조할 수 있도록 두 문서를 보관하십시오.
- 장비를 타인에게 양도하는 경우 두 문서를 함께 제공하십시오.

항상 사용자 매뉴얼 및 참조 매뉴얼에 따라서만 장비를 사용하십시오. 이러한 문서에 따라 장비를 사용하지 않거나 용도가 변경된 경우 장비 안전에 문제가 발생할 수 있으며 이 경우 Mettler-Toledo GmbH는 책임을 지지 않습니다.

2.1 신호 단어 및 경고 기호 정의

안전 경고는 안전상의 중요한 정보를 안내합니다. 안전 경고를 무시하면 상해, 저울 손상, 오작동 및 결과 오류가 발생할 수 있습니다. 안전 경고를 나타내는 신호어 및 경고 기호는 다음과 같습니다.

신호어

위험	위험도가 높은 상황의 위험 요인을 차단하지 않으면 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.
경고	방지되지 않는 경우 사망이나 중상에 이를 수 있는 중간 위험 수준의 위험 상황입니다.
주의	방지되지 않는 경우 경미하거나 중간 수준의 부상이 발생할 수 있는 낮은 위험 수준의 위험 상황입니다.
주의 사항	기기, 기타 소재 손상, 오작동 및 부정확한 결과 또는 데이터 손실이 발생할 수 있는 낮은 위험 수준의 위험 상황입니다.

경고 기호



일반 위험



주의 사항

2.2 제품별 안전성 참고

용도

이 기기는 교육을 받은 담당자가 사용하도록 설계되었습니다. 이 장비는 계량 용도로 제작되었습니다.

그 외에 Mettler-Toledo GmbH의 동의 없이 Mettler-Toledo GmbH에 명시된 사용 한계를 지키지 않는 방식으로 제품을 사용 및 작동하는 모든 경우는 사용 목적을 벗어난 것으로 간주됩니다.

장비 소유자의 책임

장비 소유자는 장비에 대한 법적 권한을 가지며 장비를 사용하거나 타인이 사용하도록 승인하는 사람 또는 법에 의해 장비 작동자로 간주되는 사람입니다. 장비 소유자는 장비의 모든 사용자 및 제3자의 안전에 대한 책임이 있습니다.

Mettler-Toledo GmbH 장비 소유자는 장비 사용자에게 작업장에서의 안전한 장비 사용과 잠재적인 위험 처리에 관한 교육을 제공하는 것으로 간주됩니다. Mettler-Toledo GmbH 장비 소유자는 필요한 보호 장구를 제공하는 것으로 간주됩니다.



⚠ 경고

감전으로 인한 사망 또는 심각한 부상

전류가 흐르는 부품에 접촉하면 부상 또는 사망에 이를 수 있습니다.

- 1 계측기용으로 설계된 METTLER TOLEDO 전원 케이블 및 AC/DC 어댑터만 사용하십시오.
- 2 전원 케이블을 접지된 전원 콘센트에 연결하십시오.
- 3 모든 전기 케이블과 연결부는 액체와 습기에 노출되지 않도록 하십시오.
- 4 케이블 및 전원 플러그 손상 여부를 확인하고 손상된 경우 교체하십시오.



주의 사항


적합하지 않은 부품의 사용으로 인한 기기 손상 또는 오작동

- 기기와 사용하도록 설계된 METTLER TOLEDO의 부품만 사용하십시오.


3 설계 및 기능

3.1 분석 저울 개요

0.01 mg



0.1 mg




1	StatusLight	9	QuickLock, 상단 도어/패널
2	터미널	10	상단 도어, 드래프트 실드
3	드래프트 보호 요소	11	QuickLock, 측면 도어
4	칭량 팬	12	측면 도어, 드래프트 실드(오른쪽/왼쪽)
5	드립 트레이	13	핸들, 측면 도어
6	후면 패널 *, 드래프트 실드	14	ErgoDoor 핸들
7	전면 패널, 드래프트 실드	15	수평조절 받침
8	핸들, 상단 도어		

* 해독도가 0.01 mg인 저울에는 후면 패널에 백라이트가 있습니다.

3.2 정밀 저울 개요, 소형

3.2.1 드래프트 실드 장착 저울


1 mg




1	StatusLight	8	QuickLock, 상단 도어/패널
2	터미널	9	상단 도어, 드래프트 실드
3	SmartPan 칭량 팬	10	QuickLock, 측면 도어
4	드립 트레이	11	측면 도어, 드래프트 실드(오른쪽/왼쪽)
5	후면 패널, 드래프트 실드	12	핸들, 측면 도어
6	전면 패널, 드래프트 실드	13	ErgoDoor 핸들
7	핸들, 상단 도어	14	수평조절 받침

3.2.2 드래프트 실드 미장착 저울


1 mg



0.01 g




0.1 g



1	StatusLight	6	칭량 팬 지지대
2	터미널	7	칭량 팬
3	드립 트레이	8	안전 발
4	칭량 팬 지지대 캡	9	수평조절 받침
5	SmartPan 칭량 팬		


3.3 정밀 저울 개요, 대형

0.1 g / 1 g




1	StatusLight	4	칭량 팬
2	터미널	5	수평조절 받침
3	칭량 팬 지지대 캡		

3.4 개요 터미널



	이름	설명
	대기 / 절전 모드	을 누르면 저울이 대기모드로 전환됩니다. 을 길게 누르면 저울이 절전 모드로 전환됩니다. 저울을 완전히 끄려면 전원 공급 장치에서 분리해야 합니다. 참고 저울을 장기간 사용할 경우에는 전원 공급 장치에서 분리하지 마십시오. 기기의 스위치를 켜 후에 예열해야 정확한 결과를 도출할 수 있습니다.
	용기 측정	저울 용기 중량을 측정합니다. 이 기능은 칭량 공정에 컨테이너가 포함되는 경우에 사용됩니다. 저울의 용기 중량이 측정되면 화면에 Net이 표시되면서 모든 중량이 순 중량임을 나타냅니다.
	영점	저울을 영점 조정합니다. 저울은 칭량 공정을 시작하기 전에 영점 조정된 상태여야 합니다. 영점 조정 후에는 저울이 새 영점을 설정합니다.
	홈	모든 메뉴 레벨에서 주요 칭량 화면으로 되돌아갑니다.

3.5 인터페이스 연결 개요




1	도난 방지 케이블용 슬롯	4	USB-C 포트
2	이더넷 포트 (LAN)	5	AC/DC 어댑터용 소켓
3	USB-A 포트		

3.6 구성품 설명


3.6.1 드래프트 실드

드래프트 실드는 드래프트 또는 습기와 같은 환경적 영향으로부터 칭량 영역을 보호합니다. 측면 도어와 상단 도어를 수동으로 열 수 있습니다.




3.6.2 칭량 팬

칭량 팬은 칭량 품목을 수용하는 역할을 하는 하중 받침대입니다.




3.6.3 드래프트 보호 요소

드래프트 보호 요소는 드래프트로부터 칭량 팬을 보호합니다. 이 구성 요소는 해독도가 0.01 mg인 저울에만 사용할 수 있습니다.




3.6.4 드립 트레이

드립 트레이는 칭량 팬 아래에 위치합니다. 드립 트레이의 주요 목적은 저울을 빠르게 세척하는 것입니다.




3.6.5 도어 핸들

도어 핸들은 드래프트 실드 도어에 장착됩니다. 핸들은 드래프트 실드 측면 도어와 상단 도어를 수동으로 여는 데 사용됩니다.




3.6.6 ErgoDoor 핸들

ErgoDoor 핸들은 플랫폼에 장착됩니다. ErgoDoor 핸들은 측면 도어의 핸들과 맞물릴 수 있습니다. 이를 통해 필요에 따라 측면 도어를 열고 닫을 수 있습니다.




3.6.7 수평조절 받침

저울은 높이 조절이 가능한 받침이 있습니다. 이러한 받침은 저울 수평 조절에 사용됩니다.




3.6.8 터미널

저울 터미널에는 7인치 터치 스크린 디스플레이가 있습니다. 터미널 전면에 있는 StatusLight LED 스트립은 저울의 현재 상태를 나타냅니다. 터미널은 교체 가능한 커버로 보호됩니다.




3.6.9 드래프트 실드용 QuickLock

드래프트 실드용 QuickLock는 드래프트 실드를 플랫폼에 고정하는 데 사용됩니다.




3.6.10 상단 도어 및 전면 패널용 QuickLock

위치에 따라 QuickLock은 드래프트 실드의 전면 패널 및 상단 도어를 잠금/잠금 해제하는 데 사용됩니다.




3.6.11 측면 도어용 QuickLock

QuickLock은 드래프트 실드 측면 도어를 잠금/잠금 해제하는 데 사용됩니다.



3.6.12 후면 패널용 해제 버튼

해제 버튼은 드래프트 실드의 후면 패널을 잠금/잠금 해제하는 데 사용됩니다. 이 기능은 해독도가 0.1 mg 및 1 mg인 저울의 드래프트 실드에만 사용할 수 있습니다.



3.7 유형 라벨 개요

유형 라벨의 정보는 저울을 식별하는 데 도움이 됩니다. 유형 라벨의 레이아웃과 내용은 저울 모델에 따라 달라질 수 있습니다.



1	저울 모델	5	제조업체
2	제조년도	6	저울 일련번호
3	최대 용량	7	소비 전력
4	해독도 (Readability)		

3.8 사용자 인터페이스

3.8.1 주요 섹션 한 눈에 보기

메인 칭량 화면(1)은 모든 메뉴 및 설정을 확인할 수 있는 중앙 탐색 지점입니다. 섹션 **저울 메뉴 (2)**, 주요 구성 (3)를 누르면 Application 섹션(4)이 열리고 해당 아이콘이나 탭을 탭합니다.



다음 사항을 참고합니다.

- 🔗 주요 칭량 화면 ▶ 23 페이지
- 🔗 저울 메뉴 ▶ 24 페이지
- 🔗 주요 구성 ▶ 25 페이지
- 🔗 Application ▶ 25 페이지

3.8.2 주요 칭량 화면



	이름	설명
1	칭량 결과	현재 칭량 공정의 결과를 보여줍니다.
2	수평 표시기	저울이 수평(녹색)인지 아닌지(빨간색)를 나타냅니다.
3	Application	사용 가능한 Application 액세스: 계량, 조정, 시험 .
4	해독도 및 용량	저울의 해독도 및 용량 표시.
5	추가 정보	현재 작업에 대한 추가 정보를 나타냅니다. 예시: 다른 단위의 현재 칭량값
6	정보 및 경고	현재 정보, 경고 및 오류 메시지를 표시합니다.
7	기능 영역	현재 칭량 Application의 설정에 따라 활성화 기능을 표시합니다.
8	게시 버튼	현재 칭량 Application의 설정에 따라 결과를 게시합니다. 선택한 칭량 Application에 따라 버튼은 다른 기능을 수행할 수 있습니다.
9	동작 바	현재 칭량 Application을 나타내는 작업이 포함됩니다.
10	저울 메뉴	저울 속성에 액세스합니다.
11	SmartTrac	칭량 보조 도구를 사용하여 상한 및 하한 허용 오차를 가진 목표 중량을 지정할 수 있습니다.
12	주요 구성	현재 칭량 Application에 대한 구성 옵션에 액세스합니다.

3.8.3 저울 메뉴

기기가 LabX에 연결되면, 사용 가능한 기능이 약간 다를 수 있습니다.



	이름	설명
1	수평 조정 도구	수평 조정 대화 상자를 엽니다.
2	이력	이력 대화 상자를 엽니다.
3	정보	저울 정보를 엽니다.
4	사용자 관리	사용자 관리 대화 상자를 엽니다(활성화된 경우에만 표시됨).
5	설정	설정 대화 상자를 엽니다.
6	유지보수	유지보수 대화 상자를 엽니다.
7	로그아웃, 차단	현재 사용자를 로그아웃하고 기기를 차단하는 데 사용됩니다.

3.8.4 주요 구성

기기가 LabX에 연결되면, 사용 가능한 기능이 약간 다를 수 있습니다.



	이름	설명
1	기본	메인 구성을 엽니다.
2	ID 형식	샘플 ID 구성을 엽니다.
3	계량	칭량 구성을 엽니다.
4	자동화	자동화 구성을 엽니다.
5	보고서	보고서 구성을 엽니다.

3.8.5 Application



	이름	설명
1	계량	사용 가능한 칭량 application이 포함되어 있습니다.
2	조정	사용 가능한 조정이 포함되어 있습니다.
3	시험	사용 가능한 검사가 포함되어 있습니다.

3.8.6 아이콘 및 기호

3.8.6.1 시스템 상태 아이콘

시스템 메시지는 사용자 작업, 사용자 입력 또는 시스템 프로세스로 인해 나타납니다. 아이콘을 터치하면 해당 시스템 메시지가 표시됩니다.

아이콘	이름	설명
	수평 조정됨	저울의 수평이 올바르게 조정되었음을 나타냅니다.
	수평 조정되지 않음	저울이 수평 상태가 아님을 나타냅니다.
	정보	현재 작업 또는 공정 관련 정보를 제공합니다.
	경고	주의가 필요한 문제에 대한 정보를 제공합니다.
	오류	실패한 작업 또는 공정 정보를 제공합니다.

3.8.6.2 칭량 상태 아이콘

아이콘	이름	설명
	안정성 표시기	칭량 공정이 진행 중임을 나타냅니다. 칭량 결과가 아직 불안정합니다.
	순 중량 표시기	용기 중량을 뺀 후 용기 중량 키를 누르면 표시됩니다.
	계산된 값	현재 중량 값이 계산됩니다. 이 기호는 사전 설정 용기 측정 기능을 사용해 저울의 용기 중량을 측정할 때에도 나타납니다.
	최소 유효 무게 위반	현재 중량 값이 정의된 최소 유효 무게보다 작습니다. 중량은 최소 유효 무게보다 커야 합니다.

3.8.6.3 공정 상태 아이콘

아이콘	이름	설명
	시작	공정을 시작합니다.
	일시중지	공정 일시 중지
	계속	일시 중지된 공정을 계속 진행합니다.

아이콘	이름	설명
	추가	표시된 결과를 측정 시리즈에 추가합니다.
	완료	공정을 완료합니다.
	정지	공정을 중지합니다.

4 설치 및 운영 시작

4.1 설치를 위한 위치 선정


저울은 민감한 정밀 기기입니다. 저울을 두는 위치에 따라 계량 결과의 정확도에 큰 영향을 미칩니다.

위치 요건

실내 공간에 안정적인 테이블을 배치합니다



충분한 공간을 확보하십시오




기기의 수평 상태를 확인하십시오



조명을 적절하게 조절하십시오



직사광선을 피하십시오



진동을 피하십시오



강한 외풍을 피하십시오



온도 변화가 없도록 하십시오



환경 조건을 고려하십시오. 《기술 데이터》를 참조하십시오

저울을 위한 충분한 공간: 측정기 주변으로 > 15cm


4.2 저울 포장 개봉

포장, 포장 요소 및 배송된 구성품의 손상 여부를 확인하십시오. 어떠한 구성품이라도 손상된 경우 METTLER TOLEDO 서비스 담당자에게 문의하십시오.


참고

저울 모델에 따라 포장 요소와 구성품이 달라 보일 수 있습니다.

- 1 상자를 열고 리프팅 스트랩(1)을 사용하여 패키지를 들어올립니다.



- 2 리프팅 스트랩(1)을 열고 사용자 매뉴얼(2)을 제거합니다.




- 3 패키지 상부를 제거하고 플랫폼(3) 포장을 조심스럽게 풉니다.


주의 사항: 기기 손상

플랫폼 밖으로 돌출된 콘(4)을 만지지 마십시오.

- 4 보호 백을 제거하십시오.
- 5 보호 커버는 플랫폼 및 터미널에 설치된 상태로 두십시오.



- 6 패키지 하단부(5)를 엽니다.
 - 7 드래프트 쉴드(6), 드래프트 쉴드 도어(7) 및 기타 모든 품목을 조심스럽게 들어 올립니다.
 - 8 나중에 사용할 수 있도록 모든 포장 요소를 안전한 곳에 보관합니다.
- ➔ 저울이 조립 준비 되었습니다.



4.3 설치

참고

저울 모델에 따라 구성품이 달라 보일 수 있습니다.

4.3.1 드래프트 쉴드 장착 저울




주의

날카로운 물체나 파손된 유리로 인한 부상


유리와 같은 기기 구성 요소가 파손되어 부상을 입을 수 있습니다.

– 항상 집중하고 주의하여 작업을 진행하십시오.


- 1 드래프트 실드 조립: QuickLock(1, 오른쪽, 왼쪽)을 돌려 상단 도어(2)를 밀어 넣습니다.




- 2 전면 패널(3)을 부착하고, QuickLock(1, 오른쪽, 왼쪽)을 돌려 패널을 제자리에 고정시킵니다.



- 3 백라이트가 없는 저울의 경우: 매끄러운 면이 앞쪽을 향하도록 후면 패널(4)을 부착합니다.



- 4 QuickLock(6)이(가) (오른쪽, 왼쪽)에 끼워질 때까지 측면 도어(5)를 밀어 넣습니다.
 ➔ 드래프트 실드가 조립되었습니다.




- 5 드래프트 실드(7)를 플랫폼(8) 상단에 배치합니다.

[참고]

저울을 보호하려면 플랫폼(8) 및 터미널(9)에 설치된 보호 커버를 그대로 두십시오.

- 6 7(8)을 돌려 드래프트 실드(QuickLock)를 플랫폼(10)에 고정합니다.




- 7 측면 도어(11)를 완전히 여십시오.

- 8 드립 트레이(12)를 삽입합니다.

[참고]


드립 트레이를 올바르게 설치할 수 없는 경우 QuickLock (10)가 올바르게 잠겼는지 확인하십시오.



- 9 해독도가 0.01 mg인 저울 전용: 드래프트 보호 요소(13)를 드립 트레이(12) 상단에 배치합니다.

- 10 칭량 팬(14)을 설치합니다.


➔ 저울이 사용 준비 되었습니다.



4.3.2 드래프트 실드 미장착 저울


4.3.2.1 1 mg 저울 조립

- 1 드립 트레이(1)를 플랫폼(2) 상단에 배치합니다.
[참고]
저울을 보호하려면 플랫폼(2) 및 터미널(3)에 설치된 보호 커버를 그대로 두십시오.
- 2 칭량 팬(4)을 드립 트레이(1) 상단에 배치합니다.
➔ 저울이 사용 준비 되었습니다.




4.3.2.2 0.01g 저울 조립

- 1 드립 트레이(1)를 플랫폼(2) 상단에 배치합니다.
[참고]
저울을 보호하려면 플랫폼(2) 및 터미널(3)에 설치된 보호 커버를 그대로 두십시오.
- 2 지지 캡(4)을 부착합니다.
- 3 칭량 팬(5)을 지지대 캡(4) 상단에 배치합니다.
➔ 저울이 사용 준비 되었습니다.



4.3.2.3 0.1g 저울 조립

- 1 드립 트레이(1)를 플랫폼(2) 상단에 배치합니다.
[참고]
저울을 보호하려면 플랫폼(2) 및 터미널(3)에 설치된 보호 커버를 그대로 두십시오.
- 2 지지 캡(4)을 부착합니다.
- 3 칭량 팬 지지대(5)를 지지대 캡(4) 상단에 배치합니다.
- 4 칭량 팬(6)을 칭량 팬 지지대(5) 상단에 배치합니다.
➔ 저울이 사용 준비 되었습니다.




4.3.3 저울, 대형

- 1 운송 보호 장치를 제거합니다(1).
- 2 칭량 팬(2)을 지지대 캡(3) 상단에 배치합니다.

참고

저울을 보호하려면 터미널(4)에 설치된 보호 커버를 그대로 두십시오.

➔ 저울이 사용 준비 되었습니다.



4.4 작동 방법

4.4.1 저울 연결




경고

감전으로 인한 사망 또는 심각한 부상

전류가 흐르는 부품에 접촉하면 부상 또는 사망에 이를 수 있습니다.

- 1 계측기용으로 설계된 METTLER TOLEDO 전원 케이블 및 AC/DC 어댑터만 사용하십시오.
- 2 전원 케이블을 접지된 전원 콘센트에 연결하십시오.
- 3 모든 전기 케이블과 연결부는 액체와 습기에 노출되지 않도록 하십시오.
- 4 케이블 및 전원 플러그 손상 여부를 확인하고 손상된 경우 교체하십시오.

- 1 케이블이 손상되거나 작동에 방해가 되지 않는 방식으로 케이블을 설치합니다.
 - 2 AC/DC 어댑터(1)의 플러그를 기기의 전원 소켓에 연결합니다.
 - 3 :너트를 단단히 조여 플러그를 고정합니다.
 - 4 접근이 용이한 접지 전원 콘센트에 전원 케이블의 플러그를 삽입합니다.
- ➔ 저울이 자동으로 켜집니다.



참고

스위치로 제어되는 전원 콘센트에 기기를 연결하지 마십시오. 기기의 스위치를 켜 후에 예열해야 정확한 결과를 도출할 수 있습니다.

다음 사항을 참고합니다.

🔗 일반 데이터 ▶ 138 페이지

4.4.2 저울 켜기

전원 공급 장치가 연결되면 저울이 자동으로 켜집니다.

EULA(최종 사용자 라이선스 계약)

저울이 처음으로 켜지면, EULA(End User License Agreement, 최종 사용자 라이선스 계약)가 화면에 나타납니다.

- 1 약관을 읽어주십시오.
- 2 탭합니다 **라이선스 계약 조건에 동의합니다** 및 확인 **✓ 확인**.
➔ 주요 계량 화면이 나타납니다.

적응 및 예열

측정 결과의 신뢰도를 높이기 위해 다음을 실시해야 합니다.

- 실내 온도에 적응
- 전원 공급 장치에 연결하여 예열

저울의 적응 시간 및 예열 시간은 "일반 데이터"에서 확인할 수 있습니다.

참고

저울이 대기 상태를 벗어나면 즉시 사용할 수 있습니다.

다음 사항을 참고합니다.

-  일반 데이터 ▶ 138 페이지
-  대기 모드 들어가기/종료 ▶ 35 페이지
-  절전 모드 들어가기/나가기 ▶ 35 페이지
-  저울 끄기 ▶ 35 페이지

4.4.3 수평 조정


반복적이고 정확한 칭량 결과를 위해서는 정확한 수평 배치 및 안정적인 배치가 필수입니다.

저울이 수평 상태가 아닌 경우 메인 화면의 수평 지시기가 빨간색으로 바뀝니다.

- 1 주요 칭량 화면에서 를 탭합니다.
➔ 대화 상자 수평 조정 도구 열기.
- 2 점이 수평 지시기의 중앙에 올 때까지 디스플레이의 지시에 따라 수평 조정 받침(1)을 회전시킵니다.

대화 상자에 대한 대체 액세스 수평 조정 도구:

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 >  수평 조정 도구



다음 사항을 참고합니다.

-  수평계 조정 ▶ 129 페이지

4.4.4 내부 조정 수행

≡ 경로: ▼ > Applications > 조정

■ 섹션 **조정 전략**에서 옵션 **내부 조정**를 선택합니다.

1 옵션 1: 주요 칭량 화면에서 조정을 탭합니다.

옵션 2: application 섹션을 열고 조정을 탭한 다음, 조정을 선택하고 ▶ **시작**을 탭합니다.

➔ 조정이 실행됩니다.

➔ 조정 결과가 나타납니다.

2 탭합니다 ✓ **완료**.

➔ 저울이 준비되었습니다.

다음 사항을 참고합니다.

설정: 내부 조정 ▶ 115 페이지

4.4.5 대기 모드 들어가기/종료

1 대기 모드로 들어가려면 을 짧게 누릅니다.

➔ 디스플레이가 파란색으로 표시됩니다. 저울에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있는 QR 코드가 표시됩니다.

2 대기 모드를 종료하려면 을 짧게 누릅니다.

➔ 디스플레이가 켜집니다.

4.4.6 절전 모드 들어가기/나가기

1 절전 모드로 들어가려면 을 길게 누르십시오(2초 이상).

➔ 디스플레이가 어둡습니다. 저울이 절전 모드에 있습니다.

2 절전 모드를 종료하려면 을 길게 누릅니다.

➔ 저울이 켜집니다.

참고

절전 시간을 설정하는 것이 좋습니다. 저울이 자동으로 절전 모드를 종료하여 예열될 수 있도록 합니다. 지정된 시간에 저울을 사용할 수 있습니다.

절전 모드를 수동으로 종료하는 경우, 저울을 사용하기 전에 예열해야 합니다.

다음 사항을 참고합니다.

일반 데이터 ▶ 138 페이지

대기, 절전 모드 ▶ 45 페이지

4.4.7 저울 끄기

저울을 완전히 끄려면 전원 공급 장치에서 분리해야 합니다. 을 누르면 저울은 대기 모드 또는 절전 모드로만 전환됩니다.

참고

저울의 전원이 일정 시간 동안 완전히 꺼진 상태인 경우, 사용하기 전에 예열해야 합니다.

다음 사항을 참고합니다.

저울 켜기 ▶ 34 페이지

대기 모드 들어가기/종료 ▶ 35 페이지

절전 모드 들어가기/나가기 ▶ 35 페이지

4.5 기기 연결

로컬 관리자 vs LabX 관리자

이 절차는 로컬 관리자가 수행합니다. 이 역할을 가진 사람은 섹션 **LabX 설정 메뉴**에도 액세스할 수 있습니다.

LabX 연결이 설정되면 사용자는 LabX 자격 증명 정보를 사용하여 기기에 로그인할 수 있습니다. LabX 사용자는 서로 다른 액세스 권한을 가질 수 있습니다. LabX 관리자 역할의 사용자는 **LabX 설정 메뉴** 섹션을 제외하고 기기에서 사용 가능한 모든 설정에 액세스할 수 있습니다.

준비

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙ 설정

- 1 섹션 **설정** > **인터페이스** > **이더넷**으로 이동합니다.
- 2 기능을 활성화합니다.
- 3 ✓ **저장**을 누릅니다.
 - ➔ 섹션 **설정**이 표시됩니다.
- 4 섹션 **저울** > **날짜 / 시간 / 언어**로 이동합니다.
- 5 파라미터 **시간대**를 탭합니다.
- 6 기능을 활성화하고 적절한 시간대를 선택합니다.
- 7 ✓ **확인**을 누릅니다.
 - ➔ 섹션 **날짜 / 시간 / 언어**이 표시됩니다.
- 8 파라미터 **시간 동기화**를 탭합니다.
- 9 기능을 활성화하고 원하는 시간 서버를 입력합니다.
예시: time.windows.com
- 10 또는 파라미터 **동기화 모드**를 탭하거나 옵션 **DHCP**를 선택합니다.
- 11 ✓ **확인**을 누릅니다.
- 12 ✓ **저장**을 누릅니다.
 - ➔ 섹션 **설정**이 표시됩니다.
- 13 섹션 **저울** > **일반** > **사용자 관리**으로 이동합니다.
- 14 기능을 활성화합니다.
- 15 ✓ **확인**을 누릅니다.
- 16 ✓ **저장**을 누릅니다.
- 17 ✓ **확인**을 누릅니다.
- 18 섹션 **저울 메뉴** > **사용자 관리** > **사용자**으로 이동합니다.
- 19 파라미터 **Administrator**를 탭합니다.
- 20 파라미터 **암호**를 탭합니다.
- 21 기능을 활성화하고 암호를 설정합니다.
- 22 ✓ **확인**을 누릅니다.
- 23 암호를 다시 입력해 확인합니다.
- 24 ✓ **확인**을 누릅니다.
- 25 ✓ **저장**을 누릅니다.
- 26 ✓ **확인**을 누릅니다.
 - ➔ 기기를 LabX에 연결할 준비가 되었습니다.

LabX 연결

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > 🔗 LabX

- 사용자에게 로컬 관리자 권한이 있습니다.
- 1 섹션 **설정 > LabX**로 이동합니다.
- 2 옵션 **LabX 설정 및 등록**을 탭합니다.
- 3 디스플레이의 지시를 따릅니다.
- 4 ➔ **다음**을 누릅니다.
- 5 ✓ **확인**을 누릅니다.
- 6 파라미터 **도메인 이름**을 탭하고 적절한 도메인 이름을 입력합니다.
- 7 해당하는 경우 LabX 서버와의 통신을 위해 적절한 TLS 인증서를 업로드합니다.
 - ❗ **참고**
성적서에는 파일 확장자 .crt가 있어야 합니다.
- 8 ✓ **확인**을 누릅니다.
- 9 ✓ **연결**을 누릅니다.
 - ➔ LabX 로그인 대화 상자가 열립니다.
- 10 LabX에 정의된 대로 LabX 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
 - ➔ LabX 등록 절차를 시작합니다.
- 11 옵션: 파라미터 **기기 이름**을 탭합니다.
- 12 기기 이름을 수정합니다.
- 13 ✓ **확인**을 누릅니다.
- 14 파라미터 **기기 ID**를 탭합니다.
- 15 기기의 식별자를 입력합니다.
- 16 ➔ **다음**을 누릅니다.
- 17 구성 데이터를 LabX에 업로드합니다.
- 18 ➔ **다음**을 누릅니다.
- 19 탭합니다 ✓ **완료**.
 - ➔ 기기가 다시 시작됩니다.
 - ➔ 기기가 LabX에 등록되었습니다.

다음 사항을 참고합니다.

- 🔗 LabX 문제해결 ▶ 135 페이지
- 🔗 로컬 관리자 설정 ▶ 80 페이지

4.6 로그인 및 로그아웃(LabX 사용자)

LabX에 로그인

- LabX가 설정됩니다.
- LabX에서 사용자로 정의되었습니다.
- 1 기기를 켭니다.
 - ➔ LabX 로그인 화면이 표시됩니다.
- 2 LabX 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
- 3 ✓ **확인**을 누릅니다.
 - ➔ 메인 칭량 화면이 표시됩니다.

LabX에서 로그아웃

- LabX에 로그인했습니다.
- 1 ≡ 메뉴를 누릅니다.
- 2 👤 로그아웃을 누릅니다.
 - ➔ LabX 로그인 화면이 표시됩니다.

4.7 간편한 칭량 수행

참고


드래프트 실드 장착 저울이 해당 절차를 설명하는 데 사용됩니다. 드래프트 실드 비장착 저울의 경우, 드래프트 실드 관련 지침 단계를 건너뛰십시오.

4.7.1 드래프트 실드 도어 열기 및 닫기


- 1 도어 핸들(1)을 사용하여 수동으로 도어를 여십시오.
- 2 또는 ErgoDoor 핸들(2)을 사용하여 측면 도어를 여십시오.

참고


다음 지침은 오른쪽에서 샘플을 칭량하기 위한 한 가지 사용 사례를 설명합니다.



- 3 ErgoDoor 핸들(3)을 오른쪽 도어 핸들(4)에 연결합니다.



- 4 왼쪽(5) ErgoDoor 핸들을 움직여 오른쪽 도어를 열고 닫습니다.



다음 사항을 참고합니다.

🔗 ErgoDoor 핸들 ▶ 21 페이지


4.7.2 저울 영점 조정

- 1 드래프트 실드를 여십시오.
- 2 칭량 팬을 비웁니다.
- 3 드래프트 실드를 닫으십시오.
- 4 ➔0<를 눌러 저울의 영점을 맞춥니다.
➔ 저울이 영점 조정됩니다.

4.7.3 저울 용기 측정

샘플 용기를 사용하는 경우 저울의 용기 중량을 측정해야 합니다.

- 저울이 영점 조정됩니다.
- 1 칭량 팬(2)에 샘플 용기(1)를 놓습니다.
 - 2 ➔T<를 눌러 저울의 용기 중량을 측정합니다.
➔ 저울 용기 중량이 측정됩니다. 아이콘Net이 나타납니다.



4.7.4 칭량 수행

- 1 드래프트 실드를 여십시오.
- 2 칭량 대상을 샘플 용기에 놓습니다.
- 3 드래프트 실드를 닫으십시오.
➔ 결과가 표시됩니다.
- 4 🖨️ 게시를 탭하여 칭량 결과를 LabX에 게시합니다.
- 5 프린터가 연결된 경우(선택): 🖨️ 게시를 탭하여 칭량 결과를 인쇄합니다.

4.8 운송, 포장 및 보관

4.8.1 저울의 단거리 운송




주의 사항

드래프트 실드 분리로 인한 백라이트 깜박임 (해독도 0.01mg인 저울)
플랫폼에서 저울을 잡습니다. 드래프트 실드를 이용하여 저울을 들지 마십시오.

- 1 AC/DC 어댑터를 분리하고 모든 인터페이스 케이블을 분리합니다.
 - 2 양 손으로 저울을 잡고 수평을 유지하면서 목표 위치로 옮깁니다. 위치 요건을 고려합니다.
- 저울을 작동하려면 다음과 같이 진행합니다.

- 1 역순으로 연결합니다.
- 2 저울을 예열할 수 있는 충분한 시간을 제공합니다.
- 3 저울의 수평을 맞춥니다.
- 4 내부 조정을 수행합니다.



다음 사항을 참고합니다.

- 🔗 설치를 위한 위치 선정 ▶ 28 페이지
- 🔗 저울 크기 ▶ 34 페이지
- 🔗 수평 조정 ▶ 34 페이지
- 🔗 내부 조정 수행 ▶ 35 페이지

4.8.2 저울의 장거리 운송

METTLER TOLEDO 저울 또는 저울 구성품을 장거리 운송 또는 선적할 경우 출고 시 포장재를 사용할 것을 권장합니다. 출고 시 포장재는 저울 및 구성품용으로 특별 제작되어 운송 중에 파손되지 않도록 안전하게 보호합니다.

다음 사항을 참고합니다.

- 🔗 저울 포장 개봉 ▶ 28 페이지

4.8.3 포장 및 보관

저울 포장

포장재의 모든 부품을 안전한 곳에 보관합니다. 출고 시 포장재는 저울 및 구성품용으로 특별 제작되어 운송 및 보관 중에 파손되지 않도록 안전하게 보호합니다.

저울 보관

다음 조건에 따라 저울을 보관합니다.

- 실내 및 출고 시 포장재
- 환경 조건에 따른 "기술 데이터" 참조.

i 참고

6개월 이상 보관할 경우 충전식 배터리가 방전될 수 있습니다(날짜와 시간만 손실됨).

다음 사항을 참고합니다.

- 🔗 기술 데이터 ▶ 138 페이지

4.9 저울 하부 칭량

작업대 아래에서 칭량 작업을 수행할 수 있도록 저울에는 칭량용 후크가 장착되어 있습니다(저울 아래에서 칭량).

■ 칭량 후크에 접근할 수 있는 칭량 테이블 또는 작업대를 사용할 수 있습니다.


- 1 저울을 AC/DC 어댑터에서 분리합니다.
- 2 모든 인터페이스 케이블을 분리하십시오.
- 3 저울을 조심스럽게 한쪽으로 젖힙니다.
- 4 칭량 후크 커버(1)를 제거합니다.

참고

칭량 후크의 위치는 저울 모델에 따라 다릅니다.

➡ 후크(2)에 접근할 수 있습니다.

- 5 저울을 조심스럽게 피트에 다시 놓습니다.
 - 6 AC/DC 어댑터와 인터페이스 케이블을 다시 연결합니다.
- ➡ 칭량 후크에 접근할 수 있으며 저울 하부 칭량에 사용할 수 있습니다.



다음 사항을 참고합니다.

 치수 ▶ 149 페이지

5 작동

참고

사용 가능한 설정 내용은 LabX의 사용자 권한에 따라 다릅니다.

5.1 터치스크린


5.1.1 항목 선택 또는 활성화

1. 선택하거나 활성화하고자 하는 항목 또는 기능을 탭합니다.




5.1.2 스크롤하기

1. 위 또는 아래로 스크롤하여 모든 항목을 확인합니다.



5.1.3 플라이아웃 패널 열기


1. 탭을 누르거나 탭을 아래로 당겨 플라이인 패널을 엽니다.



5.1.4 문자 및 숫자 입력


참고

문자를 길게 누르면 특수 문자를 사용할 수 있습니다.




	이름	설명
1	입력 필드	입력한 문자 및 숫자를 표시합니다.
2	섹션 제목	현재 섹션의 아이콘과 제목을 표시합니다.
3	폐기	키보드 대화 상자가 종료됩니다.
4	백스페이스	백스페이스 아이콘을 탭하면 입력 내용의 마지막 문자가 삭제됩니다. 백스페이스 아이콘을 길게 탭하면 전체 항목이 삭제됩니다.
5	숫자 및 특수 문자	특수 문자를 입력할 수 있습니다.
6	확인	입력된 데이터를 확인합니다.
7	시프트(Shift)	소문자와 대문자 사이를 전환합니다.

5.1.5 값 변경



	이름	설명
1	플러스 버튼	값이 증가합니다.
2	값 필드	정의된 값을 표시합니다.
3	마이너스 버튼	값을 낮춥니다.

5.1.6 슬라이딩



- 슬라이더를 왼쪽 또는 오른쪽으로 움직여 값을 변경합니다.

5.2 일반적인 저울 설정

5.2.1 날짜 / 시간 / 언어

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > ⚖️ 저울 > 🌐 날짜 / 시간 / 언어

- 설정 날짜 / 시간 / 언어가 열립니다.

- 1 옵션: 설정 날짜 형식 및 시간 형식을 탭하여 날짜 및 시간 표시 방법을 정의합니다.
- 2 설정을 탭하여 조정합니다.
- 3 ✓ 확인을 누릅니다.
- 4 ✓ 저장을 누릅니다.

[i] 참고

설정 시스템 언어은 LabX에 정의되어 있습니다.

다음 사항을 참고합니다.

🔗 설정: 날짜 / 시간 / 언어 ▶ 89 페이지

5.2.2 화면 / StatusLight / 사운드

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > ⚖️ 저울 > 📺 화면 / StatusLight / 사운드

- 설정 화면 / StatusLight / 사운드가 열려 있습니다.

- 1 설정 화면 밝기를 탭하여 디스플레이의 밝기를 조정합니다.
- 2 ✓ 확인을 누릅니다.
- 3 백라이트 드래프트 실드 장착 저울: 설정 드래프트실드 배면광밝기를 탭하여 밝기를 조정합니다.

[i] 참고

이 기능은 비활성화할 수 있습니다.

- 4 ✓ 확인을 누릅니다.
 - 5 설정 음량을 탭하여 용량 레벨을 조정합니다.
 - 6 ✓ 확인을 누릅니다.
 - 7 설정 StatusLight를 탭하여 터미널 조명 스트립을 조정합니다.
- [i] 참고**
이 기능은 비활성화할 수 있습니다.
- 8 ✓ 확인을 누릅니다.
 - 9 사용 가능한 항목: 설정 StatusLight 밝기를 탭하여 밝기를 조정합니다.
 - 10 ✓ 확인을 누릅니다.
 - 11 ✓ 저장을 누릅니다.

다음 사항을 참고합니다.

🔗 설정: 화면 / StatusLight / 사운드 ▶ 89 페이지

5.2.3 대기, 절전 모드

기능 **대기**은 작업 시간 동안 전력 소비를 절약하는 데 도움이 됩니다. 작업 시간 외에는 기능 **절전 모드**이 저울을 최대 절전 모드로 전환하는 역할을 합니다.

저울을 상태 **대기**에서 켜면 즉시 사용할 수 있습니다. 상태 **절전 모드**에서 켜지면 사용하기 전에 저울을 예열해야 합니다.

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > ⚖️ 저울 > ⚙️ 일반

■ 설정 **일반**가 열립니다.

1 설정 **대기**을 탭합니다.

📖 참고

이 기능은 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

2 저울이 대기 상태로 전환되는 시간을 입력합니다.

3 ✓ **확인**을 누릅니다.

4 설정 **절전 모드**를 탭합니다.

📖 참고

이 기능은 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

5 설정 **작업 시작** 및 **작업 종료**를 정의합니다.

📖 참고

저울은 정해진 시간에 절전 모드를 자동으로 종료하면 저울은 즉시 사용할 준비가 됩니다.

6 작업일을 선택합니다.

📖 참고

정의된 설정 **작업 시작**과 **작업 종료** 사이에서는 저울이 절전 모드로 전환되지 않습니다.

7 ✓ **확인**을 누릅니다.

8 ✓ **저장**을 누릅니다.

다음 사항을 참고합니다.

🔗 설정: 일반 ▶ 90 페이지

5.2.4 칭량 / 품질

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > ⚖️ 저울 > ⚖️ 칭량 / 품질

수평 조정 경고

일반적으로 수평 조정은 필요한 경우 수행됩니다. 옵션 **강제 수평 조정**을 선택하면 저울을 사용하기 전에 수평을 조정해야 합니다.

■ 설정 **칭량 / 품질**이 열려 있습니다.

1 설정 **수평 조정 경고**를 탭합니다.

📖 참고

이 기능은 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

2 원하는 옵션을 선택합니다.

3 ✓ **확인**을 누릅니다.

교정 알림

이 기능이 활성화되면 저울 또는 시험 분동 교정이 필요한 시기를 알려줍니다.

– 설정 **교정 알림**을 탭하여 기능을 활성화하거나 비활성화합니다.

교정 만료됨

이 기능이 활성화되면 교정이 만료된 저울을 사용할 수 없습니다.

- 설정 **교정 만료됨**을 탭하여 기능을 활성화하거나 비활성화합니다.

서비스 알리미

이 기능이 활성화되면 저울이 서비스 기한을 알려줍니다.

- 설정 **서비스 알리미**을 탭하여 기능을 활성화하거나 비활성화합니다.

다음 사항을 참고합니다.

 설정: 칭량 / 품질 ▶ 86 페이지

5.2.5 칭량 프로파일

칭량 프로파일은 특정 요건에 맞게 저울을 조정하는 데 사용됩니다. 최대 3개의 칭량 프로파일을 정의할 수 있습니다.

다음 사항을 참고합니다.

 설정: 칭량 프로파일 ▶ 86 페이지

5.2.5.1 지시기

이 설정은 표시기 아이콘의 색상과 텍스트를 정의하는 데 사용됩니다.

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > ⚖️ 저울 > 📊 칭량 프로파일

- 설정 **칭량 프로파일**이 열립니다.

- 1 설정 **지시기**를 탭합니다.
- 2 기능을 활성화합니다.
- 3 색상을 선택합니다.
- 4 섹션 **텍스트**를 탭하고 이름을 입력합니다.
- 5 **✓ 확인**을 누릅니다.

5.2.5.2 교정 인증서

이 설정은 성적서의 ID, 생성일 및 만료일을 정의하는 데 사용됩니다.

 **참고**

새 성적서는 서비스 기술자가 수행한 저울 교정을 기준으로 만들 수 있습니다.

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > ⚖️ 저울 > 📊 칭량 프로파일

- 설정 **칭량 프로파일**이 열립니다.

- 1 설정 **교정 인증서**를 탭합니다.
- 2 기능을 활성화합니다.
- 3 성적서의 ID를 입력합니다.
- 4 섹션 **날짜**를 탭하고 교정 데이터를 입력합니다.
- 5 섹션 **다음 날짜**를 탭하고 다음 교정 예정일을 입력합니다.
- 6 **✓ 확인**을 누릅니다.

5.2.5.3 환경

이 설정은 특정 위치에서 주변 조건에 맞게 저울을 조정하는 역할을 합니다.

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙ 설정 > ⚖ 저울 > ⚖ 칭량 프로파일

- 설정 **칭량 프로파일**이 열려 있습니다.
- 1 프로필의 이름을 입력합니다.
- 2 설정 **환경**을 탭합니다.
- 3 환경 조건에 맞는 옵션을 선택합니다.
- 4 ✓ **확인**을 누릅니다.

5.2.5.4 계량 모드

이 설정은 칭량 신호를 필터링하는 방법을 정의합니다. 표준 칭량 application의 경우, 옵션 **범용**이 적합합니다.

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙ 설정 > ⚖ 저울 > ⚖ 칭량 프로파일

- 설정 **칭량 프로파일**이 열려 있습니다.
- 1 설정 **계량 모드**를 탭합니다.
- 2 필요에 맞는 옵션을 선택합니다.
- 3 ✓ **확인**을 누릅니다.

5.2.5.5 값 해제

이 설정은 칭량 결과 안정화 속도를 정의합니다.

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙ 설정 > ⚖ 저울 > ⚖ 칭량 프로파일

- 설정 **칭량 프로파일**이 열려 있습니다.
- 1 설정 **값 해제**를 탭합니다.
- 2 필요에 맞는 옵션을 선택합니다.
- 3 ✓ **확인**을 누릅니다.

5.2.5.6 디스플레이 가독성

이 설정은 디스플레이에 표시되는 칭량 값의 해독도를 정의합니다.

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙ 설정 > ⚖ 저울 > ⚖ 칭량 프로파일

- 설정 **칭량 프로파일**이 열립니다.
- 1 설정 **디스플레이 가독성**을 탭합니다.
- 2 필요에 맞는 옵션을 선택합니다.
- 3 ✓ **확인**을 누릅니다.

5.2.5.7 최소 순중량

이 설정은 최소 순 중량을 정의하는 데 사용됩니다.

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙ 설정 > ⚖ 저울 > ⚖ 칭량 프로파일

- 설정 **칭량 프로파일**이 열립니다.
- 1 설정 **최소 순중량**를 탭합니다.
- 2 기능을 활성화합니다.
- 3 값을 입력합니다.
- 4 옵션: 중량 단위를 탭하고 중량 단위를 선택합니다.
- 5 ✓ **확인**을 누릅니다.

5.2.6 시험 분동

다음 사항을 참고합니다.

🔗 설정: 시험 분동 ▶ 87 페이지

5.2.6.1 LabX에서 시험 분동 추가

■ 섹션 **시험 분동**이 열립니다.

- 1 **+**를 탭합니다.
- 2 옵션 **LabX에서 기존 분동 추가**를 선택합니다.
- 3 **→ 다음**을 누릅니다.
- 4 추가할 분동을 선택합니다.
- 5 **→ 다음**을 누릅니다.
- 6 **✓ 저장**을 누릅니다.
➡ 새 시험 분동이 사용 가능한 시험 분동 목록에 추가됩니다.

5.2.6.2 개별 시험 분동 생성

사용자는 해당 성적서를 기반으로 각 시험 분동과 관련된 데이터를 입력해야 합니다. 이를 통해 각 시험 분동을 특정 성적서에 명확하게 할당할 수 있습니다. 최대 20개의 시험 분동을 구성할 수 있습니다. 이러한 시험 분동은 테스트 및 조정을 수행하는 데 사용할 수 있습니다.

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > ⚖️ 저울 > 📋 시험 분동

참고

각 시험 분동에 대해 실제 중량을 정의해야 합니다. 외부 조정을 위한 시험 분동은 저울 용량과 일치하는 것이 가장 이상적입니다. 또는 저울 모델에 권장되는 최대 OIML 중량을 사용하십시오.

■ 섹션 **시험 분동**이 열립니다.

- 1 **+**를 탭합니다.
- 2 옵션 **새 분동 생성**를 선택합니다.
- 3 **→ 다음**을 누릅니다.
- 4 시험 분동의 이름을 입력합니다.
- 5 **→ 다음**을 누릅니다.
- 6 시험 분동의 최대 중량을 입력합니다.
- 7 **→ 다음**을 누릅니다.
- 8 파라미터 **표준 질량**를 탭하고 시험 분동의 실제 중량을 입력합니다.
- 9 **✓ 확인**을 누릅니다.
- 10 **✓ 저장**을 누릅니다.
➡ 새 시험 분동이 사용 가능한 시험 분동 목록에 추가됩니다.

5.2.6.3 결합된 시험 분동 생성

사용자는 시험 분동을 결합하여 단일 표준 분동으로는 사용할 수 없는 시험 분동 용량을 달성할 수 있습니다. 예를 들어, 10g의 분동과 20g의 분동을 결합하여 30g의 시험 분동으로 사용할 수 있습니다. 각 결합 시험 분동에는 2개 또는 3개의 시험 분동이 포함될 수 있습니다. 특정 결합 분동의 등급은 포함된 개별 시험 분동 중 가장 낮은 등급만큼만 우수할 수 있습니다. 다른 모든 시험 분동과 마찬가지로 결합된 시험 분동은 외부 테스트 및 조정을 수행하는 데 사용할 수 있습니다.

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > ⚖️ 저울 > 📋 시험 분동

- 섹션 **시험 분동**이 열립니다.
- 1 **+**를 탭합니다.
- 2 옵션 **새 결합 분동 생성**를 선택합니다.
- 3 **→ 다음**을 누릅니다.
- 4 결합된 분동의 이름을 입력합니다.
- 5 **→ 다음**을 누릅니다.
- 6 적절한 분동 등급을 선택합니다.
- 7 **→ 다음**을 누릅니다.
- 8 결합할 분동을 선택합니다.
- 9 **✓ 저장**을 누릅니다.
 - ➔ 새 시험 분동이 사용 가능한 시험 분동 목록에 추가됩니다.
 - ➔ 결합된 분동의 최대 중량이 자동으로 계산됩니다.

5.2.6.4 시험 분동 제거

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > ⚖️ 저울 > 📋 시험 분동

- 섹션 **시험 분동**이 열립니다.
- 1 **✖**를 탭합니다.
- 2 제거할 분동을 선택합니다.
- 3 **✓ 확인**을 누릅니다.
 - ➔ 시험 분동은 목록에서 제거되지만 LabX에서는 삭제되지 않습니다.

5.3 칭량 applications

칭량 application은 특정 칭량 작업을 수행하는 데 사용됩니다. 저울은 기본 파라미터를 포함한 다양한 칭량 application을 제공합니다.

5.3.1 칭량 applications 개요

섹션 **계량**에서는 저울에서 사용할 수 있는 칭량 application에 대한 개요를 제공합니다. 이 섹션에서는 특정 칭량 절차를 위한 칭량 application을 선택할 수 있습니다.

≡ 경로: ▼ > 📋 Application > 📊 계량

다음 칭량 application을 사용할 수 있습니다.

- ⚖️ 일반 계량
- ⚙️ 피스 계수
- ✂️ 중량 선별
- 📈 동적 계량
- 📦 배합
- ∑ 총계
- ⚖️ 무게 재 측정
- 📏 밀도
- ⚖️ 차등 계량

5.3.2 칭량 application의 일반 설정

5.3.2.1 LabX 에서 분석법 선택

≡ 경로: ▼ >  계량 >  일반 계량 > .

이 예는 application 일반 계량에 LabX의 분석법을 추가하는 방법을 보여줍니다. 다른 칭량 application의 절차도 유사합니다.

- 1 Application 일반 계량으로 이동합니다.
➔ 메인 칭량 화면이 열립니다.
- 2 를 탭합니다.
➔ 섹션 기본이 열립니다.
- 3 옵션 사용 중인 분석법 옆의 ≡을 탭합니다.
- 4 LabX에서 분석법을 선택합니다.
- 5 ✓ 확인을 누릅니다.
➔ LabX의 분석법은 application에 사용됩니다.

5.3.2.2 새로운 분석법 생성

≡ 경로: ▼ >  계량 >  일반 계량 > .

이 예시는 application 일반 계량에 대한 새로운 분석법을 만드는 방법을 보여줍니다. 다른 칭량 application의 절차도 유사합니다.

- 1 Application 일반 계량으로 이동합니다.
➔ 메인 칭량 화면이 열립니다.
- 2 를 탭합니다.
➔ 섹션 기본이 열립니다.
- 3 옵션 사용 중인 분석법 옆의 ≡을 탭합니다.
- 4 +를 탭합니다.
- 5 사용 가능한 옵션 중 하나를 선택합니다.
- 6 ➔ 다음을 누릅니다.
- 7 설정을 정의합니다.
- 8 ➔ 다음을 누릅니다.
- 9 ✓ 저장을 누릅니다.
➔ 새로운 분석법이 application에 사용됩니다.

5.3.2.3 분석법 삭제

≡ 경로: ▼ >  계량 >  일반 계량 > .

이 예시는 application 일반 계량의 분석법을 삭제하는 방법을 보여줍니다. 다른 칭량 application의 절차도 유사합니다.

- 1 Application 일반 계량으로 이동합니다.
➔ 메인 칭량 화면이 열립니다.
- 2 를 탭합니다.
➔ 섹션 기본이 열립니다.
- 3 옵션 사용 중인 분석법 옆의 ≡을 탭합니다.

- 4 를 탭합니다.
- 5 삭제할 분석법을 선택합니다.
- 6 **확인**을 누릅니다.
 - ➔ 이 분석법은 저울 및 LabX에서 삭제됩니다.

5.3.2.4 목표 중량 및 허용 오차 정의

일부 칭량 application은 목표 중량을 정의할 수 있는 옵션을 제공합니다. 칭량 결과에 대한 허용 오차 범위를 정의할 수도 있습니다. ± 공차 범위 대신, 상한(+) 및/또는 하한(-) 허용 오차를 정의할 수 있습니다. 칭량 결과가 범위를 벗어나면 메인 칭량 화면에 표시됩니다.

≡ 경로: ▼ > 계량 > 일반 계량 >

이 예시는 application **일반 계량**에 대한 목표 중량 및 허용 오차 범위를 정의하는 방법을 보여줍니다. 다른 칭량 application의 절차도 유사합니다.

- 섹션 **기본**이 열립니다.
- 1 설정 **목표 및 허용 오차**를 탭합니다.
 - 참고**
이 기능은 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.
 - ➔ 섹션 **목표**이 열립니다.
- 2 목표 중량을 입력합니다.
또는 를 탭하여 실제 중량으로 목표 값을 정의합니다.
- 3 **+ 허용 오차**를 누릅니다.
 - 참고**
이 기능은 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.
- 4 허용 오차 범위 [% 또는 g]를 입력합니다.
 - 참고**
%와 그램 사이를 전환하려면 해당 아이콘을 탭합니다.
- 5 **확인**을 누릅니다.
- 6 **저장**을 누릅니다.
 - ➔ 목표 중량 및 허용 오차 범위는 메인 칭량 화면에 표시됩니다.

다음 사항을 참고합니다.

기본 ▶ 94 페이지

5.3.2.5 샘플 ID 정의하기

≡ 경로: ▼ > 계량 > 일반 계량 >

이 예시는 application **일반 계량**에 대한 샘플 ID를 정의하는 방법을 보여줍니다. 다른 칭량 application의 절차도 유사합니다.

- 칭량 application의 설정 섹션이 열립니다.
- 1 **ID 형식**을 누릅니다.
- 2 **샘플 ID**를 탭합니다.
 - 참고**
이 기능은 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.
- 3 **기본값**을 탭하고 값을 입력합니다.
- 4 **확인**을 누릅니다.

설명 추가

샘플에 최대 세 개의 설명을 추가할 수 있습니다.

- 섹션  ID 형식이 열려 있습니다.

1 설명 1를 탭합니다.

참고

이 기능은 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

2 유형을 탭하고 옵션 샘플를 선택합니다.

3 라벨을 탭하여 설명을 입력합니다.

4 ✓ 확인을 누릅니다.

5 기본값을 탭하여 값을 입력합니다.

6 ✓ 확인을 누릅니다.

7 입력 프롬프트를 탭합니다. 이 옵션이 활성화되면 샘플 ID의 값을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

8 ✓ 확인을 누릅니다.

9 ✓ 저장을 누릅니다.

다음 사항을 참고합니다.

 ID 형식 ▶ 94 페이지

5.3.2.6 칭량 application 구성하기

≡ 경로: ▼ >  계량 >  일반 계량 > 

이 예시는 application 일반 계량을 구성하는 방법을 보여줍니다. 다른 칭량 application의 절차도 유사합니다.

- 칭량 application의 설정 섹션이 열립니다.

1  계량을 누릅니다.

2 정보 중량을 탭하고 메인 칭량 화면에 표시될 이차 중량 단위를 선택합니다.

참고

이 기능은 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

3 계량 프로파일을 탭하고 원하는 옵션을 선택합니다.

4 ✓ 확인을 누릅니다.

5 중량 캡처 모드를 탭하고 원하는 옵션을 선택합니다.

6 ✓ 저장을 누릅니다.

다음 사항을 참고합니다.

 계량 ▶ 97 페이지

5.3.2.7 칭량 시리즈 구성

일부 칭량 application은 칭량 시리즈를 정의할 수 있는 옵션을 제공합니다. 이 옵션이 활성화되면 저울에서 통계 계산을 제공할 수도 있습니다.

≡ 경로: ▼ >  계량 >  일반 계량 > 

이 예시는 application 일반 계량에 대한 칭량 시리즈를 구성하는 방법을 보여줍니다. 다른 칭량 application의 절차도 유사합니다.

- 칭량 application의 설정 섹션이 열립니다.

1 활성화된 경우 옵션:  ID 형식을 탭한 다음 설명을 탭합니다.

- 2 유형을 탭하고 옵션 **시리즈**를 선택합니다.
- 3 ✓ **확인**을 누릅니다.
- 4 자동 타임스탬프를 활성화하려면 자동 값을 탭합니다.
i **참고**
 이 설정을 활성화하면 **기본값** 및 **입력 프롬프트** 옵션이 비활성화됩니다.
- 5 ✓ **확인**을 누릅니다.
- 6  **계량**을 누릅니다.
- 7 **측정 시리즈**를 탭하여 이 기능을 활성화합니다.
- 8 옵션: **통계 계산**을 탭하여 이 기능을 활성화합니다.
- 9 옵션: **허용 범위**를 탭하고 값을 입력합니다.
i **참고**
 이 기능은 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.
- 10 ✓ **확인**을 누릅니다.
- 11 ✓ **저장**을 누릅니다.

다음 사항을 참고합니다.

 계량 ▶ 97 페이지

5.3.2.8 자동화된 기능 사용

대부분의 칭량 application은 특정 기능을 자동화하는 옵션을 제공합니다. 예를 들어, 옵션 **자동 용기 측정**을 사용하면 저울은 첫 번째 안정된 중량을 용기 중량으로 자동 저장합니다.

≡ 경로: ▼ >  **계량** >  **일반 계량** > .

예시로 application **일반 계량**의 자동화된 기능을 선택하는 방법을 보여줍니다. 모든 기능은 개별적으로 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 다른 칭량 application의 절차도 유사합니다.

■ 섹션  **자동화**이 열립니다.

- 1 **자동 영점**을 탭하고 저울이 자동으로 영점 조정되는 임계값을 입력합니다.
i **참고**
 원하는 단위를 선택합니다.
- 2 ✓ **확인**을 누릅니다.
- 3 **자동 용기 측정**을 탭하여 이 기능을 활성화하거나 비활성화합니다.
- 4 **사전 설정 용기 측정**을 탭하고 고정 용기 중량을 입력합니다.
 또는 를 탭하여 실제 측정용 용기를 사용하여 값을 정의합니다.
i **참고**
 원하는 단위를 선택합니다.
- 5 ✓ **확인**을 누릅니다.
- 6 **리콜 중량**을 탭하고 원하는 옵션을 선택합니다.
- 7 ✓ **확인**을 누릅니다.
- 8 ✓ **저장**을 누릅니다.
 ➔ 메인 칭량 화면이 열립니다.
- 9 **→PT←**을 탭하여 사전 설정된 용기 중량 값을 입력합니다.
- 10 사전 설정된 용기 중량을 입력합니다.
- 11 ✓ **적용**을 누릅니다.
 ➔ 사전 설정된 용기 중량이 메인 칭량 화면에 표시됩니다.

다음 사항을 참고합니다.

🔗 자동화 ▶ 95 페이지

5.3.2.9 보고서 구성

기본적으로 칭량 결과 및 중량 단위만 게시됩니다. 추가 정보를 표시하도록 보고서 구성이 가능합니다. 보고서는 다음 게시 전략에 대한 콘텐츠를 정의합니다.

- 프린터로 데이터 인쇄
- USB 저장 장치 파일로 데이터 내보내기

≡ 경로: ▼ > 📊 계량 > ⚙️ 일반 계량 > ⚙️

이 예시는 application 일반 계량에 대한 보고서를 구성하는 방법을 보여줍니다. 다른 칭량 application의 절차도 유사합니다.

- 칭량 application의 설정 섹션이 열립니다.
- 1 📄 보고서를 누릅니다.
- 2 머리말 및 꼬릿말을 탭합니다.
- 3 보고서에 포함할 항목을 탭합니다.
- 4 제목을 탭하여 제목 이름을 입력합니다.
- 5 ✓ 확인을 누릅니다.
- 6 빈 라인을 탭하고 숫자를 입력합니다.
- 7 ✓ 확인을 누릅니다.
- 8 > 을 탭하여 보고서 구성의 다음 섹션으로 이동합니다.
- 9 보고서에 포함할 항목을 탭합니다.
- 10 보고서 구성의 마지막 섹션에 도달할 때까지 계속 진행합니다.
- 11 ✓ 저장을 누릅니다.

다음 사항을 참고합니다.

🔗 보고서 ▶ 96 페이지

5.3.3 Application "일반 계량"

application 일반 계량은 기본 칭량 기능을 제공합니다. 이 application은 간단한 칭량 작업이나 일련의 측정 작업을 수행하는 데 사용됩니다.

목표 중량 및 허용 오차와 같은 칭량 품목의 설정을 지정할 수 있습니다.


≡ 경로: ▼ > 📊 계량 > ⚙️ 일반 계량

절차 예시

이 예시는 샘플 칭량 방법을 보여줍니다. 드래프트 쉘드 장착 저울을 사용합니다.

- 1 application 섹션을 엽니다.
 - ➡ 섹션 📊 계량을 선택합니다.
- 2 ⚙️ 일반 계량을 누릅니다.
 - ➡ 해당 칭량 application이 열립니다.
- 3 선택한 분석법이 없으면 ⚙️를 탭합니다.
- 4 섹션 📄 기본이 열립니다.
- 5 옵션 사용 중인 분석법 옆의 ≡을 탭합니다.
- 6 LabX에서 분석법을 선택합니다.
- 7 또는 +를 탭하여 새 분석법을 생성합니다.

- 8 **✓ 확인**을 누릅니다.
➡ 메인 칭량 화면이 열립니다.
- 9 **→0←**를 눌러 저울의 영점을 맞춥니다.
- 10 드래프트 실드 도어를 엽니다(해당하는 경우).
- 11 칭량 대상(1)을 칭량 팬(2)에 놓습니다.
- 12 드래프트 실드 도어를 닫습니다(해당하는 경우).
- 13 중량이 안정될 때까지 기다립니다.
➡ 결과가 표시됩니다.
- 14 설정에 따른 선택 사항: **■ 계시**를 탭하여 칭량 결과를 인쇄하거나 내보냅니다.



다음 사항을 참고합니다.

🔗 설정: application "일반 계량" ▶ 93 페이지

5.3.4 Application "피스 계수"

application **피스 계수**은 칭량 팬에 놓인 개수를 파악하는 데 사용됩니다. 단위 수량은 정의된 기준 개수의 평균 중량을 기반으로 측정되므로 모든 개수의 중량이 거의 동일할 경우 유리합니다.

≡ 경로: ▼ > **계량** > **피스 계수**

절차 예시

이 예시는 샘플 용기에 담긴 샘플의 칭량 방법을 보여줍니다.

- 1 application 섹션을 엽니다.
➡ 섹션 **계량**을 선택합니다.
- 2 **피스 계수**를 누릅니다.
➡ 해당 칭량 application이 열립니다.
- 3 선택한 분석법이 없으면 **분석법**을 탭합니다.
- 4 섹션 **기본**이 열립니다.
- 5 옵션 **사용 중인 분석법**의 **≡**를 탭합니다.
- 6 LabX에서 분석법을 선택합니다.
- 7 또는 **+**를 탭하여 새 분석법을 생성합니다.
- 8 **✓ 확인**을 누릅니다.
➡ 메인 칭량 화면이 열립니다.
- 9 제목 섹션 **참조**를 탭합니다.
또는, **참조**를 탭하여 이 설정에 액세스합니다.
➡ 기준 중량을 정의하기 위한 화면이 열립니다.
- 10 왼쪽 제목 섹션을 탭하여 기준 샘플의 수를 정의합니다. 예를 들어 5를 입력합니다.
- 11 **✓ 확인**을 누릅니다.
- 12 칭량 팬에 빈 샘플 용기를 놓습니다.
- 13 **→T←**를 눌러 저울의 용기 중량을 측정합니다.
- 14 5개의 기준 샘플을 샘플 용기에 넣습니다.

- ➔ 기준 샘플의 총 중량이 표시됩니다.
- 15 **✓ 확인**을 누릅니다.
 - ➔ 기준 샘플의 수가 표시됩니다.
 - ➔ 기준 샘플 1개의 중량이 왼쪽 제목 섹션에 표시됩니다.
- 16 샘플 용기에 샘플을 추가합니다.
 - ➔ 샘플 용기에 있는 총 개수가 표시됩니다.

다음 사항을 참고합니다.

🔗 설정: application "피스 계수" ▶ 96 페이지

5.3.5 Application "중량 선별"

application **중량 선별**은 기준 목표 중량에 대한 허용 오차 한계 내에서 샘플 중량의 편차를 확인합니다.

≡ **경로:** ▼ >  **계량** >  **중량 선별**


절차 예시

이 예시는 목표 중량과 비교하여 샘플을 확인하는 방법을 보여줍니다. ± 허용 오차 범위를 사용합니다.

- 1 application 섹션을 엽니다.
 - ➔ 섹션  **계량**을 선택합니다.
- 2  **중량 선별**을 누릅니다.
 - ➔ 해당 칭량 application이 열립니다.
- 3 선택한 분석법이 없으면 를 탭합니다.
- 4 섹션 **기본**이 열립니다.
- 5 옵션 **사용 중인 분석법** 옆의 ≡를 탭합니다.
- 6 LabX에서 분석법을 선택합니다.
- 7 또는 **+**를 탭하여 새 분석법을 생성합니다.
- 8 **✓ 확인**을 누릅니다.
 - ➔ 메인 칭량 화면이 열립니다.
- 9 를 탭합니다.
 - ➔ 섹션 **주요 구성**이 열립니다.
- 10 **목표 무게**를 탭하고 기준 샘플 값을 입력합니다.
 - 또는 를 탭하여 기준 샘플을 칭량합니다.
- 11 를 탭하고 허용 오차 값을 입력합니다.
- 12 **✓ 확인**을 누릅니다.
 - ➔ 섹션 **주요 구성**이 열립니다.
- 13 **임계값 확인**를 탭하고 값을 입력합니다.
- 14 **✓ 확인**을 누릅니다.
 - ➔ 섹션 **주요 구성**이 열립니다.
- 15 **✓ 저장**을 누릅니다.
 - ➔ 메인 칭량 화면이 열립니다.
- 16 칭량 팬에 샘플을 놓습니다.
 - ➔ 결과가 표시됩니다.

참고

결과가 허용 오차 범위 내에 있으면 배경이 녹색으로 표시됩니다.



결과가 허용 오차 범위를 벗어나면 배경이 빨간색으로 표시됩니다.



다음 사항을 참고합니다.

 설정: application "중량 선별" ▶ 99 페이지

5.3.6 Application "동적 계량"

application **동적 계량**은 불안정한 샘플의 중량을 측정합니다. 또한 불안정한 주변 조건에서도 칭량이 가능합니다. 계산된 중량은 정의된 시간에 걸쳐 여러 번 측정된 중량의 평균입니다.

≡ 경로: ▼ >  계량 >  동적 계량

절차 예시

이 예시는 샘플 용기에서 동적 계량을 수동으로 시작하는 방법을 보여줍니다.

- 1 application 섹션을 엽니다.
 - ➔ 섹션  계량을 선택합니다.
- 2  동적 계량을 누릅니다.
 - ➔ 해당 칭량 application이 열립니다.
- 3 선택한 분석법이 없으면 를 탭합니다.
- 4 섹션 기본이 열립니다.
- 5 옵션 **사용 중인 분석법**의 ≡를 탭합니다.
- 6 LabX에서 분석법을 선택합니다.
- 7 또는 를 탭하여 새 분석법을 생성합니다.
- 8  **확인**을 누릅니다.
 - ➔ 메인 칭량 화면이 열립니다.
- 9 제목 섹션을 탭하여 측정 시간을 초 단위로 정의합니다. 예를 들어 5를 입력합니다.
또는, 를 탭하여 이 설정에 액세스합니다.
- 10  **확인**을 누릅니다.
- 11 **시작 모드**를 탭합니다.
- 12 **수동**를 선택합니다.
- 13  **확인**을 누릅니다.
- 14  **저장**을 누릅니다.
 - ➔ 메인 칭량 화면이 열립니다.
- 15 칭량 팬에 빈 샘플 용기를 놓습니다.

- 16 →T←를 눌러 저울의 용기 중량을 측정합니다.
⇒ Net 길게 누르십시오.
- 17 샘플을 샘플 용기에 놓습니다.
⇒ 결과가 표시됩니다.
- 18 ▶ 시작을 누릅니다.
⇒ 저울이 정의된 측정 기간 동안 동적 중량을 캡처합니다.
⇒ 결과는 파란색 배경에 표시됩니다.
- 19 탭합니다 ✓ 완료.

다음 사항을 참고합니다.

🔗 설정: application "동적 계량" ▶ 101 페이지

5.3.7 Application "배합"

application **배합**은 여러 구성품을 순차적으로 칭량하는 데 사용됩니다. 저울은 추가된 구성품의 총 중량을 표시합니다. 기능 **▶충진**은 정의된 목표 중량에 도달하기 위해 구성 요소를 추가하는 데 사용됩니다.

≡ 경로: ▼ >  **계량** >  **배합**

절차 배합 예시

이 예시는 샘플 용기에 구성품을 추가하는 방법을 보여줍니다.

- 1 application 섹션을 엽니다.
⇒ 섹션  **계량**을 선택합니다.
- 2  **배합**을 누릅니다.
⇒ 해당 칭량 application이 열립니다.
- 3 선택한 분석법이 없으면 를 탭합니다.
- 4 섹션 **조기본**이 열립니다.
- 5 옵션 **사용 중인 분석법** 옆의 ≡을 탭합니다.
- 6 LabX에서 분석법을 선택합니다.
- 7 또는 **+**를 탭하여 새 분석법을 생성합니다.
- 8 ✓ **확인**을 누릅니다.
⇒ 메인 칭량 화면이 열립니다.
- 9 →0←를 눌러 저울의 영점을 맞춥니다.
- 10 ▶ **시작**을 누릅니다.
- 11 칭량 팬에 빈 샘플 용기를 놓습니다.
- 12 →T←를 눌러 저울의 용기 중량을 측정합니다.
⇒ Net 길게 누르십시오.
- 13 첫 번째 구성품을 샘플 용기에 추가합니다.
- 14 **+** **추가**을 누릅니다.
- 15 두 번째 구성품을 샘플 용기에 추가합니다.
- 16 **+** **추가**을 누릅니다.
- 17  **완료**를 누릅니다.
⇒ 결과가 표시됩니다.

절차 충전 예시

이 예시는 정의된 목표 중량에 도달하기 위해 액체를 샘플에 추가하는 방법을 보여줍니다.

- 1 application 섹션을 엽니다.
➔ 섹션 계량을 선택합니다.
- 2 배합을 누릅니다.
➔ 해당 칭량 application이 열립니다.
- 3 0<를 눌러 저울의 영점을 맞춥니다.
- 4 시작을 누릅니다.
- 5 칭량 팬에 빈 샘플 용기를 놓습니다.
- 6 T<를 눌러 저울의 용기 중량을 측정합니다.
➔ Net 길게 누르십시오.
- 7 샘플을 샘플 용기에 놓습니다.
- 8 + 추가를 누릅니다.
- 9 다른 샘플을 샘플 용기에 놓습니다.
- 10 + 추가를 누릅니다.
➔ 샘플의 총 중량이 제목 표시줄에 표시됩니다.
- 11 모든 샘플에 대해 이 절차를 반복합니다.
- 12 충진을 누릅니다.
➔ 샘플의 총 중량이 표시됩니다.
- 13 원하는 목표 중량이 표시될 때까지 샘플 용기에 액체를 추가합니다.
➔ 추가된 액체의 중량이 제목 섹션에 표시됩니다.
- 14 ✓ 확인을 누릅니다.
- 15 완료를 누릅니다.
➔ 샘플 수와 샘플의 총 중량이 표시됩니다.

다음 사항을 참고합니다.

설정: application "배합" ▶ 103 페이지

5.3.8 Application "총계"

application **총계**은 다양한 샘플을 별도로 칭량하는 데 사용됩니다. 저울은 자동으로 칭량의 합계를 계산합니다.

≡ 경로: ▼ > 계량 > Σ 총계

절차 예시

이 예시는 별도로 칭량된 샘플의 총 중량을 자동으로 계산하는 방법을 보여줍니다.

- 1 application 섹션을 엽니다.
➔ 섹션 계량을 선택합니다.
- 2 Σ 총계를 누릅니다.
➔ 해당 칭량 application이 열립니다.
- 3 선택한 분석법이 없으면 Σ.를 탭합니다.
- 4 섹션 기본이 열립니다.
- 5 옵션 **사용 중인 분석법** 옆의 ≡를 탭합니다.
- 6 LabX에서 분석법을 선택합니다.

- 7 또는 **+**를 탭하여 새 분석법을 생성합니다.
- 8 **✓ 확인**을 누릅니다.
 - ➔ 메인 칭량 화면이 열립니다.
- 9 **→0←**를 눌러 저울의 영점을 맞춥니다.
- 10 **▶ 시작**을 누릅니다.
- 11 칭량 팬에 첫 번째 샘플을 놓습니다.
- 12 중량이 안정될 때까지 기다립니다.
- 13 **+** **추가**을 누릅니다.
- 14 칭량 팬에서 샘플을 제거합니다.
- 15 다른 샘플을 칭량 팬에 놓습니다.
- 16 중량이 안정될 때까지 기다립니다.
- 17 **+** **추가**을 누릅니다.
 - ➔ 두 샘플의 총 중량이 제목 섹션에 표시됩니다.
- 18 칭량 팬에서 샘플을 제거합니다.
- 19 모든 샘플에 대해 이 절차를 반복합니다.
- 20 **■ 완료**을 누릅니다.
 - ➔ 샘플 수와 샘플의 총 중량이 표시됩니다.
- 21 **✓ 완료**을 누릅니다.

다음 사항을 참고합니다.

🔗 설정: application "총계" ▶ 105 페이지

5.3.9 Application "무게 재 측정"

application 무게 재 측정은 두 칭량 값의 차이를 계산하는 데 사용됩니다.

≡ 경로: ▼ > **계량** > △ 무게 재 측정

절차 예시

이 예시는 샘플 용기를 비운 후 샘플 용기에 남은 샘플의 양을 계산하는 방법을 보여줍니다.

- 1 application 섹션을 엽니다.
 - ➔ 섹션 **계량**을 선택합니다.
- 2 △ 무게 재 측정을 누릅니다.
 - ➔ 해당 칭량 application이 열립니다.
- 3 선택한 분석법이 없으면 △를 탭합니다.
- 4 섹션 **기본**이 열립니다.
- 5 옵션 **사용 중인 분석법**의 ≡를 탭합니다.
- 6 LabX에서 분석법을 선택합니다.
- 7 또는 **+**를 탭하여 새 분석법을 생성합니다.
- 8 **✓ 확인**을 누릅니다.
 - ➔ 메인 칭량 화면이 열립니다.
- 9 **▶ 시작**을 누릅니다.
- 10 칭량 팬에 빈 샘플 용기를 놓습니다.
 - ➔ 저울이 용기 중량을 측정합니다.
- 11 샘플을 샘플 용기에 놓습니다.
 - ➔ **초기 중량**: 샘플의 중량이 표시됩니다.

- 12 칭량 팬에서 샘플 용기를 분리하고 샘플을 제거합니다.
- 13 칭량 팬에 샘플 용기를 놓습니다.
 - ➔ **최종 중량**: 남은 샘플의 중량이 표시됩니다.
 - ➔ 8: 제거된 샘플 중량이 제목 섹션에 표시됩니다.
- 14  **완료**를 누릅니다.
 - ➔ 결과가 표시됩니다.
- 15 탭합니다  **완료**.

다음 사항을 참고합니다.

 설정: application "무게 재 측정" ▶ 107 페이지

5.3.10 Application "밀도"

application **밀도**은 고체의 밀도를 측정하는 데 사용됩니다. 밀도 측정은 **아르키메데스의 원리**에 따라 수행됩니다. 유체에 잠긴 물체의 부피와 동일한 부피를 가진 유체의 중량은 같다는 것입니다.

≡ 경로: ▼ >  **계량** >  **밀도**

절차 예시

이 예시에서는 밀도 키트를 사용하여 고형의 밀도를 측정하는 방법을 설명합니다. 증류수는 보조 액체로 사용됩니다.

- 저용량 밀도 키트를 사용할 수 있습니다.

- 1 application 섹션을 엽니다.
 - ➔ 섹션  **계량**을 선택합니다.
- 2  **밀도**를 누릅니다.
 - ➔ 해당 칭량 application이 열립니다.
- 3 선택한 분석법이 없으면 를 탭합니다.
- 4 섹션  **기본**이 열립니다.
- 5 옵션 **사용 중인 분석법** 옆의 을 탭합니다.
- 6 LabX에서 분석법을 선택합니다.
- 7 또는 를 탭하여 새 분석법을 생성합니다.
- 8  **확인**을 누릅니다.
 - ➔ 메인 칭량 화면이 열립니다.
 - ➔ 제목 섹션에는 보조 액체 **증류수**이 표시됩니다.

참고

사용자 지정 보조 액체의 경우 제목 섹션을 탭하고 옵션 **사용자 지정**을 선택합니다. 그런 다음 사용자 지정 보조 액체의 밀도를 정의합니다.
또는, 을 탭하여 이 설정에 액세스합니다.

- 9  **시작**을 누릅니다.
- 10 보조 액체가 포함된 밀도 키트를 칭량 팬 위에 놓습니다.
- 11  **확인**을 누릅니다.
 - ➔ Net 길게 누르십시오.
- 12 칭량 팬에 샘플을 놓습니다.
- 13  **확인**을 누릅니다.
- 14 샘플을 보조 액체에 넣습니다.
- 15  **확인**을 누릅니다.

➡ 결과가 표시됩니다.

16 탭합니다 ✓ 완료.

다음 사항을 참고합니다.

🔗 설정: application "밀도" ▶ 110 페이지

5.3.11 Application "차등 계량"

Application 차등 계량은 두 개 이상의 칭량 값의 차이를 계산하는 데 사용됩니다. Application 무게 재 측정과 유사하지만 더 많은 옵션을 제공합니다.

≡ 경로: ▼ >  계량 >  차등 계량

절차 예시

이 예시는 칭량 시퀀스 초기 중량 우선을 사용합니다.

- 1 application 섹션을 엽니다.
➡ 섹션  계량을 선택합니다.
- 2  차등 계량을 탭합니다.
➡ 해당 칭량 application이 열립니다.
- 3 선택한 분석법이 없으면  를 탭합니다.
- 4 섹션  기본이 열립니다.
- 5 옵션 사용 중인 분석법 옆의 ≡ 을 탭합니다.
- 6 LabX에서 분석법을 선택합니다.
- 7 또는  를 탭하여 새 분석법을 생성합니다.
- 8 ✓ 확인을 누릅니다.
➡ 메인 칭량 화면이 열립니다.
- 9 샘플 수와 칭량 시퀀스를 정의하려면 제목 섹션을 탭합니다.
또는,  을 탭하여 이 설정에 액세스합니다.
- 10 ✓ 저장을 누릅니다.
- 11 ▶ 시작을 누릅니다.
- 12 칭량 팬에 빈 샘플 용기를 놓습니다.
➡ 저울이 용기 중량을 측정합니다.
➡ Net 길게 누르십시오.
- 13 샘플을 샘플 용기에 놓습니다.
➡ 초기 중량: 샘플의 중량이 표시됩니다.
- 14 ✓ 확인을 누릅니다.
- 15 칭량 팬에서 샘플 용기를 제거합니다.
- 16 ➡ 다음을 누릅니다.
- 17 각 샘플에 대해 단계를 반복합니다.
- 18 칭량 팬에 처리된 샘플 1이 있는 용기를 놓습니다.
➡ 최종 중량: 샘플의 중량이 표시됩니다.
- 19 ✓ 확인을 누릅니다.
➡ δ : 중량 차이는 제목 섹션에 표시됩니다.
- 20 칭량 팬에서 샘플 용기를 제거합니다.
- 21 ➡ 다음을 누릅니다.
- 22 각 샘플에 대해 12~15 단계를 반복합니다.

- 23 ✓ **확인**을 누릅니다.
- 24  **완료**를 누릅니다.
- ➔ 결과가 게시됩니다.

다음 사항을 참고합니다.

🔗 설정: application "차등 계량" ▶ 112 페이지

5.4 조정

이 섹션에서는 내부 또는 외부 조정을 설정하고 수행하는 방법을 설명합니다.

내부 조정은 내장된 분동을 사용하여 저울을 조정합니다. 일반적으로 저울은 특정 이벤트 후 자동으로 내부 조정을 수행하도록 설정되어 있습니다.

외부 조정은 저울을 조정하기 위해 별도의 분동이 필요합니다. 일반적으로 외부 조정은 고객의 SOP 요건에 따라 수행됩니다.

다음 사항을 참고합니다.

🔗 시험 분동 ▶ 48 페이지

5.4.1 조정 전략

이 설정은 조정을 시작할 때마다 수행되는 조정 유형을 정의합니다.

≡ **경로:** ≡ **저울 메뉴** > ⚙ **설정** > ⚖ **저울** > ⚙ **조정 전략**

- 1 섹션 **조정 전략**로 이동합니다.
- 2 사용 가능한 옵션 중 하나를 선택합니다.
- 3 ✓ **저장**을 누릅니다.

다음 사항을 참고합니다.

🔗 설정: 조정 전략 ▶ 88 페이지

5.4.2 조정 편집

이 예시는 조정 유형 **내부**의 수정 방법을 보여줍니다. 조정 유형 **외부**를 수정하는 절차는 비슷합니다.

≡ **경로:** ▼ >  **Applications** > ⚙ **조정**

- 1 application 섹션을 엽니다.
- 2 ⚙ **조정**을 누릅니다.
- 3 ⚙ **내부**를 누릅니다.
 - ➔ 메인 칭량 화면이 열립니다.
- 4 ⚙ **내부**를 탭합니다.
 - ➔ 설정 섹션이 열립니다.
- 5 선택한 분석법이 없는 경우, 옵션 **사용 중인 분석법** 옆의 ≡를 탭합니다.
- 6 LabX에서 분석법을 선택합니다.
- 7 또는 +를 탭하여 새 분석법을 생성합니다.
- 8 ✓ **확인**을 누릅니다.
- 9 요구사항에 따라 설정을 변경합니다.
- 10 ✓ **저장**을 누릅니다.
 - ➔ 메인 칭량 화면이 열립니다.

다음 사항을 참고합니다.

🔗 조정 설정 ▶ 115 페이지

5.4.3 내부 조정 수행

≡ 경로: ▼ > Applications > 조정

■ 섹션 조정 전략에서 옵션 내부 조정을 선택합니다.

- 1 옵션 1: 주요 칭량 화면에서 조정을 탭합니다.
옵션 2: application 섹션을 열고 조정을 탭한 다음, 조정을 선택하고 ▶ 시작을 탭합니다.
➡ 조정이 실행됩니다.
➡ 조정 결과가 나타납니다.
- 2 탭합니다 ✓ 완료.
➡ 저울이 준비되었습니다.

다음 사항을 참고합니다.

🔗 설정: 내부 조정 ▶ 115 페이지

5.4.4 외부 조정 수행하기

외부 조정을 위한 외부 시험 분동의 무게는 저울 용량의 10% 이상이어야 합니다. 저울 용량의 10% 미만인 외부 시험 분동은 저울에 표시되지 않습니다.

≡ 경로: ▼ > Applications > 조정

이 예시는 시험 분동을 정의하는 방법과 외부 조정 수행하는 방법을 보여줍니다.

■ 섹션 조정 전략에서 옵션 외부 조정을 선택합니다.

- 1 옵션 1: 주요 칭량 화면에서 조정을 탭합니다.
옵션 2: application 섹션을 열고 조정을 탭한 다음, 조정을 선택하고 ▶ 시작을 탭합니다.
- 2 선택한 분석법이 없으면 를 탭합니다.
- 3 옵션 사용 중인 분석법 옆의 ≡를 탭합니다.
- 4 LabX에서 분석법을 선택합니다.
- 5 또는 +를 탭하여 새 분석법을 생성합니다.
- 6 ✓ 확인을 누릅니다.
➡ 메인 칭량 화면이 열립니다.
- 7 적절한 시험 분동이 정의되지 않은 경우 를 탭합니다.
- 8 를 탭합니다.
➡ 섹션 시험 분동이 열립니다.
- 9 원하는 시험 분동을 탭합니다.
적합한 시험 분동이 없는 경우, +를 탭하여 시험 분동을 추가합니다.
- 10 파라미터 표준 질량을 탭하고 시험 분동의 실제 중량을 입력합니다.
- 11 ✓ 확인을 누릅니다.
- 12 ✓ 저장을 누릅니다.
- 13 ✓ 확인을 누릅니다.
➡ 메인 칭량 화면이 열립니다.
- 14 ▶ 시작을 누릅니다.
- 15 메시지가 표시되면 칭량 팬에 시험 분동을 놓습니다.
➡ 조정이 실행됩니다.

16 메시지가 표시되면 칭량 팬에서 분동을 제거하십시오.

➡ 조정 결과가 나타납니다.

17 탭합니다 ✓ 완료.

➡ 저울이 준비되었습니다.

다음 사항을 참고합니다.

🔗 설정: 외부 조정 ▶ 116 페이지

🔗 시험 분동 ▶ 48 페이지

5.5 시험

일상 시험을 통해 GWP® 또는 기타 품질 관리 시스템에 따른 정확한 칭량 결과를 보장합니다. 테스트는 정기적인 간격으로 수행되어야 하며, 추적 가능한 방식으로 결과를 문서화해야 합니다.

METTLER TOLEDO은 공정 요건에 따라 수행할 일상 시험을 정의하는 데 도움이 될 수 있습니다. 추가 정보는 현지 METTLER TOLEDO 담당자에게 문의하십시오.

≡ 경로: ▼ > 📖 Applications > 🧪 시험

다음 사항을 참고합니다.

🔗 시험 분동 ▶ 48 페이지

5.5.1 테스트 수정

이 예시는 감도 테스트를 수정하는 방법을 보여줍니다. 다른 일상 시험을 수정하는 절차도 유사합니다.

- 1 application 섹션을 엽니다.
- 2 🧪 시험을 누릅니다.
- 3 📏 감도를 누릅니다.
➡ 메인 칭량 화면이 열립니다.
- 4 📏를 탭합니다.
➡ 설정 섹션이 열립니다.
- 5 선택한 분석법이 없는 경우, 옵션 **사용 중인 분석법** 옆의 ≡를 탭합니다.
- 6 LabX에서 분석법을 선택합니다.
- 7 ✓ 확인을 누릅니다.
- 8 또는 +를 탭하여 새 분석법을 생성합니다.
- 9 필요한 경우: 📏를 탭하여 사용 가능한 시험 분동 목록에 액세스합니다.
- 10 원하는 시험 분동을 탭합니다.
- 11 적합한 시험 분동이 없는 경우, +를 탭하여 시험 분동을 추가합니다.
- 12 요구사항에 따라 설정을 변경합니다.
- 13 ✓ 확인을 누릅니다.
➡ 메인 칭량 화면이 열립니다.

다음 사항을 참고합니다.

🔗 시험 분동 ▶ 48 페이지

🔗 설정: 감도 테스트 ▶ 117 페이지

🔗 설정: 반복성 시험 ▶ 118 페이지

🔗 설정: 편심 테스트 ▶ 120 페이지

5.5.2 시험 수행



주의 사항

시험 분동을 잘못 취급하여 잘못된 칭량 결과가 발생했습니다.

- 시험 분동은 장갑, 핀셋, 분동 포크 또는 분동 핸들로만 취급하십시오.

5.5.2.1 감도 테스트

저울의 감도는 저울 판독값과 실제 하중 간의 편차를 정의합니다. 감도 테스트를 통해 한 개 또는 두 개의 테스트 포인트를 사용하여 감도를 측정할 수 있습니다.

≡ 경로: ▼ > Applications > 시험 > 감도 테스트

이 예시는 하나의 테스트 포인트로 감도 테스트를 수행하는 방법을 보여줍니다. 두 개의 테스트 포인트 또는 측정용 용기 절차는 유사하지만 추가 시험 분동 및 테스트 용기가 필요합니다.

- 테스트 포인트 1가 정의됩니다.
- 시험 분동 및 시험 분동 취급을 위한 적절한 도구를 사용할 수 있습니다.
- 1 application 섹션을 엽니다.
- 2 시험을 누릅니다.
- 3 감도를 탭합니다.
 - ➔ 메인 칭량 화면이 열립니다.
- 4 를 탭합니다.
 - ➔ 설정 섹션이 열립니다.
- 5 선택한 분석법이 없는 경우, 옵션 **사용 중인 분석법** 옆의 ≡를 탭합니다.
- 6 분석법을 선택합니다.
- 7 ✓ 확인을 누릅니다.
- 8 필요한 경우: 를 탭하여 사용 가능한 시험 분동 목록에 액세스합니다.
- 9 ✓ 확인을 누릅니다.
 - ➔ 메인 칭량 화면이 열립니다.
- 10 ▶ 시작을 누릅니다.
 - ➔ 저울이 영점 조정 중입니다.
- 11 칭량 팬에 시험 분동을 놓습니다.
- 12 메시지가 표시되면 칭량 팬에서 시험 분동을 제거하십시오.
 - ➔ 결과가 표시됩니다.
- 13 탭합니다 ✓ 완료.

다음 사항을 참고합니다.

설정: 감도 테스트 ▶ 117 페이지

5.5.2.2 반복성 시험

반복성 테스트는 저울의 반복성을 측정하기 위해 단일 시험 분동으로 일련의 측정에 대한 표준 편차를 계산합니다.

반복성은 또한 주변 조건(외풍, 온도 변화, 진동)과 칭량을 수행하는 사람의 숙련도에 따라 크게 영향을 받습니다. 따라서 일련의 측정은 동일한 작업자가 동일한 위치에서 일정한 주변 조건에서 중단 없이 수행해야 합니다.

≡ 경로: ▼ > Applications > 시험 > 반복성 시험

이 예시는 반복성 테스트를 수행하는 방법을 보여줍니다.

- 시험 분동 및 시험 분동 취급을 위한 적절한 도구를 사용할 수 있습니다.
- 1 application 섹션을 엽니다.
- 2 시험을 누릅니다.
- 3 반복성을 탭합니다.
 - ➔ 메인 칭량 화면이 열립니다.
- 4 를 탭합니다.
 - ➔ 설정 섹션이 열립니다.
- 5 선택한 분석법이 없는 경우, 옵션 **사용 중인 분석법** 옆의 ≡을 탭합니다.
- 6 분석법을 선택합니다.
- 7 ✓ 확인을 누릅니다.
- 8 필요한 경우: 을 탭하여 사용 가능한 시험 분동 목록에 액세스합니다.
- 9 반복 횟수를 설정합니다.
- 10 ✓ 저장을 누릅니다.
 - ➔ 메인 칭량 화면이 열립니다.
- 11 ▶ 시작을 누릅니다.
- 12 칭량 팬에 시험 분동을 놓습니다.
- 13 메시지가 표시되면 시험 분동을 제거합니다.
 - ➔ 저울이 영점 조정 중입니다.
- 14 이 절차를 지정된 횟수만큼 반복합니다.
- 15 메시지가 표시되면 시험 분동을 제거합니다.
 - ➔ 결과가 표시됩니다.
- 16 탭합니다 ✓ 완료.

다음 사항을 참고합니다.

설정: 반복성 시험 ▶ 118 페이지

5.5.2.3 편심 테스트

편심성 테스트는 모든 편심 하중 편차(코너 하중 편차)가 사용자 SOP 허용 오차 내에 있는지 확인합니다. 코너 하중은 중심을 벗어난(편심) 하중을 통한 측정 값의 편차입니다. 코너 하중은 하중 중량과 칭량 팬(1) 중심과의 거리에 따라 증가합니다. 동일한 하중이 칭량 팬의 다른 부분에 가해지더라도 디스플레이가 일관적인 경우 저울에는 코너 하중 편차가 발생하지 않습니다.


결과는 측정된 4개의 편심 하중 편차(2~5) 중 가장 높은 편차에 해당합니다.

≡ 경로: ▼ > Applications > 시험 > 편심 테스트

이 예시는 편심성 테스트를 수행하는 방법을 보여줍니다.

- 시험 분동 및 시험 분동 취급을 위한 적절한 도구를 사용할 수 있습니다.
- 1 application 섹션을 엽니다.
- 2 시험을 누릅니다.
- 3 편심을 탭합니다.
 - ➔ 메인 칭량 화면이 열립니다.
- 4 를 탭합니다.
 - ➔ 설정 섹션이 열립니다.

- 5 선택한 분석법이 없는 경우, 옵션 **사용 중인 분석법** 옆의 ≡를 탭합니다.
- 6 분석법을 선택합니다.
- 7 **✓ 확인**을 누릅니다.
- 8 필요한 경우: 를 탭하여 사용 가능한 시험 분동 목록에 액세스합니다.
- 9 **✓ 확인**을 누릅니다.
 - ➔ 메인 칭량 화면이 열립니다.
- 10 **▶ 시작**을 누릅니다.
- 11 메시지가 표시되면 칭량 팬 내 적절한 위치에 시험 분동을 놓습니다.
- 12 메시지가 표시되면 시험 분동을 제거합니다.
 - ➔ 결과가 표시됩니다.
- 13 탭합니다 **✓ 완료**.



다음 사항을 참고합니다.

 설정: 편심 테스트 ▶ 120 페이지

5.6 인터페이스

5.6.1 이더넷

≡ 경로: ≡ **저울 메뉴** >  **설정** >  **인터페이스**

이 예시는 이더넷을 통해 주변 장치 또는 서비스와 통신할 수 있도록 저울을 구성하는 방법을 보여줍니다.



주의 사항

다른 장치와의 전자기 측정 방해 가능성

이더넷 케이블이 30미터를 초과할 경우, 다른 장치와의 전자기 측정 방해가 발생할 수 있습니다.

- 30미터보다 짧은 이더넷 케이블을 사용하십시오.

■ 섹션 **인터페이스**이 열려 있습니다.

- 1 기능 **이더넷**를 탭합니다.
- 2 해당되는 경우 기능을 활성화합니다.

참고

파라미터 **호스트 이름**를 변경하려면 **저울 메뉴** > **설정** > **저울** > **일반** > **기기 이름** 섹션으로 이동합니다.

- 3 파라미터 **네트워크 구성**를 탭합니다.
- 4 원하는 옵션을 선택합니다.
- 5 **✓ 확인**을 누릅니다.
- 6 옵션 **수동**을 선택한 경우: 필요한 경우 다른 파라미터(예: **IP 주소**)를 변경합니다.
- 7 **✓ 확인**을 누릅니다.
- 8 **✓ 저장**을 누릅니다.

다음 사항을 참고합니다.

🔗 설정: 인터페이스 ▶ 90 페이지

5.6.2 블루투스

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > 📶 인터페이스

이 예시는 블루투스를 통해 프린터와 통신할 수 있도록 저울을 구성하는 방법을 보여줍니다.

📖 참고

이 기능은 블루투스 어댑터가 저울에 연결된 경우에만 사용할 수 있습니다.

■ 블루투스 어댑터가 저울에 연결되었습니다.

■ 섹션 **인터페이스**이 열려 있습니다.

1 기능 **블루투스**를 탭합니다.

2 해당되는 경우 기능을 활성화합니다.

📖 참고

파라미터 **블루투스 ID**를 변경하려면 **저울 메뉴 > 설정 > 저울 > 일반 > 기기 이름** 섹션으로 이동합니다.

3 파라미터 **블루투스 ID**를 탭하여 이름을 변경합니다.

4 ✓ **확인**을 누릅니다.

5 ✓ **저장**을 누릅니다.

다음 사항을 참고합니다.

🔗 설정: 인터페이스 ▶ 90 페이지

5.7 장치 / 프린터

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > 🖨️ 장치 / 프린터

다음 사항을 참고합니다.

🔗 설정: 장치 / 프린터 ▶ 91 페이지

5.7.1 프린터

프린터는 프로세스와 결과를 문서화하는 데 사용됩니다. 각 칭량 application은 인쇄 공정을 수동으로 트리거할 수 있는 기능을 제공합니다. 저울은 또한 결과가 자동으로 인쇄되도록 구성할 수 있습니다.



주의 사항

부적절한 사용으로 인한 장치 손상

– 사용하기 전에 장치의 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.

5.7.1.1 USB 프린터 설치

프린터 설치 및 연결

예시로 USB 프린터를 설치하고 USB 케이블로 저울에 연결하는 방법을 설명합니다.

📖 참고

올바른 기능을 보장하려면 METTLER TOLEDO의 적합한 케이블을 사용해야 합니다.

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > 🖨️ 장치 / 프린터

- USB 프린터 전원을 켭니다.
- 프린터와 저울을 연결하는 데 적합한 케이블을 사용할 수 있습니다.
- 저울에서 메인 칭량 화면이 열립니다.
- 1 케이블을 USB 프린터에 연결합니다.
- 2 케이블을 저울의 USB-A 포트에 연결합니다.
 - ➔ 프린터가 목록 🖨️ 장치 / 프린터에 나타납니다.
 - ➔ 프린터가 사용 준비됩니다.

테스트 페이지 인쇄

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > 🖨️ 장치 / 프린터

- 프린터가 저울에 연결됩니다.
- 메인 칭량 화면이 열립니다.
- 1 섹션 🖨️ 장치 / 프린터로 이동합니다.
- 2 적절한 프린터를 탭합니다.
- 3 🖨️를 탭합니다.
 - ➔ 프린터가 짧은 텍스트를 인쇄합니다.
- 4 ✓ 확인을 누릅니다.

5.7.1.2 RS232 프린터 설치

프린터 설치 및 연결

이 예시는 RS232 프린터를 설치하고 USB 케이블로 저울에 연결하는 방법을 설명합니다.

📖 참고

올바른 기능을 보장하려면 METTLER TOLEDO의 적합한 케이블을 사용해야 합니다.

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > 🖨️ 장치 / 프린터

- RS232 프린터 전원을 켭니다.
- 프린터를 저울에 연결하기 위해 적합한 케이블을 사용할 수 있습니다.
- 저울에서 메인 칭량 화면이 열립니다.
- 1 케이블을 RS232 프린터에 연결합니다.
- 2 케이블을 저울의 USB-A 포트에 연결합니다.
- 3 섹션 🖨️ 장치 / 프린터로 이동합니다.
- 4 ➕를 탭합니다.
- 5 옵션 **USB-RS232 컨버터**를 선택합니다.
- 6 ➔ 다음을 누릅니다.
- 7 프린터를 구성합니다.
- 8 ✓ 저장을 누릅니다.
 - ➔ 프린터가 목록 🖨️ 장치 / 프린터에 나타납니다.
 - ➔ 프린터가 사용 준비됩니다.

테스트 페이지 인쇄

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > 🖨️ 장치 / 프린터

- 프린터가 저울에 연결됩니다.
- 메인 칭량 화면이 열립니다.
- 1 섹션 🖨️ 장치 / 프린터로 이동합니다.
- 2 적절한 프린터를 탭합니다.
- 3 ✔️를 탭합니다.
 - ➡️ 프린터가 짧은 텍스트를 인쇄합니다.
- 4 ✔️ 확인을 누릅니다.

5.7.1.3 블루투스를 통한 프린터 설치

이 예시에서는 프린터를 설치하고 블루투스를 통해 저울에 연결하는 방법을 설명합니다.




블루투스 어댑터 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 어댑터와 함께 제공된 설치 지침을 참조하십시오.

저울에 프린터 연결

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > 🖨️ 인터페이스 > 📶 블루투스

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > 🖨️ 장치 / 프린터

- 프린터 전원을 켭니다.
- 블루투스 RS 어댑터(프린터 연결용) 및 블루투스 USB 어댑터(저울 연결용)를 사용할 수 있습니다.
- 블루투스 RS 어댑터의 스위치가 위치 DCE에 있습니다.
- 블루투스 RS 어댑터에서 MAC 주소(고유 장치 주소)를 식별했습니다.
- 메인 칭량 화면이 열립니다.
- 1 블루투스 USB 어댑터(1)를 저울의 USB-A 포트(2)에 연결합니다.



2 블루투스 RS 어댑터(3)를 프린터(4)에 연결합니다.

➔ 블루투스 RS 어댑터의 표시등이 깜박이기 시작합니다.

3 섹션 **블루투스**으로 이동하여 기능을 활성화합니다.

4 **✓**저장을 누릅니다.

5 **장치 / 프린터**를 누릅니다.

6 **+**를 탭합니다.

7 옵션 **블루투스**을 선택합니다.

8 **➔ 다음**을 누릅니다.

➔ 저울이 장치를 검색 중입니다.

9 블루투스 RS 어댑터(3)의 MAC 주소를 선택합니다.


10 **➔ 다음**을 누릅니다.

➔ 저울이 프린터의 블루투스 USB 어댑터(1)와 블루투스 RS 어댑터(3)를 페어링하고 있습니다.

11 **➔ 다음**을 누릅니다.

➔ 저울이 프린터에 연결됩니다.

12 탭합니다 **✓ 완료**.



테스트 페이지 인쇄

≡ 경로: ≡ **저울 메뉴** > **설정** > **장치 / 프린터**

■ 프린터가 저울에 연결됩니다.

■ 메인 칭량 화면이 열립니다.

1 섹션 **장치 / 프린터**로 이동합니다.

2 적절한 프린터를 탭합니다.

3 **✓**를 탭합니다.

➔ 프린터가 짧은 텍스트를 인쇄합니다.

4 **✓ 확인**을 누릅니다.

다음 사항을 참고합니다.

🔗 설정: 블루투스 ▶ 91 페이지

5.7.2 바코드 리더

바코드 리더를 사용하여 디스플레이의 모든 문자 입력 필드에 텍스트 또는 숫자를 입력할 수 있습니다. 필드의 형식은 스캔한 코드와 호환되어야 합니다.



주의 사항

부적절한 사용으로 인한 장치 손상

– 사용하기 전에 장치의 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.

5.7.2.1 바코드 리더로 샘플 ID 스캔

이 예시는 application **일반 계량**에서 바코드 리더로 샘플 ID를 스캔하는 방법을 보여줍니다.

바코드 리더 설치

- 바코드 리더를 사용할 수 있습니다.
- 메인 칭량 화면이 열립니다.
- 바코드 리더의 USB 케이블을 저울의 적절한 USB 포트에 연결합니다.
 - ➔ 저울이 바코드 리더를 자동으로 감지합니다.
 - ➔ 바코드 리더가 목록 **장치 / 프린터**에 나타납니다.
 - ➔ 바코드 리더가 사용 준비됩니다.

바코드 리더로 샘플 ID 스캔

- 바코드 리더 구성: **엔드 오브 라인 문자** 《Enter》로 설정됩니다.
- 바코드 리더가 저울에 연결되어 있습니다.
- application **일반 계량**이 열립니다.
- 1 설정 **애플리케이션**을 탭하여 설정을 엽니다.
- 2 **ID ID 형식**을 누릅니다.
- 3 **샘플 ID**를 탭합니다.
- 4 **기본값**를 탭합니다.
- 5 바코드 리더를 통해 샘플 ID의 코드를 스캔합니다.
 - ➔ 스캔한 샘플 ID가 해당 필드에 나타납니다.
- 6 옵션: **기본값**을 다시 탭하여 스캔한 샘플 ID를 수동으로 변경합니다.
- 7 **✓ 확인**을 누릅니다.
- 8 **✓ 저장**을 누릅니다.

5.7.3 Foot switch

풋 스위치는 터미널을 사용하지 않고 저울에서 특정 작업을 수행하는 데 사용할 수 있습니다.



주의 사항

부적절한 사용으로 인한 장치 손상

- 사용하기 전에 장치의 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.

이 예시는 USB를 통해 풋 스위치를 설치하고 사용하는 방법을 보여줍니다.

풋 스위치 설치 및 구성

- 풋 스위치를 사용할 수 있습니다.
- 메인 칭량 화면이 열립니다.
- 1 풋 스위치의 USB 케이블을 저울의 해당 USB 포트에 연결합니다.
 - ➔ 저울이 풋 스위치를 자동으로 감지합니다.
 - ➔ 풋 스위치가 목록 **장치 / 프린터**에 나타납니다.
- 2 풋 스위치를 탭합니다.
- 3 **기능**을 탭하고 풋 스위치 사용 방법을 구성합니다.
- 4 **✓ 확인**을 누릅니다.
- 5 **✓ 저장**을 누릅니다.
 - ➔ 풋 스위치가 사용 준비됩니다.

5.7.4 키보드

키보드를 사용하여 터미널을 사용하지 않고도 저울에서 특정 작업을 수행할 수 있습니다.



주의 사항

부적절한 사용으로 인한 장치 손상

- 사용하기 전에 장치의 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.

이 예시는 USB를 통해 키보드를 설치하고 사용하는 방법을 보여줍니다.

키보드 설치 및 구성

- USB 케이블이 있는 키보드를 사용할 수 있습니다.
- 메인 칭량 화면이 열립니다.
- 1 키보드의 USB 케이블을 저울의 해당 USB 포트에 연결합니다.
 - ➔ 저울이 키보드를 자동으로 감지합니다.
 - ➔ 키보드가 목록 **장치 / 프린터**에 나타납니다.
- 2 **✓ 확인**을 누릅니다.
 - ➔ 키보드가 사용 준비됩니다.

5.7.5 장치 추가 및 삭제

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > 🖨️ 장치 / 프린터

이 예시는 USB 인터페이스가 있는 프린터를 추가 및 삭제하는 방법을 보여줍니다.

장치 추가

- 1 설정 섹션 **장치 / 프린터**를 엽니다.
- 2 **+**를 탭합니다.
- 3 옵션 **USB**를 선택합니다.
- 4 **➔ 다음**을 누릅니다.
- 5 메시지가 표시되면 장치를 저울에 연결합니다.
 - ➔ 장치가 자동으로 감지됩니다.
- 6 **✓ 저장**을 누릅니다.
 - ➔ 장치가 목록 **장치 / 프린터**에 나타납니다.

장치 제거

- 1 설정 섹션 **장치 / 프린터**를 엽니다.
- 2 삭제할 장치를 선택합니다.
- 3 **🗑️**를 탭합니다.
- 4 **✓ 확인**을 누릅니다.

5.7.6 장치 설정 편집

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > 🖨️ 장치 / 프린터

- 1 설정 섹션 **장치 / 프린터**를 엽니다.
 - ➔ 사용 가능한 장치 목록이 표시됩니다.
- 2 필요한 경우 설정을 조정합니다.

5.8 서비스

저울은 저울을 원격으로 제어하거나 데이터를 관리할 수 있는 여러 가지 방법을 제공합니다.

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > 🌐 서비스

다음 사항을 참고합니다.

🔗 설정: 서비스 ▶ 91 페이지

5.8.1 서비스 설정

5.8.1.1 파일 서버

이 예시는 서비스 **파일 서버**를 사용하여 데이터를 전송할 수 있도록 저울을 구성하는 방법을 보여줍니다.

저울 구성

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > 🌐 서비스

- 인터페이스 **이더넷**이 활성화됩니다.
- 섹션 **서비스**이 열립니다.
- 1 서비스 **파일 서버**를 탭합니다.
 - 📘 **참고**
이 기능은 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.
- 2 옵션 **서버 이름**을 탭하고 대상 서버의 이름을 입력합니다.
- 3 **✓ 확인**을 누릅니다.
- 4 옵션 **공유 이름**을 탭하고 공유 폴더의 이름을 입력합니다.
- 5 **✓ 확인**을 누릅니다.
- 6 옵션: 옵션 **자격 증명**을 활성화하여 사용자 이름과 암호를 정의합니다.
- 7 **✓ 저장**을 누릅니다.
 - ➡ 파일 서버 연결이 확인되었습니다.

다음 사항을 참고합니다.

🔗 이더넷 ▶ 68 페이지

🔗 설정: 파일 서버 ▶ 92 페이지

🔗 데이터 전송: 파일 서버 ▶ 75 페이지

5.8.2 서비스로 데이터 전송

이 설정은 대상 서비스로 전송되는 데이터 유형을 정의하는 데 사용됩니다.

다음 사항을 참고합니다.

🔗 설정: 게시 ▶ 88 페이지

5.8.2.1 데이터 전송: 파일 서버

이 설정은 내보낸 데이터의 저장 위치 및 파일 형식을 정의하는 데 사용됩니다.

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > ⚖️ 저울 > 📄 게시

- 파일 서버가 저울에 연결됩니다.
- 칭량 application의 섹션 **보고서**가 구성됩니다.
- 섹션 **게시**이 열립니다.

1 📄 **파일 내보내기**를 누릅니다.

 **참고**

이 기능은 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

2 옵션 **내보내기 위치**를 탭하고 옵션 **파일 서버**를 선택합니다.

3 ✓ **확인**을 누릅니다.

4 옵션 **파일 유형**을 탭하고 형식을 선택합니다.

5 ✓ **확인**을 누릅니다.

6 ✓ **저장**을 누릅니다.

다음 사항을 참고합니다.

🔗 파일 서버 ▶ 75 페이지

5.9 게시

저울은 결과를 게시하거나 데이터를 다른 장치 또는 서비스로 전송하는 다양한 방법을 제공합니다. 이 섹션의 설정은 저울에 대해 정의된 장치에 적용됩니다. 서비스에 게시하려면 [서비스로 데이터 전송 ▶ 75 페이지]을 참조하십시오.

5.9.1 데이터 인쇄

이 설정은 인쇄된 데이터의 대상 프린터 및 인쇄 형식을 정의하는 데 사용됩니다.

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > ⚖️ 저울 > 📄 게시

- 프린터가 저울에 연결됩니다.
- 섹션 **게시**이 열려 있습니다.

1 기능 **인쇄물**을 탭합니다.

 **참고**

이 기능은 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

2 ✓ **확인**을 누릅니다.

3 ✓ **저장**을 누릅니다.

다음 사항을 참고합니다.

🔗 설정: 게시 ▶ 88 페이지

5.9.1.1 USB를 통해 수동으로 결과 인쇄

이 예시는 USB를 통해 저울에 연결된 프린터에서 결과를 수동으로 인쇄하는 방법을 보여줍니다.

 **참고**

올바른 기능을 보장하려면 METTLER TOLEDO의 적합한 케이블을 사용해야 합니다.

- 프린터는 USB를 통해 저울에 연결됩니다.
- 선택한 칭량 application이 열립니다.
- 칭량 application의 섹션 **보고서**이 구성됩니다.

1 칭량 팬에 샘플을 놓습니다.

➡ 결과가 표시됩니다.

- 2  **게시**을 누릅니다.
 ➔ 결과는 보고서 구성에 따라 인쇄됩니다.

다음 사항을 참고합니다.

-  RS232 프린터 설치 ▶ 70 페이지
-  보고서 구성 ▶ 54 페이지

5.9.1.2 블루투스를 통한 결과 자동 인쇄

이 예시는 블루투스를 통해 저울에 연결된 프린터에서 결과를 자동으로 인쇄하는 방법을 보여줍니다.

- 프린터는 블루투스를 통해 저울에 연결됩니다.
- 선택한 칭량 application(예:) **일반 계량**이 열립니다
- 칭량 application의 섹션 **보고서**가 구성됩니다.
- 1 칭량 application의 설정 섹션(예: )으로 이동합니다.
- 2  **계량**을 누릅니다.
- 3 **중량 캡처 모드**를 탭합니다.
- 4 옵션 **자동, 안정적(영점 조정 제외됨)** 또는 **자동, 안정적(영점 조정 포함됨)**을 선택합니다.
- 5  **확인**을 누릅니다.
- 6  **저장**을 누릅니다.
 ➔ 메인 칭량 화면이 열립니다.
- 7 칭량 팬에 샘플을 놓습니다.
 ➔ 결과가 자동으로 인쇄됩니다.

다음 사항을 참고합니다.

-  블루투스를 통한 프린터 설치 ▶ 71 페이지
-  보고서 구성 ▶ 54 페이지

5.9.2 USB 저장 장치로 데이터 내보내기

이 설정은 내보낸 데이터의 저장 위치 및 파일 형식을 정의하는 데 사용됩니다.

참고

내보내기에는 최소 15초가 소요됩니다. 데이터 내보내기 중에는 USB 저장 장치를 제거하지 마십시오.

≡ **경로:** ≡ **저울 메뉴** >  **설정** >  **저울** >  **게시**

- USB 저장 장치가 저울에 연결되었습니다. 권장 형식은 FAT32입니다.
- 칭량 application의 섹션 **보고서**가 구성됩니다.
- 섹션 **게시**이 열립니다.
- 1  **파일 내보내기**을 누릅니다.
 **참고**
 이 기능은 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.
- 2 옵션 **내보내기 위치**를 탭하고 USB 저장 장치를 선택합니다.
- 3  **확인**을 누릅니다.
- 4 옵션 **파일 유형**을 탭하고 형식을 선택합니다.
- 5  **확인**을 누릅니다.
- 6  **저장**을 누릅니다.

다음 사항을 참고합니다.

- 🔗 설정: 게시 ▶ 88 페이지
- 🔗 보고서 구성 ▶ 54 페이지

5.9.3 게시 옵션

이 설정은 특정 유형의 결과가 게시되는 방법을 정의하는 데 사용됩니다. 결과 유형은 예를 들어 테스트 결과일 수 있습니다.

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > ⚖️ 저울 > 📄 게시

■ 섹션 **게시**이 열려 있습니다.

- 1 단일 결과를 탭합니다.
 - ➔ application별 설정 **중량 캡처 모드**에 동작이 정의되어 있다는 정보가 표시됩니다.
- 2 ✓ 확인을 누릅니다.
- 3 워크플로 결과, 조정 결과 및/또는 테스트 결과를 탭합니다.
- 4 옵션을 선택합니다.
- 5 ✓ 확인을 누릅니다.
- 6 ✓ 저장을 누릅니다.

다음 사항을 참고합니다.

- 🔗 설정: 게시 ▶ 88 페이지

5.9.4 칭량 결과 표시기

게시되면 칭량 결과가 표시기에 표시될 수 있습니다.

표시기	주요 칭량 화면	게시
Net weight	Net	N
Tare weight	—	T
Preset tare weight	—	PT
Gross weight	—	G
계산된 중량	*	*
불안정한 중량	○	D

5.10 암호 보호

암호는 LabX에서 관리되지만 일부 기능은 기기에서 사용할 수 있습니다.

5.10.1 암호 재설정

로컬 관리자가 암호를 잊어버린 경우 암호 재설정을 요청할 수 있습니다. 이 기능은 LabX 사용자에게는 제공되지 않습니다.

■ 로그인 대화 상자가 열립니다.

- 1 ⏪ LabX 설정으로 나가기을 누릅니다.
- 2 ... 이상을 누릅니다.
- 3 🔄 암호 재설정 요청을 누릅니다.
- 4 사용자 이름을 입력합니다.
- 5 ✓ 확인을 누릅니다.

- 6 서비스 코드를 확인하고  **서비스 요청**를 탭합니다.
 - ➡ METTLER TOLEDO 서비스 담당자에 대한 정보가 표시됩니다.
- 7 전화 또는 이메일로 METTLER TOLEDO 서비스 담당자에게 문의하십시오.
 - ➡ 한 번 로그인할 수 있는 임시 암호가 제공됩니다.
- 8 임시 암호로 로그인하고 새 암호를 선택합니다.

5.10.2 저울 차단 및 차단 해제

저울을 차단하고 차단 해제할 수 있습니다. 저울은 해당 권한을 가진 사용자만 차단/차단 해제할 수 있습니다.

저울 차단

- 1  **메뉴**를 누릅니다.
- 2  **차단**을 누릅니다.
- 3 저울 차단 이유를 입력합니다.
- 4  **차단**를 눌러 확인합니다.

저울 차단 해제

- 저울이 차단되었습니다.
- 1 저울에 로그인합니다.
 - ➡ 저울 차단을 해제하기 위한 대화 상자가 나타납니다.
 - 2  **차단 해제**를 누릅니다.
 - 3 저울 차단 해제 이유를 입력합니다.
 - ➡ 저울이 사용 준비 되었습니다.

6 소프트웨어 설명서

참고

사용 가능한 설정 내용은 LabX의 사용자 권한에 따라 다릅니다.

6.1 로컬 관리자 설정

다음 사항을 참고합니다.

 LabX 문제해결 ▶ 135 페이지

6.1.1 이력

≡ 경로: ≡ LabX 설정 메뉴 >  이력

메뉴 항목 이력은 다음 섹션으로 나뉩니다.

-  서비스 이력
-  소프트웨어 업데이트 이력
-  오류 로그

6.1.1.1 서비스 이력

≡ 경로: ≡ LabX 설정 메뉴 >  이력 >  서비스 이력

최대 100개의 항목을 저장할 수 있습니다. 이 값을 초과하면 가장 오래된 항목을 덮어씁니다.

버튼	이름	설명
	게시	탭하여 표시된 항목을 게시하거나 인쇄합니다.
	필터	탭하여 목록 필터링: • 날짜별 필터링 • 사용자별 필터링

6.1.1.2 소프트웨어 업데이트 이력

≡ 경로: ≡ LabX 설정 메뉴 >  이력 >  소프트웨어 업데이트 이력

최대 100개의 항목을 저장할 수 있습니다. 이 값을 초과하면 가장 오래된 항목을 덮어씁니다.

버튼	이름	설명
	게시	탭하여 표시된 항목을 게시하거나 인쇄합니다.
	필터	탭하여 목록 필터링: • 날짜별 필터링 • 사용자별 필터링

6.1.1.3 오류 로그

≡ 경로: ≡ LabX 설정 메뉴 >  이력 >  오류 로그

최대 500개의 항목을 저장할 수 있습니다. 이 값을 초과하면 가장 오래된 항목을 덮어씁니다.

버튼	이름	설명
	필터	탭하여 목록 필터링: • 날짜별 필터링 • 사용자별 필터링

6.1.2 정보

≡ 경로: ≡ LabX 설정 메뉴 >  정보

메뉴 항목 정보는 다음 섹션으로 나뉩니다.

-  저울 정보
-  서비스 및 지원 정보

6.1.2.1 저울 정보

≡ 경로: ≡ LabX 설정 메뉴 >  정보 >  저울 정보

섹션 저울 정보에서는 다음 항목에 대한 정보를 제공합니다.

- ID
- 로그인한 사용자
- 소프트웨어
- 하드웨어
- 네트워크
- 최종 사용자 라이선스 계약
- 라이선스 정보

6.1.2.2 서비스 및 지원 정보

≡ 경로: ≡ LabX 설정 메뉴 >  정보 >  서비스 및 지원 정보

섹션 서비스 및 지원 정보에서는 다음 항목에 대한 정보를 제공합니다.

- 서비스 정보
- 서비스 지원 연락처

6.1.3 설정

이 섹션에서는 특정 요건에 맞게 변경할 수 있는 저울의 설정에 대해 설명합니다. 저울 설정은 전체 칭량 시스템 및 모든 사용자에게 적용됩니다.

≡ 경로: ≡ LabX 설정 메뉴 >  설정

메뉴 항목 설정은 다음 섹션으로 나뉩니다.

-  저울
-  인터페이스
-  LabX

6.1.3.1 설정: 저울

≡ 경로: ≡ LabX 설정 메뉴 > ⚙️ 설정 > ⚖️ 저울

6.1.3.1.1 설정: 날짜/시간

≡ 경로: ≡ LabX 설정 메뉴 > ⚙️ 설정 > ⚖️ 저울 > 🕒 날짜/시간

파라미터	서술	값
날짜	현재 날짜를 표시합니다.	편집 불가능
시간	현재 시간을 표시합니다.	편집 불가능
시간대	시간대를 선택합니다. 시간대를 설정하면 저울이 자동으로 서머타임과 겨울타임 사이로 변경됩니다.	활성 비활성*
시간 동기화	네트워크의 NTP 서버와 동기화할 수 있습니다. 이 설정은 파라미터 시간대 가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.	활성 비활성* 텍스트(1...32개 문자)
날짜 형식	날짜 표시 형식을 정의합니다.	DD.MM.YYYY* MM/DD/YYYY YYYY-MM-DD YYYY/MM/DD
시간 형식	시간 표시형식을 정의합니다.	24:MM* 12:MM 24.MM 12.MM

* 초기 설정

6.1.3.2 설정: 인터페이스

≡ 경로: ≡ LabX 설정 메뉴 > ⚙️ 설정 > 🌐 인터페이스

6.1.3.2.1 설정: 이더넷

≡ 경로: ≡ LabX 설정 메뉴 > ⚙️ 설정 > 🌐 인터페이스 > 🖨️ 이더넷

파라미터	서술	값
호스트 이름	저울의 호스트 이름을 정의합니다.	편집 불가능
MAC 주소	네트워크에서 저울을 고유하게 식별하는 데 사용되는 MAC 주소에 대한 정보입니다.	편집 불가능
네트워크 구성	DHCP: 이더넷 연결 설정이 자동으로 설정됩니다. 수동: 이더넷 연결 설정은 사용자가 수동으로 설정해야 합니다. 이 옵션을 선택하면 다음 파라미터를 편집할 수 있습니다.	DHCP* 수동
IP 주소	저울의 IP 주소를 정의합니다.	000.000.000.000... 255.255.255.255
서브넷 마스크	로컬 서브넷 또는 원격 네트워크에 있는 호스트를 확인하기 위해 TCP/IP 프로토콜에서 사용하는 서브넷 마스크를 정의합니다.	000.000.000.000... 255.255.255.255
DNS 서버	DNS(도메인 이름 시스템) 서버의 주소를 정의합니다.	000.000.000.000... 255.255.255.255
표준 게이트웨이	호스트의 서브넷을 다른 네트워크에 연결하는 표준 게이트웨이의 주소를 정의합니다.	000.000.000.000... 255.255.255.255

* 초기 설정

6.1.3.3 설정: LabX

≡ 경로: ≡ LabX 설정 메뉴 > ⚙️ 설정 > 🏠 LabX

파라미터	서술	값
도메인 이름	LabX 서버의 명칭을 표시합니다.	편집 불가능
CA 인증서/TLS	성적서에 대한 정보를 나타냅니다. 성적서를 업로드하거나 삭제할 수 있습니다. LabX의 데이터는 삭제됩니다. 성적서에는 확장자 .crt가 있어야 합니다.	편집 불가능
LabX 비활성화	LabX에서 기기를 분리하는 데 사용됩니다. 이렇게 하면 기기가 공장 초기화됩니다.	초기화

6.1.4 유지보수

≡ 경로: ≡ LabX 설정 메뉴 > 🛠️ 유지보수

메뉴 항목 유지보수는 다음과 같은 기능을 지원합니다.

- 📁 지원 파일 저장

다음 사항을 참고합니다.

🔗 지원 파일 저장 ▶ 137 페이지

6.2 저울 메뉴 설정

섹션 저울 메뉴에는 일반 설정 및 정보가 포함되어 있습니다. 섹션 저울 메뉴를 열려면 메인 화면에서 기호 ≡를 탭합니다.

섹션 저울 메뉴는 다음과 같은 주제로 나뉩니다.

- 📏 수평 조정 도구
- 📊 이력
- ⓘ 정보
- ⚙️ 설정
- 🛠️ 유지보수

6.2.1 수평 조정 도구

반복적이고 정확한 칭량 결과를 위해서는 정확한 수평 배치와 안정적인 설치가 필수입니다. 메뉴 토폭 수평 조정 도구는 저울 수평 조정에 사용됩니다.

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > 📏 수평 조정 도구

📖 참고

저울 수평 조정 후 내부 조정을 수행해야 합니다.

다음 사항을 참고합니다.

🔗 수평 조정 ▶ 34 페이지

6.2.2 이력

저울은 메뉴 항목 이력에서 수행한 테스트 및 조정을 기록합니다.

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 >  이력

메뉴 항목 이력은 다음 섹션으로 나뉩니다.

-  서비스 이력
-  소프트웨어 업데이트 이력
-  오류 로그

6.2.2.1 서비스 이력

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 >  이력 >  서비스 이력

최대 100개의 항목을 저장할 수 있습니다. 이 값을 초과하면 가장 오래된 항목을 덮어씁니다.

버튼	이름	설명
	게시	탭하여 표시된 항목을 게시하거나 인쇄합니다.
	필터	탭하여 목록 필터링: • 날짜별 필터링 • 사용자별 필터링

6.2.2.2 소프트웨어 업데이트 이력

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 >  이력 >  소프트웨어 업데이트 이력

최대 100개의 항목을 저장할 수 있습니다. 이 값을 초과하면 가장 오래된 항목을 덮어씁니다.

버튼	이름	설명
	게시	탭하여 표시된 항목을 게시하거나 인쇄합니다.
	필터	탭하여 목록 필터링: • 날짜별 필터링 • 사용자별 필터링

6.2.2.3 오류 로그

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 >  이력 >  오류 로그

최대 500개의 항목을 저장할 수 있습니다. 이 값을 초과하면 가장 오래된 항목을 덮어씁니다.

버튼	이름	설명
	필터	탭하여 목록 필터링: • 날짜별 필터링 • 사용자별 필터링

6.2.3 정보

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 >  정보

메뉴 항목 정보는 다음 섹션으로 나뉩니다.

-  저울 정보
-  서비스 및 지원 정보

6.2.3.1 저울 정보

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > i 정보 > 저울 정보

섹션 저울 정보에서는 다음 항목에 대한 정보를 제공합니다.

- ID
- 로그인한 사용자
- 소프트웨어
- 하드웨어
- 네트워크
- 최종 사용자 라이선스 계약
- 라이선스 정보

6.2.3.2 서비스 및 지원 정보

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > i 정보 > 서비스 및 지원 정보

섹션 서비스 및 지원 정보에서는 다음 항목에 대한 정보를 제공합니다.

- 서비스 정보
- 서비스 지원 연락처

6.2.4 설정

이 섹션에서는 특정 요건에 맞게 변경할 수 있는 저울의 설정에 대해 설명합니다. 저울 설정은 전체 칭량 시스템 및 모든 사용자에게 적용됩니다.

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정

메뉴 항목 설정은 다음 섹션으로 나뉩니다.

- ⚙️ 저울
- 🖱️ 인터페이스
- 🖨️ 장치 / 프린터
- ⚙️ 서비스
- 🧪 LabX

6.2.4.1 설정: 저울

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > ⚙️ 저울

섹션 저울은 다음과 같은 하위 섹션으로 나뉩니다.

- ⚙️ 칭량 / 품질
- 📄 칭량 프로파일
- 🧪 시험 분동
- ⚙️ 조정 전략
- 🗣️ 게시
- 🕒 날짜 / 시간 / 언어
- 🖥️ 화면 / StatusLight / 사운드
- ⚙️ 일반

6.2.4.1.1 설정: 칭량 / 품질

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > ⚖️ 저울 > ⚙️ 칭량 / 품질

파라미터	서술	값
수평 조정 경고	저울이 수평을 벗어났을 경우의 조치를 정의합니다. 승인된 저울의 경우 기본 설정은 강제 수평 조정 입니다.	활성* 비활성 옵션 수평 조정* 강 제 수평 조정
교정 알림	사용자에게 다가오는 교정 만료일에 대한 알림을 전달할지 여부를 정의합니다.	활성* 비활성
교정 만료됨	교정이 만료된 경우 저울을 차단할지 여부를 정의합니다.	활성 비활성*
서비스 알리미	사용자에게 다가오는 서비스 만기일에 대한 알림을 전달할지 여부를 정의합니다.	활성* 비활성

* 초기 설정

6.2.4.1.2 설정: 칭량 프로파일

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > ⚖️ 저울 > 📄 칭량 프로파일

칭량 성능 및 저울 교정 데이터와 관련된 설정은 칭량 프로필에 저장할 수 있습니다.

파라미터	서술	값
칭량 프로파일	칭량 프로파일은 특정 칭량 application에 필요한 저울 설정을 저장합니다. 다양한 칭량 application에 대한 별도의 칭량 프로파일 생성할 수 있습니다.	계량 프로파일 2, 계량 프로파일 3: 활성 비활성
이름	프로파일의 이름을 정의합니다.	텍스트(1...30개 문자)
ID	프로파일 식별자를 정의합니다.	텍스트(0...25개 문자)
지시기	표시기 아이콘의 색상 및 텍스트를 정의합니다.	활성 비활성* 색상 텍스트 (1...3 문자)
교정 인증서	성적서의 ID, 생성일 및 만료일을 정의합니다. 새 성적서는 서비스 기술자가 수행한 저울 교정을 기준으로 만들 수 있습니다.	활성 비활성* ID (1...32 문자) 날짜 다음 날짜
환경	저울의 환경 조건을 정의합니다. 안정: 외풍과 진동이 거의 없는 작업 환경의 경우. 표준: 주변 조건의 편차가 크지 않은 평균적인 환경의 경우. 불안정: 주변 조건에 편차가 있는 작업 환경의 경우. 매우 불안정: 주변 조건의 편차가 심한 작업 환경의 경우.	안정 표준* 불안정 매우 불안정
계량 모드	저울의 필터 설정을 정의합니다. 범용: 모든 표준 칭량 application의 경우. 센서 모드: 이 설정은 주변 조건의 설정에 따라 다양한 강도의 필터링된 칭량 신호를 제공합니다. 필터는 시간과 관련된 선형적 특성을 가지며(적응성 없음) 지속적인 측정값 처리에 적합합니다.	범용* 센서 모드

값 해제	저울이 측정값을 안정적으로 캡처할 수 있는 것으로 간주하는 속도를 정의합니다. 매우 신속: 빠른 결과가 필요하고 반복성이 중요하지 않은 경우 권장합니다. 매우 높은 신뢰성: 측정 결과의 반복성이 매우 우수하지만, 안정화 시간이 길어집니다.	매우 신속 신속 신속성 및 신뢰성* 신뢰성 매우 높은 신뢰성
디스플레이 가독성	저울 디스플레이의 해독도 d를 결정합니다. 1d: 최대 분해능 2d: 2배 더 작은 분해능 5d: 5배 더 작은 분해능 10d: 10배 더 작은 분해능 100d: 100배 더 작은 분해능 1000d: 1000배 더 작은 분해능 승인된 저울의 경우, 이 설정에 사용할 수 있는 값은 저울 모델에 따라 다릅니다.	1d* 2d 5d 10d 100d 1000d
제로 드리프트 보상	영점 조정 편차의 지속적인 보정을 수행합니다. 승인 저울에는 이 설정을 사용할 수 없습니다.	활성* 비활성
최소 순중량	최소 순 중량을 정의합니다.	활성 비활성* 숫자

* 초기 설정

6.2.4.1.3 설정: 시험 분동

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > ⚖️ 저울 > 📋 시험 분동

파라미터	서술	값
이름	시험 분동의 명칭을 정의합니다.	텍스트(1...30개 문자)
ID	시험 분동의 식별자를 정의합니다.	텍스트(0...25개 문자)
공칭 중량	시험 분동의 대략적인 반올림 값을 정의합니다.	숫자 사용 가능한 단위는 저울 모델에 따라 다릅니다.
분동 등급	OIML 또는 ASTM에 따라 분동 등급을 정의합니다. 또는 파라미터 자체를 사용하여 사용자 지정 허용 오차 클래스를 생성합니다.	E1 E2 F1 F2* M1 M2 M3 ASTM000 ASTM00 ASTM0 ASTM1 ASTM2 ASTM3 ASTM4 ASTM5 ASTM6 ASTM7 자체
표준 질량	실제 중량을 정의합니다. 실제 중량은 중량 교정 성적서의 특정 기준 질량 값(CMV)이 포함된 특정 중량입니다.	숫자
다음 교정 날짜	다음 교정 날짜를 정의합니다.	활성 비활성* 날짜
분동 설정 ID	분동 세트의 ID를 정의합니다.	텍스트(0...22개 문자)

* 초기 설정

결합된 분동에 대한 추가 설정

파라미터	서술	값
이름	결합된 시험 분동의 명칭을 정의합니다.	텍스트(1...30개 문자)
ID	결합된 시험 분동의 식별자를 정의합니다.	텍스트(0...25개 문자)
최소 분동 등급	OIML 또는 ASTM에 따라 분동 등급을 정의합니다. 또는 파라미터 자체를 사용하여 사용자 지정 허용 오차 클래스를 생성합니다.	E1 E2 F1 F2* M1 M2 M3 ASTM000 ASTM00 ASTM0 ASTM1 ASTM2 ASTM3 ASTM4 ASTM5 ASTM6 ASTM7 자체

6.2.4.1.4 설정: 조정 전략

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > ⚖️ 저울 > ⚙️ 조정 전략

파라미터	서술	값
조정 전략	수행할 조정 유형을 정의합니다. 승인 저울의 경우, 이 설정을 사용할 수 없습니다.	조정 없음 내부 조정* 외부 조정

* 초기 설정

다음 사항을 참고합니다.

🔗 조정 전략 ▶ 63 페이지

🔗 조정 설정 ▶ 115 페이지

6.2.4.1.5 설정: 게시

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > ⚖️ 저울 > 📄 게시

파라미터	서술	값
인쇄물	출력 대상: 결과를 인쇄할 프린터를 정의합니다. 출력물 유형: 결과가 인쇄되는 방식을 정의합니다.	활성* 비활성
파일 내보내기	내보내기 위치: 결과를 내보낼 위치를 지정합니다. 파일 유형: 내보내기 파일의 유형을 정의합니다. • USB 저장소: csv, txt, xml, pdf • 파일 서버: xml, pdf	활성 비활성* USB 저장소 파일 서버

* 초기 설정

게시 옵션

이 설정은 사용 가능한 모든 게시 옵션에 적용됩니다.

파라미터	서술	값
단일 결과	단일 결과는 설정 중량 캡처 모드 에 정의된 대로 게시됩니다.	Application에 특화
워크플로 결과	결과가 계산된 후 워크플로 결과를 즉시 게시할지 여부를 정의합니다.	자동* 수동
조정 결과	결과가 계산된 후 조정 결과를 즉시 게시할지 여부를 정의합니다.	자동 수동*
테스트 결과	결과가 계산된 후 테스트 결과를 즉시 게시할지 여부를 정의합니다.	자동 수동*

승인 브래킷	인증되지 않은 숫자를 나타냅니다. 승인된 저울에만 해당됩니다.	활성 비활성* • []: 소수점 첫째 자리 • []: 이중 범위 저울의 소수점 첫째 자리
--------	---------------------------------------	---

* 초기 설정

다음 사항을 참고합니다.

 게시 ▶ 76 페이지

6.2.4.1.6 설정: 날짜 / 시간 / 언어

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > ⚖️ 저울 > 🌐 날짜 / 시간 / 언어

파라미터	서술	값
날짜	현재 날짜를 표시합니다.	편집 불가능
시간	현재 시간을 표시합니다.	편집 불가능
시스템 언어	인터페이스 탐색 언어를 표시합니다.	편집 불가능
날짜 / 시간 표시	디스플레이에 현재 날짜와 시간을 정의된 형식으로 표시합니다.	활성* 비활성
시간대	시간대를 선택합니다. 시간대를 설정하면 저울이 자동으로 서머타임과 겨울타임 사이로 변경됩니다.	—
시간 동기화	네트워크의 NTP 서버와 동기화할 수 있습니다.	텍스트(1...32개 문자)
날짜 형식	날짜 표시 형식을 정의합니다.	DD.MM.YYYY* MM/DD/YYYY YYYY-MM-DD YYYY/MM/DD
시간 형식	시간 표시형식을 정의합니다.	24:MM* 12:MM 24.MM 12.MM

* 초기 설정

6.2.4.1.7 설정: 화면 / StatusLight / 사운드

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > ⚖️ 저울 > 🖥️ 화면 / StatusLight / 사운드

파라미터	서술	값
화면 밝기	디스플레이의 밝기를 정의합니다.	10% ... 100% 60%*
드래프트실드 배면광밝기	드래프트 실드 백라이트의 밝기를 정의합니다(해당하는 경우).	활성 비활성* 10% ... 100%
음량	음향의 볼륨을 설정합니다.	비활성 낮음 중간* 높음
키 누름 사운드	키를 누를 때 소리가 들릴지 여부를 정의합니다.	활성* 비활성
피드백 사운드	디스플레이에 정보가 표시될 때 소리가 들리는지 여부를 정의합니다.	활성* 비활성
안정성 사운드	중량 값이 안정화되면 소리가 들리는지 여부를 정의합니다.	활성* 비활성

StatusLight	터미널 상의 라이트 스트립을 사용하여 저울 상태를 표시할 지 여부를 정의합니다. 활성 (녹색 표시등 없음): 저울의 상태는 모니터링되지만 표시등 스트립은 빨간색 또는 노란색으로만 켜집니다. 녹색 표시등은 사용되지 않습니다. • 빨간색 표시등: 오류. 오류가 수정될 때까지 저울을 사용해서는 안 됩니다. • 노란색 표시등: 경고. 저울은 계속 사용할 수 있습니다. 예시: 교정 알림 날짜와 다음 교정 예정 날짜 사이에 저울을 작동하는 경우 노란색 표시등이 켜집니다. • 녹색 표시등 / 표시등 없음: 문제가 발견되지 않았습다. 저울이 사용 준비 되었습니다.	활성* 비활성 활성* 활성 (녹색 표시등 없음)
StatusLight 밝기	터미널(StatusLight)의 표시등 바 밝기를 정의합니다. 이 설정은 파라미터 StatusLight 가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.	10% ... 100%

* 초기 설정

6.2.4.1.8 설정: 일반

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > ⚙️ 저울 > ⚙️ 일반

파라미터	서술	값
기기 이름	저울의 이름을 정의합니다.	텍스트(1...100개 문자)
기기 ID	저울의 ID를 정의합니다. 이 이름은 네트워크를 통해 저울과 통신하는 데 사용할 수 있습니다. 공백 또는 특수 문자는 허용되지 않습니다.	텍스트(1...24개 문자)
대기	저울을 사용하지 않을 때 저울이 대기 모드로 전환되기까지의 시간을 정의합니다.	활성* 비활성 숫자
절전 모드	작업 시간 및 작업일을 정의합니다. 정의된 시간 외에는 저울이 절전 모드로 전환됩니다. 설정 작업 시작 은 저울을 사용할 수 있는 시기를 정의합니다.	활성 비활성*

* 초기 설정

6.2.4.2 설정: 인터페이스

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > 🖨️ 인터페이스

섹션 인터페이스는 다음과 같은 하위 섹션으로 나뉩니다.

- 🖨️ 이더넷
- 📶 블루투스

파라미터	서술	값
이더넷	옵션 이더넷 을 사용하면 저울이 프린터와 같은 주변 장치와 통신할 수 있습니다.	–
블루투스	옵션 블루투스 을 사용하면 저울이 프린터와 같은 주변 장치와 통신할 수 있습니다.	활성 비활성*

* 초기 설정

다음 사항을 참고합니다.

🔗 인터페이스 ▶ 68 페이지

6.2.4.2.1 설정: 이더넷

인터페이스 **이더넷**을 통해 저울을 네트워크에 연결하고 칭량 결과를 XML 또는 PDF 파일로 저장할 수 있습니다.

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > 🖨️ 인터페이스 > 🌐 이더넷

파라미터	서술	값
호스트 이름	저울의 호스트 이름을 정의합니다.	편집 불가능
MAC 주소	네트워크에서 저울을 고유하게 식별하는 데 사용되는 MAC 주소에 대한 정보입니다.	편집 불가능
네트워크 구성	DHCP : 이더넷 연결 설정이 자동으로 설정됩니다. 수동 : 이더넷 연결 설정은 사용자가 수동으로 설정해야 합니다. 이 옵션을 선택하면 다음 파라미터를 편집할 수 있습니다.	DHCP* 수동
IP 주소	저울의 IP 주소를 정의합니다.	000.000.000.000... 255.255.255.255
서브넷 마스크	로컬 서브넷 또는 원격 네트워크에 있는 호스트를 확인하기 위해 TCP/IP 프로토콜에서 사용하는 서브넷 마스크를 정의합니다.	000.000.000.000... 255.255.255.255
DNS 서버	DNS(도메인 이름 시스템) 서버의 주소를 정의합니다.	000.000.000.000... 255.255.255.255
표준 게이트웨이	호스트의 서브넷을 다른 네트워크에 연결하는 표준 게이트웨이의 주소를 정의합니다.	000.000.000.000... 255.255.255.255

* 초기 설정

6.2.4.2.2 설정: 블루투스

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > 🖨️ 인터페이스 > 📶 블루투스

파라미터	서술	값
블루투스 ID	저울의 명칭을 표시합니다.	편집 불가능

6.2.4.3 설정: 장치 / 프린터

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > 🖨️ 장치 / 프린터

파라미터	서술	값
물리적 연결	저울과 주변 장치 간의 물리적 연결 유형을 정의합니다.	USB* USB-RS232 컨버터 네트워크 블루투스

* 초기 설정

6.2.4.4 설정: 서비스

저울과 통신하기 위해 여러 서비스를 사용할 수 있습니다. 한 번에 하나의 서비스만 활성화할 수 있습니다.

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > 🌐 서비스

섹션 서비스은 다음과 같은 하위 섹션으로 나뉩니다.

- 📁 파일 서버
- 📜 CA 인증서/TLS

다음 사항을 참고합니다.

🔗 서비스 ▶ 75 페이지

6.2.4.4.1 설정: 파일 서버

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > 🌐 서비스 > 📁 파일 서버

파라미터	서술	값
서버 이름	대상 서버의 이름을 정의합니다.	텍스트(1...63개 문자)
공유 이름	공유 폴더의 이름을 정의합니다.	텍스트(1...140개 문자)

자격 증명

파라미터	서술	값
도메인 이름	사용자 도메인의 이름을 정의합니다.	텍스트(0...15개 문자)
사용자 이름	파일 서버에 액세스할 사용자 이름을 정의합니다.	텍스트(1...22개 문자)
암호	파일 서버에 액세스할 암호를 정의합니다.	텍스트(1...22개 문자)

다음 사항을 참고합니다.

🔗 파일 서버 ▶ 75 페이지

6.2.4.4.2 설정: CA 인증서/TLS

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > 🌐 서비스 > 📜 CA 인증서/TLS

파라미터	서술	값
CA 인증서/TLS	성적서에 대한 정보를 나타냅니다. 성적서를 업로드하거나 삭제할 수 있습니다. LabX의 데이터는 삭제됩니다. 성적서에는 확장자 .crt가 있어야 합니다.	편집 불가능

6.2.4.5 설정: LabX

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙️ 설정 > 🏠 LabX

파라미터	서술	값
도메인 이름	LabX 서버의 명칭을 표시합니다.	편집 불가능
CA 인증서/TLS	성적서에 대한 정보를 나타냅니다. 성적서를 업로드하거나 삭제할 수 있습니다. LabX의 데이터는 삭제됩니다. 성적서에는 확장자 .crt가 있어야 합니다.	편집 불가능
LabX 비활성화	LabX에서 기기를 분리하는 데 사용됩니다. 이렇게 하면 기기가 공장 초기화됩니다.	초기화

6.2.5 유지보수

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ≡ 유지보수

참고

이 섹션은 해당 권한을 가진 사용자만 액세스할 수 있습니다.
메뉴 항목 유지보수는 다음 섹션으로 나뉩니다.

- 소프트웨어 업데이트
- 지원 파일 저장
- 저울 수평 조정
- 유효성 검사 메시지
- 서비스 준비 모드

다음 사항을 참고합니다.

- USB 저장 장치로 데이터 내보내기 ▶ 77 페이지
- 소프트웨어 업데이트 ▶ 128 페이지
- 지원 파일 저장 ▶ 137 페이지

6.3 칭량 Application 설정

6.3.1 설정: application "일반 계량"

이 섹션에서는 application 일반 계량의 설정에 대해 설명합니다.

≡ 경로: ▼ > 계량 > ≡ 일반 계량 > ≡

	일반 계량	- 주요 구성	
기본	사용 중인 분석법	일반 계량	
ID 형식	계량 초기 값		
	장치	g	
	목표 및 허용 오차	비활성	
계량			확인
자동화			

이 칭량 application의 설정은 다음과 같이 그룹화됩니다.

- 기본
- ID 형식
- 계량
- 자동화
- 보고서

다음 사항을 참고합니다.

- Application "일반 계량" ▶ 54 페이지

6.3.1.1 기본

파라미터	서술	값
사용 중인 분석법	Application 에 사용되는 분석법을 정의합니다.	-
장치	칭량 결과의 단위를 정의합니다.	사용 가능한 단위는 저울 모델에 따라 다릅니다.
목표 및 허용 오차	목표 중량은 수동으로 또는 칭량을 통해 추가할 수 있습니다. 허용 오차의 정의는 선택 사항입니다. 설정에 따라 목표 중량 및 허용 오차 한계값이 메인 칭량 화면에 표시됩니다. 섹션 SmartTrac은 현재 칭량 결과가 허용 오차 한계값 내에 있는지 여부를 나타냅니다.	활성 비활성* 숫자 허용 오차: % g

* 초기 설정

6.3.1.2 ID 형식

샘플 ID

파라미터	서술	값
샘플 ID	샘플 ID를 정의합니다.	활성 비활성*
기본값	샘플 설명에 대한 기본값을 정의합니다.	텍스트(1...200개 문자)
자동값	샘플 설명에 자동 값을 생성할지 여부를 정의합니다.	편집 불가능
입력 프롬프트	값을 입력하라는 메시지를 표시할지 여부를 정의합니다. 기본값이 정의된 경우 이 파라미터는 편집할 수 없습니다.	활성 비활성*

* 초기 설정

설명

파라미터	서술	값
설명	샘플 설명을 정의할 수 있습니다.	활성 비활성*
유형	샘플 유형을 정의합니다.	샘플* 시리즈
라벨	샘플을 설명합니다.	텍스트(1...25개 문자)
기본값	샘플 설명에 대한 기본값을 정의합니다.	텍스트(1...200개 문자)
자동값	샘플 설명에 자동 값을 생성할지 여부를 정의합니다.	활성 비활성*
입력 프롬프트	값을 입력하라는 메시지를 표시할지 여부를 정의합니다.	활성 비활성*

* 초기 설정

6.3.1.3 계량

파라미터	서술	값
정보 중량	메인 칭량 화면에 보조 중량이 표시됩니다.	활성 비활성* 사용 가능한 단위는 저울 모델에 따라 다릅니다.
계량 프로파일	칭량 프로필을 정의합니다.	일반* 10d

중량 캡처 모드	결과 추가 버튼을 탭하거나 자동 칭량 결과 생성에 의해 결과 추가가 작동된 경우의 동작을 정의합니다. 안정: 저울은 중량이 안정되기를 기다립니다. 즉시: 저울은 중량이 안정되기를 기다리지 않습니다. 자동, 안정적(영점 조정 제외됨): 중량이 안정되는 즉시 결과가 게시됩니다. 0g 값은 게시되지 않습니다. 자동, 안정적(영점 조정 포함됨): 중량이 안정되는 즉시 결과가 게시됩니다. 0g의 값도 게시됩니다. 계속: 결과는 정의된 간격으로 게시됩니다.	안정* 즉시 자동, 안정적(영점 조정 제외됨) 자동, 안정적(영점 조정 포함됨) 계속
----------	--	---

* 초기 설정

시리즈 / 통계

파라미터	서술	값
측정 시리즈	일련의 측정을 수행할 수 있습니다.	활성 비활성*
통계 계산	통계 정보가 제공됩니다. 이 설정은 파라미터 측정 시리즈가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.	활성 비활성*
허용 범위	통계 계산의 허용 범위를 정의합니다. 이 설정은 파라미터 통계 계산가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.	활성 비활성* 숫자(%)

* 초기 설정

다음 사항을 참고합니다.

 칭량 프로파일 ▶ 46 페이지

6.3.1.4 자동화

파라미터	서술	값
자동 영점	중량이 사전 정의된 임계값 미만으로 떨어지면 저울이 자동으로 영점 조정됩니다. 승인 저울에는 이 설정을 사용할 수 없습니다.	활성 비활성* 숫자 사용 가능한 단위는 저울 모델에 따라 다릅니다.
자동 용기 측정	저울은 첫 번째 안정적인 중량을 용기 중량으로 자동 저장합니다.	활성 비활성*
사전 설정 용기 측정	고정 용기 중량은 수동으로 또는 칭량을 통해 정의할 수 있습니다.	활성 비활성* 숫자 사용 가능한 단위는 저울 모델에 따라 다릅니다.
리콜 중량	마지막 칭량 결과를 표시합니다.	활성 비활성* 자동 수동*

* 초기 설정

6.3.1.5 보고서

파라미터	서술	값
머리말 및 꼬릿말	게시할 머리글 및/또는 바닥글을 정의합니다.	제목 날짜/시간 사용자 서명 빈 라인
저울 정보	저울에 게시할 정보를 정의합니다.	내부 ID 기기 이름 기기 ID 시리얼 번호 소프트웨어 버전
품질 정보	어떤 품질 정보를 게시할지 정의합니다.	계량 프로파일 조정 날짜/시간 일상 시험 정보 결과 상태 레벨 상태 MinWeigh 상태 허용 오차 상태
작업 정보	작업에 대해 어떤 정보를 게시할지 정의합니다.	어플리케이션 설정
결과 상세정보	측정 결과와 관련된 어떤 정보를 게시할지 정의합니다.	용기 / 총 중량 정보 중량 날짜/시간

6.3.2 설정: application "피스 계수"

이 섹션에서는 application 피스 계수의 설정에 대해 설명합니다.

≡ 경로: ▼ > > 피스 계수 >

이 칭량 application의 설정은 다음과 같이 그룹화됩니다.

- 기본
- ID 형식
- 계량
- 자동화
- 보고서

다음 사항을 참고합니다.

Application "피스 계수" ▶ 55 페이지

6.3.2.1 기본

파라미터	서술	값
사용 중인 분석법	Application 에 사용되는 분석법을 정의합니다.	—
기준 PCS	품목당 평균 중량을 결정하는 데 사용되는 품목 수를 정의합니다.	숫자
기준 평균 중량	샘플 한 개의 평균 중량을 정의합니다. 샘플 한 개의 평균 중량이 샘플 수 계수의 기준이 됩니다. 작업을 진행하는 동안 저울은 측정된 중량과 샘플 한 개의 평균 중량을 기준으로 칭량 팬에 있는 실제 샘플 수를 계산합니다.	숫자
목표 및 허용 오차	목표 중량은 수동으로 또는 칭량을 통해 추가할 수 있습니다. 허용 오차의 정의는 선택 사항입니다. 설정에 따라 목표 중량 및 허용 오차 한계값이 메인 칭량 화면에 표시됩니다. 섹션 SmartTrac은 현재 칭량 결과가 허용 오차 한계값 내에 있는지 여부를 나타냅니다.	활성 비활성* 숫자 허용 오차: PCS %

* 초기 설정

6.3.2.2 ID 형식

샘플 ID

파라미터	서술	값
샘플 ID	샘플 ID를 정의합니다.	활성 비활성*
기본값	샘플 설명에 대한 기본값을 정의합니다.	텍스트(1...200개 문자)
자동값	샘플 설명에 자동 값을 생성할지 여부를 정의합니다.	편집 불가능
입력 프롬프트	값을 입력하라는 메시지를 표시할지 여부를 정의합니다. 기본값이 정의된 경우 이 파라미터는 편집할 수 없습니다.	활성 비활성*

* 초기 설정

설명

파라미터	서술	값
설명	샘플 설명을 정의할 수 있습니다.	활성 비활성*
유형	샘플 유형을 정의합니다.	샘플* 시리즈
라벨	샘플을 설명합니다.	텍스트(1...25개 문자)
기본값	샘플 설명에 대한 기본값을 정의합니다.	텍스트(1...200개 문자)
자동값	샘플 설명에 자동 값을 생성할지 여부를 정의합니다.	활성 비활성*
입력 프롬프트	값을 입력하라는 메시지를 표시할지 여부를 정의합니다.	활성 비활성*

* 초기 설정

6.3.2.3 계량

파라미터	서술	값
정보 중량	메인 칭량 화면에 보조 중량이 표시됩니다.	활성 비활성* 사용 가능한 단위는 저울 모델에 따라 다 릅니다.
계량 프로파일	칭량 프로필을 정의합니다.	일반* 10d
중량 캡처 모드	결과 추가 버튼을 탭하거나 자동 칭량 결과 생성에 의해 결 과 추가가 트리거된 경우의 동작을 정의합니다. 안정: 저울은 중량이 안정되기를 기다립니다. 즉시: 저울은 중량이 안정되기를 기다리지 않습니다. 자동, 안정적(영점 조정 제외됨): 중량이 안정되는 즉시 결 과가 게시됩니다. 0g 값은 게시되지 않습니다. 자동, 안정적(영점 조정 포함됨): 중량이 안정되는 즉시 결 과가 게시됩니다. 0g의 값도 게시됩니다.	안정* 즉시 자동, 안 정적(영점 조정 제외 됨) 자동, 안정적(영 점 조정 포함됨)

* 초기 설정

시리즈 / 통계

파라미터	서술	값
측정 시리즈	일련의 측정을 수행할 수 있습니다.	활성 비활성*

통계 계산	통계 정보가 제공됩니다. 이 설정은 파라미터 측정 시리즈 가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.	활성 비활성*
허용 범위	통계 계산의 허용 범위를 정의합니다. 이 설정은 파라미터 통계 계산 가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.	활성 비활성* 숫자(%)

* 초기 설정

다음 사항을 참고합니다.

 [칭량 프로파일](#) ▶ 46 페이지

6.3.2.4 자동화

파라미터	서술	값
자동 영점	중량이 사전 정의된 임계값 미만으로 떨어지면 저울이 자동으로 영점 조정됩니다. 승인 저울에는 이 설정을 사용할 수 없습니다.	활성 비활성* 숫자 사용 가능한 단위는 저울 모델에 따라 다릅니다.
자동 용기 측정	저울은 첫 번째 안정적인 중량을 용기 중량으로 자동 저장합니다.	활성 비활성*
사전 설정 용기 측정	고정 용기 중량은 수동으로 또는 칭량을 통해 정의할 수 있습니다.	활성 비활성* 숫자 사용 가능한 단위는 저울 모델에 따라 다릅니다.
리콜 중량	마지막 칭량 결과를 표시합니다.	활성 비활성* 자동 수동*

* 초기 설정

6.3.2.5 보고서

파라미터	서술	값
머리말 및 꼬릿말	게시할 머리글 및/또는 바닥글을 정의합니다.	제목 날짜/시간 사용자 서명 빈 라인
저울 정보	저울에 게시할 정보를 정의합니다.	내부 ID 기기 이름 기기 ID 시리얼 번호 소프트웨어 버전
품질 정보	어떤 품질 정보를 게시할지 정의합니다.	계량 프로파일 조정 날짜/시간 일상 시험 정보 결과 상태 레벨 상태 MinWeigh 상태 허용 오차 상태
작업 정보	작업에 대해 어떤 정보를 게시할지 정의합니다.	어플리케이션 설정
결과 상세정보	측정 결과와 관련된 어떤 정보를 게시할지 정의합니다.	용기 / 총 중량 정보 중량 날짜/시간

6.3.3 설정: application "중량 선별"

이 섹션에서는 application 중량 선별의 설정에 대해 설명합니다.

≡ 경로: ▼ > ≡ > ≡ 중량 선별 > ≡

이 칭량 application의 설정은 다음과 같이 그룹화됩니다.

- ≡ 기본
- ≡ ID 형식
- ≡ 계량
- ≡ 자동화
- ≡ 보고서

다음 사항을 참고합니다.

🔗 Application "중량 선별" ▶ 56 페이지

6.3.3.1 기본

파라미터	서술	값
사용 중인 분석법	Application 에 사용되는 분석법을 정의합니다.	—
장치	칭량 결과의 단위를 정의합니다.	사용 가능한 단위는 저울 모델에 따라 다릅니다.
목표 무게 ± 허용 오차	목표 중량은 수동으로 또는 칭량을 통해 추가할 수 있습니다. 허용 오차의 정의는 선택 사항입니다. 설정에 따라 목표 중량 및 허용 오차 한계값이 메인 칭량 화면에 표시됩니다. 섹션 SmartTrac은 현재 칭량 결과가 허용 오차 한계값 내에 있는지 여부를 나타냅니다.	숫자 허용 오차: $\text{활성} * I \text{ 비활성}$ % g
임계값 확인	목표 임계값을 정의합니다. 정의된 임계치 미만값은 확인하지 않습니다.	$\text{활성} * I \text{ 비활성}$ 숫자(%)

* 초기 설정

6.3.3.2 ID 형식

샘플 ID

파라미터	서술	값
샘플 ID	샘플 ID를 정의합니다.	활성 비활성*
기본값	샘플 설명에 대한 기본값을 정의합니다.	텍스트(1...200개 문자)
자동값	샘플 설명에 자동 값을 생성할지 여부를 정의합니다.	편집 불가능
입력 프롬프트	값을 입력하라는 메시지를 표시할지 여부를 정의합니다. 기본값이 정의된 경우 이 파라미터는 편집할 수 없습니다.	활성 비활성*

* 초기 설정

설명

파라미터	서술	값
설명	샘플 설명을 정의할 수 있습니다.	활성 비활성*
유형	샘플 유형을 정의합니다.	샘플* 시리즈

라벨	샘플을 설명합니다.	텍스트(1...25개 문자)
기본값	샘플 설명에 대한 기본값을 정의합니다.	텍스트(1...200개 문자)
자동값	샘플 설명에 자동 값을 생성할지 여부를 정의합니다.	활성 비활성*
입력 프롬프트	값을 입력하라는 메시지를 표시할지 여부를 정의합니다.	활성 비활성*

* 초기 설정

6.3.3.3 계량

파라미터	서술	값
정보 중량	메인 칭량 화면에 보조 중량이 표시됩니다.	활성 비활성* 사용 가능한 단위는 저울 모델에 따라 다릅니다.
계량 프로파일	칭량 프로필을 정의합니다.	일반* 10d
중량 캡처 모드	결과 추가 버튼을 탭하거나 자동 칭량 결과 생성에 의해 결과 추가가 트리거된 경우의 동작을 정의합니다. 안정: 저울은 중량이 안정되기를 기다립니다. 즉시: 저울은 중량이 안정되기를 기다리지 않습니다. 자동, 안정적(영점 조정 제외됨): 중량이 안정되는 즉시 결과가 게시됩니다. 0g 값은 게시되지 않습니다. 자동, 안정적(영점 조정 포함됨): 중량이 안정되는 즉시 결과가 게시됩니다. 0g의 값도 게시됩니다.	안정* 즉시 자동, 안정적(영점 조정 제외됨) 자동, 안정적(영점 조정 포함됨)

* 초기 설정

시리즈 / 통계

파라미터	서술	값
측정 시리즈	일련의 측정을 수행할 수 있습니다.	활성 비활성*
통계 계산	통계 정보가 제공됩니다. 이 설정은 파라미터 측정 시리즈 가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.	활성 비활성*
허용 범위	통계 계산의 허용 범위를 정의합니다. 이 설정은 파라미터 통계 계산 가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.	활성 비활성* 숫자(%)

* 초기 설정

다음 사항을 참고합니다.

 [칭량 프로파일](#) ▶ 46 페이지

6.3.3.4 자동화

파라미터	서술	값
자동 영점	중량이 사전 정의된 임계값 미만으로 떨어지면 저울이 자동으로 영점 조정됩니다. 승인 저울에는 이 설정을 사용할 수 없습니다.	활성 비활성* 숫자 사용 가능한 단위는 저울 모델에 따라 다릅니다.

자동 용기 측정	저울은 첫 번째 안정적인 중량을 용기 중량으로 자동 저장합니다.	활성 비활성*
사전 설정 용기 측정	고정 용기 중량은 수동으로 또는 칭량을 통해 정의할 수 있습니다.	활성 비활성* 숫자 사용 가능한 단위는 저울 모델에 따라 다릅니다.
리콜 중량	마지막 칭량 결과를 표시합니다.	활성 비활성* 자동 수동*

* 초기 설정

6.3.3.5 보고서

파라미터	서술	값
머리말 및 꼬릿말	게시할 머리글 및/또는 바닥글을 정의합니다.	제목 날짜/시간 사용자 서명 빈 라인
저울 정보	저울에 게시할 정보를 정의합니다.	내부 ID 기기 이름 기기 ID 시리얼 번호 소프트웨어 버전
품질 정보	어떤 품질 정보를 게시할지 정의합니다.	계량 프로파일 조정 날짜/시간 일상 시험 정보 결과 상태 레벨 상태 MinWeigh 상태 허용 오차 상태
작업 정보	작업에 대해 어떤 정보를 게시할지 정의합니다.	어플리케이션 설정
결과 상세정보	측정 결과와 관련된 어떤 정보를 게시할지 정의합니다.	용기 / 총 중량 정보 중량 날짜/시간

6.3.4 설정: application "동적 계량"

이 섹션에서는 application **동적 계량**의 설정에 대해 설명합니다.

≡ 경로: ▼ >  >  동적 계량 > 

이 칭량 application의 설정은 다음과 같이 그룹화됩니다.

-  기본
-  ID 형식
-  계량
-  자동화
-  보고서

다음 사항을 참고합니다.

 Application "동적 계량" ▶ 57 페이지

6.3.4.1 기본

파라미터	서술	값
사용 중인 분석법	Application 에 사용되는 분석법을 정의합니다.	—
측정 시간	측정 시간을 초 단위로 정의합니다.	숫자

시작 모드	측정 시작 방법을 정의합니다.	수동 자동 - 3초 후*
장치	칭량 결과의 단위를 정의합니다.	사용 가능한 단위는 저울 모델에 따라 다 릅니다.

* 초기 설정

6.3.4.2 ID 형식

샘플 ID

파라미터	서술	값
샘플 ID	샘플 ID를 정의합니다.	활성 비활성*
기본값	샘플 설명에 대한 기본값을 정의합니다.	텍스트(1...200개 문 자)
자동값	샘플 설명에 자동 값을 생성할지 여부를 정의합니다.	편집 불가능
입력 프롬프트	값을 입력하라는 메시지를 표시할지 여부를 정의합니다. 기본값이 정의된 경우 이 파라미터는 편집할 수 없습니다.	활성 비활성*

* 초기 설정

설명

파라미터	서술	값
설명	샘플 설명을 정의할 수 있습니다.	활성 비활성*
유형	샘플 유형을 정의합니다.	샘플* 시리즈
라벨	샘플을 설명합니다.	텍스트(1...25개 문자)
기본값	샘플 설명에 대한 기본값을 정의합니다.	텍스트(1...200개 문 자)
자동값	샘플 설명에 자동 값을 생성할지 여부를 정의합니다.	활성 비활성*
입력 프롬프트	값을 입력하라는 메시지를 표시할지 여부를 정의합니다.	활성 비활성*

* 초기 설정

6.3.4.3 계량

파라미터	서술	값
정보 중량	메인 칭량 화면에 보조 중량이 표시됩니다.	활성 비활성* 사용 가능한 단위는 저울 모델에 따라 다 릅니다.
계량 프로파일	칭량 프로필을 정의합니다.	일반* 10d

* 초기 설정

시리즈 / 통계

파라미터	서술	값
측정 시리즈	일련의 측정을 수행할 수 있습니다.	활성 비활성*
통계 계산	통계 정보가 제공됩니다. 이 설정은 파라미터 측정 시리즈 가 활성화된 경우에만 사용 할 수 있습니다.	활성 비활성*

허용 범위	통계 계산의 허용 범위를 정의합니다. 이 설정은 파라미터 통계 계산 가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.	활성 비활성* 숫자(%)
-------	---	--------------------

* 초기 설정

6.3.4.4 자동화

파라미터	서술	값
샘플 용기 측정	결과가 계산된 후 칭량 팬에서 샘플을 제거하면 저울의 용기 중량이 자동으로 측정됩니다.	활성 비활성
자동 영점	중량이 사전 정의된 임계값 미만으로 떨어지면 저울이 자동으로 영점 조정됩니다. 승인 저울에는 이 설정을 사용할 수 없습니다.	활성 비활성* 숫자 사용 가능한 단위는 저울 모델에 따라 다릅니다.
자동 용기 측정	저울은 첫 번째 안정적인 중량을 용기 중량으로 자동 저장합니다.	활성 비활성*
사전 설정 용기 측정	고정 용기 중량은 수동으로 또는 칭량을 통해 정의할 수 있습니다.	활성 비활성* 숫자 사용 가능한 단위는 저울 모델에 따라 다릅니다.

* 초기 설정

6.3.4.5 보고서

파라미터	서술	값
머리말 및 꼬릿말	게시할 머리글 및/또는 바닥글을 정의합니다.	제목 날짜/시간 사용자 서명 빈 라인
저울 정보	저울에 게시할 정보를 정의합니다.	내부 ID 기기 이름 기기 ID 시리얼 번호 소프트웨어 버전
품질 정보	어떤 품질 정보를 게시할지 정의합니다.	계량 프로파일 조정 날짜/시간 일상 시험 정보 결과 상태 레벨 상태 MinWeigh 상태
작업 정보	작업에 대해 어떤 정보를 게시할지 정의합니다.	어플리케이션 설정
결과 상세정보	측정 결과와 관련된 어떤 정보를 게시할지 정의합니다.	용기 / 총 중량 정보 중량 날짜/시간

6.3.5 설정: application "배합"

이 섹션에서는 application **배합**의 설정에 대해 설명합니다.

≡ 경로: ▼ >  >  배합 > .

이 칭량 application의 설정은 다음과 같이 그룹화됩니다.

-  기본
-  ID 형식

- 계량
- 자동화
- 보고서

다음 사항을 참고합니다.

Application "배합" ▶ 58 페이지

6.3.5.1 기본

파라미터	서술	값
사용 중인 분석법	Application 에 사용되는 분석법을 정의합니다.	-
장치	칭량 결과의 단위를 정의합니다.	사용 가능한 단위는 저울 모델에 따라 다릅니다.

6.3.5.2 ID 형식

샘플 ID

파라미터	서술	값
샘플 ID	샘플 ID를 정의합니다.	활성 비활성*
기본값	샘플 설명에 대한 기본값을 정의합니다.	텍스트(1...200개 문자)
자동값	샘플 설명에 자동 값을 생성할지 여부를 정의합니다.	편집 불가능
입력 프롬프트	값을 입력하라는 메시지를 표시할지 여부를 정의합니다. 기본값이 정의된 경우 이 파라미터는 편집할 수 없습니다.	활성 비활성*

* 초기 설정

설명

파라미터	서술	값
설명	샘플 설명을 정의할 수 있습니다.	활성 비활성*
유형	샘플 유형을 정의합니다.	샘플* 시리즈
라벨	샘플을 설명합니다.	텍스트(1...25개 문자)
기본값	샘플 설명에 대한 기본값을 정의합니다.	텍스트(1...200개 문자)
자동값	샘플 설명에 자동 값을 생성할지 여부를 정의합니다.	활성 비활성*
입력 프롬프트	값을 입력하라는 메시지를 표시할지 여부를 정의합니다.	활성 비활성*

* 초기 설정

6.3.5.3 계량

파라미터	서술	값
계량 프로파일	칭량 프로필을 정의합니다.	일반* 10d
중량 캡처 모드	결과 추가 버튼을 탭하거나 자동 칭량 결과 생성에 의해 결과 추가가 트리거된 경우의 동작을 정의합니다. 안정: 저울은 중량이 안정되기를 기다립니다. 즉시: 저울은 중량이 안정되기를 기다리지 않습니다.	안정* 즉시

* 초기 설정

6.3.5.4 자동화

파라미터	서술	값
자동 영점	중량이 사전 정의된 임계값 미만으로 떨어지면 저울이 자동으로 영점 조정됩니다. 승인 저울에는 이 설정을 사용할 수 없습니다.	활성 비활성* 숫자 사용 가능한 단위는 저울 모델에 따라 다릅니다.

* 초기 설정

6.3.5.5 보고서

파라미터	서술	값
머리말 및 꼬릿말	게시할 머리글 및/또는 바닥글을 정의합니다.	제목 날짜/시간 사용자 서명 빈 라인
저울 정보	저울에 게시할 정보를 정의합니다.	내부 ID 기기 이름 기기 ID 시리얼 번호 소프트웨어 버전
품질 정보	어떤 품질 정보를 게시할지 정의합니다.	계량 프로파일 조정 날짜/시간 일상 시험 정보 결과 상태 레벨 상태 MinWeigh 상태
결과 상세정보	측정 결과와 관련된 어떤 정보를 게시할지 정의합니다.	용기 / 총 중량 날짜/시간

6.3.6 설정: application "총계"

이 섹션에서는 application **총계**의 설정에 대해 설명합니다.

≡ 경로: ▼ >  > **총계** > .

이 칭량 application의 설정은 다음과 같이 그룹화됩니다.

-  기본
-  ID 형식
-  계량
-  자동화
-  보고서

다음 사항을 참고합니다.

 Application "총계" ▶ 59 페이지

6.3.6.1 기본

파라미터	서술	값
사용 중인 분석법	Application 에 사용되는 분석법을 정의합니다.	—
장치	칭량 결과의 단위를 정의합니다.	사용 가능한 단위는 저울 모델에 따라 다릅니다.

6.3.6.2 ID 형식

샘플 ID

파라미터	서술	값
샘플 ID	샘플 ID를 정의합니다.	활성 비활성*
기본값	샘플 설명에 대한 기본값을 정의합니다.	텍스트(1...200개 문자)
자동값	샘플 설명에 자동 값을 생성할지 여부를 정의합니다.	편집 불가능
입력 프롬프트	값을 입력하라는 메시지를 표시할지 여부를 정의합니다. 기본값이 정의된 경우 이 파라미터는 편집할 수 없습니다.	활성 비활성*

* 초기 설정

설명

파라미터	서술	값
설명	샘플 설명을 정의할 수 있습니다.	활성 비활성*
유형	샘플 유형을 정의합니다.	샘플* 시리즈
라벨	샘플을 설명합니다.	텍스트(1...25개 문자)
기본값	샘플 설명에 대한 기본값을 정의합니다.	텍스트(1...200개 문자)
자동값	샘플 설명에 자동 값을 생성할지 여부를 정의합니다.	활성 비활성*
입력 프롬프트	값을 입력하라는 메시지를 표시할지 여부를 정의합니다.	활성 비활성*

* 초기 설정

6.3.6.3 계량

파라미터	서술	값
계량 프로파일	칭량 프로필을 정의합니다.	일반* 10d
중량 캡처 모드	결과 추가 버튼을 탭하거나 자동 칭량 결과 생성에 의해 결과 추가가 트리거된 경우의 동작을 정의합니다. 안정: 저울은 중량이 안정되기를 기다립니다. 즉시: 저울은 중량이 안정되기를 기다리지 않습니다. 자동, 안정적(영점 조정 제외됨): 중량이 안정되는 즉시 결과가 게시됩니다. 0g 값은 게시되지 않습니다. 자동, 안정적(영점 조정 포함됨): 중량이 안정되는 즉시 결과가 게시됩니다. 0g의 값도 게시됩니다.	안정* 즉시 자동, 안정적(영점 조정 제외됨) 자동, 안정적(영점 조정 포함됨)

* 초기 설정

6.3.6.4 자동화

파라미터	서술	값
자동 영점	중량이 사전 정의된 임계값 미만으로 떨어지면 저울이 자동으로 영점 조정됩니다. 승인 저울에는 이 설정을 사용할 수 없습니다.	활성 비활성* 숫자 사용 가능한 단위는 저울 모델에 따라 다릅니다.
자동 용기 측정	저울은 첫 번째 안정적인 중량을 용기 중량으로 자동 저장합니다.	활성 비활성*

사전 설정 용기 측정	고정 용기 중량은 수동으로 또는 칭량을 통해 정의할 수 있습니다.	활성 비활성* 숫자 사용 가능한 단위는 저울 모델에 따라 다릅니다.
-------------	--------------------------------------	---

* 초기 설정

6.3.6.5 보고서

파라미터	서술	값
머리말 및 꼬릿말	게시할 머리글 및/또는 바닥글을 정의합니다.	제목 날짜/시간 사용자 서명 빈 라인
저울 정보	저울에 게시할 정보를 정의합니다.	내부 ID 기기 이름 기기 ID 시리얼 번호 소프트웨어 버전
품질 정보	어떤 품질 정보를 게시할지 정의합니다.	계량 프로파일 조정 날짜/시간 일상 시험 정보 결과 상태 레벨 상태 MinWeigh 상태
결과 상세정보	측정 결과와 관련된 어떤 정보를 게시할지 정의합니다.	용기 / 총 중량 날짜/시간

6.3.7 설정: application "무게 재 측정"

이 섹션에서는 application 무게 재 측정의 설정에 대해 설명합니다.

≡ 경로: ▼ >  > △ 무게 재 측정 > △

이 칭량 application의 설정은 다음과 같이 그룹화됩니다.

-  기본
-  ID 형식
-  계량
-  자동화
-  보고서

다음 사항을 참고합니다.

 Application "무게 재 측정" ▶ 60 페이지

6.3.7.1 기본

파라미터	서술	값
사용 중인 분석법	Application 에 사용되는 분석법을 정의합니다.	—
측정용 용기	측정용 용기 사용 여부를 정의합니다.	활성* 비활성

차이 단위	계산된 차이값의 결과 보기를 선택합니다. 백분율(%): 초기 중량의 백분율로 무게 재 측정 및 초기 칭량 간 차이값을 보고합니다. 절대 비율(절대 %): 초기 중량의 백분율로 무게 재 측정을 보고합니다. ATRO 수분 함량 (%AM): 건조 중량의 백분율로 샘플의 수분 함량을 보고합니다. ATRO 건조 함량 (%AD): 샘플의 습식 중량을 건조 중량의 백분율로 보고합니다.	중량* 백분율(%) 절대 비율(절대 %) ATRO 수분 함량 (%AM) ATRO 건조 함량 (%AD)
차이값	작업 영역 및 결과 보기에서 계산된 차이값을 표시합니다. 무부호 (절대값): 절대값을 표시합니다. 부호 있음: 대수 기호를 사용하여 값을 표시합니다.	무부호 (절대값)* 부호 있음

* 초기 설정

계량 초기 값

파라미터	서술	값
장치	칭량 결과의 단위를 정의합니다.	사용 가능한 단위는 저울 모델에 따라 다릅니다.

* 초기 설정

6.3.7.2 ID 형식

샘플 ID

파라미터	서술	값
샘플 ID	샘플 ID를 정의합니다.	활성 비활성*
기본값	샘플 설명에 대한 기본값을 정의합니다.	텍스트(1...200개 문자)
자동값	샘플 설명에 자동 값을 생성할지 여부를 정의합니다.	편집 불가능
입력 프롬프트	값을 입력하라는 메시지를 표시할지 여부를 정의합니다. 기본값이 정의된 경우 이 파라미터는 편집할 수 없습니다.	활성 비활성*

* 초기 설정

설명

파라미터	서술	값
설명	샘플 설명을 정의할 수 있습니다.	활성 비활성*
유형	샘플 유형을 정의합니다.	샘플* 시리즈
라벨	샘플을 설명합니다.	텍스트(1...25개 문자)
기본값	샘플 설명에 대한 기본값을 정의합니다.	텍스트(1...200개 문자)
자동값	샘플 설명에 자동 값을 생성할지 여부를 정의합니다.	활성 비활성*
입력 프롬프트	값을 입력하라는 메시지를 표시할지 여부를 정의합니다.	활성 비활성*

* 초기 설정

6.3.7.3 계량

파라미터	서술	값
계량 프로파일	칭량 프로필을 정의합니다.	일반* 10d
중량 캡처 모드	결과 추가 버튼을 탭하거나 자동 칭량 결과 생성에 의해 결과 추가가 트리거된 경우의 동작을 정의합니다. 안정: 저울은 중량이 안정되기를 기다립니다. 즉시: 저울은 중량이 안정되기를 기다리지 않습니다. 자동, 안정적(영점 조정 제외됨): 중량이 안정되는 즉시 결과가 게시됩니다. 0g 값은 게시되지 않습니다. 자동, 안정적(영점 조정 포함됨): 중량이 안정되는 즉시 결과가 게시됩니다. 0g의 값도 게시됩니다.	안정 즉시 자동, 안정적(영점 조정 제외됨)* 자동, 안정적(영점 조정 포함됨)

* 초기 설정

시리즈 / 통계

파라미터	서술	값
측정 시리즈	일련의 측정을 수행할 수 있습니다.	활성 비활성*
통계 계산	통계 정보가 제공됩니다. 이 설정은 파라미터 측정 시리즈 가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.	활성 비활성*
허용 범위	통계 계산의 허용 범위를 정의합니다. 이 설정은 파라미터 통계 계산 가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.	활성 비활성* 숫자(%)

* 초기 설정

6.3.7.4 자동화

파라미터	서술	값
자동 영점	중량이 사전 정의된 임계값 미만으로 떨어지면 저울이 자동으로 영점 조정됩니다. 승인 저울에는 이 설정을 사용할 수 없습니다.	활성 비활성* 숫자 사용 가능한 단위는 저울 모델에 따라 다릅니다.
사전 설정 용기 측정	고정 용기 중량은 수동으로 또는 칭량을 통해 정의할 수 있습니다.	활성 비활성* 숫자 사용 가능한 단위는 저울 모델에 따라 다릅니다.

* 초기 설정

6.3.7.5 보고서

파라미터	서술	값
머리말 및 꼬릿말	게시할 머리글 및/또는 바닥글을 정의합니다.	제목 날짜/시간 사용자 서명 빈 라인
저울 정보	저울에 게시할 정보를 정의합니다.	내부 ID 기기 이름 기기 ID 시리얼 번호 소프트웨어 버전

품질 정보	어떤 품질 정보를 게시할지 정의합니다.	계량 프로파일 조정 날짜/시간 일상 시험 정보 결과 상태 레벨 상태 MinWeigh 상태
작업 정보	작업에 대해 어떤 정보를 게시할지 정의합니다.	어플리케이션 설정 측정 세부 사항
결과 상세정보	측정 결과와 관련된 어떤 정보를 게시할지 정의합니다.	용기 / 총 중량 날짜/시간

6.3.8 설정: application "밀도"

이 섹션에서는 application **밀도**의 설정에 대해 설명합니다.

≡ 경로: ▼ >  > **밀도** > 

이 칭량 application의 설정은 다음과 같이 그룹화됩니다.

-  기본
-  ID 형식
-  계량
-  보고서

다음 사항을 참고합니다.

 Application "밀도" ▶ 61 페이지

6.3.8.1 기본

파라미터	서술	값
사용 중인 분석법	Application 에 사용되는 분석법을 정의합니다.	—
측정 유형	밀도 측정 유형을 정의합니다.	고체*
밀도 결과	결과 값의 소수점 이하 자릿수를 정의합니다.	소수점 1자리 소수점 2자리 소수점 3자리 소수점 4자리 소수점 5자리 사용 가능한 소수점 이하 자릿수는 저울 모델에 따라 다릅니다.

* 초기 설정

계량 초기 값

파라미터	서술	값
장치	칭량 결과의 단위를 정의합니다.	사용 가능한 단위는 저울 모델에 따라 다릅니다.
보조 액체	사용된 보조 액체의 유형을 정의합니다.	증류수* 사용자 지정
온도	보조 액체의 온도를 정의합니다.	숫자(°C)

보조 액체 밀도	보조 액체의 밀도를 정의합니다. 증류수의 경우 값이 사전 정의됩니다.	숫자(g/cm³)
----------	---	-----------

* 초기 설정

6.3.8.2 ID 형식

샘플 ID

파라미터	서술	값
샘플 ID	샘플 ID를 정의합니다.	활성 비활성*
기본값	샘플 설명에 대한 기본값을 정의합니다.	텍스트(1...200개 문자)
자동값	샘플 설명에 자동 값을 생성할지 여부를 정의합니다.	편집 불가능
입력 프롬프트	값을 입력하라는 메시지를 표시할지 여부를 정의합니다. 기본값이 정의된 경우 이 파라미터는 편집할 수 없습니다.	활성 비활성*

* 초기 설정

설명

파라미터	서술	값
설명	샘플 설명을 정의할 수 있습니다.	활성 비활성*
유형	샘플 유형을 정의합니다.	샘플* 시리즈
라벨	샘플을 설명합니다.	텍스트(1...25개 문자)
기본값	샘플 설명에 대한 기본값을 정의합니다.	텍스트(1...200개 문자)
자동값	샘플 설명에 자동 값을 생성할지 여부를 정의합니다.	활성 비활성*
입력 프롬프트	값을 입력하라는 메시지를 표시할지 여부를 정의합니다.	활성 비활성*

* 초기 설정

6.3.8.3 계량

파라미터	서술	값
계량 프로파일	칭량 프로필을 정의합니다.	일반* 10d
중량 캡처 모드	결과 추가 버튼을 탭하거나 자동 칭량 결과 생성에 의해 결과 추가가 트리거된 경우의 동작을 정의합니다. 안정: 저울은 중량이 안정되기를 기다립니다. 즉시: 저울은 중량이 안정되기를 기다리지 않습니다.	안정* 즉시

* 초기 설정

시리즈 / 통계

파라미터	서술	값
측정 시리즈	일련의 측정을 수행할 수 있습니다.	활성 비활성*
통계 계산	통계 정보가 제공됩니다. 이 설정은 파라미터 측정 시리즈 가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.	활성 비활성*

허용 범위	통계 계산의 허용 범위를 정의합니다. 이 설정은 파라미터 통계 계산 가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.	활성 비활성* 숫자(%)
-------	---	--------------------

* 초기 설정

6.3.8.4 보고서

파라미터	서술	값
머리말 및 꼬릿말	게시할 머리글 및/또는 바닥글을 정의합니다.	제목 날짜/시간 사용자 서명 빈 라인
저울 정보	저울에 게시할 정보를 정의합니다.	내부 ID 기기 이름 기기 ID 시리얼 번호 소프트웨어 버전
품질 정보	어떤 품질 정보를 게시할지 정의합니다.	계량 프로파일 조정 날짜/시간 일상 시험 정보 결과 상태 레벨 상태 MinWeigh 상태
작업 정보	작업에 대해 어떤 정보를 게시할지 정의합니다.	어플리케이션 설정 측정 세부 사항
결과 상세정보	측정 결과와 관련된 어떤 정보를 게시할지 정의합니다.	용기 / 총 중량 날짜/시간

6.3.9 설정: application "차등 계량"

이 섹션에서는 application 차등 계량의 설정에 대해 설명합니다.

≡ 경로: ▼ > > 차등 계량 >

이 칭량 application의 설정은 다음과 같이 그룹화됩니다.

- 기본
- ID 형식
- 계량
- 자동화
- 보고서

다음 사항을 참고합니다.

Application "차등 계량" ▶ 62 페이지

6.3.9.1 기본

파라미터	서술	값
사용 중인 분석법	Application 에 사용되는 분석법을 정의합니다.	—
샘플	샘플 수를 정의합니다.	숫자 (10* 1...200)
무게 재 측정	샘플 당 중량 재측정 개수를 정의합니다.	1 샘플별* 2 샘플별 3 샘플별
계량 순서	칭량 시퀀스를 정의합니다.	초기 중량 우선* 샘플별
누출량 보정	샘플을 유출한 경우 칭량 결과를 수정합니다.	활성 비활성*

측정용 용기	측정용 용기 사용 여부를 정의합니다.	활성* 비활성
차이 단위	계산된 차이값의 결과 보기를 선택합니다. 백분율(%) : 초기 중량의 백분율로 무게 재 측정 및 초기 칭량 간 차이값을 보고합니다. 절대 비율(절대 %) : 초기 중량의 백분율로 무게 재 측정을 보고합니다. ATRO 수분 함량 (%AM) : 건조 중량의 백분율로 샘플의 수분 함량을 보고합니다. ATRO 건조 함량 (%AD) : 샘플의 습식 중량을 건조 중량의 백분율로 보고합니다.	중량* 백분율(%) 절대 비율(절대 %) ATRO 수분 함량 (%AM) ATRO 건조 함량 (%AD)
차이값	작업 영역 및 결과 보기에서 계산된 차이값을 표시합니다. 무부호 (절대값) : 절대값을 표시합니다. 부호 있음 : 대수 기호를 사용하여 값을 표시합니다.	무부호 (절대값)* 부호 있음

* 초기 설정

계량 초기 값

파라미터	서술	값
장치	칭량 결과의 단위를 정의합니다.	사용 가능한 단위는 저울 모델에 따라 다릅니다.

6.3.9.2 ID 형식

샘플 ID

파라미터	서술	값
샘플 ID	샘플 ID를 정의합니다.	활성 비활성*
기본값	샘플 설명에 대한 기본값을 정의합니다.	텍스트(1...200개 문자)
자동값	샘플 설명에 자동 값을 생성할지 여부를 정의합니다.	편집 불가능
입력 프롬프트	값을 입력하라는 메시지를 표시할지 여부를 정의합니다. 기본값이 정의된 경우 이 파라미터는 편집할 수 없습니다.	활성 비활성*

* 초기 설정

설명

파라미터	서술	값
설명	샘플 설명을 정의할 수 있습니다.	활성 비활성*
유형	샘플 유형을 정의합니다.	샘플* 시리즈
라벨	샘플을 설명합니다.	텍스트(1...25개 문자)
기본값	샘플 설명에 대한 기본값을 정의합니다.	텍스트(1...200개 문자)
자동값	샘플 설명에 자동 값을 생성할지 여부를 정의합니다.	활성 비활성*
입력 프롬프트	값을 입력하라는 메시지를 표시할지 여부를 정의합니다.	활성 비활성*

* 초기 설정

6.3.9.3 계량

파라미터	서술	값
계량 프로파일	칭량 프로필을 정의합니다.	일반* 10d
중량 캡처 모드	결과 추가 버튼을 탭하거나 자동 칭량 결과 생성에 의해 결과 추가가 트리거된 경우의 동작을 정의합니다. 안정: 저울은 중량이 안정되기를 기다립니다. 즉시: 저울은 중량이 안정되기를 기다리지 않습니다. 자동, 안정적(영점 조정 제외됨): 중량이 안정되는 즉시 결과가 게시됩니다. 0g 값은 게시되지 않습니다. 자동, 안정적(영점 조정 포함됨): 중량이 안정되는 즉시 결과가 게시됩니다. 0g의 값도 게시됩니다.	안정 즉시 자동, 안정적(영점 조정 제외됨)* 자동, 안정적(영점 조정 포함됨)

* 초기 설정

시리즈 / 통계

파라미터	서술	값
통계 계산	통계 정보가 제공됩니다. 이 설정은 파라미터 측정 시리즈 가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.	활성 비활성*
허용 범위	통계 계산의 허용 범위를 정의합니다. 이 설정은 파라미터 통계 계산 가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.	활성 비활성* 숫자(%)

* 초기 설정

6.3.9.4 자동화

파라미터	서술	값
자동 영점	중량이 사전 정의된 임계값 미만으로 떨어지면 저울이 자동으로 영점 조정됩니다. 승인 저울에는 이 설정을 사용할 수 없습니다.	활성 비활성* 숫자 사용 가능한 단위는 저울 모델에 따라 다릅니다.
사전 설정 용기 측정	고정 용기 중량은 수동으로 또는 칭량을 통해 정의할 수 있습니다.	활성 비활성* 숫자 사용 가능한 단위는 저울 모델에 따라 다릅니다.

* 초기 설정

6.3.9.5 보고서

파라미터	서술	값
머리말 및 꼬릿말	게시할 머리글 및/또는 바닥글을 정의합니다.	제목 날짜/시간 사용자 서명 빈 라인
저울 정보	저울에 게시할 정보를 정의합니다.	내부 ID 기기 이름 기기 ID 시리얼 번호 소프트웨어 버전

품질 정보	어떤 품질 정보를 게시할지 정의합니다.	계량 프로파일 조정 날짜/시간 일상 시험 정보 결과 상태 레벨 상태 MinWeigh 상태
작업 정보	작업에 대해 어떤 정보를 게시할지 정의합니다.	어플리케이션 설정 측정 세부 사항
결과 상세정보	측정 결과와 관련된 어떤 정보를 게시할지 정의합니다.	용기 / 총 중량 날짜/시간

6.4 조정 설정

다음 사항을 참고합니다.

 설정: 조정 전략 ▶ 88 페이지

 조정 편집 ▶ 63 페이지

6.4.1 설정: 내부 조정

≡ 경로: ▼ >  Applications >  조정 >  내부 > .

설정은 다음과 같은 하위 섹션으로 나뉩니다.

-  사양
-  관리
-  보고서

사양

파라미터	서술	값
사용 중인 분석법	Application 에 사용되는 분석법을 정의합니다.	—
계량 프로파일	칭량 프로필을 정의합니다.	일반* 10d
'교정 전' 테스트	조정 시퀀스 시작 시 내부 감도 테스트가 자동으로 수행되어 현재 상태를 평가합니다. 테스트 결과가 표시됩니다.	활성 비활성*
'교정 후' 테스트	조정이 완료되면 내부 감도 테스트가 자동으로 수행됩니다. 테스트 결과가 표시됩니다.	활성 비활성*
제어 한계	설정 값에 대한 공정의 오류 허용 오차를 정의합니다. 값 제어 한계 를 초과하는 것은 품질 요건을 위반하는 것이므로 공정을 수정해야 합니다. 값 제어 한계 이 초과된 경우: 조정에 실패하여 저울이 사양을 벗어났습니다. 이 설정은 설정 '교정 전' 테스트 또는 '교정 후' 테스트가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.	숫자 (0.1%* 0.001...100%)

경고 한계	초과 또는 미달 시 보다 엄격한 공정 모니터링이 필요한 상한 또는 하한을 정의합니다. 값 경고 한계 은 값 제어 한계 보다 작아야 합니다. 값 경고 한계 이 초과된 경우 결과: 조정이 통과되었지만 차이가 예상보다 큼니다. 이 설정은 설정 ' 교정 전 ' 테스트 또는 ' 교정 후 ' 테스트이 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.	활성 비활성* 숫자(0.001...100%)
-------	---	-------------------------------

* 초기 설정

관리

파라미터	서술	값
오류 관리	조정에 실패하면 저울을 자동으로 차단합니다.	활성 비활성*
계획 - 이벤트 시작	조정이 자동으로 실행된 후 계획을 세우는 데 사용됩니다. 해당 항목을 모두 선택합니다.	활성* 비활성 • 온도 변경 후 시작 • 수평 조정 후 시작 • 전원을 켜 후 시작
계획 - 일정	조정이 자동으로 실행되는 요일과 시간을 계획하는 데 사용됩니다. • 시작 시간 : 시작 시간을 최대 3개까지 정의할 수 있습니다. • 선호 일자 : 월요일, 화요일, ... 일요일	활성* 비활성 숫자

* 초기 설정

보고서

파라미터	서술	값
머리말 및 꼬리말	게시할 머리글 및/또는 바닥글을 정의합니다.	제목 날짜/시간 사용자 서명 빈 라인
저울 정보	저울에 게시할 정보를 정의합니다.	내부 ID 기기 이름 기기 ID 시리얼 번호 소프트웨어 버전
품질 정보	저울의 수평 조정 상태를 게시할지 여부를 정의합니다.	레벨 상태

6.4.2 설정: 외부 조정

≡ 경로: ▼ > Applications > 조정 > 외부 >

설정에는 다음과 같은 하위 섹션으로 나뉩니다.

- 사양
- 보고서

사양

파라미터	서술	값
사용 중인 분석법	Application 에 사용되는 분석법을 정의합니다.	-
계량 프로파일	칭량 프로필을 정의합니다.	일반* 10d

* 초기 설정

보고서

파라미터	서술	값
머리말 및 꼬릿말	게시할 머리글 및/또는 바닥글을 정의합니다.	제목 날짜/시간 사용자 서명 빈 라인
저울 정보	저울에 게시할 정보를 정의합니다.	내부 ID 기기 이름 기기 ID 시리얼 번호 소프트웨어 버전
품질 정보	저울의 수평 조정 상태를 게시할지 여부를 정의합니다.	레벨 상태

6.5 시험 설정

≡ 경로: ▼ > Applications > 시험

섹션 시험은 다음과 같은 하위 섹션으로 나뉩니다.

- 감도 테스트
- 반복성 시험
- 편심 테스트

6.5.1 설정: 감도 테스트

≡ 경로: ▼ > Applications > 시험 > 감도 테스트 > .

설정은 다음과 같은 하위 섹션으로 나뉩니다.

- 사양
- 관리
- 보고서

사양

파라미터	서술	값
사용 중인 분석법	Application 에 사용되는 분석법을 정의합니다.	—
계량 프로파일	칭량 프로필을 정의합니다.	일반* 10d
측정용 용기	측정용 용기 사용 여부를 정의합니다.	활성 비활성*

* 초기 설정

테스트 포인트

최대 두 개의 테스트 포인트를 정의할 수 있습니다.

파라미터	서술	값
공칭 중량	테스트 시 사용되는 분동의 최대값을 정의합니다.	숫자 사용 가능한 단위는 저울 모델에 따라 다릅니다.
분동 등급	OIML 또는 ASTM에 따라 분동 등급을 정의합니다. 또는 파라미터 자체를 사용하여 사용자 지정 허용 오차 클래스를 생성합니다.	E1 E2 F1 F2* M1 M2 M3 ASTM000 ASTM00 ASTM0 ASTM1 ASTM2 ASTM3 ASTM4 ASTM5 ASTM6 ASTM7 자체

제어 한계	설정 값에 대한 공정의 오류 허용 오차를 정의합니다. 값 제어 한계 를 초과하는 것은 품질 요건을 위반하는 것이므로 공정을 수정해야 합니다. 값 제어 한계 이 초과된 경우: 테스트에 실패하여 저울이 사양을 벗어났습니다.	숫자 사용 가능한 단위는 저울 모델에 따라 다릅니다.
경고 한계	초과 또는 미달 시 보다 엄격한 공정 모니터링이 필요한 상한 또는 하한을 정의합니다. 값 경고 한계 은 값 제어 한계 보다 작아야 합니다. 값 경고 한계 이 초과된 경우 결과: 테스트를 통과되었지만 차이가 예상보다 큼니다.	활성 비활성* 숫자

* 초기 설정

관리

파라미터	서술	값
오류 관리	조정에 실패하면 저울을 자동으로 차단합니다.	활성 비활성*
계획	테스트가 자동으로 실행되는 시기를 계획하는 데 사용됩니다.	활성 비활성*

파라미터 **계획**가 활성화되면 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.

파라미터	서술	값
빈도	테스트가 자동으로 실행되는 빈도를 계획하는 데 사용됩니다.	일일* 주별 격주 월별 격월 분기별 일년에 두 번 매년
시간	테스트가 자동으로 실행되는 시간을 계획하는 데 사용됩니다.	숫자
알림	예정된 테스트에 대한 알림을 얼마나 일찍 받을지 정의합니다(시간 단위).	숫자

* 초기 설정

보고서

파라미터	서술	값
머리말 및 꼬릿말	게시할 머리글 및/또는 바닥글을 정의합니다.	제목 날짜/시간 사용자 서명 빈 라인
저울 정보	저울에 게시할 정보를 정의합니다.	내부 ID 기기 이름 기기 ID 시리얼 번호 소프트웨어 버전
품질 정보	저울의 수평 조정 상태를 게시할지 여부를 정의합니다.	레벨 상태

다음 사항을 참고합니다.

 감도 테스트 ▶ 66 페이지

6.5.2 설정: 반복성 시험

≡ 경로: ▼ >  Applications >  시험 >  반복성 시험 > .

설정은 다음과 같은 하위 섹션으로 나뉩니다.

-  사양
-  관리
-  보고서

사양

파라미터	서술	값
사용 중인 분석 방법	Application 에 사용되는 분석법을 정의합니다.	—
계량 프로파일	칭량 프로필을 정의합니다.	일반* 10d
반복 횟수	일련의 중량 측정 횟수를 정의합니다.	숫자 (10* 4...20)
측정용 용기	측정용 용기 사용 여부를 정의합니다.	활성 비활성*

* 초기 설정

테스트 포인트

파라미터	서술	값
공칭 중량	테스트 시 사용되는 분동의 최대값을 정의합니다.	숫자 사용 가능한 단위는 저울 모델에 따라 다 릅니다.
분동 등급	OIML 또는 ASTM에 따라 분동 등급을 정의합니다. 또는 파라미터 자체 를 사용하여 사용자 지정 허용 오차 클래스를 생성합니다.	E1 E2 F1 F2* M1 M2 M3 ASTM000 ASTM00 ASTM0 ASTM1 ASTM2 ASTM3 ASTM4 ASTM5 ASTM6 ASTM7 자체
제어 한계	설정 값에 대한 공정의 오류 허용 오차를 정의합니다. 값 제어 한계 를 초과하는 것은 품질 요건을 위반하는 것이므로 공정을 수정해야 합니다. 값 제어 한계 이 초과된 경우: 테스트에 실패하여 저울이 사양을 벗어났습니다.	숫자 사용 가능한 단위는 저울 모델에 따라 다 릅니다.
경고 한계	초과 또는 미달 시 보다 엄격한 공정 모니터링이 필요한 상한 또는 하한을 정의합니다. 값 경고 한계 은 값 제어 한계 보다 작아야 합니다. 값 경고 한계 이 초과된 경우 결과: 테스트를 통과되었지만 차이가 예상보다 큼니다.	활성 비활성* 숫자

* 초기 설정

관리

파라미터	서술	값
오류 관리	조정에 실패하면 저울을 자동으로 차단합니다.	활성 비활성*
계획	테스트가 자동으로 실행되는 시기를 계획하는 데 사용됩니다.	활성 비활성*

파라미터 **계획**가 활성화되면 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.

파라미터	서술	값
빈도	테스트가 자동으로 실행되는 빈도를 계획하는 데 사용됩니다.	일일* 주별 격주 월별 격월 분기별 일년에 두 번 매년
시간	테스트가 자동으로 실행되는 시간을 계획하는 데 사용됩니다.	숫자

알림	예정된 테스트에 대한 알림을 얼마나 일찍 받을지 정의합니다(시간 단위).	숫자
----	--	----

* 초기 설정

보고서

파라미터	서술	값
머리말 및 꼬릿말	게시할 머리글 및/또는 바닥글을 정의합니다.	제목 날짜/시간 사용자 서명 빈 라인
저울 정보	저울에 게시할 정보를 정의합니다.	내부 ID 기기 이름 기기 ID 시리얼 번호 소프트웨어 버전
품질 정보	저울의 수평 조정 상태를 게시할지 여부를 정의합니다.	레벨 상태

다음 사항을 참고합니다.

 반복성 시험 ▶ 66 페이지

6.5.3 설정: 편심 테스트

≡ 경로: ▼ >  Applications >  시험 >  편심 테스트 > .

설정은 다음과 같은 하위 섹션으로 나뉩니다.

-  사양
-  관리
-  보고서

사양

파라미터	서술	값
사용 중인 분석법	Application 에 사용되는 분석법을 정의합니다.	—
계량 프로파일	칭량 프로필을 정의합니다.	일반* 10d

* 초기 설정

테스트 포인트

파라미터	서술	값
공칭 중량	테스트 시 사용되는 분동의 최대값을 정의합니다.	숫자 사용 가능한 단위는 저울 모델에 따라 다릅니다.
분동 등급	OIML 또는 ASTM에 따라 분동 등급을 정의합니다. 또는 파라미터 자체를 사용하여 사용자 지정 허용 오차 클래스를 생성합니다.	E1 E2 F1 F2* M1 M2 M3 ASTM000 ASTM00 ASTM0 ASTM1 ASTM2 ASTM3 ASTM4 ASTM5 ASTM6 ASTM7 자체

제어 한계	설정 값에 대한 공정의 오류 허용 오차를 정의합니다. 값 제어 한계 를 초과하는 것은 품질 요건을 위반하는 것이므로 공정을 수정해야 합니다. 값 제어 한계 이 초과된 경우: 테스트에 실패하여 저울이 사양을 벗어났습니다.	숫자 사용 가능한 단위는 저울 모델에 따라 다릅니다.
경고 한계	초과 또는 미달 시 보다 엄격한 공정 모니터링이 필요한 상한 또는 하한을 정의합니다. 값 경고 한계 은 값 제어 한계 보다 작아야 합니다. 값 경고 한계 이 초과된 경우 결과: 테스트를 통과되었지만 차이가 예상보다 큼니다.	활성 비활성* 숫자

* 초기 설정

관리

파라미터	서술	값
오류 관리	조정에 실패하면 저울을 자동으로 차단합니다.	활성 비활성*
계획	테스트가 자동으로 실행되는 시기를 계획하는 데 사용됩니다.	활성 비활성*

파라미터 **계획**가 활성화되면 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.

파라미터	서술	값
빈도	테스트가 자동으로 실행되는 빈도를 계획하는 데 사용됩니다.	일일* 주별 격주 월별 격월 분기별 일년에 두 번 매년
시간	테스트가 자동으로 실행되는 시간을 계획하는 데 사용됩니다.	숫자
알림	예정된 테스트에 대한 알림을 얼마나 일찍 받을지 정의합니다(시간 단위).	숫자

* 초기 설정

보고서

파라미터	서술	값
머리말 및 꼬릿말	게시할 머리글 및/또는 바닥글을 정의합니다.	제목 날짜/시간 사용자 서명 빈 라인
저울 정보	저울에 게시할 정보를 정의합니다.	내부 ID 기기 이름 기기 ID 시리얼 번호 소프트웨어 버전
품질 정보	저울의 수평 조정 상태를 게시할지 여부를 정의합니다.	레벨 상태

다음 사항을 참고합니다.

 편집 테스트 ▶ 67 페이지

7 유지보수

저울 기능과 계량 결과 정확도를 보장하기 위해 사용자는 많은 유지보수 작업을 수행해야 합니다.

7.1 유지보수 작업

유지보수 작업	권장 간격	비고
조정 수행	- 매일 - 세척 후 - 수평 조정 후 - 위치 변경 후	《조정》 참조
일상 테스트(편심 테스트, 반복성 테스트, 감도 테스트)를 수행합니다. METTLER TOLEDO는 최소한 감도 테스트를 수행할 것을 권장합니다.	- 세척 후 - 저울 조립 후 - 소프트웨어 업데이트 후 - 내부 규정(SOP)에 따름	《테스트》 참조
세척	- 사용 후 - 오염의 정도에 따라 수행 - 내부 규정(SOP)에 따름	《세척》 참조
소프트웨어 업데이트	- 내부 규정(SOP)에 따름. - 새로운 소프트웨어 출시 후.	《소프트웨어 업데이트》 참조

다음 사항을 참고합니다.

- 🔗 조정 ▶ 63 페이지
- 🔗 시험 ▶ 65 페이지
- 🔗 세척 ▶ 122 페이지
- 🔗 소프트웨어 업데이트 ▶ 128 페이지

7.2 세척

7.2.1 세척을 위한 분리

📘 참고

저울 모델에 따라 구성품이 달라 보일 수 있습니다.

📘 참고

대부분의 경우 저울 세척을 위해 보호 커버를 제거할 필요가 없습니다.

7.2.1.1 드래프트 실드 장착 저울




⚠️ 주의

날카로운 물체나 파손된 유리로 인한 부상


유리와 같은 기기 구성 요소가 파손되어 부상을 입을 수 있습니다.

- 항상 집중하고 주의하여 작업을 진행하십시오.


- 1 측면 도어(1)를 완전히 여십시오.
- 2 칭량 팬(2)을 분리합니다.
- 3 해독도가 0.01 mg인 저울 전용: 드래프트 보호 부품(3)을 제거합니다.
- 4 드립 트레이(4)를 분리합니다.



- 5 QuickLock(5)를 들어 올리고 측면 도어(1)를 뒤로 당겨 제거합니다(오른쪽, 왼쪽).
- 주의 사항: 기기 손상**
제거 시 측면 도어(1)를 단단히 잡으십시오.




- 6 QuickLock(6, 오른쪽, 왼쪽)을 돌리고 전면 패널(7)을 앞쪽으로 기울인 다음 위로 들어서 제거합니다.




7 상단 도어(8)를 앞쪽으로 당겨 제거합니다.

[i] 참고


필요한 경우 선택 사항: 세척 시 아래 설명된 대로 보호 커버를 제거하십시오.




8 터미널(10)에서 보호 커버(9)를 제거합니다.



9 QuickLock(11)를 열고 드래프트 실드(12)를 제거합니다.




10 보호 커버(13)를 플랫폼(14)에서 제거합니다.




7.2.1.2 드래프트 월드 미장착 저울

- 1 칭량 팬(1)을 분리합니다.
- 2 칭량 팬 지지대(2) 및/또는 지지대 캡(3)을 제거합니다(해당하는 경우).
- 3 드립 트레이(4)를 분리합니다.




- 4 필요한 경우 선택 사항: 터미널(6)에서 보호 커버(5)를 제거합니다.
- 5 필요한 경우 선택 사항: 보호 커버(7)를 플랫폼(8)에서 제거합니다.



7.2.1.3 저울, 대형

- 1 칭량 팬(1)을 분리합니다.
- 2 지지 캡(2)을 제거합니다.
- 3 필요한 경우 선택 사항: 터미널(4)에서 보호 커버(3)를 제거합니다.



7.2.2 세척액

다음 표에는 METTLER TOLEDO에서 권장하는 세척 도구 및 세척제가 나와 있습니다. 표에 명시된 세제 농도에 주의하십시오.

		도구			세척액						
		쥬이 티슈	브러시	초자세척기	마블	아세톤	에탄올(70%)	이소프로판올(70%)	염산(3-10%)	수산화나트륨(1-4%)	과산화아세트산(2-3%)
저울 주변	저울 하우스	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
	다리	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
저울 단말기	터미널	✓	✓	-	✓	PR	✓	✓	✓	✓	✓
	화면	✓	✓	-	✓	PR	✓	✓	✓	✓	✓
	터미널 커버	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	PR	PR
저울 드래프트 실드	유리 패널	✓	✓	✓	✓	PR	✓	✓	✓	✓	✓
	고정식 핸들 및 프레임	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
칭량 구역	칭량 팬	✓	✓	✓	✓	PR	✓	✓	✓	✓	✓
	드립 트레이	✓	✓	✓	✓	PR	✓	✓	-	-	✓
액세서리	먼지 커버 (Dust cover)	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	PR
	정전기 방지 키트	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-

범례

- ✓ METTLER TOLEDO에 의한 권장 사항으로 제한 없이 사용할 수 있습니다.
- PR METTLER TOLEDO에 의해 부분적으로 권장되는 사항입니다. 시간 노출에 대한 의존성을 포함하여 산성 및 알칼리에 대한 개별 내성을 반드시 평가해야 합니다.
- 권장하지 않음. 손상 위험이 높습니다.

7.2.3 저울 세척



주의 사항

부적절한 세척 방법으로 인한 기기 손상

액체가 하우징에 유입되면 기기가 손상될 수 있습니다. 기기의 표면은 특정 세척액, 용제 또는 연마재로 의해 손상될 수 있습니다.

- 1 기기에 액체를 분사하거나 붓지 마십시오.
- 2 기기의 참조 매뉴얼(RM) 또는 가이드 "8 Steps to a Clean Balance"에 명시된 세척액만 사용하십시오.
- 3 보풀이 없는 젖은 천 또는 티슈만 사용하여 기기를 세척합니다.
- 4 흘린 액체는 즉시 닦아내십시오.



저울에 세척에 대한 자세한 정보는 "8 Steps to a Clean Balance"에 문의하십시오.

▶ www.mt.com/lab-cleaning-guide

저울 주변 세척

- 저울 주변의 이물질 또는 먼지를 제거하고 추가 오염이 없도록 방지하십시오.

터미널 세척

- 터미널을 젖은 천이나 티슈, 순한 세척액으로 세척하십시오.

분리 가능한 부품 세척

- 젖은 천 또는 티슈 및 순한 세제로 분리된 부품을 세척하거나 최대 80°C의 세척기에서 세척하십시오.

저울 세척

- 1 저울을 AC/DC 어댑터에서 분리합니다.
- 2 중간 농도의 세척액에 적신 보풀이 없는 천을 사용하여 저울 표면을 세척합니다.
- 3 처음에 일회용 티슈로 분말 또는 먼지를 제거합니다.
- 4 보풀이 없는 젖은 천과 순한 용제(예: 이소프로판올 또는 에탄올 70%)를 사용해 끈적한 물질을 제거합니다.

7.2.4 세척 후 작동

- 1 저울을 재조립합니다.
- 2 드래프트 실드 도어(상단, 측면)가 정상적으로 열리고 닫히는지 확인합니다(해당하는 경우).
- 3 저울을 AC/DC 어댑터에 다시 연결합니다.
- 4 수평 조정 상태를 확인하고 필요할 경우 저울을 수평 조정합니다.
- 5 "기술 데이터"에 명시된 예열 시간을 따릅니다.
- 6 내부 조정을 수행합니다.
- 7 회사 내부 규정에 따라 일상 테스트를 수행합니다. METTLER TOLEDO 저울 세척 후 감도 테스트 수행을 권장합니다.
- 8 ➔0←를 눌러 저울의 영점을 맞춥니다.
 - ➡ 저울이 사용 준비 되었습니다.

다음 사항을 참고합니다.

- 🔗 수평 조정 ▶ 34 페이지
- 🔗 기술 데이터 ▶ 138 페이지
- 🔗 내부 조정 수행 ▶ 64 페이지

7.3 서비스

공인 서비스 기술자의 정기적인 서비스는 향후 수년간 신뢰성을 보장합니다. 가능한 서비스 옵션에 대한 세부사항은 해당 METTLER TOLEDO 담당자에게 문의하십시오.

7.4 소프트웨어 업데이트

소프트웨어 검색:

▶ www.mt.com/labweighing-software-download

소프트웨어 업데이트에 대한 지원이 필요한 경우 METTLER TOLEDO 서비스 담당자에게 문의하십시오. METTLER TOLEDO에서는 소프트웨어를 업데이트하기 전에 데이터를 저장 장치에 저장하는 것이 좋습니다.

7.4.1 소프트웨어 업데이트

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ⚙ 유지보수 > ⚙ 소프트웨어 업데이트

기능 소프트웨어 업데이트는 해당 권한을 가진 사용자만 사용할 수 있습니다.



주의 사항

소프트웨어 업데이트 중 USB 저장 장치 제거

소프트웨어 업데이트 절차 중에는 USB 저장 장치를 제거하지 마십시오. 이는 저울 소프트웨어의 불완전하거나 잘못된 설치로 이어질 수 있습니다.

- 소프트웨어 설치 프로그램이 포함된 USB 저장 장치가 저울에 연결됩니다. 권장 형식은 FAT32입니다.
- 1 ⚙ 소프트웨어 업데이트를 누릅니다.
- 2 소프트웨어 업데이트를 선택합니다.
- 3 ➔ 다음을 누릅니다.
 - ➔ 업데이트 마법사가 열리고 절차를 단계별로 안내합니다.
- 4 메시지가 표시되면 라이선스 계약 조건에 동의합니다를 탭하고 ✓ 확인을 확인합니다.

7.4.2 소프트웨어 업데이트 후 작동

- 1 ⏻를 눌러 전원을 켜습니다.
- 2 레벨 상태를 확인하십시오. 필요한 경우 저울을 수평 조정합니다.
- 3 내부 조정을 수행합니다.
- 4 회사의 내부 규정에 따라 일상 시험을 수행합니다.
- 5 ➔0<를 눌러 저울의 영점을 맞춥니다.
 - ➔ 저울이 사용 준비 되었습니다.

다음 사항을 참고합니다.

- 🔗 수평 조정 ▶ 34 페이지
- 🔗 내부 조정 수행 ▶ 64 페이지

7.5 수평계 조정

기능 **저울 수평 조정**을 사용하여 수평계 기능이 정상적으로 작동하는지 정기적으로 점검할 수 있습니다. 수평계의 점이 예상대로 움직이지 않으면 이 기능을 사용하여 수평계를 조정하십시오.

≡ 경로: ≡ **저울 메뉴** > ≡ **유지보수** > ⚙ **저울 수평 조정**

- 1 기능 **저울 수평 조정**으로 이동합니다.
- 2 ▶ **시작**을 누릅니다.
- 3 디스플레이의 지시를 따릅니다.
- 4 탭합니다 ✓ **완료**.
 - ➡ 수평 지시기가 조정됩니다.
 - ➡ 저울이 사용 준비 되었습니다.

다음 사항을 참고합니다.

🔗 수평 조정 ▶ 34 페이지

8 문제 해결

원인으로 가능한 오류 및 해결책은 다음 장에 설명되어 있습니다. 이 지침을 통해 오류를 교정할 수 없는 경우 METTLER TOLEDO에 문의해 주십시오.

8.1 오류 메시지

오류 메시지	가능한 원인	진단	해결책
저울에 오류 코드가 표시됩니다.	소프트웨어 또는 하드웨어 오류.	–	저울을 재시작합니다. 문제가 해결되지 않으면 저울 재설정을 수행하십시오. 문제가 계속되면 METTLER TOLEDO 서비스 담당자에게 문의하십시오.
소요 날짜 및 시간	배터리가 방전되었습니다. 배터리 백업이 손실되었습니다.	날짜 및 시간 설정을 확인하십시오.	저울을 전원 콘센트에 연결하고 배터리를 2-3일 동안 충전하십시오. 날짜와 시간을 설정합니다. 문제가 계속되면 METTLER TOLEDO 서비스 담당자에게 문의하십시오.
드래프트 쉴드와 통신할 수 없습니다. 백라이트 드래프트 쉴드 장착 저울에만 적용됩니다.	접점 핀이 더럽거나 서로 맞지 않습니다. 드래프트 쉴드에 결함이 있습니다.	저울과 드래프트 쉴드 사이의 접촉 핀을 확인하십시오.	접촉 핀을 세척하거나 조정하십시오. METTLER TOLEDO 서비스 담당자에게 문의하십시오.
계량 브릿지와 통신할 수 없음.	내부 통신이 올바르게 작동하지 않습니다.	–	저울 재설정을 수행합니다. 저울 소프트웨어를 다시 설치합니다. 문제가 계속되면 METTLER TOLEDO 서비스 담당자에게 문의하십시오.
데이터 메모리 결함.	EEPROM이 손상되었습니다.	–	저울 재설정을 수행합니다. 문제가 계속되면 METTLER TOLEDO 서비스 담당자에게 문의하십시오.
메모리 가득 참.	메모리가 가득 차 있습니다.	–	저울 재설정을 수행합니다.

오류 메시지	가능한 원인	진단	해결책
표준 조정 없음.	표준 조정이 누락되었거나 유효하지 않습니다.	-	METTLER TOLEDO 서비스 담당자에게 문의하십시오.
프로그램 메모리 장애.	저장된 프로그램의 checksum이 더 이상 올바르지 않습니다.	-	저울 소프트웨어를 다시 설치합니다. 문제가 계속되면 METTLER TOLEDO 서비스 담당자에게 문의하십시오.
온도 센서 장애.	셀 온도를 측정하는 온도 센서에 결함이 있습니다.	-	METTLER TOLEDO 서비스 담당자에게 문의하십시오.
타입 데이터 손상됨.	TDNR이 손상되었습니다.	-	저울 재설정을 수행합니다. 문제가 계속되면 METTLER TOLEDO 서비스 담당자에게 문의하십시오.
예기치 못한 시작 문제	저울 시작 중 문제가 발생했습니다. 메모리에서 일부 데이터를 올바르게 판독할 수 없습니다.	-	저울을 재시작합니다. 문제가 계속되면 METTLER TOLEDO 서비스 담당자에게 문의하십시오.
알 수 없는 오류	비특정 문제에 대한 일반 오류입니다.	-	저울을 재시작합니다. 저울 재설정을 수행합니다. 문제가 계속되면 METTLER TOLEDO 서비스 담당자에게 문의하십시오.
사용자 데이터 손상됨.	사용자 데이터가 손상되었거나 환경조건 (Context)이 올바르지 않습니다.	-	저울 재설정을 수행합니다. 문제가 계속되면 METTLER TOLEDO 서비스 담당자에게 문의하십시오.
셀 데이터 오류.	셀 데이터가 손상되었거나 checksum이 올바르지 않습니다.	-	METTLER TOLEDO 서비스 담당자에게 문의하십시오.
법적으로 관련된 인증이 잘못되었습니다. 승인된 저울에만 적용됩니다.	-	-	METTLER TOLEDO 서비스 담당자에게 문의하십시오.

8.2 오류 증상

오류 증상	가능한 원인	진단	해결책
저울에 유효한 날짜 및 시간이 표시되지 않습니다.	배터리가 방전되었습니다. 배터리 백업이 손실되었습니다.	날짜 및 시간 설정을 확인하십시오.	저울을 전원 콘센트에 연결하고 배터리를 2-3일 동안 충전하십시오. 날짜와 시간을 설정합니다. 문제가 계속되면 METTLER TOLEDO 서비스 담당자에게 문의하십시오.
디스플레이가 어둡습니다.	저울이 대기 모드 또는 절전 모드에 있습니다.	—	저울의 전원을 켭니다.
	전원이 공급되지 않습니다.	AC/DC 어댑터와 전원 콘센트의 연결을 확인하십시오.	저울을 전원 콘센트에 연결하십시오. 《저울 연결》을 참조하십시오.
	잘못된 AC/DC 어댑터가 저울에 연결되었습니다.	AC/DC 어댑터를 점검하고, "기술 데이터"를 참조하십시오.	올바른 AC/DC 어댑터를 사용하십시오.
	AC/DC 어댑터에 결함이 있습니다.	—	AC/DC 어댑터를 교체하십시오.
	디스플레이에 결함이 있습니다.	—	METTLER TOLEDO 서비스 담당자에게 문의하십시오.
저울이 어떤 입력에도 반응하지 않습니다.	소프트웨어가 멈췄습니다.	—	전원 케이블을 저울에서 분리했다가 몇 초 후에 다시 연결합니다. 저울 재설정을 수행합니다. 문제가 계속되면 METTLER TOLEDO 서비스 담당자에게 문의하십시오.
저울이 올바르게 시작되지 않습니다.	저울에 전원이 공급되지 않습니다.	AC/DC 어댑터가 연결되어 있는지 확인하십시오.	AC/DC 어댑터를 연결합니다.
	AC/DC 어댑터에 결함이 있습니다.	사용 가능한 다른 AC/DC 어댑터가 있는지 확인하십시오.	AC/DC 어댑터를 교체하십시오. 《액세서리》를 참조하십시오.
분동을 제거해도 저울이 0으로 돌아가지 않습니다.	무언가가 칭량 팬에 닿았습니다. 칭량 팬에 먼지나 이물질이 있습니다.	칭량 팬을 분리하고 먼지나 이물질이 있는지 확인합니다.	칭량 팬을 세척합니다. 문제가 계속되면 METTLER TOLEDO 서비스 담당자에게 문의하십시오.
용기 중량 측정에 실패했습니다.	칭량 테이블이 진동합니다.	저울을 탭하고 표시 값이 여전히 불안정한지 확인합니다.	저울을 진동이 없는 칭량 테이블에 놓습니다.

오류 증상	가능한 원인	진단	해결책
	칭량 샘플에 정전기 전하가 발생했습니다.	칭량 팬에 시험 분동을 놓습니다. 칭량 결과가 안정적인지 확인하십시오.	드래프트 실드 장착 저울: 계량실에 물통을 넣어 습도를 높입니다. 정전기 방지 장치를 사용하십시오. 《액세서리》를 참조하십시오.
	저울이 외풍에 노출됩니다.	외풍의 출처 위치를 확인합니다.	외풍이 없는 장소에 저울을 배치하십시오.
내부 조정에 실패했습니다.	분동이 칭량 팬 위에 있습니다.	—	칭량 팬에서 분동을 제거합니다.
	반복성이 좋지 않습니다.	—	반복성 테스트를 수행합니다.
	내부 분동이 올바르게 작동하지 않습니다.	—	METTLER TOLEDO 서비스 담당자에게 문의하십시오.
감도 테스트에 실패했습니다.	분동이 칭량 팬 위에 있습니다.	—	칭량 팬에서 분동을 제거합니다.
	내부 분동이 제대로 작동하지 않습니다.	—	METTLER TOLEDO 서비스 담당자에게 문의하십시오.
반복성 테스트에 실패했습니다.	편심성 허용 오차를 벗어났습니다.	편심성 테스트를 수행합니다.	편심성 테스트에 실패하면 METTLER TOLEDO 서비스 담당자에게 문의하십시오.
	환경이 불안정합니다.	—	적절한 환경 조건이 갖추어진 장소에 저울을 배치하십시오.
디스플레이에 과부하 또는 저부하가 표시됩니다.	잘못된 칭량 팬이 설치되었습니다.	칭량 팬을 살짝 들어 올리거나 눌러 디스플레이에 중량이 표시되는지 확인합니다.	적절한 칭량 팬을 설치합니다.
	칭량 팬이 설치되지 않았습니다.	—	적절한 칭량 팬을 설치합니다.
	드립 트레이가 거꾸로 설치되어 있습니다.	—	드립 트레이를 돌려 올바른 방향으로 설치합니다.
	저울의 전원을 켤 때 영점이 올바르게 표시되지 않습니다.	—	전원 케이블을 분리하고 몇 초 후에 다시 연결합니다.
	저울이 조정되지 않았습니다.	—	내부 조정을 수행합니다. 《내부 조정 수행》을 참조하십시오.
디스플레이에 표시되는 값이 흔들립니다.	칭량 테이블의 진동(예: 건물 진동, 주변 보행자 등).	칭량 테이블에 물이 담긴 비커를 놓습니다. 진동이 있으면 물 표면에 잔물결이 발생합니다.	예를 들어 흡수 장치를 사용하여 칭량 위치를 진동으로부터 보호하십시오.

오류 증상	가능한 원인	진단	해결책
			다른 칭량 위치를 찾습니다.
	느슨한 드래프트 쉴드 및/또는 열린 창으로 인한 외풍이 발생합니다.	드래프트 쉴드에 틈이 있는지 확인하십시오.	드래프트 쉴드를 고정합니다. 창을 닫습니다.
	칭량 샘플에 정전기 전하가 발생했습니다.	시험 분동을 사용할 때 칭량 결과가 안정적인지 확인하십시오.	계량실의 공기 습도를 높입니다. 정전기 제거장치를 사용하십시오. 《액세서리》를 참조하십시오.
	칭량에 적합하지 않은 위치입니다.	–	해당 위치의 요건을 준수하십시오. 《위치 선정》을 참조하십시오.
	무언가가 칭량 팬에 닿았습니다.	접촉하는 부품이나 오염 여부를 점검합니다.	접촉하는 부품을 제거합니다. 저울을 세척하십시오.
디스플레이의 값이 플러스 또는 마이너스 방향으로 이동합니다.	칭량에 적합하지 않은 위치입니다.	–	적절한 환경 조건이 갖춰진 장소에 저울을 배치하십시오.
	칭량 샘플이 수분을 흡수하거나 수분을 증발시킵니다.	시험 분동을 사용할 때 칭량 결과가 안정적인지 확인하십시오.	칭량 샘플을 덮습니다.
	칭량 샘플에 정전기 전하가 발생했습니다.	시험 분동을 사용하여 칭량 결과 안정성을 확인합니다.	계량실 내 습도를 높입니다. 정전기 제거장치를 사용하십시오. 《액세서리》를 참조하십시오.
	칭량 샘플이 계량실 내 공기보다 따뜻하거나 차갑습니다.	적용된 시험 분동을 사용할 때 칭량 결과가 안정적인지 확인하십시오.	샘플을 실온에 둡니다.
	저울이 아직 예열되지 않았습니다.	–	저울을 예열합니다. 적절한 예열 시간은 《일반 데이터》 섹션에 명시되어 있습니다.
측정 시리즈의 데이터가 손실되었습니다. 이 오류는 application 일반 계량 이 승인된 저울에서 실행 중인 경우에만 발생할 수 있습니다.	측정 시리즈가 완료되기 전에 저울이 다시 시작되거나 절전 모드로 전환됩니다.	저울을 재시작하거나 저울이 절전 모드를 종료하면 측정 시리즈의 데이터가 손실됩니다.	측정 시리즈를 마칩니다. 그런 다음 저울을 다시 시작하거나 저울을 절전 모드로 설정하십시오.
저울 수평을 맞출 수 없습니다.	수평 지시기가 올바르게 조정되지 않았습니다.	수평 지시기의 점이 움직이거나 예상대로 반응하지 않습니다.	수평 지시기(저울 수평 조정)의 조정을 수행합니다.
섹션 설정 > LabX 를 사용할 수 없습니다.	기기 소프트웨어가 2.0 미만입니다.	기기 소프트웨어 버전이 2.0 이상인지 확인하십시오.	기기 소프트웨어를 버전 2.0 이상으로 업데이트합니다.

오류 증상	가능한 원인	진단	해결책
LabX에 연결하지 못했습니다.	- 시간 서버가 올바르게 설정되지 않았습니다. - 잘못된 도메인 이름	시간 서버 및 도메인 이름을 설정을 확인합니다.	- 시간 서버를 설정합니다. - 적절한 도메인 이름을 입력합니다.
	이더넷 연결이 끊어졌습니다.	- 이더넷 케이블 연결 상태를 확인합니다. - 로컬 이더넷이 작동하는지 확인합니다.	- 이더넷 케이블을 연결합니다. - 이더넷 연결을 수정하려면 IT 담당자에게 문의하십시오.
	기기가 LabX에 등록되지 않았습니다.	–	기기를 LabX에 등록합니다.
LabX 로그인 중 시간이 초과되었습니다.	시간 초과로 인해 LabX에 로그인할 수 없습니다.	LabX 서버 연결을 확인하십시오.	전원 케이블을 분리 및 재연결합니다. LabX 서버에 대한 연결을 설정합니다.

8.3 LabX 문제해결

섹션 **LabX 설정 메뉴**에는 로컬 관리자 권한이 필요합니다. 로컬 관리자는 기기의 모든 LabX 사용자에게 적용되는 설정을 조정할 수 있습니다.

다음 사항을 참고합니다.

 로컬 관리자 설정 ▶ 80 페이지

8.3.1 섹션 LabX 설정 메뉴에 로그인

- 사용자에게 로컬 관리자 권한이 있습니다.
- 기기 스위치가 켜져 있습니다.
- LabX 로그인 화면이 표시됩니다.
- 1  **LabX 설정으로 나가기**을 누릅니다.
- 2 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
- 3  **로그인**을 누릅니다.
 - ➔ 섹션 **LabX 설정 메뉴**이 표시됩니다.

8.3.2 날짜 및 시간 관련 설정 변경

≡ 경로: ≡ **LabX 설정 메뉴** > ⚙ **설정** > ⌵ **저울** > ⌚ **날짜/시간**

- 사용자에게 로컬 관리자 권한이 있습니다.
- 1 섹션 **LabX 설정 메뉴**에 로그인합니다.
- 2 섹션 **설정 > 저울**로 이동합니다.
- 3 설정 **날짜/시간**를 탭합니다.
- 4 필요에 따라 설정을 조정합니다.
- 5  **확인**을 누릅니다.
- 6  **저장**을 누릅니다.

다음 사항을 참고합니다.

 섹션 **LabX 설정 메뉴에 로그인** ▶ 135 페이지

8.3.3 이더넷 구성

≡ 경로: ≡ LabX 설정 메뉴 > ⚙️ 설정 > 🌐 인터페이스

■ 사용자에게 로컬 관리자 권한이 있습니다.

- 1 섹션 **LabX 설정 메뉴**에 로그인합니다.
- 2 섹션 **설정 > 인터페이스**로 이동합니다.
- 3 설정 **이더넷**를 탭합니다.
- 4 필요에 따라 설정을 조정합니다.
- 5 ✓ **확인**을 누릅니다.
- 6 ✓ **저장**을 누릅니다.

다음 사항을 참고합니다.

🔗 섹션 LabX 설정 메뉴에 로그인 ▶ 135 페이지

8.3.4 성적서 업로드

≡ 경로: ≡ LabX 설정 메뉴 > ⚙️ 설정 > 📄 LabX

■ 사용자에게 로컬 관리자 권한이 있습니다.

- 1 섹션 **LabX 설정 메뉴**에 로그인합니다.
- 2 섹션 **설정 > LabX**로 이동합니다.
- 3 옵션 **CA 인증서/TLS**를 탭합니다.
- 4 자세한 정보를 보려면 사용 가능한 성적서를 탭합니다.
- 5 🗑️를 탭하여 선택한 성적서를 삭제합니다.
- 6 ➕를 탭하여 새 성적서를 업로드합니다.
📖 **참고**
성적서에는 파일 확장자 .crt가 있어야 합니다.
- 7 ✓ **확인**을 누릅니다.
- 8 ✓ **저장**을 누릅니다.

8.3.5 LabX 비활성화

≡ 경로: ≡ LabX 설정 메뉴 > ⚙️ 설정 > 📄 LabX

📖 **참고**

LabX를 비활성화하려면 기기를 공장 초기화해야 합니다. 기기에 저장된 데이터는 손실됩니다.

■ 사용자에게 로컬 관리자 권한이 있습니다.

- 1 섹션 **LabX 설정 메뉴**에 로그인합니다.
- 2 섹션 **설정 > LabX**로 이동합니다.
- 3 옵션 **LabX 비활성화**를 탭합니다.
- 4 ➡ **다음**을 누릅니다.
- 5 ↻ **초기화**을 누릅니다.
 - ➡ 기기가 LabX에서 연결 해제되었습니다. 기기에 저장된 데이터가 손실됩니다.
 - ➡ LabX에서 기기 및 측정 데이터를 여전히 사용할 수 있습니다.

다음 사항을 참고합니다.

🔗 섹션 LabX 설정 메뉴에 로그인 ▶ 135 페이지

8.4 지원 파일 저장

METTLER TOLEDO 서비스 담당자에게 도움을 요청할 때 지원 파일을 보내달라는 요청을 받을 수 있습니다. 이 파일은 분석하여 저울 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

≡ 경로: ≡ 저울 메뉴 > ≡ 유지보수

- 섹션 ≡ 유지보수가 열립니다.
- USB 저장 장치를 사용할 수 없습니다. 권장 형식은 FAT32입니다.
- 1 ≡ 지원 파일 저장을 누릅니다.
- 2 저울에 USB 저장 장치를 연결합니다.
- 3 ✓ 확인을 누릅니다.
 - ➔ 지원 파일은 USB 저장 장치에 저장됩니다.

8.5 오류 수정 후 작동

문제 해결 후 다음 단계를 수행하여 저울을 작동시키십시오.

- 저울이 완전하게 재조립 및 세척되었는지 확인하십시오.
- 저울을 AC/DC 어댑터에 다시 연결합니다.

9 기술 데이터

9.1 일반 데이터

해독도가 0.01 mg 또는 0.1 mg인 저울용 전원공급장치

AC/DC 어댑터:	입력: 100 – 240 V AC $\pm$ 10%, 50 – 60 Hz, 0.8 A, 61 – 80 VA 출력: 12 V DC, 2.5 A, LPS
AC/DC 어댑터용 케이블:	3코어, 국가별 플러그 포함
저울 소비 전력:	12 V DC, 1.0 A
극성:	

해독도가 1mg 이상인 저울용 전원공급장치

AC/DC 어댑터:	입력: 100 – 240 V AC $\pm$ 10%, 50 – 60 Hz, 0.5 A 출력: 12 V DC, 1.5 A, LPS
저울 소비 전력:	12 V DC, 1.0 A
극성:	

보호 및 기준

과전압 카테고리:	II
오염 등급:	2
유입 보호 코드:	IP41 (해독도가 0.1mg 또는 1mg인 저울) IP54 (해독도가 0.01g 이상인 저울)
	[i] 참고 저울이 작동할 준비가 된 경우에만 명시된 IP가 적용됩니다. 보호 커버를 설치하고 캡으로 인터페이스 연결부를 덮어야 합니다.
안전 및 EMC 기준:	적합성 선언 참조
활용 범위:	건조한 실내에서만 사용하십시오.

환경 조건

저울이 다음 환경 조건에서 사용될 경우 한계값이 적용됩니다.

해수면 위 고도:	최대 5000m
주변 압력:	500 mbar 이상
주변 온도:	+10 – +30 °C
온도 변화, 최대:	5 °C/h
상대 습도:	30 – 70%, 비응축
적응 시간:	권장사항: 정밀 저울의 경우 최대 4시간 , 분석 저울의 경우 최대 8시간 . 이 값은 저울이 작동되는 동일한 위치에 저울을 배치한 후에 적용됩니다.

[i] 참고

적응 시간은 저울의 해독도 및 환경 조건에 좌우됩니다.

예열 시간: 정밀 저울의 경우 최소 **30분**, 분석 저울의 경우 **60분**, 해독도가 0.01 mg인 저울의 경우 **120분**. 이 값은 저울을 전원 공급 장치에 연결한 후 또는 절전 모드에서 나간 후에 적용됩니다. 대기 모드에서 켜지면 저울은 즉시 작동 준비가 됩니다.

저울은 다음 환경 조건에서 사용할 수 있습니다. 하지만 저울 계량 성능은 한계값을 벗어날 수 있습니다.

주변 온도: +5 °C – +40 °C

상대 습도: 31 °C에서 20%~ 최대 80%, 40 °C에서 50 %까지 선형 감소, 비응축

저울은 다음 조건에서 분리하고 저울 포장에 보관할 수 있습니다.

주변 온도: -25 – +70 °C

상대 습도: 10 – 90%, 비응축

9.2 재질

일반 저울 하우징:	하단 하우징: 다이캐스트 알루미늄 상단 하우징: 다이캐스트 알루미늄, 분말 코팅 하우징 프레임: POM 터미널 프레임: 크롬 도금 알루미늄
대형 저울 하우징:	다이캐스트 알루미늄, 분말 코팅 하우징 프레임: POM 터미널 프레임: 크롬 도금 알루미늄
드래프트 쉴드:	POM(U자형 상단 프레임, 후면 QuickLock), PBT(하단 플레이트), 유리(도어, 전면 패널), 분말 코팅 알루미늄(포스트), PA 12(핸들, 전면 QuickLock)
칭량 팬:	해독도 0.01 mg 또는 0.1 mg인 저울: 스테인리스 스틸 X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) 해독도 1 mg 저울: 다이캐스트 아연, 크롬 도금 해독도 0.01 g 저울: 다이캐스트 알루미늄, 크롬 도금 해독도 0.1 g 저울: 스테인리스 스틸 X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) 대형 저울: 스테인리스 스틸 X5CrNi18-10 (1.4301)
드래프트 보호 요소:	해독도 0.01 mg 저울: 스테인리스 스틸 X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
드립 트레이:	다이캐스트 알루미늄, 분말 코팅
터치스크린:	유리
보호 덮개:	PET
다리:	TPE, 스테인리스 스틸 X5CrNi18-10 (1.4301)
배터리:	ML2032


9.3 METTLER TOLEDO AC/DC 어댑터 설명

인증된 외부 AC/DC 어댑터는 등급 II 이중 절연 장비 요건을 준수합니다. 보호 접지 연결은 제공되지 않지만, EMC 용도의 기능 접지 연결이 제공됩니다. 이 접지 연결부는 안전 기능이 **아닙니다**. 당사 제품의 규정 준수에 대한 추가 정보는 각 제품과 함께 제공하는 "표준 부합 신고서"에서 확인할 수 있습니다.

유럽 지침 2001/95/EC 관련 테스트 시 AC/DC 어댑터와 기기는 등급 II 이중 절연 장비로 분류하여 취급해야 합니다.

따라서 접지 테스트는 필요하지 않습니다. 전원 플러그의 접지 커넥터와 기기의 금속 하우징 노출부 간의 접지 테스트를 할 필요가 없습니다.

기기는 정적 하중에 민감할 수 있기 때문에 10 kΩ의 누전 저항기로 접지 커넥터(1)와 AC/DC 어댑터의 음극(2)을 연결합니다. 배열은 해당 회로도에서 확인할 수 있습니다. 본 저항기는 전기 안전 설비의 일환이 아니므로 정기적으로 테스트할 필요는 없습니다.



9.4 모델 전용 데이터

9.4.1 분석 저울, 해독도 0.01 mg 또는 0.1 mg

	MX105	MX105DU	MX205DU
한계값			
용량	120 g	120 g	220 g
최대 중량	100 g	100 g	200 g
해독도	0.01 mg	0.1 mg	0.1 mg
미세 범위의 용량	–	42 g	82 g
미세 범위 내 해독도	–	0.01 mg	0.01 mg
반복성(5% 하중에서)	0.02 mg	0.02 mg	0.02 mg
선형성 편차	0.1 mg	0.2 mg	0.2 mg
편심 편차(테스트 하중에서)	0.3 mg (50 g)	0.3 mg (50 g)	0.3 mg (100 g)
감도 오프셋(최대 중량에서) ▲	0.4 mg	0.4 mg	0.8 mg
온도 변화를 예민하게 감지	0.0002%/°C	0.0002%/°C	0.0002%/°C
Typical Value			
반복성(5% 하중에서)	0.0125 mg	0.0125 mg	0.0125 mg
선형성 편차	0.06 mg	0.06 mg	0.06 mg
편심 편차(테스트 하중에서)	0.1 mg (50 g)	0.1 mg (50 g)	0.1 mg (100 g)
감도 오프셋(최대 중량에서) ▲	0.25 mg	0.25 mg	0.5 mg
최소 유효 무게(USP, 허용오차 = 0.10%) ▼	25 mg	25 mg	25 mg
최소 유효 무게(허용오차 = 1%) ▼	2.5 mg	2.5 mg	2.5 mg
안정화 시간	2 s	2 s	2 s
치수 및 기타 사양			
저울 치수(W x D x H)	222 x 379 x 353 mm	222 x 379 x 353 mm	222 x 379 x 353 mm
칭량 팬 지름	80 mm	80 mm	80 mm
사용 가능한 드래프트 쉴드 높이	235 mm	235 mm	235 mm
저울 중량	7.5 kg	7.5 kg	7.5 kg
일상 점검용 분동			
분동(OIML class)	100 g (F2) / 5 g (F2)	100 g (F2) / 5 g (F2)	200 g (F2) / 10 g (F2)
분동(ASTM class)	100 g (ASTM 1) / 5 g (ASTM 1)	100 g (ASTM 1) / 5 g (ASTM 1)	200 g (ASTM 1) / 10 g (ASTM 1)

▲ 내부 중량 조정 후

▼ 5% 하중, k = 2에서 측정

	MX104	MX204	MX304
한계값			
용량	120 g	220 g	320 g
최대 중량	100 g	200 g	300 g
해독도	0.1 mg	0.1 mg	0.1 mg
미세 범위의 용량	—	—	—
미세 범위 내 해독도	—	—	—
반복성(5% 하중에서)	0.1 mg	0.1 mg	0.1 mg
선형성 편차	0.2 mg	0.2 mg	0.3 mg
편심 편차(테스트 하중에서)	0.4 mg (50 g)	0.4 mg (100 g)	0.4 mg (100 g)
감도 오프셋(최대 중량에서) ▲	0.5 mg	0.8 mg	1 mg
온도 변화를 예민하게 감지	0.0002%/°C	0.0002%/°C	0.0002%/°C
Typical Value			
반복성(5% 하중에서)	0.05 mg	0.05 mg	0.05 mg
선형성 편차	0.06 mg	0.06 mg	0.06 mg
편심 편차(테스트 하중에서)	0.1 mg (50 g)	0.1 mg (100 g)	0.1 mg (100 g)
감도 오프셋(최대 중량에서) ▲	0.3 mg	0.5 mg	0.6 mg
최소 유효 무게(USP, 허용오차 = 0.10%) ▼	100 mg	100 mg	100 mg
최소 유효 무게(허용오차 = 1%) ▼	10 mg	10 mg	10 mg
안정화 시간	2 s	2 s	2 s
치수 및 기타 사양			
저울 치수(W x D x H)	222 x 379 x 353 mm	222 x 379 x 353 mm	222 x 379 x 353 mm
칭량 팬 지름	90 mm	90 mm	90 mm
사용 가능한 드래프트 실드 높이	239 mm	239 mm	239 mm
저울 중량	6.2 kg	6.2 kg	6.2 kg
일상 점검용 분동			
분동(OIML class)	100 g (F2) / 5 g (F2)	200 g (F2) / 10 g (F2)	200 g (F2) / 10 g (F2)
분동(ASTM class)	100 g (ASTM 1) / 5 g (ASTM 1)	200 g (ASTM 1) / 10 g (ASTM 1)	200 g (ASTM 1) / 10 g (ASTM 1)

▲ 내부 중량 조정 후

▼ 5% 하중, k = 2에서 측정

9.4.2 정밀 저울, 해독도 1 mg

	MX303	MX603	MX1203
한계값			
용량	320 g	620 g	1.22 kg
최대 중량	300 g	600 g	1.2 kg
해독도	1 mg	1 mg	1 mg
미세 범위의 용량	—	—	—
미세 범위 내 해독도	—	—	—
반복성(5% 하중에서)	0.9 mg	0.9 mg	0.9 mg
선형성 편차	2 mg	2 mg	2 mg
편심 편차(테스트 하중에서)	3 mg (100 g)	3 mg (200 g)	3 mg (500 g)
감도 오프셋(최대 중량에서) ▲	6 mg	6 mg	7 mg
온도 변화를 예민하게 감지	0.0002%/°C	0.0002%/°C	0.0002%/°C
Typical Value			
반복성(5% 하중에서)	0.5 mg	0.5 mg	0.5 mg
선형성 편차	0.6 mg	0.6 mg	0.6 mg
편심 편차(테스트 하중에서)	1 mg (100 g)	1 mg (200 g)	1 mg (500 g)
감도 오프셋(최대 중량에서) ▲	4 mg	4 mg	4 mg
최소 유효 무게(USP, 허용오차 = 0.10%) ▼	1 g	1 g	1 g
최소 유효 무게(허용오차 = 1%) ▼	100 mg	100 mg	100 mg
안정화 시간	1.5 s	1.5 s	1.5 s
치수 및 기타 사양			
저울 치수(W x D x H)	222 x 379 x 353 mm	222 x 379 x 353 mm	222 x 379 x 353 mm
칭량 팬 규격(WxD)	127 x 127 mm	127 x 127 mm	127 x 127 mm
사용 가능한 드래프트 쉴드 높이	238 mm	238 mm	238 mm
저울 중량	6.3 kg	6.3 kg	6.7 kg
일상 점검용 분동			
분동(OIML class)	200 g (F2) / 10 g (F2)	500 g (F2) / 20 g (F2)	1000 g (F2) / 50 g (F2)
분동(ASTM class)	200 g (ASTM 1) / 10 g (ASTM 1)	500 g (ASTM 1) / 20 g (ASTM 1)	1000 g (ASTM 1) / 50 g (ASTM 1)

▲ 내부 중량 조정 후

▼ 5% 하중, k = 2에서 측정

	MX303N	MX603N	MX1203N
한계값			
용량	320 g	620 g	1.22 kg
최대 중량	300 g	600 g	1.2 kg
해독도	1 mg	1 mg	1 mg
미세 범위의 용량	–	–	–
미세 범위 내 해독도	–	–	–
반복성(5% 하중에서)	0.9 mg	0.9 mg	0.9 mg
선형성 편차	2 mg	2 mg	2 mg
편심 편차(테스트 하중에서)	3 mg (100 g)	3 mg (200 g)	3 mg (500 g)
감도 오프셋(최대 중량에서) ▲	6 mg	6 mg	7 mg
온도 변화를 예민하게 감지	0.0002%/°C	0.0002%/°C	0.0002%/°C
Typical Value			
반복성(5% 하중에서)	0.5 mg	0.5 mg	0.5 mg
선형성 편차	0.6 mg	0.6 mg	0.6 mg
편심 편차(테스트 하중에서)	1 mg (100 g)	1 mg (200 g)	1 mg (500 g)
감도 오프셋(최대 중량에서) ▲	4 mg	4 mg	4 mg
최소 유효 무게(USP, 허용오차 = 0.10%) ▼	1 g	1 g	1 g
최소 유효 무게(허용오차 = 1%) ▼	100 mg	100 mg	100 mg
안정화 시간	1.5 s	1.5 s	1.5 s
치수 및 기타 사양			
저울 치수(W x D x H)	194 x 379 x 100 mm	194 x 379 x 100 mm	194 x 379 x 100 mm
칭량 팬 규격(WxD)	127 x 127 mm	127 x 127 mm	127 x 127 mm
사용 가능한 드래프트 실드 높이	–	–	–
저울 중량	4 kg	4 kg	4.4 kg
일상 점검용 분동			
분동(OIML class)	200 g (F2) / 10 g (F2)	500 g (F2) / 20 g (F2)	1000 g (F2) / 50 g (F2)
분동(ASTM class)	200 g (ASTM 1) / 10 g (ASTM 1)	500 g (ASTM 1) / 20 g (ASTM 1)	1000 g (ASTM 1) / 50 g (ASTM 1)

▲ 내부 중량 조정 후

▼ 5% 하중, k = 2에서 측정

9.4.3 정밀 저울, 해독도 0.01 g 또는 0.1 g

	MX2002	MX4002	MX6002
한계값			
용량	2.2 kg	4.2 kg	6.2 kg
최대 중량	2 kg	4 kg	6 kg
해독도	0.01 g	0.01 g	0.01 g
미세 범위의 용량	—	—	—
미세 범위 내 해독도	—	—	—
반복성(5% 하중에서)	8 mg	8 mg	8 mg
선형성 편차	20 mg	20 mg	20 mg
편심 편차(테스트 하중에서)	30 mg (1 kg)	30 mg (2 kg)	30 mg (2 kg)
감도 오프셋(최대 중량에서) ▲	80 mg	80 mg	80 mg
온도 변화를 예민하게 감지	0.0003%/°C	0.0003%/°C	0.0003%/°C
Typical Value			
반복성(5% 하중에서)	4 mg	4 mg	4 mg
선형성 편차	6 mg	6 mg	6 mg
편심 편차(테스트 하중에서)	10 mg (1 kg)	10 mg (2 kg)	10 mg (2 kg)
감도 오프셋(최대 중량에서) ▲	50 mg	50 mg	50 mg
최소 유효 무게(USP, 허용오차 = 0.10%) ▼	8.2 g	8.2 g	8.2 g
최소 유효 무게(허용오차 = 1%) ▼	820 mg	820 mg	820 mg
안정화 시간	1 s	1 s	1 s
치수 및 기타 사양			
저울 치수(W x D x H)	194 × 379 × 103 mm	194 × 379 × 103 mm	194 × 379 × 103 mm
칭량 팬 규격(WxD)	170 × 203 mm	170 × 203 mm	170 × 203 mm
사용 가능한 드래프트 실드 높이	—	—	—
저울 중량	4.9 kg	4.9 kg	5.5 kg
일상 점검용 분동			
분동(OIML class)	2000 g (F2) / 100 g (F2)	2000 g (F2) / 200 g (F2)	5000 g (F2) / 200 g (F2)
분동(ASTM class)	2000 g (ASTM 1) / 100 g (ASTM 1)	2000 g (ASTM 4) / 200 g (ASTM 4)	5000 g (ASTM 4) / 200 g (ASTM 4)

▲ 내부 중량 조정 후

▼ 5% 하중, k = 2에서 측정

	MX6002DR	MX12002
한계값		
용량	6.2 kg	12.2 kg
최대 중량	6 kg	12 kg
해독도	0.1 g	0.01 g
미세 범위의 용량	1.2 kg	—
미세 범위 내 해독도	0.01 g	—
반복성(5% 하중에서)	8 mg	8 mg
선형성 편차	30 mg	20 mg
편심 편차(테스트 하중에서)	100 mg (2 kg)	40 mg (5 kg)
감도 오프셋(최대 중량에서) ▲	120 mg	70 mg
온도 변화를 예민하게 감지	0.0003%/°C	0.0003%/°C
Typical Value		
반복성(5% 하중에서)	4 mg	4 mg
선형성 편차	10 mg	6 mg
편심 편차(테스트 하중에서)	32 mg (2 kg)	12 mg (5 kg)
감도 오프셋(최대 중량에서) ▲	80 mg	40 mg
최소 유효 무게(USP, 허용오차 = 0.10%) ▼	8.2 g	8.2 g
최소 유효 무게(허용오차 = 1%) ▼	820 mg	820 mg
안정화 시간	1 s	1 s
치수 및 기타 사양		
저울 치수(W x D x H)	194 x 379 x 103 mm	194 x 379 x 103 mm
칭량 팬 규격(WxD)	170 x 203 mm	170 x 203 mm
사용 가능한 드래프트 실드 높이	—	—
저울 중량	5.5 kg	5.6 kg
일상 점검용 분동		
분동(OIML class)	5000 g (F2) / 200 g (F2)	10 kg (F2) / 500 g (F2)
분동(ASTM class)	5000 g (ASTM 4) / 200 g (ASTM 4)	10 kg (ASTM 4) / 500 g (ASTM 4)
▲ 내부 중량 조정 후		
▼ 5% 하중, k = 2에서 측정		

	MX6001	MX8001
한계값		
용량	6.2 kg	8.2 kg
최대 중량	6 kg	8 kg
해독도	0.1 g	0.1 g
미세 범위의 용량	—	—
미세 범위 내 해독도	—	—
반복성(5% 하중에서)	50 mg	50 mg
선형성 편차	60 mg	100 mg
편심 편차(테스트 하중에서)	200 mg (2 kg)	300 mg (5 kg)
감도 오프셋(최대 중량에서) ▲	240 mg	400 mg
온도 변화를 예민하게 감지	0.0005%/°C	0.0005%/°C
Typical Value		
반복성(5% 하중에서)	40 mg	40 mg
선형성 편차	20 mg	30 mg
편심 편차(테스트 하중에서)	60 mg (2 kg)	100 mg (5 kg)
감도 오프셋(최대 중량에서) ▲	150 mg	250 mg
최소 유효 무게(USP, 허용오차 = 0.10%) ▼	82 g	82 g
최소 유효 무게(허용오차 = 1%) ▼	8.2 g	8.2 g
안정화 시간	0.8 s	1 s
치수 및 기타 사양		
저울 치수(W x D x H)	194 × 379 × 104 mm	194 × 379 × 104 mm
칭량 팬 규격(WxD)	172 × 205 mm	172 × 205 mm
사용 가능한 드래프트 실드 높이	—	—
저울 중량	5.2 kg	5.2 kg
일상 점검용 분동		
분동(OIML class)	5000 g (F2) / 200 g (F2)	5000 g (F2) / 200 g (F2)
분동(ASTM class)	5000 g (ASTM 4) / 200 g (ASTM 4)	5000 g (ASTM 4) / 200 g (ASTM 4)

▲ 내부 중량 조정 후

▼ 5% 하중, k = 2에서 측정

9.4.4 정밀 저울, 대형

	MX12001L	MX16001L	MX32001L	MX32000L
한계값				
용량	12.2 kg	16.2 kg	32.2 kg	32.2 kg
최대 중량	12 kg	16 kg	30 kg	30 kg
해독도	0.1 g	0.1 g	0.1 g	1 g
미세 범위의 용량	–	–	–	–
미세 범위 내 해독도	–	–	–	–
반복성(5% 하중에서)	80 mg	80 mg	80 mg	600 mg
선형성 편차	200 mg	200 mg	250 mg	300 mg
편심 편차(테스트 하중에서)	300 mg (5 kg)	300 mg (5 kg)	300 mg (10 kg)	1 g (10 kg)
감도 오프셋(최대 중량에서) ▲	600 mg	600 mg	800 mg	1 g
온도 변화를 예민하게 감지	0.0015%/°C	0.0015%/°C	0.0015%/°C	0.0015%/°C
Typical Value				
반복성(5% 하중에서)	40 mg	40 mg	40 mg	400 mg
선형성 편차	60 mg	60 mg	80 mg	100 mg
편심 편차(테스트 하중에서)	100 mg (5 kg)	100 mg (5 kg)	100 mg (10 kg)	300 mg (10 kg)
감도 오프셋(최대 중량에서) ▲	400 mg	400 mg	500 mg	600 mg
최소 유효 무게(USP, 허용오차 = 0.10%) ▼	82 g	82 g	82 g	820 g
최소 유효 무게(허용오차 = 1%) ▼	8.2 g	8.2 g	8.2 g	82 g
안정화 시간	1.5 s	1.5 s	1.5 s	1.2 s
치수 및 기타 사양				
저울 치수(W x D x H)	354 x 380 x 126 mm	354 x 380 x 126 mm	354 x 380 x 126 mm	354 x 380 x 126 mm
칭량 팬 규격(WxD)	352 x 246 mm	352 x 246 mm	352 x 246 mm	352 x 246 mm
사용 가능한 드래프트 실드 높이	–	–	–	–
저울 중량	11.7 kg	11.7 kg	11.7 kg	11.7 kg
일상 점검용 분동				
분동(OIML class)	10 kg (F2) / 500 g (F2)	10 kg (F2) / 500 g (F2)	20 kg (F2) / 1 kg (F2)	20 kg (F2) / 1 kg (F2)
분동(ASTM class)	10 kg (ASTM 4) / 500 g (ASTM 4)	10 kg (ASTM 4) / 500 g (ASTM 4)	20 kg (ASTM 4) / 1 kg (ASTM 4)	20 kg (ASTM 4) / 1 kg (ASTM 4)

▲ 내부 중량 조정 후


▼ 5% 하중, k = 2에서 측정

9.5 치수

치수 단위(mm).

9.5.1 분석 저울, 해독도 0.01 mg




저울 모델: MX105, MX105DU, MX205DU



↔	외부 치수 [mm]
◁→	클리어 치수 [mm]
ㄱ	칭량 후크 축의 위치

9.5.2 MX 분석 저울, 해독도 0.1 mg


저울 모델: MX104, MX204, MX304



↔	외부 치수 [mm]
↔	클리어 치수 [mm]
J	칭량 후크 축의 위치

9.5.3 MX 정밀 저울, 해독도 1 mg, 드래프트 실드 포함


저울 모델: MX303, MX603, MX1203



↔	외부 치수 [mm]
↔	클리어 치수 [mm]
3	칭량 후크 축의 위치

9.5.4 MX 정밀 저울, 해독도 1 mg, 드래프트 실드 없음


저울 모델: MX303N, MX603N, MX1203N



↔	외부 치수 [mm]
↔	클리어 치수 [mm]
3	칭량 후크 축의 위치

9.5.5 MX 정밀 저울, 해독도 0.01 g




저울 모델: MX2002, MX4002, MX6002, MX6002DR, MX12002



↔	외부 치수 [mm]
↔	클리어 치수 [mm]
⌋	칭량 후크 축의 위치

9.5.6 MX 정밀 저울, 해독도 0.1 g


저울 모델: MX6001, MX8001



↔	외부 치수 [mm]
◁ ▷	클리어 치수 [mm]
J	칭량 후크 축의 위치

9.5.7 MX 대형 저울, 해독도 0.1 g / 1 g


저울 모델: MX12001L, MX16001L, MX32001L, MX32000L



↔	외부 치수 [mm]
↔	클리어 치수 [mm]
3	칭량 후크 축의 위치


9.6 인터페이스 사양

9.6.1 이더넷(Ethernet)

도면	항목	사양	
	표준(Standard)	이더넷 10/100 Base-T	
	핀 배치	1	TX+ (데이터 송수신 +)
		2	TX- (데이터 송수신 -)
		3	RX+ (데이터 수신 +)
		4	-
		5	-
		6	RX- (데이터 수신 -)
		7	-
		8	-


9.6.2 USB-A 포트

USB-A 포트를 사용하여 저울을 프린터 또는 바코드 리더 등에 연결할 수 있습니다.

도면	항목	사양	
	표준(Standard)	USB 사양 수정 2.0 준수	
	속도	전체 속도 12 Mbps(차폐 케이블 필요)	
	전력 사용	최대 500 mA	
	커넥터	A형	
	핀 배치	1	VBUS(+5 V DC)
		2	D-(데이터 -)
		3	D+(데이터 +)
		4	GND(접지)
	셸	셸드	

9.6.3 USB-C 포트

USB-C 포트를 사용하여 저울을 컴퓨터 등에 연결할 수 있습니다.

도면	항목	사양			
	표준(Standard)	USB 사양 수정 2.0 준수			
	속도	전체 속도 12 Mbps (섀드 케이블 필요)			
	전력 사용	최대 500 mA			
	커넥터	C형			
	핀 배치	A1	GND	B12	GND
		A4	VBUS	B9	VBUS
		A5	CC1	—	—
		A6	Dp1	B7	Dn2
		A7	DN1	B6	Dp2
		—	—	B5	CC2
		A9	VBUS	B4	VBUS
		A12	GND	B1	GND

9.6.4 블루투스

항목	사양
연결	USB 2.0 (버스 전원 장치)
주파수	2.4 GHz (2.4 GHz - 2.4835 GHz) 및 5 GHz (5.15 GHz - 5.825 GHz)
확산 스펙트럼	FHSS
데이터 전송 속도	기본 속도 1.1 Mbps 및 1.3 Mbps
무선 표준	v2.1 + EDR / v3.0 / v3.0 + HS / v4.2
보안	간편 페어링
네트워크 아키텍처	피코넷, 스캐터넷
Tx 출력 전원	최대 7.8 dBm
Rx 감도	1 Mbps에서 -89 dBm, 2 Mbps에서 -90 dBm, 3 Mbps에서 -83 dBm
범위 (개방 공간에서)	최대 100 m
운영 채널	0 - 78

10 액세서리 및 예비 부품

10.1 액세서리

액세서리는 업무 프로세스에서 도움을 줄 수 있는 추가 구성품입니다.

계량 팬

	칭량 팬 30938253 • 0.01 mg 모델과 호환 • $\varnothing$ 80 mm
	칭량 팬 30938254 • 0.1 mg 모델과 호환 • $\varnothing$ 90 mm
	칭량 팬 30215433 • SmartPan(PRO) 칭량 팬 127 x 127 mm와 호환 • 128 x 128 mm
	칭량 팬 30215056 • SmartPan(PRO) 칭량 팬 170 x 203 mm와 호환 • 172 x 205 mm

정전기 방지 키트

	정전기 방지 키트 범용 11107767 • 칭량 샘플 및 칭량 용기의 정전기 전하 제거 • 포함된 품목: U-전극 대형(설치 지침 포함), 고전압 전원공급장치(사용자 매뉴얼 및 국가별 전원 케이블 포함)
	고전압 전원공급장치 11107766 • 최대 2개의 U-전극 공급 • 적합한 모델: U-전극 대형, U-전극 소형 • 포함된 품목: 국가별 전원 케이블, 사용자 매뉴얼

	U-전극 대형 11107764 • 칭량 샘플 및 칭량 용기의 정전기 전하 제거 • 용량 결합 커넥터 포함 고전압 케이블
	U-전극 소형 11140161 • 칭량 샘플 및 칭량 용기의 정전기 전하 제거 • 용량 결합 커넥터 포함 고전압 케이블
	정전기 제거장치 ASK350 30893023 • 칭량 샘플 및 칭량 용기의 소량 정전기 전하 제거
밀도 결정	
	밀도 키트 30706714 • 고체의 무게분석 밀도 결정
	온도계, 교정됨 11132685 • 밀도 측정에 사용하기 위함 • 포함된 품목: 홀더, 교정 성적서
프린터	
	프린터 USB-P25 30702998 • 인쇄 기술: 도트 매트릭스

	프린터 P-52RUE • 인쇄 기술: 도트 매트릭스	30237290
	인쇄 용지 롤, 자체 접착식, 도트 매트릭스 • 적합한 모델: 도트 매트릭스 프린터 • 롤 3개 세트	11600388
	인쇄 용지 롤, 표준물질, 도트 매트릭스 • 적합한 모델: 도트 매트릭스 프린터 • 롤 5개 세트	72456
	리본 카트리지 • 적합한 모델: 도트 매트릭스 프린터 • 포함된 품목: 2개	65975
도난 방지 장치		
	도난 방지 케이블	11600361
핸즈프리 액세서리		
	Foot switch • 핸드프리 용기 중량 측정, 영점 조정, 인쇄	30312558

바코드 리더



바코드 리더 1D Gryphon GD4220

30417466

- 바코드를 스캔하고 디코딩된 정보를 연결된 장치에 전송
- 인터페이스: USB-A

케이블



케이블 USB-A (f) - USB-C (m)

30893021

- 기기와 USB-A 외부기기 간 데이터 전송
- 길이: 0.16 m



USB-C(m) - USB-A(m)

30893022

- 기기와 PC 간 데이터 전송
- 길이: 1.5 m



케이블 USB-A (m) - USB-B (m)

30241476

- 기기와 외부기기 간 데이터 전송
- 길이: 1 m



케이블 RS232 (f) - USB-A (m)

30576241

- 저울과 외부기기 간 데이터 전송
- 길이: 1.7 m



케이블 RS232 (m) - USB-A (m)

64088427

- 기기와 외부기기 간 데이터 전송
- 길이: 2 m

무선 인터페이스



블루투스 어댑터 ADP-BT-S, 싱글

30086494

- 기기와 외부기기 간 블루투스 연결 만들기

	블루투스/와이파이 콤비 어댑터 LM842 30893006 기기과 외부기기 간 블루투스/Wi-Fi 연결 만들기
	블루투스/Wi-Fi 콤비 어댑터 LM842, 미국 30893005 기기과 외부기기 간 블루투스/Wi-Fi 연결 만들기
소프트웨어	
	LabX 클라우드 라이선스, 데이터 31095433 - 기기 제어 및 데이터 관리 소프트웨어 라이선스 - 데이터 및 결과 관리 - 포함된 품목: 하나의 기기당 1개의 라이선스
	LabX 클라우드 라이선스, 중앙 집중식 31095432 - 기기 제어 및 데이터 관리 소프트웨어 라이선스 - 데이터 및 결과 관리, 사용자 관리, 중앙 집중식 워크플로우 관리 - 포함된 품목: 하나의 기기당 1개의 라이선스
	LabX Cloud 라이선스, 규제형 31095434 - 기기 제어 및 데이터 관리 소프트웨어 라이선스 - 데이터 및 결과 관리, 사용자 관리, 중앙 집중식 워크플로우 관리, 21 CFR part 11, EU annex 11 지원, 감사 추적, 전자 서명, 데이터 무결성 / ALCOA++ - 포함된 품목: 하나의 기기당 1개의 라이선스
	LabX 클라우드 라이선스, 데이터를 중앙 집중식으로 업그레이드 31095431 - 기기 제어 및 데이터 관리 소프트웨어 라이선스 - 데이터 및 결과 관리, 사용자 관리, 중앙 집중식 워크플로우 관리 - 포함된 품목: 하나의 기기당 업그레이드 라이선스 1개
	LabX 클라우드 라이선스, 중앙 집중식에서 규제형으로 업그레이드 31095371 - 기기 제어 및 데이터 관리 소프트웨어 라이선스 - 데이터 및 결과 관리, 사용자 관리, 중앙 집중식 워크플로우 관리, 21 CFR part 11, EU annex 11 지원, 감사 추적, 전자 서명, 데이터 무결성 / ALCOA++ - 포함된 품목: 하나의 기기당 업그레이드 라이선스 1개

분동



분동

- 칭량 기기의 일상 시험 및 교정
- 다양한 정확성 등급으로 사용 가능
- 교정 성적서(OIML/ASTM) 포함

▶ <https://www.mt.com/weights>

먼지 커버



먼지 커버 (Dust cover)

30893018

- 사용하지 않을 때 먼지로부터 기기 보호
- 반 투명
- 적합한 모델: 소형 저울 모델, 드래프트 실드 포함
- 재료: PVC



먼지 커버 (Dust cover)

30893019

- 사용하지 않을 때 먼지로부터 기기 보호
- 반 투명
- 적합한 모델: 소형 저울 모델, 드래프트 실드 미포함
- 재료: PVC


드래프트 실드



외부 드래프트 실드

30706715

- 기류로부터 보호하여 측정 정확성 유지
- 도어: 유리; 프레임: 아크릴, 알루미늄
- 호환 가능: 저울 모델, 소형, 드래프트 실드 없음
- 내부 크기: 길이: 228 mm, 너비: 190 mm, 높이: 309 mm 외부 크기: 길이: 304 mm, 너비: 233 mm, 높이: 331 mm



드래프트 실드

30938251

- 기류 및 먼지로부터 보호하여 측정 정확성 유지
- 1 mg MX 저울과 호환

기타



EasyHub USB

30468768

- 최대 4개의 외부기기 연결
- 호스트 인터페이스: USB-B


	SmartPrep 칭량 깔때기 30061260 • 분말 물질 칭량용 • 포함된 품목: 50개
	보호 커버 30106207 • 칭량 팬 보호 • 172 x 205 mm 칭량 팬과 호환 • 172 x 205 mm
	50 ml 피펫팅 용기 30215436 • 피펫 교정 시 증발 최소화

10.2 예비 부품

예비 부품은 측정기와 함께 제공되지만 필요한 경우 서비스 기술자의 도움 없이 교체할 수 있는 부품입니다.

10.2.1 MX 분석 저울, 해독도 0.01 mg

저울 모델: MX105, MX105DU, MX205DU




	주문 번호	지정	비고
1	30706612	도어, 좌측	재료: 유리; 포함된 품목: 도어 핸들
2	30706614	패널, 전면	재료: 유리
3	30706654	보호 커버	플랫폼용
4	30706652	보호 커버	터미널용
5	30104835	수평 조정 받침대	포함된 품목: 2개
6	30706724	커버, 칭량 후크	포함된 품목: 원형 커버 1개, 타원형 커버 1개; 재료: 실리콘
7	30706613	도어, 우측	재료: 유리; 포함된 품목: 도어 핸들
8	30706618	드립 트레이	-
9	30706646	드래프트 보호 요소	-
10	30706631	칭량 팬 ø 80 mm	포함된 품목: 팬 지지부

	주문 번호	지정	비고
11	30706611	도어, 상단	재료: 유리; 포함된 품목: 도어 핸들

10.2.2 MX 분석 저울, 해독도 0.1 mg

저울 모델: MX104, MX204, MX304




	주문 번호	지정	비고
1	30706612	도어, 좌측	재료: 유리; 포함된 품목: 도어 핸들
2	30706614	패널, 전면	재료: 유리
3	30706655	보호 커버	플랫폼용
4	30706652	보호 커버	터미널용
5	30104835	수평 조정 받침대	포함된 품목: 2개
6	30706724	커버, 칭량 후크	포함된 품목: 원형 커버 1개, 타원형 커버 1개; 재료: 실리콘
7	30706613	도어, 우측	재료: 유리; 포함된 품목: 도어 핸들
8	30706618	드립 트레이	-
9	30706632	칭량 팬 $\varnothing$ 90 mm	포함된 품목: 팬 지지부
10	30706615	패널 후면	재료: 흐릿한 유리

	주문 번호	지정	비고
11	30706611	도어, 상단	재료: 유리; 포함된 품목: 도어 핸들


10.2.3 MX 정밀 저울, 해독도 1 mg, 드래프트 실드 포함

저울 모델: MX303, MX603



	주문 번호	지정	비고
1	30706612	도어, 좌측	재료: 유리; 포함된 품목: 도어 핸들
2	30706614	패널, 전면	재료: 유리
3	30706655	보호 커버	플랫폼용
4	30706652	보호 커버	터미널용
5	30104835	수평 조정 받침대	포함된 품목: 2개
6	30706724	커버, 칭량 후크	포함된 품목: 원형 커버 1개, 타원형 커버 1개; 재료: 실리콘
7	30706613	도어, 우측	재료: 유리; 포함된 품목: 도어 핸들
8	30706618	드립 트레이	—
9	30706633	SmartPan, 칭량 팬	128 × 128 mm
10	30706615	패널 후면	재료: 흐릿한 유리


	주문 번호	지정	비고
11	30706611	도어, 상단	재료: 유리; 포함된 품목: 도어 핸들



	주문 번호	지정	비고
1	30706612	도어, 좌측	재료: 유리; 포함된 품목: 도어 핸들
2	30706614	패널, 전면	재료: 유리
3	30706655	보호 커버	플랫폼용
4	30706652	보호 커버	터미널용
5	30104835	수평 조정 받침대	포함된 품목: 2개
6	30706724	커버, 칭량 후크	포함된 품목: 원형 커버 1개, 타원형 커버 1개; 재료: 실리콘
7	30706613	도어, 우측	재료: 유리; 포함된 품목: 도어 핸들
8	30706618	드립 트레이	-
9	30706634	SmartPan, 칭량 팬	128 × 128 mm
10	30706615	패널 후면	재료: 흐릿한 유리
11	30706611	도어, 상단	재료: 유리; 포함된 품목: 도어 핸들


10.2.4 MX 정밀 저울, 해독도 1 mg, 드래프트 실드 없음

저울 모델: MX303N, MX603N



	주문 번호	지정	비고
1	30706633	SmartPan, 칭량 팬	128 × 128 mm
2	30706648	드립 트레이	—
3	30706655	보호 커버	플랫폼용
4	30706652	보호 커버	터미널용
5	30104835	수평 조정 받침대	포함된 품목: 2개
6	30706724	커버, 칭량 후크	포함된 품목: 원형 커버 1개, 타원형 커버 1개; 재료: 실리콘


저울 모델: MX1203N



	주문 번호	지정	비고
1	30706634	SmartPan, 칭량 팬	128 × 128 mm
2	30706648	드립 트레이	—
3	30706655	보호 커버	플랫폼용
4	30706652	보호 커버	터미널용
5	30104835	수평 조정 받침대	포함된 품목: 2개
6	30706724	커버, 칭량 후크	포함된 품목: 원형 커버 1개, 타원형 커버 1개; 재료: 실리콘

10.2.5 MX 정밀 저울, 해독도 0.01 g


저울 모델: MX2002, MX4002, MX6002, MX6002DR, MX12002



	주문 번호	지정	비고
1	30706635	SmartPan, 칭량 팬	170 × 203 mm
2	30706651	캡, 팬 지지부	포함된 품목: 4개
3	30706649	드립 트레이	-
4	30706653	보호 커버	플랫폼용
5	30706652	보호 커버	터미널용
6	30104835	수평 조정 받침대	포함된 품목: 2개
7	30706724	커버, 칭량 후크	포함된 품목: 원형 커버 1개, 타원형 커버 1개; 재료: 실리콘

10.2.6 MX 정밀 저울, 해독도 0.1 g


저울 모델: MX6001, MX8001



	주문 번호	지정	비고
1	30215056	칭량 팬	172 × 205 mm
2	30706645	팬 지지부	—
3	30706651	캡, 팬 지지부	포함된 품목: 4개
4	30706649	드립 트레이	—
5	30706653	보호 커버	플랫폼용
6	30706652	보호 커버	터미널용
7	30104835	수평 조정 받침대	포함된 품목: 2개
8	30706724	커버, 칭량 후크	포함된 품목: 원형 커버 1개, 타원형 커버 1개; 재료: 실리콘

10.2.7 MX 대형 저울, 해독도 0.1 g / 1 g

저울 모델: MX12001L, MX16001L, MX32001L, MX32000L




	주문 번호	지정	비고
1	30849994	칭량 팬	246 × 252 mm
2	30849993	캡, 팬 지지부	포함된 품목: 4개
3	30706652	보호 커버	터미널용
4	30850018	수평 조정 받침대	포함된 품목: 4개

10.2.8 AC/DC 어댑터

10.2.8.1 AC/DC 어댑터


모든 MX 저울 모델과 호환됩니다.



	주문 번호	지정	비고
1	11107909	AC/DC 어댑터	출력: 12 V, 2.5 A
2	88751	전원 케이블 AU	—
3	30015268	전원 케이블 BR	—
4	87920	전원 케이블 CH	—
5	30047293	전원 케이블 CN	—
6	87452	전원 케이블 DK	—
7	87925	전원 케이블 EU	—
8	89405	전원 케이블 GB	—
9	225297	전원 케이블 IL	—
10	11600569	전원 케이블 IN	—
11	87457	전원 케이블 IT	—
12	11107881	전원 케이블 JP	—
13	11107880	전원 케이블 TH, PE	—
14	88668	전원 케이블 US	—
15	89728	전원 케이블 ZA	—

10.2.8.2 AC/DC 어댑터, 범용


대부분의 MX 저울 모델과 호환됩니다. 다음 저울 모델과는 호환되지 않습니다. MX105, MX105DU, MX205DU, MX104, MX204, MX304



	주문 번호	지정	비고
1	30850039	AC/DC 어댑터, 범용	출력: 12 V, 1.5 A; 포함된 품목: 플러그 6개(EU, UK, US, AU, CN, KR)


10.2.9 포장

10.2.9.1 드래프트 실드 장착 저울




	주문 번호	지정	비고
1	30706728	포장	포함된 품목: 수출 상자, 내부 보호 재료
2	30706731	수출 상자	예외: 내부 보호 재료

10.2.9.2 드래프트 쉴드 미장착 저울



	주문 번호	지정	비고
1	30706729	포장	포함된 품목: 수출 상자, 내부 보호 재료
2	30706732	수출 상자	예외: 내부 보호 재료

10.2.9.3 저울, 대형



	주문 번호	지정	비고
1	30706730	포장	포함된 품목: 수출 상자, 내부 보호 재료
2	30706733	수출 상자	예외: 내부 보호 재료

11 폐기

WEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment: 전기 및 전자 장치 폐기물)에 대한 유럽 지침 2012/19/EU를 준수하는 본 장비는 생활 쓰레기로 폐기해서는 안 됩니다. 이는 특정 요구조건에 따라 EU 외부 국가에도 적용됩니다.

현지 규정에 따라 본 장비를 지정된 폐전기 및 전자 장비 수집장에 폐기해 주십시오. 의문사항이 있으면 해당 관청이나 본 장비를 구매한 유통업체에 문의해 주십시오. 본 장비를 다른 당사자에게 인계할 경우, 본 지침의 내용도 해당 당사자에게 인계해야 합니다.



12 규정 준수 정보

FCC 공급업체 적합성 선언과 같은 국가 승인 문서는 온라인으로 제공되거나 포장에 포함되어 있습니다.

▶ www.mt.com/ComplianceSearch

기기의 국가별 준수에 대한 질문은 METTLER TOLEDO에 문의하십시오.

▶ www.mt.com/contact

인덱스

Symbols

해제 버튼	
드래프트 쉴드 패널	22
허용 오차	51
환경 조건	28, 138

A

AC/DC 어댑터	138, 140
Application	
계수 측정	55
동적 계량	57
무게 재 측정	60
밀도	61
배합	58
일반 칭량	54
중량선별	56
차등 칭량	62
총계	59
칭량	49

E

ErgoDoor	
핸들	21, 38
EULA	34

I

ID	51
----	----

L

LabX	36, 136
관리자	36, 80
로컬 관리자	36
비활성화	136
설정	135

Q

QuickLock	
드래프트 쉴드	21
드래프트 쉴드 도어	22

S

StatusLight	21, 89
-------------	--------

U

USB	156, 157
장치 보기	69, 91

ㄱ

감도 테스트	
설정	117
수행	66
개요	
유형 라벨	22
터미널	19
결합된 시험 분동	48
경고 기호	13
계수 측정	55
고도	138
관리자	
LabX	36, 80
로컬	36
구성	
보고서	54
칭량	52
규정	9
기호	9
경고	13

ㄴ

내부	
조정	35, 64

ㄷ

대기 모드	19, 35
도어	
ErgoDoor 핸들	21, 38
잠금	22
핸들	20, 21, 38
동적 계량	57
드래프트 보호	20
드래프트 쉴드	19
QuickLock	21
드래프트 쉴드 도어	
QuickLock	22

드래프트 월드 패널		서비스	
해제 버튼	22	파일 서버	75
드립 트레이	20	설정	
ㄹ		LabX	135
레벨		감도 테스트	117
수평 조정 도구	83	관리자	80
수평조절 받침	21	반복성 테스트	118
저울	34	조정	115
조정	129	테스트	117
표시기	24	편심성 테스트	120
로그아웃	37	설치	
로그인	37	작동 방법	33
로컬 관리자	36	현장	28
ㄴ		소비 전력	
목표 중량	51	저울	138
무게 재 측정	60	소프트웨어	
밀도	61	버전	9
ㄷ		수평 조정 도구	83
바코드 리더	72	수평조절 받침	21
반복성 테스트		수행	
설정	118	감도 테스트	66
수행	66	반복성 테스트	66
밝기	89	편심성 테스트	67
배합	58	스위치 켜짐/꺼짐	35
범위		습도	138
허용 오차	51	시간	
보고서		예열	139
구성	54	적응	138
인쇄	54	시리즈	52
보관		시험 분동	48
저울	40	ㅇ	
보호 커버	21	안전 정보	13
분석법		암호	
삭제	50	재설정	78
생성	50	연결	
추가	50	LabX	36
블루투스	69, 91	연결 해제	
비활성화		LabX	136
LabX	136	영점	19
ㄴ		예열	
샘플 ID	51	시간	139

온도	138	차단 해제	79
예열 시간	139	저울 용량 이하 칭량	41
적응 시간	138	적응	
외부		시간	138
장치	69, 91	전략	
조정	64	조정	63
용기 측정	19	전원 공급 장치	
운송		AC/DC 어댑터 참조	138
단거리	39	절전	19, 35
장거리	40	조정	63
유형 라벨		내부	35, 64
개요	22	레벨	129
음향		설정	115
터미널	89	외부	64
이더넷(Ethernet)	68, 82, 91, 136	전략	63
이력	80, 83	편집	63
인쇄		준수 정보	180
보고서	54	중량	
인터페이스		목표	51
USB A	156	시험 분동	48
USB C	157	중량선별	56
블루투스	69, 91	차단	79
이더넷(Ethernet)	68, 82, 91, 136	차단 해제	79
일상 시험	65	차등 칭량	62
임계값	99	총계	59
ㅈ		치수	149
자동화	53	칭량	
잠금		Application	49
도어	22	구성	52
장소	28	시리즈	52
장치		프로필	46
바코드 리더	72	칭량 팬	20
설정 편집	74	ㅋ	
주변장치	69, 91	커버	
키보드	74	보호	21
풋 스위치	73	키보드	74
프린터	69	ㅌ	
재료	139	터미널	21
재설정		StatusLight	89
암호	78	개요	19
저울		밝기	89
차단	79	음향	89

테스트	65
설정	117
편집	65
통계	52
II	
파일 서버	75
편심성 테스트	
설정	120
수행	67
폐기	179
포장	
저울	40
포장 개봉	
저울	28
표시등	
StatusLight	89
풋 스위치	73
프로필	
칭량	46
프린터	69

제품의 미래를 보호하기 위해
METTLER TOLEDO 서비스는 본 제품의
품질, 측정 정확성과 가치 보존을 수
년간 보장해 드립니다.

당사의 매력적인 서비스 조건의 모든
세부 사항을 요청하시기 바랍니다.

▶ www.mt.com/service

www.mt.com/MX-balances

더 많은 정보를

Mettler-Toledo GmbH
Im Langacher 44
8606 Greifensee, Switzerland
www.mt.com/contact

기술적 무단 변경을 금지합니다.
© 08/2025 METTLER TOLEDO. 모든 권리 보유.
31068515A ko



31068515