





- 注释:
- 图纸所有尺寸单位为 毫米 [英寸]. ( ) = 参考尺寸.
1. 所有与梅特勒-托利多 RapidCal™ 的相关信息均应保密.
  2. 标定模块安装到料罐时, 垂直度需在0.5度以内.
  3. 料罐和基础上的连接点必须能够承受最大标定载荷 (CFm), 并且有适当的安全系数. 必要时需额外加强连接点的强度. 图示料罐支座细节仅供参考.
  4.  $CFm (磅) = 料罐容量 (磅) / N$ .  
 $CFm (牛顿) = g \times 料罐容量 (千克) / N$ .  
其中  $g = 9.81 m/s^2$ ,  $N$  = 标定过程中使用的标定模块的数量.
  5. 从标定模块中间线 (CL) 到料罐或其他障碍物的最小距离为55毫米 [2.17英寸].
  6. 螺栓周围的最小间隙 (从中心线测量) 到罐壁, 加强板, 角撑板和夹层/框架为30毫米 [1.18英寸].
  7. 为保证安全, 请使用梅特勒-托利多认可的高强度螺栓和连接件.

颜色说明:

红色: RapidCal™ 设备

蓝色: 用户提供

黑色: 料罐和基础

青色: 称重模块

METTLER TOLEDO		MTCT	Drawn	li-383	2019/02/15	Scale	-
		CN-213125 ChangZhou	Change			Format	mt_A3
Refer to protection notice ISO 16016 / Schutzvermerk ISO 16016 beachten			Note	-		Replaces	-
Description		支架-4t	ERP NO.			ERP Rev	
GDL RapidCal™ Bracket mounting 4t			30489501-3			D	
External Design No.:30489501A-3		External Design Rev.:	Status:Approved	Mass:	Units:mm		1/1