

Address Im Hackacker 15, CH-8902 Urdorf, Switzerland  
Mail address P.O. Box, CH-8902 Urdorf, Switzerland  
Phone +41-44-729 62 11  
Fax +41-44-729 66 36  
Bank Credit Suisse, 8070 Zurich, Clearing 4835  
Account No. 370501-21-90 CHF/IBAN CH71 0483 5037 0501 2109 0

[www.mtpro.com](http://www.mtpro.com)

To whom it may concern

# Material Specification EN 10204-2.1

# Materialbescheinigung EN 10204-2.1

We/ Wir

**Mettler-Toledo AG, Process Analytics**

Im Hackacker 15  
8902 Urdorf  
Switzerland

hereby confirm that we have attained the Quality Assurance Certificate ISO 9001 and the Environmental Certificate ISO 14001 and that the said product fulfils the following material specification:

bestätigen, dass wir im Besitz des Qualitätszertifikates nach ISO 9001 und des Umweltzertifikates nach ISO 14001 sind und dass die genannten Produkte unserer Firma in Übereinstimmung mit folgenden Materialspezifikationen hergestellt wurden:

Description

**Certificate of compliance**

Beschreibung

**Werksbescheinigung**

Description of Goods

**52403424, O-Ring-Set Vi FDA 763 PVDF**

Produktbeschreibung

**Content/ Inhalt**

**203021000IG, O-Ring 10.77x2.62 Vi FDA**

**203021011IG, O-Ring 28.17x3.53 Vi FDA**

**203021008IG, O-Ring 40.64x5.33 Vi FDA**

Specifications

Spezifikationen

**- Material:**

**Viton FDA**

Compound FPM 75.16-04

according to 21 CFR 177.2600

**Mettler-Toledo AG, Process Analytics**



Waldemar Rauch  
General Manager PO Urdorf

Place and Date of issue/

Ausstellungsort/ - Datum

**Urdorf, October 6, 2006**