

Address Im Hackacker 15, (Industrie Nord) 8902 Urdorf, Switzerland  
Mail address Postfach, CH-8902 Urdorf  
Phone 01-736 22 11  
Fax 01-736 26 36  
Internet www.mtpro.com  
Bank Credit Suisse, 8070 Zurich, Clearing 4835  
Account No. 370501-21-90 CHF/IBAN CH71 0483 5037 0501 2109 0

To whom it may concern

# Material Specification

## Materialbescheinigung

Wer/ Wir**Mettler-Toledo GmbH, Process Analytics**

Im Hackacker 15  
8902 Urdorf  
Switzerland

hereby confirm that we have attained the Quality Assurance Certificate ISO 9001 and the Environmental Certificate ISO 14001 and that the said product fulfils the following material specification:

bestätigen, dass wir im Besitz des Qualitätszertifikates nach ISO 9001 und des Umweltzertifikates nach ISO 14001 sind und dass die genannten Produkte unserer Firma in Übereinstimmung mit folgenden Materialspezifikationen hergestellt wurden:

Description  
Beschreibung**Certificate of compliance**  
**Werksbescheinigung**Description of Goods  
Produktbeschreibung**52750064**  
**O-Ring 17.86x2.62 Si FDA**Specifications  
Spezifikationen

*valid for items delivered Ex Urdorf as of 1<sup>st</sup> of June 2004:*  
*Gültig für Produkte mit Lieferdatum Ex Urdorf ab 1. Juni 2004:*

**- Material:** **Silicon FDA USP Class VI**  
Compound MVQ 75.24-01  
according to 21 CFR 170.2600 and  
according to USP 25 NF20, 2002 Class VI

*valid for items delivered Ex Urdorf until 31<sup>st</sup> of May 2004:*  
*Gültig für Produkte mit Lieferdatum Ex Urdorf bis 31. Mai 2004:*

**- Material:** **Silicon FDA**  
according to 21 CFR 170.2600

**Mettler-Toledo GmbH, Process Analytics**

Christian Zwicky  
Head of Marketing

Date**13 July 2004**

This Original may not be copied, as subject to technical changes.  
Dieses Original darf nicht kopiert werden, da es dem Änderungsdienst unterliegt.

FDA-USP\_52750064.doc

**METTLER TOLEDO**