

Руководство по эксплуатации Многопараметрический трансмиттер M400/2XH Type 1



Руководство по эксплуатации Многопараметрический трансмиттер M400/2XH Type 1

ISM — зарегистрированная торговая марка Группы компаний МЕТТЛЕР ТОЛЕДО в Швейцарии, Бразилии, США, Китае, Европейском союзе, Южной Корее, Россия и Сингапуре.

Все остальные торговые марки являются собственностью соответствующих держателей.

Содержание

1	Введение	9
2	Инструкции по технике безопасности	10
2.1	Описание символов и обозначений, используемых на оборудовании и в документации	10
2.2	Правила утилизации прибора	11
2.3	Инструкции по эксплуатации многопараметрических трансмиттеров серии M400 во взрывоопасной среде согласно требованиям ATEX/IECEx	12
2.4	Инструкции для многопараметрических трансмиттеров серии M400 с маркировкой Ex — сертификат FM	14
2.4.1	Инструкции по использованию в соответствии с сертификатом FM	14
2.4.1.1	Общие указания	16
2.4.1.2	Предупреждения, предостережения и маркировки	16
2.4.1.3	Контрольные чертежи	18
3	Общий обзор изделия	19
3.1	Общий обзор формата ½DIN	19
3.2	Клавиши управления/навигации	20
3.2.1	Структура меню	20
3.2.2	Клавиши навигации	20
3.2.2.1	Навигация по дереву меню	20
3.2.2.2	Выход	21
3.2.2.3	ВВОД	21
3.2.2.4	Меню	21
3.2.2.5	Режим калибровки	21
3.2.2.6	Режим информации	21
3.2.3	Навигация по полям ввода данных	21
3.2.4	Ввод значений и выбор вариантов установки параметров	21
3.2.5	Навигация с помощью символа ↑ на дисплее	22
3.2.6	Диалоговое окно «Сохранение изменений»	22
3.2.7	Пароли безопасности	22
3.2.8	Дисплей	22
4	Инструкции по установке	23
4.1	Распаковка и осмотр оборудования	23
4.1.1	Информация о размерах вырезов в панели — модели ½DIN	23
4.1.2	Процедура установки	24
4.1.3	Комплект деталей — вариант ½DIN	24
4.1.4	Вариант ½DIN — чертеж с размерами	25
4.1.5	Вариант ½DIN — монтаж на трубу	25
4.2	Разъем электропитания	26
4.2.1	Корпус (Для монтажа на стену)	26
4.3	Назначение контактов клеммных колодок (ТВ)	27
4.4	Клеммная колодка TB1	27
4.5.1	Аналоговые четырехэлектродные датчики электропроводности	28
4.5.2	Аналоговые датчики pH и ОВП	28
4.6.1	Датчики pH ISM	29
4.7	Подключение датчиков ISM	30
4.7.1	Подключение датчиков ISM для pH/ОВП	30
4.7.2	TB2 – Схема кабелей АК9	30
4.8	Подключение аналоговых датчиков	31
4.8.1	Подключение аналогового датчика для pH/ОВП	31
4.8.2	TB2 — типичная электрическая схема для датчиков pH/ОВП	32
4.8.2.1	Пример 1	32
4.8.2.2	Пример 2	33
4.8.2.3	Пример 3	34
4.8.2.4	Пример 4	35
5	Ввод трансмиттера в эксплуатацию и вывод из эксплуатации	36
5.1	Ввод трансмиттера в эксплуатацию	36
5.2	Вывод трансмиттера из эксплуатации	36
6	Начало работы	37

7	Калибровка датчика	38
7.1	Вход в режим калибровки	38
7.1.1	Выберите необходимый режим калибровки датчика	38
7.1.2	Завершение калибровки	39
7.2	Калибровка по электропроводности для четырехэлектродных датчиков	40
7.2.1	Калибровка датчика по одной точке	40
7.2.2	Калибровка датчика по двум точкам	41
7.2.3	Калибровка по технологической среде	42
7.3	Калибровка датчиков pH	43
7.3.1	Калибровка по одной точке	43
7.3.1.1	Автоматический режим	43
7.3.1.2	Ручной режим	44
7.3.2	Калибровка по двум точкам	44
7.3.2.1	Автоматический режим	44
7.3.2.2	Ручной режим	45
7.3.3	Калибровка по технологической среде	45
7.3.4	Калибровка по мВ (только для аналоговых датчиков)	46
7.3.5	Калибровка ОВП (только для датчиков ISM)	46
7.4	Калибровка датчика температуры (только для аналоговых датчиков)	47
7.4.1	Калибровка датчика температуры по одной точке	47
7.4.2	Калибровка датчика температуры по двум точкам	47
7.5	Изменение постоянных калибровки датчика (только для аналогового датчика)	48
7.6	Проверка датчиков	48
8	Конфигурация	49
8.1	Вход в режим конфигурации	49
8.2	Измерение	49
8.2.1	Настройка канала	49
8.2.1.1	Аналоговый датчик	50
8.2.1.2	Датчики ISM	50
8.2.1.3	Сохраните изменения в настройке канала	51
8.2.2	Источник температуры (только для аналоговых датчиков)	51
8.2.3	Настройка параметров	51
8.2.3.1	Температурная компенсация при измерении электропроводности	52
8.2.3.2	Таблица концентраций	53
8.2.3.3	Параметры pH/ОВП	54
8.2.3.4	Меню «Задать тип усреднения»	55
8.3	Аналоговые выходы	55
8.4	Задать контрол. точки	56
8.5	Сигнал/Сброс	58
8.5.1	Сигнал	58
8.5.2	Очистка	59
8.6	Настройка ISM (доступно только для ISM-датчиков pH)	60
8.6.1	Мониторинг датчика	60
8.6.2	Меню «Сброс счетчика/таймера ISM»	61
8.6.3	Настройка динамической индикации ресурса (DLI) (только для ISM-датчиков pH)	62
8.7	Дисплей	62
8.7.1	Измерение	62
8.7.2	Разрешение	63
8.7.3	Подсветка	63
8.7.4	Имя	63
8.7.5	Мониторинг датчика ISM (доступно только при подключении датчика ISM)	64
8.8	Удержание аналоговых выходов	64
9	Система	65
9.1	Задать язык	65
9.2	Пароли	65
9.2.1	Изменение паролей	66
9.2.2	Настройка доступа к меню для оператора	66
9.3	Установка и сброс блокировки	66
9.4	Сброс	66
9.4.1	П/зап. систему	67
9.4.2	П/зап. калибр. устр-ва	67
9.4.3	П/зап. аналог.калибровку	67
9.5	Установка даты/времени	67

10	Техническое обслуживание	68
10.1	Диагностика	68
10.1.1	Проверка модели/ПО	68
10.1.2	Цифровой вход	69
10.1.3	Дисплей	69
10.1.4	Клавиатура	69
10.1.5	Память	69
10.1.6	Установка состояния открытых коллекторов	70
10.1.7	Проверка состояния открытых коллекторов	70
10.1.8	Меню «Задать аналог. вых.»	70
10.1.9	Меню «Читать аналог. вых.»	70
10.2	Калибровка	71
10.2.1	Калибровка измерительного прибора (только по каналу А)	71
10.2.1.1	Температура	71
10.2.1.2	Ток	72
10.2.1.3	Напряжение	72
10.2.1.4	Диагностика Rg	73
10.2.1.5	Диагностика Rr	73
10.2.1.6	Калибровка аналоговых выходов	74
10.2.2	Блокировка доступа к функциям калибровки	74
10.3	Техническое обслуживание	74
11	Информация	75
11.1	Сообщения	75
11.2	Данные калибровки	75
11.3	Проверка модели//версии ПО	76
11.4	Информация датчика ISM (доступно только при подключении датчика ISM)	76
11.5	Диагностика датчика ISM (доступно только при подключении датчика ISM)	76
12	Техническое обслуживание	79
12.1	Очистка передней панели	79
13	Поиск и устранение неисправностей	80
13.1	Сообщения об ошибках при измерении электропроводности (резистивные)/Перечень предупреждений и сигнализаций для аналоговых датчиков	80
13.2	Сообщения об ошибках при измерении pH/Перечень предупреждений и сигнализаций	81
13.2.1	Датчики pH, кроме pH-электродов с двойной мембраной	81
13.2.2	pH-электроды с двойной мембраной (pH/pNa)	82
13.2.3	Сообщения ОВП	82
13.3	Сообщения об ошибках при амперометрическом Обозначение предупреждения или тревожной сигнализации на дисплее	83
13.3.1	Обозначение предупреждения	83
13.3.2	Обозначение сигнала	83
14	Принадлежности и запасные части	84
15	Технические характеристики	85
15.1	Общие характеристики	85
15.2	Электрические характеристики	87
15.2.1	Общие электротехнические характеристики	87
15.2.2	от 4 до 20 мА (с HART®)	87
15.3	Механические характеристики	87
15.4	Характеристики окружающей среды	88
15.5	Контрольные чертежи	89
15.5.1	Установка, техническое обслуживание и проверка	89
15.5.2	Контрольный установочный чертеж. Общая установка.	90
15.5.3	Примечания	93
16	Таблица заводских параметров по умолчанию	94
17	Гарантия	98

18	Таблицы буферов	99
18.1	Стандартные значения pH буферных растворов	99
18.1.1	Буферные растворы Mettler-9	99
18.1.2	Буферные растворы Mettler-10	100
18.1.3	Технические буферные растворы NIST	100
18.1.4	Стандартные буферные растворы NIST (DIN и JIS 19266: 2000–01)	101
18.1.5	Буферы Hach	101
18.1.6	Буферы Ciba (94)	102
18.1.7	Буферные растворы Merck Titrisole, Riedel-de-Haën Fixanale	102
18.1.8	Буферы WTW	103
18.1.9	Буферы JIS Z 8802	103
18.2	Буферы для pH-электродов с двойной мембраной	104
18.2.1	Буферы Mettler-pH/pNa (Na^+ 3,9M)	104

1 Введение

Область применения — Двухпроводной многопараметрический трансмиттер M400 представляет собой одноканальный технологический инструмент с возможностью сетевого подключения по протоколу HART™ для измерения различных свойств жидкостей и газов. Измеряемые параметры включают pH/ОВП, pH/pNa и электропроводность.

Трансмиттер M400/2XH Type 1 может работать как с обычными датчиками (аналоговыми), так и с датчиками ISM (цифровыми).

Трансмиттер M400/2XH Type 1: перечень измеряемых параметров

Параметр	M400/2XH Type 1	
	Аналоговый	Технология цифрового управления датчиками (ISM)
pH/ОВП	•*	•*
pH/pNa	—	•
Датчик электропроводности 2-электродный	—	—
Датчик электропроводности 4-электродный	•	—
Амперометрический датчик растворенного кислорода (ppm, ppb, следовые количества)	-/-/-	-/-/-
Амперометрический датчик кислорода (газа)	—	—
Оптический датчик растворенного кислорода (ppm, ppb)	-/-	-/-
Датчик растворенного углекислого газа (низкая концентрация CO ₂)	—	—

* За исключением InPro 3100 (i), InPro 3300 и InPro 3253(i)

Большой четырехстрочный жидкокристаллический дисплей с задней подсветкой выводит информацию об измеренных значениях и настройках прибора. Система меню позволяет оператору изменять все рабочие параметры при помощи клавиш на передней панели. Предусмотрена функция блокировки меню с защитой по паролю, которая позволяет предотвратить несанкционированное использование прибора. Многопараметрический трансмиттер M400 можно настроить таким образом, чтобы два его аналоговых выхода и/или два выхода с открытым коллектором использовались для управления технологическим процессом.

Настоящее описание соответствует версии встроенного ПО. Изменения вносятся постоянно, без предварительного уведомления.

2 Инструкции по технике безопасности

Настоящее руководство содержит информацию по технике безопасности, в которой используются следующие обозначения и форматы.

2.1 Описание символов и обозначений, используемых на оборудовании и в документации



ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ.



ОСТОРОЖНО! Возможно повреждение или неправильная работа прибора.



ПРИМЕЧАНИЕ. Важная информация для работы.



Такой символ на трансмиттере или в тексте настоящего руководства обозначает: опасность и/или другой возможный риск, включая риск поражения электрическим током (см. сопроводительную документацию).

Ниже приведены общие правила техники безопасности и предупреждения. Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению оборудования и/или травмам оператора.

- Установку и эксплуатацию трансмиттера M400 должен осуществлять только персонал, знакомый с трансмиттером и имеющий необходимую квалификацию для данной работы.
- Эксплуатация трансмиттера M400 должна производиться при указанных условиях эксплуатации (см. раздел 16 «Технические характеристики»).
- Ремонт трансмиттера M400 должен осуществлять только квалифицированный, обученный персонал.
- Не допускается вмешательство или внесение каких-либо модификаций в трансмиттер M400, за исключением описанных в настоящем руководстве процедур регулярного обслуживания, очистки и замены предохранителя.
- Компания МЕТТЛЕР ТОЛЕДО не несет ответственности за повреждения, вызванные внесением в трансмиттер несанкционированных модификаций.
- Необходимо соблюдать все предупреждения, меры предосторожности и инструкции, указанные на изделии или в прилагаемой к нему документации.
- Установка оборудования должна производиться, как описано в настоящем руководстве. Соблюдайте соответствующие местные и национальные нормативы.
- При нормальной работе защитные крышки должны обязательно находиться на своем месте.
- Если данное оборудование используется не так, как указано производителем, обеспечиваемая им защита от опасностей может быть нарушена.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

При установке кабельных разъемов и обслуживании данного прибора требуется доступ к напряжению опасного уровня.

Перед обслуживанием необходимо отключить сетевой кабель и разъемы открытого коллектора, подсоединенные к отдельному источнику питания.

Тумблер или автомат отключения питания должен находиться в непосредственной близости от оборудования, в пределах досягаемости ОПЕРАТОРА; он должен иметь маркировку средства отключения питания. Электропитание должно подводиться через защитный выключатель или автомат для отключения оборудования.

Все электрооборудование должно соответствовать Национальной системе стандартов по электротехнике (НЕС) и/или любым другим применимым национальным или местным стандартам.



ПРИМЕЧАНИЕ. ПЕРЕБОИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Поскольку технологический процесс и условия безопасности могут зависеть от стабильной работы данного трансмиттера, следует предусмотреть способы сохранения работоспособности в ходе очистки и замены датчиков, а также калибровки датчиков и прибора.



ПРИМЕЧАНИЕ. Данный трансмиттер — двухпроводной, оснащен двумя активными аналоговыми выходами 4–20 мА.

2.2 Правила утилизации прибора

При выводе трансмиттера из эксплуатации следует соблюдать все местные экологические нормативы по надлежащей утилизации.

2.3 Инструкции по эксплуатации многопараметрических трансмиттеров серии M400 во взрывоопасной среде согласно требованиям ATEX/IECEx

Многопараметрические трансмиттеры серии M400 производятся компанией Mettler-Toledo GmbH. Они прошли проверку IECEx и признаны соответствующими следующим стандартам:

- **IEC 60079-0: 2017**
Редакция: 7.0 Взрывоопасные среды —
Часть 0: Общие требования
- **IEC 60079-11: 2011**
Редакция: 6.0 Взрывоопасные среды —
Часть 11: Защита оборудования по искробезопасности «i»

Маркировка Ex:

- **Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb**
- **Ex ib [ia Da] IIIC T80°C Db IP66**

Сертификат №:

- **IECEx NEP 18.0007X**
- **SEV 12 ATEX 0132 X**


1. Специальные условия использования (X-маркировка в номере сертификата):

1. Избегать опасности взрыва в результате удара или трения, предотвращать искрообразование.
2. Избегать электростатических разрядов на корпус. Для очистки использовать только влажную ткань.
3. При монтаже в опасных зонах использовать кабельные муфты класса защиты IP66 (входят в комплект).

2. При использовании трансмиттера уделите особое внимание следующему:

1. Номинальный диапазон температур окружающего воздуха:
 - для газовой среды: –20 ~ +60 °C
 - для пыльной среды: –20 ~ +57 °C
2. Запрещается производить работы по модернизации интерфейса в опасных зонах.
3. Пользователям запрещается заменять внутренние электрические компоненты по собственному усмотрению.
4. В процессе установки, эксплуатации и техобслуживания необходимо соблюдать требования стандарта IEC 60079-14.
5. При установке в среде взрывоопасной пыли
 - 5.1 Следует использовать кабельную муфту или заглушку кабеля в соответствии с нормами IEC 60079-0:2011 и IEC 60079-11:2011 с маркировкой Ex ia IIIC IP66.
 - 5.2 Сенсорный экран многопараметрического трансмиттера должен быть защищен от света.
 - 5.3 Не подвергайте сенсорный экран опасности механического повреждения.
6. Принимайте во внимание предупреждение: опасность образования электростатического заряда — см. инструкции. Не допускайте воспламенения в результате удара или трения при работе с Ga.
7. Для подключения к искробезопасной цепи используйте максимальные значения из следующей таблицы.

Терминал	Функция	Безопасные значения				
10, 11	Aout1	$U_i = 30 \text{ В}$	$I_i = 100 \text{ мА}$	$P_i = 0,8 \text{ Вт}$	$L_i \approx 0$	$C_i = 15 \text{ нФ}$
12, 13	Aout2	$U_i = 30 \text{ В}$	$I_i = 100 \text{ мА}$	$P_i = 0,8 \text{ Вт}$	$L_i \approx 0$	$C_i = 15 \text{ нФ}$
1, 2; 3, 4;	Цифровой вход	$U_i = 30 \text{ В}$	$I_i = 100 \text{ мА}$	$P_i = 0,8 \text{ Вт}$	$L_i \approx 0$	$C_i \approx 0$
6, 7; 8, 9;	Выход открытого коллектора	$U_i = 30 \text{ В}$	$I_i = 100 \text{ мА}$	$P_i = 0,8 \text{ Вт}$	$L_i \approx 0$	$C_i \approx 0$
P, Q	Аналоговый вход	$U_i = 30 \text{ В}$	$I_i = 100 \text{ мА}$	$P_i = 0,8 \text{ Вт}$	$L_i \approx 0$	$C_i = 15 \text{ нФ}$
N, O	Датчик с интерфейсом RS485	$U_i = 30 \text{ В}$ $U_o = 5,88 \text{ В}$	$I_i = 100 \text{ мА}$ $I_o = 54 \text{ мА}$	$P_i = 0,8 \text{ Вт}$ $P_o = 80 \text{ мВт}$	$L_i \approx 0$ $L_o = 1 \text{ мГн}$	$C_i = 0,7 \text{ мкФ}$ $C_o = 1,9 \text{ мкФ}$
A, E, G	Датчик pH	$U_o = 5,88 \text{ В}$	$I_o = 1,3 \text{ мА}$	$P_o = 1,9 \text{ мВт}$	$L_o = 5 \text{ мГн}$	$C_o = 2,1 \text{ мкФ}$
B, A, E, G	Датчик электропроводности	$U_o = 5,88 \text{ В}$	$I_o = 29 \text{ мА}$	$P_o = 43 \text{ мВт}$	$L_o = 1 \text{ мГн}$	$C_o = 2,5 \text{ мкФ}$
K, J, I	Датчик температуры	$U_o = 5,88 \text{ В}$	$I_o = 5,4 \text{ мА}$	$P_o = 8 \text{ мВт}$	$L_o = 5 \text{ мГн}$	$C_o = 2 \text{ мкФ}$
H, B, D	Датчик растворенного кислорода	$U_o = 5,88 \text{ В}$	$I_o = 29 \text{ мА}$	$P_o = 43 \text{ мВт}$	$L_o = 1 \text{ мГн}$	$C_o = 2,5 \text{ мкФ}$
L	Однопроводный датчик	$U_o = 5,88 \text{ В}$	$I_o = 22 \text{ мА}$	$P_o = 32 \text{ мВт}$	$L_o = 1 \text{ мГн}$	$C_o = 2,8 \text{ мкФ}$



Этикетка модели M400/2XH Type 1

2.4 Инструкции для многопараметрических трансмиттеров серии M400 с маркировкой Ex — сертификат FM

2.4.1 Инструкции по использованию в соответствии с сертификатом FM



Многопараметрические трансмиттеры серии M400 производятся компанией Mettler-Toledo GmbH. Они прошли проверку NRTL на соответствие cFmus и следующим требованиям:

Данное оборудование поставляется с внутренней соединительной проводкой и внутренним незакрепленным выводом для заземления.

Маркировка США	
Диапазон рабочих температур	от –20 °C до +60 °C (от –4 °F до +140 °F)
Обозначение условий окружающей среды	Тип корпуса 4X, IP 66
Искробезопасность	– Класс I, раздел 1, группы A, B, C, D T4A – Класс II, раздел 1, группы E, F, G – Класс III
Искробезопасность	Класс I, зона 0, AEx ia IIC T4 Gc
Параметры	– Entity: Контрольный чертеж 12112601 и 12112602 – FISCO: Контрольный чертеж 12112603 и 12112602
Пожаробезопасность	– Класс I, раздел 2, группы A, B, C, D T4A – Класс I, зона 2, группы IIC T4
Сертификат №	3046275
Стандарты	– FM3810:2005 Стандарт сертификации электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного использования – ANSI/IEC-60529:2004 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (IP коды) – ANSI/ISA-61010-1:2004 Редакция: 3.0 Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного использования — Часть 1: Общие требования – ANSI/NEMA 250:1991 Оболочки для электрического оборудования (максимум 1 000 Вольт) – FM3600:2011 Стандарт сертификации электрического оборудования для использования в опасных (отнесенных к категории) зонах — Общие требования – FM3610:2010 Стандарт сертификации искробезопасного оборудования и связанного электрооборудования для использования в опасных (отнесенных к категории) зонах класса I, II и III, раздел 1 – FM3611:2004 Стандарт сертификации невоспламеняющегося электрического оборудования для использования в опасных (отнесенных к категории) зонах класса I и II, раздел 2 и класса III, раздел 1 и 2 – ANSI/ISA-60079-0:2013 Редакция: 6.0 Взрывоопасные среды — Часть 0: Общие требования – ANSI/ISA-60079-11:2012 Редакция: 6.0 Взрывоопасные среды — Часть 11: Электрооборудование взрывозащищенное, искробезопасная цепь «i»

Маркировка Канады	
Диапазон рабочих температур	от –20 °C до +60 °C (от –4 °F до +140 °F)
Обозначение условий окружающей среды	Тип корпуса 4X, IP 66
Искробезопасность	– Класс I, раздел 1, группы A, B, C, D T4A – Класс II, раздел 1, группы E, F, G – Класс III
Искробезопасность	Класс I, зона 0, Ex ia IIC T4 Ga
Параметры	– Entity: Контрольный чертеж 12112601 и 12112602 – FISCO: Контрольный чертеж 12112603 и 12112602
Пожаробезопасность	Класс I, раздел 2, группы A, B, C, D T4A
Сертификат №	3046275
Стандарты	– CAN/CSA-C22.2 № 60529:2010 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (IP коды) – CAN/CSA-C22.2 № 61010-1:2004 Редакция: 3.0 Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного использования — Часть 1: Общие требования – CAN/CSA-C22.2 № 94:1976 Оболочки специального назначения — Промышленные изделия – CAN/CSA-C22.2 № 213-M1987:2013 Невоспламеняющееся оборудование для использования в опасных зонах класса I, раздел 2 — Промышленные изделия – CAN/CSA-C22.2 № 60079-0:2011 Редакция: 2.0 Взрывоопасные среды — Часть 0: Общие требования – CAN/CSA-C22.2 № 60079-11:2014 Редакция: 2.0 Взрывоопасные среды — Часть 11: Электрооборудование взрывозащищенное, искробезопасная цепь «i»

2.4.1.1 Общие указания



ПРИМЕЧАНИЕ.

Многопараметрический трансмиттер модели M400/2XH Type 1 предназначен для эксплуатации во взрывоопасных средах, содержащих любые горючие материалы групп взрывоопасности A, B, C, D, E, F и G согласно требованиям, относящимся к приборам класса I, II, III, раздела 1, а также групп A, B, C и D согласно требованиям, относящимся к приборам класса I, раздела 2 (National Electrical Code® (ANSI/NFPA 70 (NEC®)), статья 500; или Canadian Electrical (CE) Code® (CEC часть 1, CAN/CSA-C22.1), Приложение F при установке в Канаде, или групп взрывоопасности IIC, IIB или IIA, для которых требуются приборы класса I, зоны O, AEx/Ex ia IIC T4, Ga (National Electrical Code (ANSI/NFPA 70 (NEC)), статья 500; или Canadian Electrical (CE) Code (CEC часть 1, CAN/CSA-C22.1), Приложение F при установке в Канаде.

Если многопараметрические трансмиттеры M400/2XH Type 1 устанавливаются и эксплуатируются во взрывоопасных зонах, то должны соблюдаться общие правила установки во взрывоопасных зонах, а также настоящие правила техники безопасности.

Всегда должны соблюдаться правила эксплуатации, а также нормы и стандарты установки, которые применяются для защиты электрических систем от взрыва.

Установку оборудования во взрывоопасных зонах должен выполнять только квалифицированный персонал.

Указания по монтажу конкретных клапанов приведены в инструкциях по монтажу, поставляемых с монтажным комплектом. Монтаж не должен влиять на пригодность позиционера SVI FF для использования в потенциально взрывоопасной среде.

Данное оборудование не предназначено для использования в качестве средства индивидуальной защиты. Для предотвращения травм необходимо ознакомиться с данным руководством по эксплуатации.

За помощью по переводу на ваш язык обратитесь к местному представителю или отправьте письмо по адресу process.service@mt.com.

2.4.1.2 Предупреждения, предостережения и маркировки



Указания относительно взрывоопасных зон:

1. Указания для установок в США приведены в ANSI/ISA-RP12.06.01, Установка искробезопасных систем для взрывоопасных (отнесенных к категории) зон.
2. Установки в США должны отвечать соответствующим требованиям Национальных электротехнических норм и правил (National Electrical Code) (ANSI/NFPA 70 (NEC)).
3. Установки в Канаде должны отвечать соответствующим требованиям Канадских электротехнических норм и правил (Canadian Electrical (CE) Code) (CEC Часть 1, CAN/CSA-C22.1).
4. Методы монтажа электропроводки должны соответствовать всем местным и национальным нормам установки, а монтаж должен быть рассчитан на температуру, превышающую максимальную ожидаемую температуру окружающей среды, по крайней мере, на +10 °C.
5. Если позволяет тип защиты, и в зависимости от монтажных вводов, эти вводы должны быть сертифицированы для требуемого типа защиты и классификации зоны, указанной на паспортной табличке оборудования или системы.
6. Внутренняя клемма заземления должна использоваться в качестве основного

- средства заземления оборудования, а внешняя клемма заземления предназначена только для дополнительного (вспомогательного) экранирующего подключения, если местные контролирующие органы позволяют или требуют такое подключение.
7. При установке в средах класса II, содержащих проводящую и непроводящую пыль, и средах класса III, содержащих горючие летучие частицы, должно использоваться пыленепроницаемое уплотнение кабелепровода.
 8. Для обеспечения наивысшей степени защиты от проникновения должны использоваться уплотнения, сертифицированные для защиты от проникновения влаги и пыли, а трубная или метрическая резьба фитингов должна герметизироваться с помощью ленты или резьбового герметика.
 9. Если оборудование поставляется с пластмассовыми пылезащитными заглушками во вводах кабельных сальников/кабелепроводов, то конечный пользователь обязан предоставить кабельные сальники, переходники и/или заглушки, пригодные для тех окружающих условий, в которых установлено оборудование. При установке в опасной (отнесенной к категории) зоне кабельные сальники, переходники и/или заглушки должны дополнительно быть пригодными для опасной (отнесенной к категории) зоны и сертификации изделия, а их применение должно допускаться местными надзорными органами.
 10. Конечный пользователь должен обратиться к производителю за информацией относительно условий гарантийного ремонта. Допускается использование только сертифицированных деталей, таких как заглушки вводов, монтажные винты, винты крепления крышки и прокладки, поставляемые производителем. Никакие замены деталями, не поставляемыми производителем, не допускаются.
 11. Винты крепления крышки затягивают с моментом 1,8 Н·м (15,8 фунтов-дюйм). Чрезмерная затяжка может привести к повреждению корпуса.
 12. Минимальный момент затяжки для зажимного винта M4 клемм защитного провода (6 шт.) составляет 1,2 Н·м (10,6 фунтов-дюйм) или больше, как указано.
 13. Во время установки необходимо следить за тем, чтобы избежать ударов или трения, которые могут создать источник воспламенения.
 14. Следует использовать только медные, алюминиевые в медной оболочке или алюминиевые проводники.
 15. Рекомендованный момент затяжки для контактов полевой проводки составляет 0,8 Н·м (7 фунтов-дюйм) или больше, как указано.
 16. Пожаробезопасная версия многопараметрического трансмиттера M400/2XH Type 1 должна подключаться только к цепям с ограниченным выходом NEC класса 2, как указано в Национальных электротехнических нормах и правилах (National Electrical Code) (ANSI/NFPA 70 (NEC)). Если устройства подключены к резервному источнику питания (два отдельных источника питания), то оба должны соответствовать этому требованию.
 17. Сертификация для класса I, зона 2 основана на оценках раздела и маркировки, принятых в Статье 505 Национальных электротехнических норм и правил (National Electrical Code) (ANSI/NFPA 70 (NEC)).
 18. Прошедшие оценку многопараметрические трансмиттеры M400/2XH Type 1 получили сертификаты FM по системе сертификации типа 3, как определено в руководстве ISO 67.
 19. Несанкционированное вмешательство и замена неоригинальными компонентами может отрицательно повлиять на безопасное использование системы.
 20. Вставление или извлечение электрических разъемов должно выполняться только тогда, когда в рабочей зоне отсутствуют горючие пары.

21. Многопараметрический трансмиттер M400/2XH Type 1 не предусматривает ремонта или технического обслуживания. Неисправные блоки, рабочие характеристики которых не соответствуют характеристикам, указанным производителем, должны быть забракованы и заменены новыми работоспособными блоками.
22. Замена компонентов может влиять на искробезопасность.
23. Запрещается открывать во взрывоопасной атмосфере.
24. Опасность взрыва — запрещается отсоединять, когда цепь находится под напряжением, за исключением случаев, когда известно, что зона является безопасной.
25. Опасность взрыва — замещение компонентов может отрицательно повлиять на пригодность для класса I, раздел 2.

Intrinsically Safe Version
 SECURITE INTRINSÈQUE, Exia
 C/US IS/I, II, III/1/ABCEFG/T4
 US I/O/AEx ia/IIC/T4
 C I/O/Ex ia/IIC/T4
 Entity



Entry thread: Metric, 5xM20.
 NOTE:

1. Conduit Hubs/Fittings Entry Thread;
 2. Must use minimum Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, Type 4X and IP66 suitable Hubs/Fittings & Cable Glands to fulfill the complete FM certification.
- Operation Manual No. 30031683

WARNING - EXPLOSION HAZARD. DO NOT REMOVE OR REPLACE WHILE CIRCUIT IS LIVE WHEN A FLAMMABLE OR COMBUSTIBLE ATMOSPHERE IS PRESENT.
 WARNING - POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGE HAZARD. USE ONLY DAMP CLOTH WHEN CLEANING OR WIPING. DO NOT USE SOLVENT.
 AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION. NE PAS DÉBRANCHER TANT QUE LE CIRCUIT EST SOUS TENSION, À MOINS QU'IL NE S'AGISSE D'UN EMPLACEMENT NON DANGEREUX

Этикетка модели M400/2XH Type 1


2.4.1.3 Контрольные чертежи

См. раздел «15.5 Контрольные чертежи» на странице 89.


3 Общий обзор изделия

Модель M400/2XH Type 1 доступна в цельном корпусе 1/2DIN со степенью защиты IP66/ NEMA4X для установки на стену или на трубу.

3.1 Общий обзор формата 1/2DIN



- 1: Жесткий поликарбонатный корпус
- 2: Пять навигационных клавиш с тактильной обратной связью
- 3: Четырехстрочный ЖК-дисплей




- 1: TB1 — входной и выходной сигнал
- 2: TB2 — сигнал датчика

3.2 Клавиши управления/навигации

3.2.1 Структура меню

Ниже приводится структура дерева меню трансмиттера M400



3.2.2 Клавиши навигации



3.2.2.1 Навигация по дереву меню

Войдите в нужную ветвь меню с помощью клавиш ◀▶ или ▲.

Используйте клавиши ▲ и ▼ для навигации по выбранной ветви меню.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для того чтобы вернуться на предыдущую страницу меню, не переходя в режим измерения, переместите курсор под стрелку ВВЕРХ (↑) в нижнем правом углу дисплея и нажмите [ENTER].



3.2.2.2 Выход

Нажмите клавиши ◀ и ▶ одновременно (выход) чтобы вернуться в режим измерения.

3.2.2.3 ВВОД

Используйте клавишу ↵ для подтверждения действий или выбранных параметров.

3.2.2.4 Меню

Нажмите клавишу ◀ для перехода в главное меню.

3.2.2.5 Режим калибровки

Нажмите клавишу ▶ для входа в режим калибровки.

3.2.2.6 Режим информации

Нажмите клавишу ▼ для входа в режим информации.

3.2.3 Навигация по полям ввода данных

Используйте клавишу ▶ для перемещения вперед или клавишу ◀ для перемещения назад по изменяемым полям для ввода данных на дисплее.

3.2.4 Ввод значений и выбор вариантов установки параметров

Используйте клавишу ▲ для увеличения или клавишу ▼ для уменьшения цифры. Эти же клавиши используются для перемещения при выборе величин или опций в полях ввода данных.



ПРИМЕЧАНИЕ. На некоторых страницах меню в одном и том же поле ввода необходимо установить значения нескольких параметров (например, при конфигурировании нескольких значений). В таком случае, прежде чем перейти к следующему окну, используйте клавишу ▶ или ◀ для возврата к основному полю и клавишу ▲ или ▼ для переключения между всеми параметрами конфигурации.

3.2.5 Навигация с помощью символа ↑ на дисплее

Если в правом нижнем углу дисплея отображается значок ↑, то для перехода к нему можно использовать клавишу ► или ◀. Если вы нажмете клавишу [ENTER], вы переместитесь на предыдущий уровень меню (вернетесь на предыдущую страницу). Этот вариант может быть очень удобен для перемещения на предыдущий уровень меню без возврата в режим измерения и повторного входа в меню.

3.2.6 Диалоговое окно «Сохранение изменений»

Диалоговое окно «сохранение изменений» позволяет выбрать один из трех вариантов сохранения:

- «Yes & Exit» (Сохранить изменения и перейти в режим измерения)
 - «Yes & ↑» (Сохранить изменения и перейти на предыдущий экран)
 - «No & Exit» (Не сохранять измерения и перейти в режим измерения).
- Опция «Yes & ↑» очень полезна, если вы хотите продолжить редактирование параметров без необходимости повторного вызова меню.

3.2.7 Пароли безопасности

Трансмиттер M400 предусматривает возможность блокировки доступа к различным пунктам меню в целях безопасности. Если функция защитной блокировки трансмиттера включена, то для доступа к меню необходимо ввести пароль. Дополнительная информация приводится в разделе 9.3.

3.2.8 Дисплей



ПРИМЕЧАНИЕ. При срабатывании сигнализации или возникновении ошибки в правом верхнем углу дисплея трансмиттера M400 отображается мигающий значок . Символ будет мигать до тех пор, пока проблема не будет устранена.



ПРИМЕЧАНИЕ. При калибровках (Канал A), очистке, активации цифрового ввода, когда аналоговый выход / открытый коллектор находятся в режиме ожидания, в верхнем левом углу дисплея отображается мигающий символ «H» (Удержание). При калибровке канала B мигающий символ H (режим ожидания) появляется во второй строке. Переход к B и мигание. Этот будет отображаться в течение 20 секунд после окончания калибровки. Символ будет отображаться в течение 20 секунд, пока калибровка или очистка не будут завершены. Символ также исчезнет при деактивации цифрового входа.



ПРИМЕЧАНИЕ. Канал A (символ A в левой части дисплея) означает, что к трансмиттеру подключен обычный датчик.

Канал B (символ B в левой части дисплея) означает, что к трансмиттеру подключен датчик ISM.

Трансмиттер M400 оснащен только одним входным каналом, поэтому в каждый отдельный момент времени может быть подключен только один датчик.

4 Инструкции по установке

4.1 Распаковка и осмотр оборудования

Осмотрите транспортировочный контейнер. Если он поврежден, сразу обращайтесь за указаниями к поставщику. Не выбрасывайте упаковку.

Если заметных повреждений нет, раскройте контейнер. Проверьте наличие всех компонентов, перечисленных в списке комплектации.


Если какие-то компоненты отсутствуют, немедленно сообщите об этом в компанию МЕТТЛЕР ТОЛЕДО.

4.1.1 Информация о размерах вырезов в панели — модели ½DIN

В трансмиттерах модели ½DIN предусмотрена цельная задняя крышка для отдельного крепления прибора к стене.

Устройство может быть также закреплено на стене с помощью задней крышки. См. инструкции по установке в разделе 4.1.2.

Ниже приводятся размеры вырезов, необходимых для установки моделей ½DIN в плоскую панель или на плоскую дверцу шкафа. Поверхность должна быть плоской и гладкой. Не рекомендуется выполнять установку на текстурированные и неровные поверхности, поскольку это может снизить эффективность прилагаемого герметизирующего уплотнителя.



Имеются дополнительные принадлежности для монтажа прибора в панель и на трубу. Информация для заказа приводится в разделе 15.

4.1.2 Процедура установки

Общие требования

- Располагайте трансмиттер таким образом, чтобы кабельные зажимы были направлены вниз.
- Кабели, проходящие через кабельные зажимы, должны допускать использование во влажных условиях.
- Для обеспечения степени защиты IP66 следует установить все кабельные уплотнители. В каждый кабельный уплотнитель должен входить кабель или подходящая заглушка отверстия кабельного уплотнителя.


Для монтажа на стену:

- Снимите заднюю крышку с передней части корпуса.
- Сперва отверните четыре винта, находящиеся по углам на лицевой поверхности трансмиттера. Это позволит откинуть переднюю часть корпуса от задней.
- Снимите ось петли, сжав ось с обоих концов. Это позволит отделить переднюю часть корпуса от задней.
- Закрепите заднюю часть корпуса на стене. Закрепите монтажный комплект на трансмиттере M400 в соответствии с прилагаемыми инструкциями. Зафиксируйте на стене, используя крепежные детали, подходящие для поверхности стены. Крепление должно быть ровным и надежным, и после установки со всех сторон должно оставаться место, позволяющее осуществлять эксплуатацию и обслуживание трансмиттера. Располагайте трансмиттер таким образом, чтобы кабельные зажимы были направлены вниз.
- Снова установите переднюю часть корпуса на заднюю. Надежно затяните винты крепления задней крышки, чтобы обеспечить класс защиты от воздействий окружающей среды IP66/NEMA4X. Устройство готово к подключению кабелей.

Для монтажа на трубу:


- Для установки трансмиттера M400 на трубу используйте только принадлежности, поставляемые производителем, согласно прилагаемым инструкциям. Информация для заказа приводится в разделе 15.

4.1.3 Комплект деталей — вариант ½DIN




1. Кабельные сальники M20X1,5 — 3 шт.
2. Пластмассовые пробки
3. Винты — 4 шт.

4.1.4 Вариант ½DIN — чертеж с размерами



4.1.5 Вариант ½DIN — монтаж на трубу



4.2 Разъем электропитания


Во всех моделях все разъемы трансмиттера расположены на задней панели.



Прежде чем продолжать установку, убедитесь, что подача электропитания на все кабели отключена.


Двухконтактный разъем на задней панели всех моделей M400 предназначен для подключения электропитания. Все модели M400 предусматривают работу от источника питания 14–30 В постоянного тока. Обращайтесь к соответствующим техническим требованиям по электропитанию, классам и размерам кабелей питания (классификация AWG 16 – 24, сечение провода от 0,2 мм² до 1,5 мм²).

4.2.1 Корпус (Для монтажа на стену)



- 1: TB1 — входной и выходной сигнал
2: TB2 — сигнал датчика

4.3 Назначение контактов клеммных колодок (ТВ)



Клеммы подключения питания имеют обозначения **A01+ / HART** и **A01- / HART** **A02+** и **A02-** — для постоянного тока напряжением от 14 до 30 В пост. тока.

4.4 Клеммная колодка ТВ1

Терминал	Наименование	Описание
1	DI1+	Цифровой вход 1
2	DI1-	
3	DI2+	Цифровой вход 2
4	DI2-	
5	Не используется	—
6	OC1+	Выход с открытым коллектором 1 (переключатель)
7	OC1-	
8	OC2+	Выход с открытым коллектором 2 (переключатель)
9	OC2-	
10	A01+ / HART	— Подключение электропитания от 14 до 30 В пост.тока
11	A01- / HART	— Аналоговый выходной сигнал 1 — Сигнал HART
12	A02+	— Подключение электропитания от 14 до 30 В пост.тока
13	A02-	— Аналоговый выходной сигнал 2
14	Не используется	—
15		

4.5 Клеммная колодка TB2: Аналоговые датчики

4.5.1 Аналоговые четырехэлектродные датчики электропроводности

Терминал	Функция	Цвет
A	Электропроводн., внутр.1	Белый
B	Электропроводн., внешн.1	Белый/синий
C	Электропроводн., внешн.1	—
D	Не используется	—
E	Электропроводн., внешн.2	—
F	Электропроводн., внутр.2	Синий
G	Электропроводн., внешн.2 (заземл.)	Черный
H	Не используется	—
I	Терм. сопр. опорн./Зазем.	Неизол. экран
J	Терм. сопр., измерит.	Красный
K	RTD (Терм. сопр.)	Зеленый
L	Не используется	—
M	Не используется	—
N	Не используется	—
O	Не используется	—
P	Не используется	—
Q	Не используется	—

4.5.2 Аналоговые датчики pH и ОВП

рН		ОВП		
Терминал	Функция	Цвет ¹⁾	Функция	Цвет
A	Стекло	Прозрачный	Платина	Прозрачный
B	Не используется	—	—	—
C	Не используется	—	—	—
D	Не используется	—	—	—
E	Эталонный	Красный	Эталонный	Красный
F	Эталонный ²⁾	—	Эталонный ²⁾	—
G	Заземление раствора ²⁾	Синий ³⁾	Заземление раствора ²⁾	—
H	Не используется	—	—	—
I	Терм. сопр. опорн./Зазем.	Белый	—	—
J	Терм. сопр., измерит.	—	—	—
K	RTD (Терм. сопр.)	Зеленый	—	—
L	Не используется	—	—	—
M	Экран (заземление)	Зеленый/желтый	Экран (заземление)	Зеленый/желтый
N	Не используется	—	—	—
O	Не используется	—	—	—
P	Не используется	—	—	—
Q	Не используется	—	—	—

1) Серый провод не используется.

2) Для датчиков ОВП и pH-электродов без SG необходимо установить перемычку между F и G.

3) Синий провод для электрода с SG.


4.6 Клеммная колодка TB2: Датчики ISM

4.6.1 Датчики pH ISM

Терминал	Функция	Цвет
A	Не используется	—
B	Не используется	—
C	Не используется	—
D	Не используется	—
E	Не используется	—
F	Не используется	—
G	Не используется	—
H	Не используется	—
I	Не используется	—
J	Не используется	—
K	Не используется	—
L	1-проводная схема	Прозрачный (жила кабеля)
M	GND (земля)	Красный (экран)
N	RS485-B	—
O	RS485-A	—
P	+Ain	—
Q	–Ain	—

4.7 Подключение датчиков ISM

4.7.1 Подключение датчиков ISM для pH/ОВП



ПРИМЕЧАНИЕ. Присоедините датчик и закрутите головку разъема по часовой стрелке (рукой до отказа).


4.7.2 ТВ2 – Схема кабелей АК9

* 1-провод данных (прозрачный)

** Заземление/экран

4.8 Подключение аналоговых датчиков

4.8.1 Подключение аналогового датчика для pH/ОВП




ПРИМЕЧАНИЕ. Длина кабеля свыше 20 м может ухудшить сигнал в процессе измерения pH. Соблюдайте инструкции по эксплуатации датчика.

4.8.2 ТВ2 — типичная электрическая схема для датчиков рН/ОВП

4.8.2.1 Пример 1

Измерение рН без заземления раствора



ПРИМЕЧАНИЕ. Установить перемычку между клеммами G и F

Цветовая кодировка проводников указана для кабеля VP; синий и серый проводники не подключаются.

A: Стекло

E: Эталонный


I: Терм. сопр. опорн./Зазем.

K: RTD (Терм. сопр.)

M: Экран/зазем.

4.8.2.2 Пример 2

Измерение pH с заземлением через раствор




ПРИМЕЧАНИЕ. Цветовая кодировка проводников указана для кабеля VP; серый проводник не подключается.

- A: Стекло
- E: Эталонный
- G: Экран/Раствор зазем.
- I: Терм. сопр. опорн./Зазем.
- K: RTD (Терм. сопр.)
- M: Экран (заземление)

4.8.2.3 Пример 3

ОВП (редокс) измерения (в дополнительном варианте с температурным контролем).




ПРИМЕЧАНИЕ. Установить перемычку между клеммами G и F.

A: Платина
 E: Эталонный
 I: Терм. сопр. опорн./Зазем.
 K: RTD (Терм. сопр.)
 M: Экран (заземление)

4.8.2.4 Пример 4

Измерение ОВП с заземлением через раствор pH-электрода (например, InPro 3250 SG, InPro 4800 SG).



ПРИМЕЧАНИЕ. Установить перемычку между клеммами G и F.

A: Платина
 E: Эталонный
 I: Терм. сопр. опорн./Зазем.
 K: RTD (Терм. сопр.)
 M: Экран (заземление)

5 Ввод трансмиттера в эксплуатацию и вывод из эксплуатации

5.1 Ввод трансмиттера в эксплуатацию



После подключения трансмиттера к сети электропитания он будет активен, пока подается питание.

5.2 Вывод трансмиттера из эксплуатации

Сначала следует отключить устройство от электропитания, а затем отсоединить остальные электрические разъемы. Снимите устройство со стены/панели. Для получения информации по демонтажу оборудования обращайтесь к настоящим инструкциям по установке.

Все настройки трансмиттера, хранящиеся в его памяти, сохраняются при выключении.

6 Начало работы

(ПУТЬ: Menu/Quick Setup)

Выберите пункт «Начало работы» и нажмите клавишу [ENTER]. При необходимости введите пароль (см. раздел 9.2 «Пароли»).



ПРИМЕЧАНИЕ. Полное описание процедуры начала работы можно найти в отдельном буклете «Руководство по началу работы с трансмиттером M400», вложенном в упаковку.



ПРИМЕЧАНИЕ. Не используйте пункт меню «Начало работы» после конфигурирования трансмиттера, поскольку это может привести к сбросу некоторых параметров, например, конфигурации аналоговых выходов, к их значениям по умолчанию.



ПРИМЕЧАНИЕ. За информацией о навигации по меню обращайтесь к разделу 3.2 «Клавиши управления/навигации»

7 Калибровка датчика

(ПУТЬ: Cal)

Одним нажатием клавиши калибровки ► можно перейти к функциям калибровки и проверки датчика.



ПРИМЕЧАНИЕ. Во время калибровки канала А в левом верхнем углу дисплея мигает символ «Н» (Удержание), показывающий, что калибровка выполняется, и состояние удержания активировано. (Необходимо активировать удержание выхода.) См. также раздел 3.2.8 «Дисплей».

7.1 Вход в режим калибровки

В режиме измерения нажмите клавишу ►. Если на дисплее появится запрос на ввод пароля для калибровки, нажмите клавишу ▲ или ▼ для ввода пароля, а затем клавишу [ENTER] для подтверждения ввода.

Нажмите клавишу ▲ или ▼ для выбора необходимого типа калибровки.

7.1.1 Выберите необходимый режим калибровки датчика

Для аналоговых датчиков, в зависимости от типа датчика, имеются следующие варианты:

Аналоговый датчик	Режим калибровки
Электропроводность	Электропроводность, Удельное сопротивление, Температура, Изменить, Проверить
pH	pH, mV, Температура, Изменить pH, Изменить mV, Проверить

Для цифровых датчиков ISM, в зависимости от типа датчика, имеются следующие варианты:

Датчики ISM	Режим калибровки
pH	pH, ОВП, Проверить

7.1.2 Завершение калибровки

После каждой успешной калибровки предлагаются следующие опции.

После выбора одной из опций на дисплее появляется сообщение «Замените датчик и нажмите [ENTER]». Для возврата в режим измерений нажмите клавишу [ENTER].

Аналоговые датчики

Настройки: Калибровочные значения сохраняются в трансмиттере и используются для измерения. Кроме того, калибровочные значения сохраняются в данных калибровки.

Калибровать: Функция калибровки неприменима для аналоговых датчиков.

Отменить: Калибровочные значения удаляются.

Цифровые датчики ISM

Настройки: Калибровочные значения сохраняются в датчике и используются для измерения. Кроме того, они сохраняются в журнале калибровок.

Калибровать: Калибровочные значения регистрируются в журнале калибровок, но не используются для измерения. Для последующих измерений используются калибровочные значения последней принятой корректировки.

Отменить: Калибровочные значения удаляются.

7.2 Калибровка по электропроводности для четырехэлектродных датчиков

Эта функция позволяет выполнить калибровку датчика электропроводности или сопротивления по одной или двум точкам для четырехэлектродных датчиков.



ПРИМЕЧАНИЕ. При выполнении калибровки датчика электропроводности результаты могут меняться в зависимости от применяемых методов, инструментальных средств калибровки, и/или от качества эталонных растворов.



ПРИМЕЧАНИЕ. В режиме измерений будет использоваться температурная компенсация для режима, которая определяется в меню «Уд. сопротивл.», а не температурная компенсация, выбираемая в рамках процедуры калибровки (см. также раздел 8.2.3.1 «Электропроводность/температурная компенсация»); ПУТЬ: Menu/Configure/Measurement/Resistivity).

Войдите в режим калибровки датчиков электропроводности, как описано в разделе 7.1 «Вход в режим калибровки».

В следующем окне следует выбрать требуемый режим температурной компенсации в процессе калибровки.

Возможные режимы компенсации: «Стандарт», «Lin25°C», «Lin20°C» и «Nat H2O».

Стандартный режим компенсации: включает компенсацию нелинейных эффектов высокой чистоты, а также стандартных примесей нейтральных солей, и соответствует стандартам ASTM D1125 и D5391.

Компенсация «Lin25°C»: корректирует показания с учетом коэффициента, выражаемого как «% на °C» отклонения от 25 °C. Коэффициент может меняться.

Компенсация «Lin20°C»: корректирует показания с учетом коэффициента, выражаемого как «% на °C» отклонения от 20 °C. Коэффициент может меняться.

Компенсация «Nat H2O»: представляет собой компенсацию по отношению к 25 °C в соответствии со стандартом природной воды EN27888.

Выберите режим компенсации, измените при необходимости коэффициент, и нажмите [ENTER].

7.2.1 Калибровка датчика по одной точке

(На дисплее показан типичный процесс калибровки датчика электропроводности)

Переключите прибор в режим калибровки датчиков электропроводности, как описано в разделе 7.1 «Вход в режим калибровки», и выберите один из режимов компенсации (см. раздел 7.2. «Калибровка по электропроводности для четырехэлектродных датчиков»).

Выберите калибровку по 1 точке и нажмите [ENTER]. Для датчиков электропроводности калибровка по одной точке всегда выполняется как калибровка наклона.

Поместите электрод в стандартный раствор.

Введите значение для точки 1, включая десятичную точку и единицы измерения. Значение во второй строке текста — это значение, измеренное трансмиттером и датчиком в текущих выбранных пользователем единицах измерения. После стабилизации значения нажмите клавишу [ENTER], чтобы выполнить калибровку.

После завершения калибровки на дисплей выводятся значения множителя или наклона калибровочной характеристики ячейки «М», т. е. константа ячейки, и значение слагаемого или смещения калибровочной характеристики «А».

Для датчиков ISM (цифровых) выберите ПРИМЕНИТЬ, КАЛИБРОВАТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. Для аналоговых датчиков выберите ПРИМЕНИТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. См. 7.1.2 «Завершение калибровки».

7.2.2 Калибровка датчика по двум точкам

(На дисплее показан типичный процесс калибровки датчика электропроводности)

Переключите прибор в режим калибровки датчиков электропроводности, как описано в разделе 7.1 «Вход в режим калибровки», и выберите один из режимов компенсации (см. раздел 7.2. «Калибровка по электропроводности для четырехэлектродных датчиков»).

Выберите калибровку по 2 точкам и нажмите [ENTER].

Поместите электрод в первый стандартный раствор.



ОСТОРОЖНО! Между точками калибровки промывайте датчики водным раствором высокой чистоты во избежание загрязнения стандартных растворов.

Введите значение для точки 1, включая десятичную точку и единицы измерения. Значение во второй строке текста — это значение, измеренное трансмиттером и датчиком в текущих выбранных пользователем единицах измерения. После того, как значение установится, нажмите [ENTER] и перенесите электрод во второй стандартный раствор.

Введите значение, соответствующее калибровочной точке 2, включая десятичную точку и единицу измерения. Значение во второй текстовой строке — это значение, измеренное трансмиттером и датчиком и выраженное в единицах измерения, выбранных пользователем. После стабилизации значения нажмите клавишу [ENTER], чтобы выполнить калибровку.

После завершения калибровки на дисплей выводятся значения множителя или наклона калибровочной характеристики ячейки «М», т. е. константа ячейки, и значение слагаемого или смещения калибровочной характеристики «А».

Для датчиков ISM (цифровых) выберите ПРИМЕНИТЬ, КАЛИБРОВАТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. Для аналоговых датчиков выберите ПРИМЕНИТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. См. 7.1.2 «Завершение калибровки».

7.2.3 Калибровка по технологической среде

(На дисплее показан типичный процесс калибровки датчика электропроводности)

Переключите прибор в режим калибровки датчиков теплопроводности, как описано в разделе 7.1 «Вход в режим калибровки», и выберите один из режимов компенсации (см. раздел 7.2. «Калибровка по электропроводности для четырехэлектродных датчиков»).

Выберите калибровку по технологической среде и нажмите [ENTER]. Для датчиков электропроводности калибровка по технологической среде всегда выполняется как калибровка наклона.

Отберите пробу и снова нажмите клавишу [ENTER], чтобы сохранить текущее измеряемое значение.

Во время калибровки буква, обозначающая канал, задействованный в калибровке, «А» или «В», будет мигать на дисплее.

После определения значения электропроводности пробы снова нажмите клавишу [CAL], чтобы продолжить процедуру калибровки.

Введите значение электропроводности пробы и нажмите клавишу [ENTER], чтобы запустить вычисление результатов калибровки.

После завершения калибровки на дисплей выводится значение множителя или наклона калибровочной характеристики «М» и значение слагаемого или смещения калибровочной характеристики «А».

Для датчиков ISM (цифровых) выберите ПРИМЕНИТЬ, КАЛИБРОВАТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. Для аналоговых датчиков выберите ПРИМЕНИТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. См. 7.1.2 «Завершение калибровки».


7.3 Калибровка датчиков pH

Для датчиков pH трансмиттер M400/2XH Type 1 может выполнять калибровку по одной точке, по двум точкам (в автоматическом и ручном режиме) и калибровку по технологической среде с 9 предустановленными значениями pH буферных растворов и ручным вводом данных о буферном растворе. Значения pH буферов соответствуют температуре 25 °C. Для калибровки прибора с автоматическим распознаванием буфера потребуется буферный раствор со стандартным значением pH, совпадающим с одним из этих значений. (Информацию о конфигурировании режимов и выборе наборов буферов см. в разделе 8.2.3.3 «Параметры pH/ОВП».) Перед автоматической калибровкой выберите соответствующую таблицу буферов (см. раздел 19 «Таблицы буферов»).




ПРИМЕЧАНИЕ. Для pH электродов с двойной мембраной (pH/pNa) доступен только буфер Na^+ 3,9M (см. раздел 19.2.1 «Буферы Mettler-pH/pNa»).

7.3.1 Калибровка по одной точке




Войдите в режим калибровки датчиков pH, как описано в разделе 7.1 «Вход в режим калибровки».




Выберите калибровку по одной точке. Для датчиков pH калибровка по одной точке всегда выполняется как калибровка смещения.

В зависимости от параметров управления дрейфом (см. раздел 8.2.3.3 «Параметры pH/ОВП»), активизируется один из двух описанных ниже режимов.


7.3.1.1 Автоматический режим



Поместите электрод в буферный раствор и нажмите [ENTER], чтобы начать калибровку.




На дисплее отображается буфер, распознанный трансмиттером (Точка 1), и измеренное значение.




Как только критерии стабилизации будут выполнены, показания дисплея изменятся. На дисплей будет выведено значение наклона калибровочной характеристики «S» и величина сдвига калибровочной характеристики «Z».

Для датчиков ISM (цифровых) выберите ПРИМЕНИТЬ, КАЛИБРОВАТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. Для аналоговых датчиков выберите ПРИМЕНИТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. См. 7.1.2 «Завершение калибровки».

7.3.1.2 Ручной режим




Поместите электрод в буферный раствор. На дисплее отображается буфер, распознанный трансмиттером (Точка 1), и измеренное значение. Для продолжения нажмите клавишу [ENTER].




На дисплей будет выведено значение наклона калибровочной характеристики «S» и смещения «Z».

Для датчиков ISM (цифровых) выберите ПРИМЕНИТЬ, КАЛИБРОВАТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. Для аналоговых датчиков выберите ПРИМЕНИТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. См. 7.1.2 «Завершение калибровки».

7.3.2 Калибровка по двум точкам




Войдите в режим калибровки датчиков pH, как описано в разделе 7.1 «Вход в режим калибровки».




Выберите калибровку по 2 точкам.

В зависимости от параметров управления дрейфом (см. раздел 8.2.3.3 «Параметры pH/ОВП»), активизируется один из двух описанных ниже режимов.


7.3.2.1 Автоматический режим



Поместите электрод в первый буферный раствор и нажмите клавишу [ENTER].




На дисплее отображается буфер, распознанный трансмиттером (Точка 1), и измеренное значение.




Как только будут выполнены критерии стабилизации, на дисплее появится подсказка поместить электрод во второй буферный раствор.

Поместите электрод во второй буферный раствор и нажмите клавишу [ENTER], чтобы продолжить калибровку.




На дисплее отображается второй буфер, распознанный трансмиттером (Точка 2), и измеренное значение.




Как только критерии стабилизации будут выполнены, на дисплей выводятся значения наклона калибровочной характеристики «S» и смещения «Z».

Для датчиков ISM (цифровых) выберите ПРИМЕНИТЬ, КАЛИБРОВАТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. Для аналоговых датчиков выберите ПРИМЕНИТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. См. 7.1.2 «Завершение калибровки».


7.3.2.2 Ручной режим



Поместите электрод в первый буферный раствор. На дисплее отображается буфер, распознанный трансмиттером (Точка 1), и измеренное значение. Для продолжения нажмите клавишу [ENTER].




Поместите электрод во второй буферный раствор. На дисплее отобразится буфер, распознанный трансмиттером (Точка 2), и фактическое измеренное значение. Для продолжения нажмите клавишу [ENTER].




На дисплей выводятся значения наклона калибровочной характеристики «S» и смещения «Z».

Для датчиков ISM (цифровых) выберите ПРИМЕНИТЬ, КАЛИБРОВАТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. Для аналоговых датчиков выберите ПРИМЕНИТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. См. 7.1.2 «Завершение калибровки».


7.3.3 Калибровка по технологической среде




Войдите в режим калибровки датчиков pH, как описано в разделе 7.1 «Вход в режим калибровки».




Выберите калибровку по технологической среде. Для датчиков pH калибровка по технологической среде всегда выполняется как калибровка смещения.




Отберите пробу и снова нажмите клавишу [ENTER], чтобы сохранить текущее измеряемое значение. Выполнение процесса калибровки сопровождается мигающими символами «A» или «B» на дисплее (в зависимости от канала).



После определения значения pH пробы снова нажмите клавишу [CAL], чтобы продолжить калибровку.




Введите значение pH пробы и нажмите клавишу [ENTER], чтобы запустить вычисление результатов калибровки.




После завершения калибровки на дисплей выводится значение наклона калибровочной характеристики «S» и смещения «Z».

Для датчиков ISM (цифровых) выберите ПРИМЕНИТЬ, КАЛИБРОВАТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. Для аналоговых датчиков выберите ПРИМЕНИТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. См. 7.1.2 «Завершение калибровки».


7.3.4 Калибровка по mV (только для аналоговых датчиков)



Войдите в режим калибровки датчиков mV, как описано в разделе 7.1 «Вход в режим калибровки».



Введите значение для Точки 1. Коэффициент смещения калибровки рассчитывается по значению Точки 1 вместо измеренного значения (строка 4, mV =....) и отображается на дисплее в следующем окне.



«Z» представляет собой только что рассчитанную величину смещения калибровочной характеристики. Значение наклона калибровочной характеристики «S» всегда равно 1, его расчет не производится.

Выберите ПРИМЕНИТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. См. 7.1.2 «Завершение калибровки».

7.3.5 Калибровка ОБП (только для датчиков ISM)


Если к трансмиттеру M400 подключен датчик pH с заземлением через раствор на основе технологии ISM, трансмиттер предлагает дополнительную возможность проведения калибровки ОБП.



ПРИМЕЧАНИЕ. При калибровке ОБП не учитываются параметры, заданные для pH (см. раздел 8.2.3.3 «Параметры pH/ОБП», ПУТЬ: Меню/Конфигурация/Измерение/pH).




Войдите в режим калибровки датчиков ОБП, как описано в разделе 7.1 «Вход в режим калибровки».



Введите значение для Точки 1. Дополнительно на дисплей выводится фактическое значение ОБП.

Для продолжения нажмите клавишу [ENTER].




На дисплей выводятся значения наклона калибровочной характеристики «S» и смещения «Z».

Выберите ПРИМЕНИТЬ, КАЛИБРОВАТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. См. 7.1.2 «Завершение калибровки».


7.4 Калибровка датчика температуры (только для аналоговых датчиков)

Войдите в режим калибровки датчика, как описано в разделе 7.1 «Вход в режим калибровки», и выберите «Температура».




7.4.1 Калибровка датчика температуры по одной точке

Выберите калибровку по одной точке. Для калибровки по одной точке можно выбрать значения наклона и смещения. Выберите «Наклон» для пересчета значения множителя или наклона калибровочной характеристики «M», или «Смещ.» для пересчета значения слагаемого или сдвига калибровочной характеристики «A».



Введите значение для точки 1 и нажмите [ENTER].




Выберите ПРИМЕНИТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. См. 7.1.2 «Завершение калибровки».





7.4.2 Калибровка датчика температуры по двум точкам

Выберите калибровку по двум точкам.



Введите значение для точки 1 и нажмите [ENTER].






Введите значение для точки 2 и нажмите [ENTER].




Выберите ПРИМЕНИТЬ или ОТМЕНИТЬ для завершения калибровки. См. 7.1.2 «Завершение калибровки».

7.5 Изменение постоянных калибровки датчика (только для аналогового датчика)




Войдите в режим калибровки, как описано в разделе 7.1 «Вход в режим калибровки», и выберите «Изменить», «Изменить pH» или «Изменить mV».



Отображаются все постоянные калибровки для выбранного канала датчика. В Строке 3 отображаются основные постоянные измерений (p). Дополнительные постоянные измерений (температуры) (s) для датчика отображаются в Строке 4.

В данном меню можно изменить постоянные калибровки.




Выберите «Да», чтобы сохранить новые данные калибровки; на дисплее появится подтверждение успешной калибровки.




ПРИМЕЧАНИЕ. При каждом подключении нового аналогового датчика электропроводности к трансмиттеру M400/2XH Type 1 (тип 1, 2) необходимо вводить уникальные параметры калибровки (константа ячейки, сдвиг калибровочной характеристики), указанные на ярлыке датчика.

7.6 Проверка датчиков



Войдите в режим калибровки, как описано в разделе 7.1. «Вход в режим калибровки», и выберите «Проверить».



На дисплее отображается измеренный сигнал для первичного и вторичного показания в электрических единицах измерения. При вычислении этих значений используются значения калибровочных коэффициентов прибора.

Для выхода из данного меню нажмите клавишу [ENTER].

8 Конфигурация

(ПУТЬ: Menu/Configure)



* Доступно только в сочетании с датчиками ISM.


8.1 Вход в режим конфигурации



В режиме измерения нажмите клавишу ◀. Используйте клавишу ▲ или ▼ для перехода к меню «Конфигурация» и нажмите [ENTER].

8.2 Измерение

(ПУТЬ: Menu/Configure/Measurement)




Войдите в режим конфигурации, как описано в разделе 8.1 «Вход в режим конфигурации».

Выберите это меню, нажав клавишу [ENTER]. После этого можно выбрать следующие подменю: «Настройка канала», «Источник температуры», «pH» и «Задать тип усреднения».

8.2.1 Настройка канала


(ПУТЬ: Menu/Configure/Measurement/Channel Setup)



Нажмите клавишу [ENTER], чтобы выбрать меню «Настройка канала».

Канал выбирается в зависимости от подключенного датчика (аналоговый или ISM).

8.2.1.1 Аналоговый датчик




Выберите тип датчика «Аналоговый» и нажмите [ENTER].

Измеряемый параметр	Описание	Трансмиттер M400/2XH Type 1
pH / ОВП	InPro 2xxx	•
	InPro 31xx	—
	InPro 32xx	•*
	InPro xxx3	—
	InPro 33xx	—
	InPro 4xxx	•
Электропроводность (2)	2-электродный датчик электропроводности	—
Электропроводность (4)	4-электродный датчик электропроводности	•

* Кроме InPro3253i

Теперь можно настроить данные, отображаемые на 4 строках дисплея, указывая для каждой строки канал «А», а также показания и множители единиц измерения. При нажатии [ENTER] последовательно выделяются строки a, b, c и d.

8.2.1.2 Датчики ISM



Выберите тип датчика ISM и нажмите [ENTER].

При подключении датчика ISM трансмиттер автоматически определит тип датчика (Параметр = Авто). Можно также настроить трансмиттер (в зависимости от его типа) на определенный измеряемый параметр, например, pH.

Измеряемый параметр	Описание	Трансмиттер M400/2XH Type 1
pH / ОВП	InPro 2xxxi	•
	InPro 31xxi	—
	InPro 32xxi	•*
	InPro xxx3i	—
	InPro 42xxi	•
	InPro X1 XLS/XPS	•
pH/pNa	InPro 48xxi	•
Электропроводность (4)	InPro 7100i	—


* Кроме InPro3253i

Далее можно настроить данные, отображаемые на 4 строках дисплея, указывая для каждой строки канал «А», а также показания и множители единиц измерения. При нажатии [ENTER] последовательно выделяются строки a, b, c и d.



ПРИМЕЧАНИЕ. Наряду с измеряемыми параметрами для отображения в различных строках дисплея можно выбрать параметры ISM-датчиков DLI (динамический индикатор остаточного ресурса), TTM (время до ТО) и АСТ (адаптивный таймер калибровки), привязав их к аналоговому выходу (см. раздел 8.3 «Аналоговые выходы») или к контрольным точкам (см. раздел 8.4 «Задать контрол. точки»)


8.2.1.3 Сохраните изменения в настройке канала



При повторном нажатии клавиши [ENTER] по окончании процедуры настройки появится диалоговое окно сохранения изменений. Для того чтобы сохранить изменения, выберите «Да»; чтобы отказаться от сохранения изменений и вернуться в режим измерения, выберите «Нет».

8.2.2 Источник температуры (только для аналоговых датчиков)

(ПУТЬ: Menu / Configure / Measurement / Temperature Source)



Войдите в режим измерения, как описано в разделе 8.2 «Измерение».

Выберите источник температуры с помощью клавиши ▲ или ▼ и нажмите [ENTER].



Можно выбрать следующие опции:


- | | |
|--------------------------------|---|
| Авто: | Трансмиттер автоматически определит источник температуры. |
| Использовать NTC22K: | входное значение температуры будет считываться с подключенного датчика. |
| Использовать Pt1000: | входное значение температуры будет считываться с подключенного датчика. |
| Использовать Pt100: | входное значение температуры будет считываться с подключенного датчика. |
| Фиксированное значение = 25°C: | Позволяет вводить конкретное значение температуры. Эту опцию необходимо выбрать, если используется датчик pH без источника температуры. |



ПРИМЕЧАНИЕ. При выборе фиксированного значения для источника температуры используемая при калибровке pH электродов по одной и двум точкам температура может быть установлена в рамках соответствующей процедуры калибровки. После выполнения калибровки установленное в этом пункте меню значение фиксированной температуры снова восстанавливается.

После нажатия клавиши [ENTER] появится диалоговое окно сохранения изменений.

Для того чтобы сохранить изменения, выберите «Да»; чтобы отказаться от сохранения изменений и вернуться в режим измерения, выберите «Нет».



8.2.3 Настройка параметров


(ПУТЬ: Menu / Configure / Measurement / pH)

Для каждого из параметров — электропроводность, pH — можно задавать дополнительные параметры измерения и калибровки.



ПРИМЕЧАНИЕ. Для настройки датчиков pH/pNa используйте пункт меню «pH».

Переключите устройство в режим конфигурации, как описано в разделе 8.1 «Вход в режим конфигурации», и выберите меню «Измерение» (см. раздел 8.2 «Конфигурация/Измерение»).



Пользуясь клавишами A или ▼, можно выбрать меню pH, O2, в зависимости от подключенного датчика. Нажмите [ENTER].

Для получения более подробной информации обращайтесь к дальнейшим разъяснениям в зависимости от выбранного параметра.

8.2.3.1 Температурная компенсация при измерении электропроводности

Если во время настройки канала (см. раздел 8.2.1 «Настройка канала») выбрать параметр электропроводности, будет доступен режим температурной компенсации. Температурная компенсация должна соответствовать характеристикам области применения. Трансмиттер учитывает это значение при расчете и отображении измеренной величины электропроводности.




ПРИМЕЧАНИЕ. Для калибровки будет использоваться температурная компенсация, которая определяется в меню «Калибровка/Компенсация» для соответствующих буферных растворов (см. также раздел 7.2. «Калибровка по электропроводности для четырехэлектродных датчиков»).


Для того чтобы ввести эти настройки, необходимо выбрать меню «Уд. сопротивл.». (См. раздел 8.2.3 «Настройка параметров»)

На дисплее отображаются две первые строки измерения. В этом разделе описана процедура, относящаяся к первой строке. Кнопка ► выбирает вторую строку. Для того, чтобы выбрать 3-ю и 4-ю строку, нажмите [ENTER]. Процедура для всех строк измерения одна и та же.

Возможные варианты компенсации: «Стандарт», «Lin25°C» или «Lin20°C».




«Стандартная компенсация» включает в себя компенсацию нелинейных эффектов высокой очистки, а также традиционных примесей нейтральных солей, и соответствует стандартам ASTM D1125 и D5391.



При компенсации «Lin25°C» к показаниям применяется поправочный коэффициент, выражаемый в «% на °C» (отклонение от 25 °C). Данную компенсацию следует использовать, только если раствор имеет хорошо охарактеризованный линейный температурный коэффициент.

По умолчанию на заводе установлено значение 2,0 %/°C.



При компенсации «Lin20°C» к показаниям применяется поправочный коэффициент, выражаемый в «% на °C» (отклонение от 20 °C). Данную компенсацию следует использовать, только если раствор имеет хорошо охарактеризованный линейный температурный коэффициент.

По умолчанию на заводе установлено значение 2,0 %/°C.



Если выбран режим компенсации «Lin25°C» или «Lin20°C», то после нажатия клавиши [ENTER] можно изменить значение поправочного коэффициента (при работе со строкой показаний 1 или 2 нажимайте [ENTER] дважды).

Задайте коэффициент температурной компенсации.

После нажатия клавиши [ENTER] появится диалоговое окно сохранения изменений. Для того чтобы сохранить изменения, выберите «Да»; чтобы отказаться от сохранения изменений и вернуться в режим измерения, выберите «Нет».

8.2.3.2 Таблица концентраций

Если во время настройки канала (см. раздел 8.2.1 «Настройка канала») выбрать параметр электропроводности, будет определена таблица концентраций.

Ввод пользовательской таблицы концентраций выполняется путем задания до девяти значений концентрации и соответствующих им девяти значений температуры. Требуемые значения вводятся в меню таблицы концентраций. Кроме того, можно отредактировать значения электропроводности в соответствии с температурой и концентрацией.

В настройках необходимо выбрать меню «Таблица концентраций». (См. раздел 8.2.3 «Установки параметров измерений»)


Выберите необходимую **единицу измерения**.



Нажмите [ENTER].


ПРИМЕЧАНИЕ. Порядок выбора отображаемых единиц измерения см. в разделе 8.2.1 «Настройка канала».

Введите количество необходимых точек температуры (**Temp Point**) и Точек концентрации (**Concentration Points**).




Нажмите [ENTER].

Введите значения для разных концентраций (**ConcentrationX**).



Нажмите [ENTER].

Введите первую температуру (**Temp1**) и значение электропроводности, соответствующее первому значению концентрации при данной температуре.



Нажмите [ENTER].

Введите величину электропроводности, соответствующую второму значению концентрации при первой температуре, нажмите [ENTER] и т. д.

После завершения ввода значений электропроводности, соответствующих различным концентрациям при первой температуре, аналогично введите значение второй температуры (**Temp2**) и величину электропроводности для первой концентрации при втором значении температуры. Нажмите [ENTER] и продолжайте ввод значений для следующих точек концентрации, как было описано выше для первого значения температуры.

Тем же способом введите данные для всех значений температуры. После ввода последнего значения снова нажмите [ENTER], чтобы вывести на дисплей запрос сохранения изменений. Для того чтобы сохранить изменения, выберите «Да»; чтобы отказаться от сохранения изменений и вернуться в режим измерения, выберите «Нет».



ПРИМЕЧАНИЕ. Значения температур следует вводить в порядке возрастания — Temp1, Temp2, Temp3 и т.д. Значения концентрации должны последовательно увеличиваться от Concentration1 до Concentration2, Concentration3 и т.д.




ПРИМЕЧАНИЕ. Значения удельной электропроводности при различных температурах должны монотонно возрастать или падать от Concentration1 до Concentration2, Concentration3 и т.д. Задание диапазонов путем ввода только максимальных/минимальных значений не поддерживается. Если значения удельной электропроводности при температуре Temp1 увеличиваются с изменением концентрации, они должны увеличиваться и при других значениях температуры. Если значения удельной электропроводности при температуре Temp1 уменьшаются с изменением концентрации, они должны уменьшаться и при других значениях температуры.

8.2.3.3 Параметры pH/ОВП

В случае, когда при настройке канала (см. раздел 8.2.1 «Настройка канала») в качестве параметра выбирается pH/ОВП или к трансмиттеру подключен 4-электродный ISM-датчик pH, пользователь имеет возможность изменить такие параметры, как управление дрейфом, распознавание буфера, STC, IP, фиксированная температура калибровки и отображаемые единицы измерения для наклона и нулевой точки.

Для регулировки этих параметров или установки этих настроек следует выбрать соответствующие пункты меню «pH» (см. разд. 8.2.3 «Установки параметров измерений»).




Выберите в поле «Упр. дрейфом» значение «Авто» (соблюдение заданного критерия по величине дрейфа и времени) или «Ручной» (пользователь решает, является ли сигнал достаточно стабильным для выполнения калибровки), а затем укажите соответствующую таблицу буферов для автоматического распознавания буферных растворов. Если скорость дрейфа показаний меньше 0,4 мВ за 19 секунд, то показания считаются стабильными и калибровка производится на основании последнего показания. Если критерий по дрейфу не выполнен в течение 300 секунд, то срок ожидания калибровки истекает и выводится сообщение «Калибровка не проведена. Нажмите ENTER для вых.»

Нажмите [ENTER].


Для автоматического **распознавания буферных растворов** при калибровке выберите используемый набор буферов: Mettler-9, Mettler-10, NIST Tech, NIST Std = JIS Std, HACH, CIBA, MERCK, WTW, JIS Z 8802 или «Нет». Показатели буферов приведены в разделе 19 «Таблицы буферных растворов». Если функция автоматического распознавания не требуется, или если имеющиеся буферы отличны от указанных выше, выбирайте вариант «Нет». Нажмите [ENTER].




ПРИМЕЧАНИЕ. Для pH электродов с двойной мембраной (pH/pNa) доступен только буфер Na^+ 3,9M (см. раздел 19.2.1 «Буферы Mettler-pH/pNa»).



STC представляет собой температурный коэффициент раствора, выраженный в единицах pH/°C и отнесенный к температуре 25 °C (значение по умолчанию = 0,000 подходит для большинства сфер применения). Для чистой воды следует использовать значение 0,016 pH/°C. Для образцов с низкой проводимостью, взятых с электростанций и имеющих pH около 9, следует использовать значение 0,033 pH/°C. Указанные положительные температурные коэффициенты компенсируют отрицательное влияние температуры на pH указанных образцов. Нажмите [ENTER].



IP — значение изотермической точки (значение по умолчанию = 7,000 подходит для большинства сфер применения). В случае специфических требований к компенсации или нестандартного внутреннего буфера это значение можно изменить. Нажмите [ENTER].





STC RefTemp устанавливает температуру раствора, относительно которой выполняется температурная компенсация. Показываемое значение и выходной сигнал отсчитываются относительно этой температуры сравнения STC. Вариант «Нет» означает отказ от использования компенсации на температуру раствора. Наиболее широко используется температура сравнения 25 °C. Нажмите [ENTER].

Можно выбрать единицы измерения для наклона и нулевой точки, которые будут отображаться на дисплее. По умолчанию единицами для наклона являются [%], и они могут быть изменены на [pH/mV]. По умолчанию для нулевой точки единицами являются [pH], и их можно изменить на [mV]. Используйте клавишу ► для перехода в поле ввода и выберите единицу измерения с помощью клавиши ▲ или ▼.

После повторного нажатия клавиши [ENTER] отображается диалоговое окно сохранения изменений. Для того чтобы сохранить изменения, выберите «Да»; чтобы отказаться от сохранения изменений и вернуться в режим измерения, выберите «Нет».

8.2.3.4 Меню «Задать тип усреднения»


Переключите устройство в режим конфигурации, как описано в разделе 8.1 «Вход в режим конфигурации», и выберите меню «Измерение» (см. раздел 8.2 «Конфигурация/Измерение»).



С помощью клавиши ▲ или ▼ выберите меню «Задать тип усреднения». Нажмите [ENTER].

Далее можно указать метод усреднения (фильтр шума) для каждой строки показаний. Доступны варианты «Специал.» (по умолчанию), «Нет», «Нижн.», «Средн.» и «Верхн.».


Нет	= без усреднения или фильтрации
Нижн.	= эквивалентно скользящему среднему по 3 точкам
Средн.	= эквивалентно скользящему среднему по 6 точкам
Верхн.	= эквивалентно скользящему среднему по 10 точкам
Специальный	= период усреднения зависит от изменения сигнала (обычно — «Верхн.», но при больших изменениях входного сигнала — «Нижн.»).



После повторного нажатия клавиши [ENTER] появится диалоговое окно «Сохран. измен.?». Для того чтобы сохранить изменения, выберите «Да»; чтобы отказаться от сохранения изменений и вернуться в режим измерения, выберите «Нет».

8.3 Аналоговые выходы


(ПУТЬ: Menu/Configure/Analog Outputs)



Войдите в режим конфигурации, как описано в разделе 8.1. «Вход в режим конфигурации», и войдите в меню «Аналоговые выходы», воспользовавшись клавишами ▲ или ▼.

Нажмите клавишу [ENTER], чтобы открыть это меню, которое позволяет установить параметры четырех аналоговых выходов.

В режиме настройки аналоговых выходов клавиши ◀ и ▶ позволяют переходить между настраиваемыми параметрами. После указания параметра, его значение можно выбрать в соответствии с приведенной ниже таблицей.



Если выбрано значение сигнализации (см. раздел 8.5.1 «Сигнализация»; ПУТЬ: Menu/Configure/Alarm/Clean/Setup Alarm), аналоговый выход принимает это значение в случае возникновения любого условия сигнализации.



С помощью параметра «Aout1 Измерение = a» аналоговый выход 1 назначается измеряемому значению «a». С помощью параметра «Aout2 Измерение = b» аналоговый выход 2 назначается измеряемому значению «b».

ПРИМЕЧАНИЕ. Наряду с измеряемыми параметрами для отображения в различных строках дисплея можно выбрать также параметры ISM-датчиков DLI (динамический индикатор остаточного ресурса), TTM (время до ТО) и АСТ (адаптивный таймер калибровки) — см. раздел 8.2.1.2 «ISM-датчики».

С помощью параметра «Если сигнал уст.» ток устанавливается на 3,6 мА или 22,0 мА (по умолчанию) в случае сигнализации.


Параметр «Aoutn Тип» установлен на «Норм.». Параметр «Aoutn Интервал» установлен на «4–20 мА».

Введите минимальное и максимальное значение Aout.



Если выбран параметр «Автоинтерв.», то можно задать значение «Aout макс.1». «Aout макс.1» представляет собой максимальное значение первого диапазона при автоопределении диапазона. Максимальное значение второго диапазона при автоопределении диапазона было установлено в предыдущем меню. Если выбран вариант «Логарифм.» (логарифмический диапазон), то будет также предложено ввести количество разрядов в виде «Aout1 # декад =2».

Для параметра «Режим удерж.» можно указать значение «Посл. значение» или «Фиксир.».




После повторного нажатия клавиши [ENTER] появится диалоговое окно «Сохран. измен.?». Для того чтобы сохранить изменения, выберите «Да»; чтобы отказаться от сохранения изменений и вернуться в режим измерения, выберите «Нет».


8.4 Задать контрол. точки

(ПУТЬ: Menu/Configure/Set Points)

Войдите в режим конфигурации, как описано в разделе 8.1. «Вход в режим конфигурации», и войдите в меню «Задать контрол. точки», воспользовавшись клавишами ▲ или ▼.

Выберите это меню, нажав клавишу [ENTER].





Для каждой из измеряемых величин (a–d) можно задать до 6 уставок. Возможные значения контрольных точек: Off («выкл.»), High («верх.»), Low («нижн.»), Outside («внеш.») (<->) и Between («между») (>-<).

При выборе параметра «внешн.» срабатывает сигнализация, когда измерение выходит за верхнее или нижнее предельное значение. При выборе параметра «между» срабатывает сигнализация, когда измеренное значение оказывается в пределах между верхним и нижним значениями.

Введите требуемые значения уставок и нажмите клавишу [ENTER].



ПРИМЕЧАНИЕ. Наряду с измеряемыми параметрами для отображения в различных строках дисплея можно выбрать также параметры ISM-датчиков DLI (динамический индикатор остаточного ресурса), TTM (время до ТО) и АСТ (адаптивный таймер калибровки) (см. раздел 8.2.1.2 «Датчики ISM»).

В этом окне можно изменять значения уставки, в зависимости от заданного для нее типа.


Для продолжения нажмите клавишу [ENTER].



Вне интервала

Если задан данный параметр, выбранный открытый коллектор будет активироваться при обнаружении датчиком на соответствующем входном канале условий выхода за пределы диапазона. Выберите контрольную точку и значение «Да» или «Нет». Выберите открытый коллектор, который будет приводиться в действие при заданных контрольной точкой условиях срабатывания сигнализации.

Нажмите [ENTER].



Задержка

Введите время задержки в секундах. При указании данного параметра условие контрольной точки должно выполняться непрерывно в течение указанного промежутка времени, прежде чем сработает открытый коллектор. Если условие перестанет выполняться до окончания периода задержки, открытый коллектор активироваться не будет.

Гистерезис

Введите значение гистерезиса. При указании данного значения показание должно вернуться в заданные контрольной точкой пределы более чем на указанную величину, и только после этого открытый коллектор будет деактивирован.

Для контрольной точки типа «верх.» показание должно стать ниже заданного контрольной точкой значения более чем на обозначенную величину, после чего открытый коллектор будет деактивирован. Для контрольной точки типа «нижн.» показание должно превысить не менее чем на указанную величину заданное контрольной точкой значение, после чего открытый коллектор будет деактивирован. Например, если контрольная точка типа «верх.» имеет значение 100 и гистерезис 10, то в случае превышения этого значения показание должно упасть ниже 90, и только после этого открытый коллектор будет деактивирован.

Нажмите [ENTER].



Удержание

Введите состояние открытого коллектора в режиме удержания. Доступные значения «Посл.», «Вкл.» или «Выкл.». В это состояние открытый коллектор перейдет в режиме удержания.

Состояние


Контакты открытого коллектора находятся в нормальном состоянии, пока не будет выполнено условие соответствующей контрольной точки, после чего открытый коллектор активируется и состояние контактов изменяется.

Выберите вариант «Инверт.», чтобы обратить нормальное рабочее состояние открытого коллектора (т. е. пока не будет превышено значение уставки, элементы с нормальным состоянием высокого напряжения будут находиться в состоянии низкого напряжения). «Инвертированный» открытый коллектор действует наоборот. Все открытые коллекторы могут быть настроены.

После повторного нажатия клавиши [ENTER] появится диалоговое окно «Сохран. измен.?». Для того чтобы сохранить изменения, выберите «Да»; чтобы отказаться от сохранения изменений и вернуться в режим измерения, выберите «Нет».

8.5 Сигнал/Сброс


(ПУТЬ: Menu / Configure / Alarm / Clean)



Войдите в режим конфигурации, как описано в разделе 8.1 «Вход в режим конфигурации».

Данное меню позволяет настраивать функции сигнализации и сброса сигнала.

8.5.1 Сигнал




Для того чтобы выбрать пункт «Задать сигнал», нажмите клавишу ▲ или ▼ так, чтобы мигал «Сигнал».

С помощью клавиш ◀ и ▶ перейдите к пункту «Исп. ОК #». С помощью клавиш ▲ или ▼ выберите открытый коллектор, который должен использоваться для сигнализации, и нажмите [ENTER].

Сигнализацию можно установить для одного из следующих событий:

1. Сбой питания
2. Сбой ПО
3. Диагностика Rg — сопротивление стеклянной мембраны pH-электрода (только для pH; pH/pNa Диагностика Rg детектирует стеклянные мембраны как датчика pH, так и датчика pNa)
4. Диагностика Rr — pH эталонное сопротивление (только датчики pH; кроме датчиков pH/pNa)
5. Ячейка измерения электропроводности откр. (только для четырехэлектродных аналоговых датчиков)
6. Ячейка измерения электропроводности замк. (только для четырехэлектродных аналоговых датчиков)
7. Канал В разъединен (только для датчиков ISM)



Если в любом из этих критериев установлено значение «Да» и возникнут условия срабатывания сигнализации, на дисплее будет отображаться мигающий символ ▲, и будет сделана запись с сообщением о сигнале (см. также раздел «Сообщения»; ПУТЬ: Info / Messages), а выбранный открытый коллектор будет активирован. Кроме этого, о тревожном сигнале может информировать токовый выход, если были заданы соответствующие параметры (см. раздел 8.3 «Аналоговые выходы»; ПУТЬ: Меню/Конфигурация/Аналоговые выходы)

Условия подачи тревожного сигнала могут быть следующие:


1. Сбой питания или отключение/включение питания
2. Защитная программа выполнила перезапуск
3. Rg вышло за допустимые пределы — например, разбит измерительный электрод (только для pH; pH/pNa Диагностика Rg детектирует стеклянные мембраны как датчика pH, так и датчика pNa)
4. Rr вышло за допустимые пределы — например, образование покрытия на электроде сравнения или его истощение (только для датчиков pH; кроме датчиков pH/pNa)

5. Когда датчик электропроводности оказывается на воздухе (например, в пустой трубе) (только для резистивных датчиков электропроводности)
6. Когда в датчике электропроводности происходит замыкание (только для резистивных датчиков)
7. К каналу В не подключен датчик (только для датчиков ISM)
8. Когда датчик электропроводности оказывается на воздухе (например, в пустой трубе) (только для ISM-датчиков электропроводности)
9. Уровень электролита в корпусе мембраны стал настолько низким, что нарушен контакт между катодом и электродом сравнения: необходимо срочно принять меры, например, заменить или добавить электролит.

В ситуации 1 и 2 индикатор сигнала будет отключен после сброса сообщения о сигнале. Он будет снова срабатывать при повторяющемся включении/отключении питания или если сторожевая программа будет многократно перезапускать систему.

Только для датчиков pH

В ситуации 3 и 4 индикатор сигнала будет отключен, если сообщение было сброшено, а датчик заменен или отремонтирован так, что его значения Rg и Rr соответствуют спецификации. Если сообщение о Rg или Rr было сброшено, а значения Rg или Rr по-прежнему не укладываются в допустимые пределы, тревожный сигнал будет оставаться включенным, а сообщение появится снова. Отключить сигнализацию Rg и Rr можно, зайдя в данное меню и установив значение параметра «Диагностика Rg» и/или «Диагностика Rr» на «Нет». После этого сообщение можно сбросить, даже если значения Rg и Rr не укладываются в допустимые пределы.



Для каждого открытого коллектора сигнализации можно указать нормальное (Норм.) или инвертированное (Инверт.) состояние. Кроме того, можно задать задержку активации (Задержка). Дополнительную информацию можно найти в разделе 8.4 «Уставки».



После повторного нажатия клавиши [ENTER] появится диалоговое окно «Сохранить изменения?». При выборе варианта «Нет» введенные значения будут аннулированы, а при выборе значения «Да» введенные значения станут используемыми.

Примечание. Существуют и другие виды сигналов, которые могут отображаться на дисплее. Поэтому обратитесь к разделу 14 «Поиск и устранение неисправностей», где приводятся перечни различных предупреждений и сигнализаций.

8.5.2 Очистка

Укажите открытый коллектор, который будет использоваться для цикла очистки.


Значение по умолчанию OC 1.



Интервал очистки устанавливается в диапазоне от 0,000 до 999,9 часа. Если указано значение 0, цикл очистки будет отключен. Время очистки может составлять от 0 до 9999 секунд, и оно должно быть меньше интервала очистки.

Задайте требуемое состояние открытого коллектора: «Норм.» или «Инверт.»

После повторного нажатия клавиши [ENTER] появится диалоговое окно «Сохранить изменения?». Для того чтобы сохранить изменения, выберите «Да»; чтобы отказаться от сохранения изменений и вернуться в режим измерения, выберите «Нет».




8.6 Настройка ISM (доступно только для ISM-датчиков pH)

(ПУТЬ: Menu/Configure/ISM Setup)


Войдите в режим конфигурации, как описано в разделе 8.1. «Вход в режим конфигурации», и войдите в меню «Настройка ISM», воспользовавшись клавишами ▲ или ▼. Нажмите [ENTER].

8.6.1 Мониторинг датчика



Выберите меню «Мониторинг датчика» нажатием клавиши [ENTER].

Здесь можно включить и выключить функции мониторинга, причем к определенным выходным открытым коллекторам может быть подключена сигнализация. Возможны следующие варианты:



Индикатор срока службы датчика: Динамическая индикация срока эксплуатации позволяет определить, когда срок эксплуатации pH-электрода подходит к концу на основе фактической нагрузки, которой он подвергается. При такой оценке в расчет принимается средняя нагрузка за несколько последних дней, поэтому прогнозируемый срок службы может соответствующим образом увеличиваться или уменьшаться.

Индикатор срока службы	ДА/НЕТ	
Сигнал	ДА/НЕТ	R# выберите OK

На показания индикатора срока службы влияют следующие параметры:

Динамические параметры:

- Температура
- Значение pH
- Импеданс стекла
- Импеданс электрода сравнения

Статические параметры:


- Журнал калибровок
- Ноль и наклон

Все эти данные, которые датчик хранит во встроенной памяти, можно считать с помощью трансмиттера или ПК с комплектом ПО iSense asset suite.

Сигнализация сбрасывается после того, как остаточный ресурс датчика становится больше «0 дней» (например, после подключения нового датчика или изменения условий измерения).

Если индикатор срока службы включен, в режиме измерения его показания автоматически выводятся в строке 3 дисплея.

Нажмите [ENTER].




Дней до серв.обсл.: Этот таймер определяет срок выполнения следующего цикла очистки на основании условий поддержания оптимальной точности измерений. На состояние таймера оказывают влияние существенные изменения параметров DLI.

Дней до серв.обсл.	ДА/НЕТ	
Сигнал	ДА/НЕТ	R# выберите ОК

Сброс сигнализации к исходному значению осуществляется в меню «Сброс ISM циклов/Таймер» (см. раздел 8.6.5 «Сброс ISM циклов/Таймер»).

Нажмите [ENTER].




Активация **адаптивного калибровочного таймера**: Этот таймер определяет срок выполнения следующей процедуры калибровки на основании условий поддержания оптимальной точности измерений. На состояние таймера оказывают влияние существенные изменения параметров DLI.

Адаптивный калибровочный таймер ДА/НЕТ
Сигналы ДА/НЕТ R# выберите ОК

Адаптивный калибровочный таймер сбрасывается к исходному значению после успешного выполнения калибровки. Сигнализация также сбрасывается после успешной калибровки. Если адаптивный калибровочный таймер включен, его показания автоматически выводятся в строке 4 дисплея.

Нажмите [ENTER].




ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик при подключении считывает значения таймера времени до обслуживания и адаптивного калибровочного таймера.

После повторного нажатия клавиши [ENTER] появится диалоговое окно «Сохран. измен.?». Для того чтобы сохранить изменения, выберите «Да»; чтобы отказаться от сохранения изменений и вернуться в режим измерения, выберите «Нет».

8.6.2 Меню «Сброс счетчика/таймера ISM»

Это меню позволяет устанавливать в исходное состояние те счетчики и таймеры, которые не могут быть сброшены автоматически. Адаптивный калибровочный таймер устанавливается в исходное состояние после успешного выполнения регулировки или калибровки.



Перейдите в меню «Сброс ISM циклов/Таймер» с помощью клавиш ▲ и ▼ и нажмите [ENTER].



Если подключен датчик рН, отображается меню сброса таймера времени до обслуживания. Этот таймер должен быть сброшен после выполнения следующих операций:

Датчики pH: после выполнения цикла технического обслуживания датчика вручную.

Нажмите [ENTER]


8.6.3 Настройка динамической индикации ресурса (DLI) (только для ISM-датчиков pH)

С помощью этого меню настраивается алгоритм расчета таких данных диагностики, как DLI (динамический индикатор остаточного ресурса), TTM (время до ТО) и АСТ (адаптивный таймер калибровки) на основании условий эксплуатации и/или имеющегося опыта.




ПРИМЕЧАНИЕ. Эта функция доступна только для ISM-датчиков pH с соответствующей версией встроенного ПО.

Перейдите в меню «Настройка индикатора DLI» с помощью клавиш ▲ и ▼ и нажмите [ENTER].



Установите параметр технологической нагрузки на основании условий эксплуатации и/или требований.



- Low (Низкий): Значения DLI, TTM и АСТ увеличиваются приблизительно на 25 % по сравнению с уровнем «Средн.».
- Medium (Среднее): Значение по умолчанию (соответствует значениям DLI, TTM и АСТ прежней версии встроенного ПО трансмиттера).
- High (Высокий): Значения DLI, TTM и АСТ понижаются приблизительно на 25 % по сравнению с уровнем «Средн.»


После нажатия клавиши [ENTER] появится диалоговое окно сохранения изменений. При выборе варианта «Нет» введенные значения будут аннулированы, а при выборе значения «Да» введенные значения активируются.

8.7 Дисплей

(ПУТЬ: Menu/Configure/Display)

Войдите в режим конфигурации, как описано в разделе 8.1 «Вход в режим конфигурации».

Данное меню позволяет настраивать отображаемые значения, а также конфигурацию самого дисплея.




8.7.1 Измерение


Дисплей имеет 4 строки. Строка 1 расположена наверху, а строка 4 — внизу.

Для каждой строки дисплея выберите величину («Измерение» — a, b, c или d), которая будет отображаться в этой строке.

Выбор значений a, b, c, d производится в меню Конфигурация/Измерение/Настройка канала.



Выберите режим отображения сообщения об ошибке («Показ ошибок»). Если указано значение «Вкл.», то при срабатывании сигнализации в нормальном режиме измерений, в Строке 4 отображается сообщение «Сбой — Нажм. ENTER».






После повторного нажатия клавиши [ENTER] появится диалоговое окно «Сохран. измен.?». При выборе варианта «Нет» введенные значения будут аннулированы, а при выборе значения «Да» введенные значения станут используемыми.

8.7.2 Разрешение



Это меню позволяет выбрать разрешение для каждой отображаемой величины.


На точность измерения эта настройка не влияет.



Возможные варианты: «1», «0,1», «0,01», «0,001» или «Auto».

После нажатия клавиши [ENTER] появится диалоговое окно сохранения изменений.

8.7.3 Подсветка




Это меню позволяет установить режим работы подсветки дисплея.



Возможные варианты: «On», «On 50 %» или «Auto Off 50 %». Если выбран вариант «Автовкл. 50 %», то подсветка уменьшается до 50 % через 4 минуты бездействия клавиатуры. При нажатии любой клавиши подсветка автоматически включается.


После нажатия клавиши [ENTER] появится диалоговое окно сохранения изменений.

8.7.4 Имя



Данное меню позволяет задать буквенно-цифровое имя, отображаемое в первых 9 символах третьей и четвертой строк дисплея. Значение по умолчанию не задано (пустое).

Если на 3 и/или 4 строке введено имя, в той же строке может по-прежнему отображаться какое-либо показание.




Для перемещения между редактируемыми цифрами используйте клавиши ◀ и ▶. Для изменения отображаемого символа используйте клавиши ▲ и ▼. После того, как символы для обоих отображаемых каналов введены, нажмите клавишу [ENTER], чтобы вызвать диалоговое окно сохранения изменений.



Заданное наименование отображается в режиме измерения в строках 3 и 4 перед измеряемыми значениями.

8.7.5 Мониторинг датчика ISM (доступно только при подключении датчика ISM)




Эта функция позволяет отображать данные мониторинга датчика в строках 3 и 4 дисплея. Возможны следующие варианты:

Строка 3 Выкл. / Индик. срока служ. / Дней до серв.обсл / Таймер адапт.кал.
Строка 4 Выкл. / Индик. срока служ. / Дней до серв.обсл / Таймер адапт.кал.

8.8 Удержание аналоговых выходов


(ПУТЬ: Menu/Configure/Hold Outputs)



Войдите в режим конфигурации, как описано в разделе 8.1 «Вход в режим конфигурации».

Функция **«Удерживать выходы»** используется в процессе калибровки. Если установить для параметра «Удерживать выходы» значение «Да», то в ходе процесса калибровки аналоговый выход, выход открытого коллектора и USB-выход будут находиться в состоянии удержания. Это состояние зависит от настройки. Список возможных состояний удержания приводится ниже. Возможны следующие варианты:

Удерживать выходы? Да/Нет



Функция **«Цифр. вход»** используется всегда. Как только включается подача сигнала на цифровой вход, трансмиттер переходит в режим удержания, при этом аналоговый выход и выход открытого коллектора переходят в состояние удержания.

Цифр. вход1 / 2 Состояние = Выкл./Низкий/Высокий



ПРИМЕЧАНИЕ. Цифр. вход1 предназначен для удержания канала А (обычный датчик)
Цифр. вход2 предназначен для удержания канала В (датчик ISM)

Возможные состояния удержания:

Выходы открытого коллектора:	Вкл./Выкл.	(Конфигурация/Уставки)
Аналоговый выход:	Посл./Фиксир.	(Конфигурация/Аналог. выход)

9 Система

(ПУТЬ: Menu/System)





В режиме измерения нажмите клавишу ◀. Нажмите клавишу ▼ или ▲, чтобы перейти к меню «Система», и нажмите [ENTER].

9.1 Задать язык

(ПУТЬ: Menu/System/Set Language)

Данное меню позволяет настроить язык дисплея.





Возможны следующие варианты: английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, русский и японский (катакана).

После нажатия клавиши [ENTER] появится диалоговое окно сохранения изменений.

9.2 Пароли


(ПУТЬ: Menu/System/Passwords)

Данное меню позволяет настраивать пароли оператора и администратора, а также список доступных оператору меню. Администратор имеет право доступа ко всем меню. В новых трансмиттерах все пароли по умолчанию установлены на «00000».




Меню «Пароли» защищено: для входа в него введите пароль администратора.

9.2.1 Изменение паролей




Информация о входе в меню «Пароли» приведена в разделе 9.3. Выберите пункт «Изменить данные админ.» или «Измен. данные операт.» и задайте новый пароль.




Нажмите клавишу [ENTER] и подтвердите новый пароль. Снова нажмите клавишу [ENTER], чтобы вызвать диалоговое окно сохранения изменений.

9.2.2 Настройка доступа к меню для оператора




Информация о входе в меню «Пароли» приведена в разделе 9.3. Для настройки списка доступа для оператора выберите пункт «Настр. данные операт.». Можно предоставлять/запрещать доступ к следующим меню: «Клав. CAL», «Начало работы», «Конфигурация», «Система», «Настройка ПИД-регулят.» и «Обслуживание».




Выберите «Да» или «Нет», чтобы предоставить/запретить доступ к указанным меню, и нажмите [ENTER], чтобы перейти к следующим пунктам. Нажатие клавиши [ENTER] после настройки всех меню вызовет диалоговое окно сохранения изменений. При выборе варианта «Нет» введенные значения будут аннулированы, а при выборе значения «Да» введенные значения станут используемыми.

9.3 Установка и сброс блокировки

(ПУТЬ: Menu/System/Set/Clear Lockout)




Данное меню включает/отключает функцию блокировки трансмиттера. Если функция блокировки включена, пользователю для доступа в любое меню будет предложено ввести пароль.



Меню «Блокировка» защищено: введите пароль администратора или оператора и выберите «Да» для включения, или «Нет» для отключения функции блокировки. Нажатие клавиши [ENTER] после настройки параметра позволяет вызвать диалоговое окно сохранения изменений. При выборе варианта «Нет» введенное значение будет аннулировано, а при выборе варианта «Да» введенное значение станет действующим.

9.4 Сброс


(ПУТЬ: Menu/System/Reset)




Данное меню предоставляет доступ к следующим опциям:

П/зап. систему, П/зап. калибр. устр., П/зап. аналог. кал.

9.4.1 П/зап. систему




Данное меню позволяет выполнить сброс настроек прибора к заводским настройкам по умолчанию (отключение уставок, отключение аналоговых выходов и т. п.). Данная операция не затрагивает калибровку прибора и калибровку аналоговых выходов.




При нажатии клавиши [ENTER] после установки параметра выводится запрос на подтверждение. При выборе варианта «Нет» происходит возврат в режим измерений без сохранения изменений. При выборе варианта «Да» происходит сброс параметров прибора.

9.4.2 П/зап. калибр. устр-ва




Данное меню позволяет сбросить калибровочные коэффициенты прибора к значениям последней заводской калибровки.




При нажатии клавиши [ENTER] после установки параметра выводится запрос на подтверждение. При выборе варианта «Нет» происходит возврат в режим измерений без сохранения изменений. При выборе варианта «Да» происходит сброс параметров прибора.

9.4.3 П/зап. аналог.калибровку



Данное меню позволяет сбросить калибровочные коэффициенты аналоговых выходов к значениям последней заводской калибровки.



При нажатии клавиши [ENTER] после установки параметра выводится запрос на подтверждение. При выборе варианта «Нет» происходит возврат в режим измерений без сохранения изменений. При выборе варианта «Да» происходит сброс калибровки аналоговых выходов.

9.5 Установка даты/времени





Введите текущее время и дату. Дата и время отображаются следующим образом. Функция автоматически активируется при каждом включении.

Дата (ГГ-ММ-ДД):
Время (ЧЧ:ММ:СС):

10 Техническое обслуживание


(ПУТЬ: Menu/Service)



В режиме измерения нажмите клавишу ◀. Нажмите клавишу ▲ или ▼, чтобы перейти к меню «Обслуживание», и нажмите [ENTER]. Описание доступных параметров конфигурации системы приведено ниже.


10.1 Диагностика

(ПУТЬ: Menu/Service/Diagnostics)




Это меню является важным средством выявления неисправностей и содержит следующие пункты: «Проверка модели/ПО» (отображение обозначения модели/версии ПО), «Цифровой вход» (проверка дискретных входов), «Дисплей» (контроль дисплея), «Клавиатура» (контроль клавиатуры), «Память» (контроль памяти), «Задать ОС» (установка состояния открытых коллекторов), «Читать ОС» (проверка состояния открытых коллекторов), «Задать аналог. вых.» (установка состояния аналоговых выходов), «Читать аналог. вых.» (проверка состояния аналоговых выходов).

10.1.1 Проверка модели/ПО




При любом обращении в службу технической поддержки необходимо указать наименование модели оборудования и номер версии установленного программного обеспечения. Данное меню показывает инвентарный номер трансмиттера, серийный номер и номер версии программного обеспечения. С помощью клавиши ▼ можно продвигаться вперед по данному меню и просматривать дополнительную информацию, например, текущую версию ПО, установленного на трансмиттере (данные имеют вид Master V_XXXX и Comm V_XXXX); а также, если подключен датчик ISM, версию микропрограммного обеспечения датчика (FW V_XXX) и аппаратного обеспечения датчика (HW XXXX).




Для выхода из данного меню нажмите клавишу [ENTER].


10.1.2 Цифровой вход



Данное меню показывает состояние цифровых входов. Для выхода из данного меню нажмите клавишу [ENTER].




10.1.3 Дисплей




При выборе этого меню все пиксели дисплея включаются на 15 с, что позволяет обнаружить дефектные пиксели. Трансмиттер возвращается в режим измерения автоматически через 15 с или по нажатию клавиши [ENTER].


10.1.4 Клавиатура




Это меню позволяет проверить состояние клавиатуры; наименование нажатой клавиши отображается на дисплее. Для возврата в режим измерения нажмите [ENTER].




10.1.5 Память



После выбора меню «Память» трансмиттер выполняет тест ОЗУ и ПЗУ. Тестовые последовательности данных будут записаны, а затем прочитаны из различных участков ОЗУ. Для ПЗУ будет вычислена контрольная сумма и выполнено ее сравнение со значением, хранящемся в ПЗУ.




10.1.6 Установка состояния открытых коллекторов




Диагностическое меню «Задать ОК» позволяет вручную включать или выключать каждый открытый коллектор. Для перехода к открытым коллекторам и 6 нажмите [ENTER].

0 = открытый коллектор разомкнут
1 = открытый коллектор замкнут



Для возврата в режим измерений нажмите клавишу [ENTER].


10.1.7 Проверка состояния открытых коллекторов




Диагностическое меню «Читать ОК» отображает текущее состояние всех открытых коллекторов. Для перехода к открытым коллекторам 5 и 6 нажмите [ENTER].

Для выхода из данного меню еще раз нажмите клавишу [ENTER].


0 = Нормальное
1 = Инвертированное




10.1.8 Меню «Задать аналог. вых.»




Это меню позволяет вручную задать величину выходного тока в диапазоне 0–22 мА на любом из аналоговых выходов. Для выхода из данного меню нажмите клавишу [ENTER].



10.1.9 Меню «Читать аналог. вых.»



С помощью данного меню можно увидеть значения на аналоговых выходах (в миллиамперах).




Для выхода из данного меню нажмите клавишу [ENTER].

10.2 Калибровка

(ПУТЬ: Menu/Service/Calibrate)


Войдите в меню «Обслуживание», как описано в разделе 11 «Вход в меню Обслуживание», выберите «Калибровка» и нажмите [ENTER].

Это меню используется для калибровки трансмиттера и аналоговых выходов, а также позволяет включать и выключать блокировку доступа к функциям калибровки.



10.2.1 Калибровка измерительного прибора (только по каналу A)

Все трансмиттеры M400 проходят заводскую калибровку, обеспечивающую их соответствие заявленным техническим характеристикам. Нет необходимости проводить повторную калибровку прибора, если только экстремальные условия не привели к выходу за пределы значений спецификации по результатам проведения проверки калибровки. Периодическая проверка/калибровка также может выполняться на основании требований системы контроля качества. Для калибровки прибора используются следующие меню: «Сила тока» (для большинства измерений концентрации растворенного кислорода), «Напряжение», «Диагностика Rg», «Диагностика Rg» (измерение напряжения, диагностика стеклянного электрода и электрода сравнения, используются при измерении pH) и «Температура» (при всех измерениях).




10.2.1.1 Температура


Для «Температуры» калибровка проводится по трем точкам. В приведенной выше таблице содержатся значения сопротивления для этих трех точек.

Перейдите к окну «Калибровать прибор» и выберите калибровку «Температура» для канала A.

Нажмите [ENTER], чтобы начать процесс калибровки температуры.




В первой текстовой строке выводится запрос значения температуры сопротивления Точки 1 (оно будет соответствовать значению Температуры 1 на модуле калибровки). На второй текстовой строке отображается измеряемое значение сопротивления. После стабилизации этого значения нажмите клавишу [ENTER], чтобы выполнить калибровку.




На экране трансмиттера пользователю будет предложено ввести значение Точки 2, и T2 будет отображать измеряемое значение сопротивления. После стабилизации данного значения, нажмите [ENTER], чтобы прокалибровать данный диапазон.

Повторите эти действия для Точки 3.

Нажмите [ENTER], чтобы вызвать окно подтверждения. Выберите «Да», чтобы сохранить данные калибровки; на дисплее появится подтверждение успешной калибровки.




Трансмиттер вернется в режим измерений примерно через 5 секунд.




10.2.1.2 Ток

Калибровка тока выполняется по двум точкам.


Перейдите к окну «Калибровать прибор» и выберите канал A.




Введите значение для Точки 1, в миллиамперах, источника тока, подключенного к входу. На второй строке дисплея будет отображаться измеряемая сила тока. Нажмите [ENTER], чтобы начать процесс калибровки.



Введите значение для Точки 2 (в миллиамперах) источника тока, подключенного к входу. На второй строке дисплея отображается измеряемая сила тока.




При нажатии клавиши [ENTER] после ввода Точки 2 появится окно подтверждения. Выберите «Да», чтобы сохранить данные калибровки; на дисплее появится подтверждение успешной калибровки. Трансмиттер вернется в режим измерений примерно через 5 секунд.




10.2.1.3 Напряжение

Калибровка напряжения выполняется по двум точкам.


Перейдите к окну «Калибровать прибор», выберите канал A и калибровку «Напряжение».




Введите значение для Точки 1 (в вольтах) источника, подключенного к входу. На второй строке дисплея будет отображаться измеряемое напряжение. Нажмите [ENTER], чтобы начать процесс калибровки.




Введите значение для Точки 2 (в вольтах) источника, подключенного к входу. На второй строке дисплея будет отображаться измеряемое напряжение.




При нажатии клавиши [ENTER] после ввода Точки 2 появится окно подтверждения. Выберите «Да», чтобы сохранить данные калибровки; на дисплее появится подтверждение успешной калибровки. Трансмиттер вернется в режим измерений примерно через 5 секунд.




10.2.1.4 Диагностика Rg




Калибровка «Диагностика Rg» выполняется по двум точкам. Перейдите к окну «Калибровать прибор», выберите канал A и калибровку «Диагностика Rg».



Введите значение для Точки 1 калибровки в соответствии с резистором, подключенным к входу измерения pH стеклянного электрода. Нажмите [ENTER], чтобы начать процесс калибровки.




Введите значение для Точки 2 калибровки в соответствии с резистором, подключенным к входу измерения pH стеклянного электрода.




При нажатии клавиши [ENTER] после ввода Точки 2 появится окно подтверждения. Выберите «Да», чтобы сохранить данные калибровки; на дисплее появится подтверждение успешной калибровки. Трансмиситтер вернется в режим измерений примерно через 5 секунд.


10.2.1.5 Диагностика Rr




Калибровка «Диагностика Rr» выполняется по двум точкам. Перейдите к окну «Калибровать прибор», выберите канал A и калибровку «Диагностика Rr».



Введите значение для Точки 1 калибровки в соответствии с резистором, подключенным к входу измерения pH электрода сравнения. Нажмите [ENTER], чтобы начать процесс калибровки.




Введите значение для Точки 2 калибровки в соответствии с резистором, подключенным к входу измерения pH электрода сравнения.




При нажатии клавиши [ENTER] после ввода Точки 2 появится окно подтверждения. Выберите «Да», чтобы сохранить данные калибровки; на дисплее появится подтверждение успешной калибровки. Трансмиситтер вернется в режим измерений примерно через 5 секунд.


10.2.1.6 Калибровка аналоговых выходов




Выберите аналоговый выход («Analog Output»), который необходимо откалибровать. Каждый аналоговый выход можно откалибровать в точках 4 и 20 мА.



Подключите точный миллиамперметр к клеммам аналогового выхода и измените отображаемое на дисплее пятизначное число таким образом, чтобы миллиамперметр показывал 4,00 мА, затем повторите эту операцию для точки 20,00 мА.




По мере увеличения пятизначного числа выходной ток увеличивается, по мере уменьшения — уменьшается. Грубую настройку выходного тока можно производить, изменяя тысячный и сотенный разряды, а тонкую настройку — изменяя десятки и единицы.




После ввода обоих значений следует нажать клавишу [ENTER]. Появится окно подтверждения. При выборе варианта «Нет» введенные значения будут аннулированы, а при выборе значения «Да» введенные значения станут используемыми.

10.2.2 Блокировка доступа к функциям калибровки



Данный пункт меню позволяет определить состав функций, доступных в меню «CAL» (см. раздел 7).



При выборе значения «Да» в меню клавиши «CAL» будут доступны меню калибровки прибора и меню калибровки аналоговых выходов. Если выбрать «Нет», из меню CAL можно будет вызвать только меню калибровки датчиков. После выбора значения параметра нажмите [ENTER], появится окно подтверждения.

10.3 Техническое обслуживание

(ПУТЬ: Menu/Tech Service)




Примечание. Данный пункт меню предназначен только для специалистов службы технической поддержки METTLER TOLEDO.

11 Информация

(ПУТЬ: Info)




* Доступно только в сочетании с датчиками ISM.



При нажатии клавиши ▼ выводится меню «Info», содержащее пункты «Сообщения», «Данные калибровки» и «Проверка модели/версии ПО».

11.1 Сообщения

(ПУТЬ: Info/Messages)



Отображается самое последнее сообщение. С помощью стрелок вверх и вниз можно прокручивать четыре последних поступивших сообщения.




Для того чтобы удалить все сообщения, выберите «Сброс сообщений». Сообщения добавляются в список сообщений при первом появлении ситуации, вызвавшей генерацию сообщения. Если все сообщения были стерты, а ситуация, вызвавшая сообщение, продолжается, и она началась до того, как была выполнена очистка, то сообщение о ней не попадет в список. Чтобы данное сообщение снова появилось, ситуация должна исчезнуть и проявиться вновь.


Для выхода из данного меню нажмите клавишу [ENTER].

11.2 Данные калибровки

(ПУТЬ: Info/Calibration Data)



При выборе пункта «Данные калибровки» отображаются калибровочные константы для каждого датчика.




P = калибровочные константы для первичного показания
S = калибровочные константы для вторичного показания

Нажмите ▼, чтобы вывести на дисплей значения калибровочных постоянных ОВП ISM-датчиков pH.

Для выхода из данного меню нажмите клавишу [ENTER].


11.3 Проверка модели//версии ПО

(ПУТЬ: Info/Model/Software Revision)



При выборе пункта «Проверка модели/версии ПО» отображается инвентарный номер, модель и серийный номер трансмиттера.


С помощью клавиши ▼ можно продвигаться вперед по данному подменю и просматривать дополнительную информацию, например, текущую версию микропрограммного обеспечения, установленного на трансмиттере (Master V_XXXX and Comm V_XXXX), а также, если подключен датчик ISM, версию микропрограммного обеспечения датчика (Sensor FW V_XXX) и аппаратного обеспечения датчика (Sensor HW XXXX).



Эта информация необходима при любом обращении в сервисную службу. Для выхода из данного меню нажмите клавишу [ENTER].


11.4 Информация датчика ISM (доступно только при подключении датчика ISM)

(ПУТЬ: Info/ISM Sensor Info)



После подключения датчика ISM с помощью клавиши A или ▼ можно перейти к меню «Инф. датчика».

Выберите это меню, нажав клавишу [ENTER].




В данном меню можно получить следующие сведения о датчике. Прокрутка меню осуществляется с помощью клавиш со стрелками вверх и вниз.

Тип:	Тип датчика (например, InPro 3250)
Дата калибровки:	Дата последнего обновления.
Серийный №:	Серийный номер подключенного датчика
Инвентарный №:	Инвентарный номер подключенного датчика

Для выхода из данного меню нажмите клавишу [ENTER].

11.5 Диагностика датчика ISM (доступно только при подключении датчика ISM)



(ПУТЬ: Info/ISM Diagnostics)



После подключения датчика ISM с помощью клавиши A или ▼ можно перейти к меню «Диагностика ISM».

Выберите это меню, нажав клавишу [ENTER].

Выберите одно из подменю, описанных в этом разделе, и нажмите [ENTER] еще раз.



Журнал калибровок

Журнал калибровки хранится с меткой даты/времени в памяти датчика ISM и отображается на дисплее трансмиттера. Журнал калибровки содержит следующие данные:

Фабр (Заводская калибровка): Это оригинальный набор данных, определенный на заводе-изготовителе. Этот набор данных постоянно хранится в памяти датчика в качестве эталона и не может быть изменен.

Дейст (Действующая корректировка): Это действующий набор калибровочных данных, используемый при измерениях. Этот набор данных перемещается в позицию Cal2 после очередной корректировки.

1. Нас (Первая корректировка): Это набор данных первой корректировки, выполненной после заводской калибровки. Этот набор данных постоянно хранится в памяти датчика в качестве эталона и не может быть изменен.

Кал1 (последняя калибровка/корректировка): это данные последней калибровки/корректировки. При выполнении каждой последующей калибровки/корректировки этот набор данных перемещается сначала в позицию Кал2, а затем в позицию Кал3. После этот набор данных будет удален.

То же самое относится к наборам данных в позициях Кал2 и Кал3.

Определения:

Калибровка: калибровочные значения, полученные в результате выполнения калибровки, используются при выполнении последующих измерений («Дейст»). Данные предыдущей калибровки перемещаются из позиции «Дейст» в позицию Кал2.



Калибровка: В результате выполнения калибровки получены новые калибровочные значения, но при выполнении последующих измерений продолжают использоваться данные предыдущей регулировки «Дейст». Набор данных сохраняется в позиции Кал1.

Данные журнала калибровок используются для оценки остаточного ресурса датчиков ISM.

Для выхода из данного меню нажмите клавишу [ENTER].



Примечание. Для формирования журнала калибровок необходимо корректно устанавливать дату и время при каждой калибровке и/или корректировке (см. раздел 9.5 «Установка даты и времени»).




Меню «Мониторинг датчика» (недоступно для 4-электродного датчика электропроводности)

В этом меню для датчиков ISM доступны различные диагностические функции. Они содержат следующую информацию:


Индикатор срока службы датчика (DLI): отображает оценку остаточного ресурса датчика для обеспечения достоверности результатов измерений. Остаточный ресурс отображается в днях (d) и в процентах (%). Дополнительные сведения об индикаторе остаточного ресурса см. в разделе 8.6. «Настройка ISM». Для датчиков кислорода показания индикатора остаточного ресурса относятся к внутреннему корпусу датчика. Включив функции ISM, как описано в разделе 8.7.5 «Мониторинг датчика ISM», можно вывести на экран шкальный индикатор.

Адаптивный калибровочный таймер (ACT): этот таймер определяет срок выполнения следующей процедуры калибровки исходя из условий поддержания оптимальной точности измерений. Индикация состояния адаптивного калибровочного таймера осуществляется в днях (d) и в процентах (%). Дополнительные сведения об адаптивном калибровочном таймере см. в разделе 8.6 «Настройка ISM».



Таймер времени до обслуживания (TTM): этот таймер отображает время, оставшееся до начала следующего цикла обслуживания датчика, исходя из условий поддержания оптимальной точности измерений. Индикация состояния таймера TTM осуществляется в днях (d) и в процентах (%). Дополнительные сведения о таймере см. в разделе 8.6 «Настройка ISM». Для датчиков растворенного кислорода таймер TTM указывает время, остающееся до начала цикла технического обслуживания мембраны и электролита.

Для выхода из данного меню нажмите клавишу [ENTER].



Макс. температура

В этом меню отображается максимальное значение, воздействию которого подвергался этот датчик, а также отметка времени этого воздействия. Эти данные хранятся в памяти датчика и не подлежат редактированию. При выполнении автоклаивирования максимальная температура не регистрируется.

Макс. температура
Tmax XXX°CГГ/ММ/ДД

Для выхода из данного меню нажмите клавишу [ENTER].



Примечание. Для регистрации максимальной температуры следует правильно установить дату и время (см. раздел 9.5 «Установка даты и времени»).

12 Техническое обслуживание

12.1 Очистка передней панели

Очищайте переднюю панель мягкой влажной тканью (смачивать только водой, не использовать растворители). Аккуратно протрите поверхность и просушите мягкой тканью.

13 Поиск и устранение неисправностей

Если оборудование используется не в целях, указанных компанией МЕТТЛЕР ТОЛЕДО, это может привести к снижению эксплуатационной безопасности. В приведенной ниже таблице представлены возможные причины наиболее распространенных проблем.

Проблема	Возможная причина
Дисплей пуст	– Отсутствует напряжение питания M400/2XH Type 1 – Неверно настроена контрастность ЖК-дисплея – Аппаратный сбой
Неверные показания измерений	– Неправильно установлен датчик – Неверно указан множитель единиц измерения – Температурная компенсация неправильно установлена или отключена – Датчик или трансмиттер нуждается в калибровке – Неисправность датчика или кабеля; длина соединительного кабеля больше допустимой – Аппаратный сбой
Показания измерений нестабильны	– Оборудование, расположенное вблизи датчика или кабеля, генерирует высокий уровень электрического шума – Кабель превышает рекомендованную длину – Слишком низкое значение усреднения – Дефект датчика или соединительного шнура
На дисплее мигает символ Δ .	– Сигнализация по уставке (превышено значение, заданное уставкой) – Произошло срабатывание выбранной сигнализации (см. раздел 8.5.1 «Сигнализация»).
Невозможно изменить настройки в меню	– Пользователь заблокирован из соображений безопасности

13.1 Сообщения об ошибках при измерении электропроводности (резистивные)/Перечень предупреждений и сигнализаций для аналоговых датчиков

Сигналы	Описание
Тайм-аут сист. безопасн.*	Ошибка ПО/Системы
Яч.изм. эл.пр. откр.*	Ячейка сухая (отсутствует раствор для измерения) или разорваны провода
Яч.изм. эл.пр. замк.*	Короткое замыкание, вызванное датчиком или кабелем

* В соответствии с настройками трансмиттера (см. раздел 8.5.1 «Сигнализация»; ПУТЬ: Menu/Configure/Alarm/Clean/Setup Alarm)

13.2 Сообщения об ошибках при измерении pH/Перечень предупреждений и сигнализаций

13.2.1 Датчики pH, кроме pH-электродов с двойной мембраной

Предупреждения	Описание
Предупр.:pH Наклон > 102 %	Наклон слишком велик
Предупр.:pH Наклон < 90 %	Наклон слишком мал
Предупр.:pH нул.т.± 0,5 pH	Выход за пределы диапазона
Предупр.:pHсткл изм. < 0,3**	Сопротивление стеклянного электрода изменилось более чем в 0,3 раза
Предупр.:pHсткл изм. > 3**	Сопротивление стеклянного электрода изменилось более чем в 3 раза
Предупр.:pHэтал изм. < 0,3**	Сопротивление электрода сравнения изменилось более чем в 0,3 раза
Предупр.:pHэтал изм. > 3**	Сопротивление электрода сравнения изменилось более чем в 3 раза

Сигналы	Описание
Тайм-аут сист. безопасн.*	Ошибка ПО/Системы
Ош:pH Наклон > 103 %	Наклон слишком велик
Ош:pH Наклон < 80 %	Наклон слишком мал
Ош.:pH нул.т.± 1,0 pH	Выход за пределы диапазона
Ош: pH Rэтал > 150КОм**	Сопротивление электрода сравнения слишком велико (разрыв)
Ош: pH Rэтал < 2000 Ом**	Сопротивление электрода сравнения слишком мало (замыкание)
Ош: pH Rсткл > 2000 МОм**	Сопротивление стеклянного электрода слишком велико (разрыв)
Ош: pH Rсткл < 5 МОм**	Сопротивление стеклянного электрода слишком мало (замыкание)

* Только датчики ISM

** В соответствии с настройками трансмиттера (см. раздел 8.5.1 «Сигнализация»;
ПУТЬ: Menu/Configure/Alarm/Clean/Setup Alarm)

13.2.2 pH-электроды с двойной мембраной (pH/pNa)

Предупреждения	Описание
Предупр.:pH Наклон > 102 %	Наклон слишком велик
Предупр.:pH Наклон < 90 %	Наклон слишком мал
Предупр.:pH нул.т.± 0,5 pH	Выход за пределы диапазона
Предупр.:pHсткл изм. < 0,3*	Сопротивление стеклянного электрода изменилось более чем в 0,3 раза
Предупр.:pHсткл изм. > 3*	Сопротивление стеклянного электрода изменилось более чем в 3 раза
Предупр.:pNасткл изм. < 0,3*	Сопротивление стеклянного электрода изменилось более чем в 0,3 раза
Предупр.:pNасткл изм. > 3*	Сопротивление электрода сравнения изменилось более чем в 3 раза

Сигналы	Описание
Таймаут сист. безопасн.	Ошибка ПО/Системы
Ош:pH Наклон > 103 %	Наклон слишком велик
Ош:pH Наклон < 80 %	Наклон слишком мал
Ош.:pH нул.т.± 1,0 pH	Выход за пределы диапазона
Ош: pNa Rсткл > 2000 МОм*	Сопротивление стеклянного электрода слишком велико (разрыв)
Ош: pNa Rсткл < 5 МОм*	Сопротивление стеклянного электрода слишком мало (замыкание)
Ош: pH Rсткл > 2000 МОм*	Сопротивление стеклянного электрода слишком велико (разрыв)
Ош: pH Rсткл < 5 МОм*	Сопротивление стеклянного электрода слишком мало (замыкание)

* В соответствии с настройками трансмиттера (см. раздел 8.5.1 «Сигнализация»; ПУТЬ: Menu/Configure/Alarm/Clean/Setup Alarm)

13.2.3 Сообщения ОВП

Предупреждения*	Описание
Предупр:ОВП Нул.т. > 30 мВ	Смещение нуля слишком велико
Предупр:ОВП Нул.т. < -30 мВ	Смещение нуля слишком мало

Сигналы*	Описание
Таймаут сист. безопасн.	Ошибка ПО/Системы
Ош:ОВП Нул.т. > 60 мВ	Смещение нуля слишком велико
Ош:ОВП Нул.т. < -60 мВ	Смещение нуля слишком мало

* Только датчики ISM

13.3 Сообщения об ошибках при амперометрическом Обозначение предупреждения или тревожной сигнализации на дисплее

13.3.1 Обозначение предупреждения

Предупреждающее сообщение, сгенерированное системой в соответствующих условиях, записывается, и его можно увидеть в меню «Сообщения» (ПУТЬ: Info/Сообщения. См. также раздел 12.1 «Сообщения»). Если выбрана соответствующая настройка трансмиттера, то при генерации предупреждения или сигнала в четвертой строке дисплея отображается указание «Сбой — Нажм. ENTER» (см. также раздел 8.7 «Дисплей»; ПУТЬ: Menu/Configure/Display/Measurement).

13.3.2 Обозначение сигнала

Сообщения об ошибках сопровождаются мигающим символом  и регистрируются в пункте меню «Сообщения» (ПУТЬ: Info/Messages. См. также раздел 12.1 «Сообщения»).

Кроме того, для некоторых сигналов можно включить отслеживание (см. раздел 8.5 «Сигнал/Сброс»; ПУТЬ: Menu/Configure/Alarm/Clean) для индикации на дисплее. Если отслеживание включено и поступает один из таких сигналов, то на дисплее отображается мигающий символ  и сообщение регистрируется в пункте меню «Сообщения» (см. раздел 12.1 «Сообщения»; ПУТЬ: Info/Messages).

Сигналы, генерируемые при нарушении заданных уставок и диапазонов (см. раздел 8.4 «Уставки»; ПУТЬ: Menu/Configure/Setpoint) также сопровождаются мигающим символом  и регистрируются в пункте меню «Сообщения» (ПУТЬ: Info/Messages. См. также раздел 12.1 «Сообщения»).

Если выбрана соответствующая настройка трансмиттера, то при генерации предупреждения или сигнала в четвертой строке дисплея отображается указание «Сбой — Нажм. ENTER» (см. также раздел 8.7 «Дисплей». ПУТЬ: Menu/Configure/Display/Measurement).

14 Принадлежности и запасные части

За информацией о дополнительных принадлежностях и запасных деталях обращайтесь в региональное представительство или отдел продаж компании МЕТТЛЕР ТОЛЕДО.

Описание	Номер по каталогу
Комплект для установки на трубу для моделей ½DIN	52 500 212
Комплект для установки в панель для моделей ½DIN	52 500 213
Защитный чехол для моделей ½DIN	52 500 214

15 Технические характеристики

15.1 Общие характеристики

4-электродный датчик электропроводности

Параметры измерения	Электропроводность/сопротивление и температура
Диапазоны электропроводности 4-электродный датчик	От 20 мкСм/см до 650 мСм/см
Диапазон показаний для 4-электродного датчика	От 20 мкСм/см до 650 мСм/см
Кривые концентрации	– NaCl: от 0–26 % при 0 °C до 0–28 % при +100 °C – NaOH: от 0–12 % при 0 °C до 0–16 % при +40 °C и до 0–6 % при +100 °C – HCl: от 0–18 % при -20 °C до 0–18 % при 0 °C и до 0–5 % при +50 °C – HNO ₃ : от 0–30 % при -20 °C до 0–30 % при 0 °C и до 0–8 % при +50 °C – H ₂ SO ₄ : от 0–26 % при -12 °C до 0–26 % при +5 °C и до 0–9 % при +100 °C – H ₃ PO ₄ : 0–35 % от +5 °C до +80 °C – Пользовательская таблица концентраций (матрица 5x5)
Диапазоны измерения общего содержания растворенных солей	NaCl, CaCO ₃
Точность измерения электропроводности/удельного сопротивления	±0,5 % показания или 0,25 Ом (большая из этих двух величин), до 10 МОм×см
Повторяемость измерения электропроводности/удельного сопротивления	± 0,25 % от измеренного значения или 0,25 Ом, большая из этих двух величин
Разрешение измерения электропроводности/удельного сопротивления	Выбирается из ряда: Авто/0,001 / 0,01 / 0,1 / 1
Вход температуры	Pt1000 / Pt100 / NTC22K
Диапазон измерения температуры	от –40 до +200 °C (от –40 до +392 °F)
Разрешение для температуры	Выбирается из ряда: Авто/0,001 / 0,01 / 0,1 / 1
Точность измерения температуры	±0,25 °C (± 32,5 °F) в диапазоне от –30 до +150 °C (от –22 до +302 °F); ±0,50 °C (± 32,9 °F) за пределами этого диапазона
Повторяемость при измерении температуры	±0,13 °C (± 32,2 °F)
Макс. длина кабеля датчика	61 м (200 футов); с 4-электродными датчиками: 15 м (50 футов)
Калибровка	По 1 точке, по 2 точкам, по технологической среде

pH/ОВП

Параметры измерения	pH, мВ и температура
Диапазон измерения pH	от -2,00 до +20,00 pH
Разрешение pH	Выбирается из ряда: Авто/0,001 / 0,01 / 0,1 / 1
Точность измерения pH ¹⁾	Аналоговый: $\pm 0,02$ pH
Диапазон мВ	от -1500 до +1500 мВ
Разрешение для мВ	Выбирается из ряда: Авто/0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 мВ
Точность измерения мВ ¹⁾	Аналоговый: ± 1 мВ
Ввод температуры ²⁾	Pt1000 / Pt100 / NTC30K
Диапазон измерения температуры	от -30 до 130 °C (от -22 до 266 °F)
Разрешение для температуры	Выбирается из ряда: Авто/0,001 / 0,01 / 0,1 / 1
Точность измерения температуры ¹⁾	Аналоговый: $\pm 0,25$ °C в диапазоне от -10 до +150 °C ($\pm 32,5$ °F в диапазоне от +14 до +176 °F)
Повторяемость при измерении температуры ¹⁾	$\pm 0,13$ °C ($\pm 32,2$ °F)
Температурная компенсация	Автоматическая/ручная
Макс. длина кабеля датчика	– Аналоговый: от 10 до 20 м (от 33 до 65 футов) в зависимости от датчика – ISM: 80 м (260 футов)
Калибровка	по 1 точке (смещение), по 2 точкам (наклон или смещение), по технологической среде (смещение)

1) Входной сигнал ISM не приводит к дополнительной ошибке.

2) Не требуется для датчиков ISM

Предлагаемые наборы буферов

Стандартные буферные растворы	буферы MT-9, буферы MT-10, технические буферы NIST, стандартные буферы NIST (DIN 19266:2000-01), буферы JIS Z 8802, буферы Hach, буферы CIBA (94), буферы Merck Titrisols-Reidel Fixanals, буферы WTW
Буферы для pH-электродов с двойной мембраной (pH/pNa)	Буферы Mettler-pH/pNa (Na ⁺ 3,9M)

15.2 Электрические характеристики

15.2.1 Общие электротехнические характеристики

Дисплей	ЖК-дисплей с подсветкой, четырехстрочный
Время непрерывной работы	Около 4 дней
Клавиатура	5 клавиш с тактильной обратной связью
Языки	8 языков (английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, русский, португальский и японский).
Клеммы	Клеммы с пружинным зажимом, рассчитанные на провода сечением от 0,2 до 1,5 мм ² (AWG 16–24)
Аналоговый вход	от 4 до 20 мА (для корректировки по давлению)

15.2.2 от 4 до 20 мА (с HART®)

Напряжение питания	от 14 до 30 В пост. тока
Количество выходов (аналоговые)	2
Токовые выходы	Ток в контуре 4–20 мА, гальванически изолированные от входов и корпуса/заземления до 60 В, защищенные от неверной полярности; напряжение питания от 14 до 30 В пост. тока.
Ошибка измерения через аналоговые выходы	$< \pm 0,05$ мА в диапазоне от 1 до 20 мА
Конфигурация аналогового выхода	Линейная
ПИД-контроллер процесса	Длительность импульса, частота импульса
Вход удержания/сигнализации	Есть/Есть (задержка сигнализации от 0 до 999 с)
Цифровые выходы	2 открытых коллектора (ОК), 30 В пост. тока, 100 мА, 0,9 Вт
Цифровой вход	2, гальванически изолированные до 60 В от выхода, аналогового входа и корпуса/заземления, с диапазонами переключения от 0,00 до 1,00 В пост. тока неактивный и от 2,30 до 30,00 В пост. тока активный
Задержка сигнализации	от 0 до 999 с

15.3 Механические характеристики

Размеры	Корпус — высота x ширина x глубина	144 x 144 x 116 мм (5,7 x 5,7 x 4,6 дюйма)
	Обрамление передней панели — высота x ширина	150 x 150 мм (5,9 x 5,9 дюйма)
	Макс. глубина — для монтажа в панель	87 мм (без подключаемых разъемов)
Масса		1,50 кг (3,3 фунта)
Материал		Алюминиевое литье под давлением
Класс защиты		IP 66 / NEMA4X

15.4 Характеристики окружающей среды

Температура хранения	от –40 до +70 °C (от –40 до +158 °F)
Диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации	от –20 до +60 °C (от –4 до +140 °F)
Относительная влажность воздуха	от 0 до 95 % без конденсации
Электромагнитная совместимость	Соответствует стандарту EN 61326-1 (общие требования) Уровень излучения: Класс В; уровень помехозащищенности: Класс А
Разрешения на применение и сертификаты	– ATEX/IECEX зона 1 Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb – ATEX/IECEX зона 21 Ex ib [ia Da] IIIC T80°C Db IP66 – cFMus класс I, раздел 1, группы A, B, C, D T4A – cFMus класс II, раздел 1, группы E, F, G – cFMus класс III – cFMus класс I, зона 0, AEx ia IIC T4 Ga – NEPSI EX зона
Маркировка CE	Данная измерительная система полностью соответствует законодательным требованиям Директив ЕС. Маркировкой CE компания METTLER TOLEDO подтверждает успешные испытания устройства.


15.5 Контрольные чертежи


15.5.1 Установка, техническое обслуживание и проверка

1. Искробезопасное оборудование может быть источником воспламенения, если внутри происходит короткое замыкание или разрывается соединение.
2. Хотя искробезопасные цепи являются маломощными по сути, они все же могут представлять опасность поражения током из-за рабочего напряжения.
3. Перед началом работы со связанным электрооборудованием следует обратиться к письменным инструкциям производителя.
4. Для того чтобы искробезопасность не ухудшилась, необходимо регулярно проводить проверки. Проверки должны включать анализ признаков несанкционированных изменений, коррозии, случайных повреждений, замены горючих материалов и эффектов старения.
5. Заменяемые пользователем части искробезопасной системы должны заменяться только аналогичными частями, поставляемыми производителем.
6. Работы по техническому обслуживанию оборудования под напряжением в опасных зонах можно проводить при соблюдении следующих условий:
 - Отключение, извлечение или замена элементов электрического оборудования и кабелей, если такое действие не приведет к короткому замыканию других искробезопасных цепей.
 - Регулировка любого устройства управления, необходимого для калибровки электрического оборудования или системы.
 - Использование только контрольно-измерительных приборов, указанных в письменных инструкциях.
 - Выполнение других работ по техническому обслуживанию, специально разрешенных соответствующим контрольным чертежом и руководством по эксплуатации.
7. Техническое обслуживание связанного электрооборудования и частей искробезопасных цепей, расположенных в безопасных зонах, должно быть ограничено описанным обслуживанием таким образом, чтобы это электрооборудование или части оставались соединенными с частями искробезопасных систем, расположенными в опасных зонах. Заземления барьера безопасности не следует снимать, пока не будут отсоединены цепи в опасных зонах.
8. Другие работы по техническому обслуживанию связанного электрооборудования или частей искробезопасной цепи, установленных в безопасной зоне, должны выполняться только при условии, что это электрооборудование или часть отсоединена от части цепи, расположенной в опасной зоне.
9. Необходимо проверить классификацию зоны и пригодность искробезопасной системы для этой классификации. Следует убедиться в том, что класс, группа и температурные классы как искробезопасного оборудования, так и связанного электрооборудования согласуются с фактической классификацией этой зоны.

10. Перед подачей энергии искробезопасную систему необходимо проверить, чтобы убедиться в следующем:
- установка выполнена в соответствии с документацией;
 - искробезопасные цепи надлежащим образом отделены от неискробезопасных цепей;
 - кабельные экраны заземлены в соответствии с документацией по установке;
 - изменения утверждены;
 - кабели и провода не повреждены;
 - экранирующее и заземляющее подключения плотно затянуты;
 - экранирующее и заземляющее оборудование не имеет признаков коррозии;
 - сопротивление любого заземляющего проводника, включая оконечное сопротивление от связанного электрооборудования шунтового типа до заземляющего электрода, не превышает 1 Ом;
 - защита не нарушена за счет шунтирования; и
 - признаки коррозии на оборудовании и соединениях отсутствуют.
11. Все недостатки необходимо исправить.

15.5.2 Контрольный установочный чертеж. Общая установка.





15.5.3 Примечания

1. Концепция искробезопасности целого объекта (entity) допускает соединение искробезопасных устройств, сертифицированных по стандартам FM, с параметрами искробезопасности целого объекта, специально не проверенными в сочетании в виде системы, если: $V_{oc} (U_o)$ или $V_t \leq V_{max}$, $I_{sc} (I_o)$ или $I_t \leq I_{max}$, $C_a (C_o) \geq C_i + C_{cable}$, $L_a (L_o) \geq L_i + L_{cable}$, $P_o \leq P_i$
2. Концепция искробезопасной полевой шины (FISCO) допускает соединение искробезопасных устройств, сертифицированных по стандартам FM, с параметрами искробезопасности полевой шины, специально не проверенными в сочетании в виде системы, если: $V_{oc} (U_o)$ или $V_t < V_{max}$, $I_{sc} (I_o)$ или $I_t \leq I_{max}$, $P_o \leq P_i$
3. Конфигурация связанного электрооборудования должна быть сертифицирована по стандартам FM в соответствии с концепцией искробезопасности целого объекта.
4. Установка связанного электрооборудования должна соответствовать установочным чертежам производителя этого оборудования.
5. Конфигурация датчика полевого устройства должна быть сертифицирована по стандартам FM в соответствии с концепцией искробезопасности целого объекта.
6. Установка должна производиться в соответствии с Национальными электротехническими нормами и правилами (ANSI/NFPA 70 (NEC.)), статьи 504 и 505, и ANSI/ISA-RP 12.06.01, или Канадскими электротехническими нормами и правилами (CEC часть 1, CAN/CSA-C22.1), приложение F, и ANSI/ISARP 12.06.01 при установке в Канаде.
7. При установке в средах класса II и III должно использоваться пыленепроницаемое уплотнение кабелепровода.
8. Контрольно-измерительное оборудование, подключенное к связанному электрооборудованию, не должно использовать или генерировать больше, чем максимальное напряжение в безопасной зоне, U_m , или 250 В переменного/постоянного тока.
9. Сопротивление между искробезопасным заземлением и заземлением должно быть меньше, чем 1 Ом.
10. Для зон класса I, зона 0 и раздел 1 установка многопараметрического трансмиттера M400/2XH Type 1 должна соответствовать ANSI/ISA RP 12.06.01 «Установка искробезопасных систем для опасных (отнесенных к категории) зон» и Национальным электротехническим нормам и правилам (ANSI/NRPA 70), или Канадским электротехническим нормам и правилам (CEC часть 1, CAN/CSA-C22.1) при установке в Канаде.
11. Многопараметрический трансмиттер M400/2XH Type 1 сертифицирован по стандартам FM для применения в опасных зонах класса I, зона 0 и раздел 1. Если к многопараметрическому трансмиттеру M400/2XH Type 1 подключается связанное электрооборудование [AEx ib] или [Ex ib], то такая система пригодна для применения только в опасных (отнесенных к категории) зонах класса I, зона 1, и не пригодна для применения в зонах класса I, зона 0 или раздел 1.
12. Для установок в зонах раздела 2 не требуется сертификация связанного электрооборудования по стандартам FM в соответствии с концепцией искробезопасности целого объекта, если многопараметрический трансмиттер M400/2XH Type 1 установлен в соответствии с Национальными электротехническими нормами и правилами (ANSI/NFPA 70), статьи 504 и 505 или Канадскими электротехническими нормами и правилами (CEC), CAN/CSA-C22.1, часть 1, приложение F для методов монтажа электропроводки в зонах раздела 2, за исключением невоспламеняющейся полевой проводки.
13. L_i может быть больше, чем L_a , и ограничения по длине кабеля из-за его индуктивности (L_{cable}) можно игнорировать, если соблюдаются оба следующих условия: L_a/R_a (или L_o/R_o) $> L_i/R_i$; L_a/R_a (или L_o/R_o) $> L_{cable}/R_{cable}$.
14. Если электрические параметры используемого кабеля неизвестны, можно использовать следующие значения: емкость — 197 пФ/м (60 пФ/фут); индуктивность — 0,66 мкГн/м (0,20 мкГн/фут).
15. Простое электрооборудование определяется как устройство, которое не генерирует более, чем 1,5 В, 0,1 А или 25 мВт.
16. Никакие изменения контрольных установочных чертежей без утверждения органов сертификации по стандартам FM не допускаются.

16 Таблица заводских параметров по умолчанию

Общие

Параметр	Подпараметр	Значение	Единица измерения
Сигнализация	ОС	2	
	задержка	1	
	гистерезис	0	
	состояние	инверт.	
	Сбой питания	Нет	
	Сбой программы	Нет	
Очистка	Кан.В отключен	Да	
	ОС	1	
	Режим удерж.	«Hold»	
	интервал	0	
	Время очистки	0	
	задержка	0	
Удерживать выходы	гистерезис	0	
		Да	
Цифр. вход		выкл	
Блокировка		Нет	
Контроль ISM	Индикатор срока службы	Да	Сигнал Да
	Время до обслуживания	Да	Сигнал Да
	Таймер адапт. кал.	Да	Сигнал Да
	ОС	Нет	
язык		Английский	
Пароли	администратор	00000	
	оператор	00000	
Все открытые коллекторы	задержка	10	сек
	гистерезис	5	При измерении pH, mV, °C результат выводится в этих же единицах. В остальных случаях единица измерения — %.
	состояние	нормальное	
	режим удерж.	Посл. значение	
Все аналог. вых.	режим	4-20 мА	
	тип	нормальное	
	сигнал	22,0 мА	
	режим удерж.	посл. знач.	
	Демпфирование Aout 1	1 с	

pH

Параметр	Подпараметр	Значение	Единица измерения
Канал X	a	pH	pH
	b	температура	°C
	c	Нет	
	d	Нет	
Источник температуры (аналоговый датчик)		Авто	
Буфер pH		Буферные растворы Mettler-9	
Упр. дрейфом		Авто	
IP		7,0 (показание датчика ISM)	pH
STC		0,000	pH/°C
Фикс. темп. к.		Нет	
Постоянные калибровки (для аналогового датчика)	pH	S=100,0%, Z=7,000pH	
	температура	M=1,0, A=0,0	
Постоянные калибровки (для датчика ISM)		Показания датчика	
Разрешение	pH	0,01	pH
	Температура	0,1	°C
Аналоговые выходы	1	a	
	2	b	
pH	Значение 4 мА	2	pH
	значение 20 мА	12	pH
температура	Значение 4 мА	0	°C
	значение 20 мА	100	°C
Контр. точка 1	измерение	a	
	тип	выкл	
	ОС	Нет	
Контр. точка 2	измерение	b	
	Тип	выкл	
	ОС	Нет	
Сигнализация	Диагностика Rg	Да	
	Диагностика Rr	Да	

pH/pNa

Параметр	Подпараметр	Значение	Единица измерения
Канал X	a	pH	pH
	b	температура	°C
	c	Нет	
	d	Нет	
Источник температуры (аналоговый датчик)		Авто	
Буфер pH		Na ⁺ 3,9M	
Упр. дрейфом		Авто	
IP		Показания датчика	pH
STC		0,000	pH/°C
Фикс. темп. к.		Нет	
Постоянные калибровки		Показания датчика	
Разрешение	pH	0,01	pH
	Температура	0,1	°C
Аналоговые выходы	1	a	
	2	b	
pH	Значение 4 мА	2	pH
	значение 20 мА	12	pH
температура	Значение 4 мА	0	°C
	значение 20 мА	100	°C
Контр. точка 1	измерение	a	
	тип	выкл	
	ОС	Нет	
Контр. точка 2	измерение	b	
	Тип	выкл	
	ОС	Нет	
Сигнализация	Диагностика Rg	Да	

Удельное сопротивление/Электропроводность

Параметр	Подпараметр	Значение	Единица измерения
Канал X	a	Удельное сопротивление	Ω -см
	b	температура	°C
	c	Нет	
	d	Нет	
Источник температуры (аналоговый датчик)		Авто	
Компенсация		Стандартная	
Постоянные калибровки (для аналогового датчика)	Электропроводность/Удельное сопротивление	M=0,1, A=0,0	
	температура	M=1,0, A=0,0	
Постоянные калибровки (для датчика ISM)		Показания датчика	
Разрешение	Удельное сопротивление	0,01	Ω -см
	Температура	0,1	°C
Аналоговые выходы	1	a	
	2	b	
Электропроводность/Удельное сопротивление	Значение 4 мА	10	МОм-см
	Значение 20 мА	20	МОм-см
Температура	значение 4 мА	0	°C
	значение 20 мА	100	°C
Контр. точка 1	измерение	a	
	тип	выкл	
	ОС	Нет	
Контр. точка 2	измерение	b	
	Тип	выкл	
	ОС	Нет	
Сигнализация	Яч.изм. эл.пр. замкн.	Нет	
	Сухой датчик электропроводности	Нет	
	Ошибка ячейки (датчик ISM)	Нет	

17 Гарантия

Компания МЕТТЛЕР ТОЛЕДО гарантирует отсутствие существенных дефектов в материалах и готовом продукте в течение одного года с момента приобретения. Если в течение гарантийного периода возникнет необходимость в ремонте, не являющаяся следствием ненадлежащего обращения или неправильного использования продукта, сделайте возврат продукта с предоплатой транспортных расходов, и ремонт будет произведен бесплатно. Отдел сервисного обслуживания компании МЕТТЛЕР ТОЛЕДО определяет, являются ли неполадки следствием брака или ненадлежащего обращения со стороны клиента. Ремонт изделий с истекшим сроком гарантии осуществляется на основе обмена по фактической стоимости.

Данная гарантия является единственной гарантией, предоставляемой компанией МЕТТЛЕР ТОЛЕДО, и заменяет собой все прочие гарантии, явные или подразумеваемые, включая без ограничений подразумеваемые гарантии товарной пригодности и соответствия определенным целям. Компания МЕТТЛЕР ТОЛЕДО не будет нести ответственности за любые убытки, претензии, расходы или ущерб, обусловленные, связанные или вытекающие из действий или бездействия покупателя или третьей стороны, допущенные по небрежности или по любой другой причине. Ни при каких обстоятельствах компания МЕТТЛЕР ТОЛЕДО не будет нести ответственности ни по каким искам, стоимость которых превышает стоимость товара, вызвавшего претензии, независимо от того, обоснованы ли они контрактом, гарантией, обязательствами возмещения или правонарушением (включая небрежение).

18 Таблицы буферов

Трансмиттеры M400 способны автоматически распознавать буферные растворы для определения pH. В приведенных ниже таблицах перечислены стандартные буферные растворы, распознаваемые автоматически.

18.1 Стандартные значения pH буферных растворов

18.1.1 Буферные растворы Mettler-9

Темп (°C)	pH буферных растворов			
0	2.03	4.01	7.12	9.52
5	2.02	4.01	7.09	9.45
10	2.01	4.00	7.06	9.38
15	2.00	4.00	7.04	9.32
20	2.00	4.00	7.02	9.26
25	2.00	4.01	7.00	9.21
30	1.99	4.01	6.99	9.16
35	1.99	4.02	6.98	9.11
40	1.98	4.03	6.97	9.06
45	1.98	4.04	6.97	9.03
50	1.98	4.06	6.97	8.99
55	1.98	4.08	6.98	8.96
60	1.98	4.10	6.98	8.93
65	1.98	4.13	6.99	8.90
70	1.99	4.16	7.00	8.88
75	1.99	4.19	7.02	8.85
80	2.00	4.22	7.04	8.83
85	2.00	4.26	7.06	8.81
90	2.00	4.30	7.09	8.79
95	2.00	4.35	7.12	8.77

18.1.2 Буферные растворы Mettler-10

Темп (°C)	pH буферных растворов			
0	2.03	4.01	7.12	10.65
5	2.02	4.01	7.09	10.52
10	2.01	4.00	7.06	10.39
15	2.00	4.00	7.04	10.26
20	2.00	4.00	7.02	10.13
25	2.00	4.01	7.00	10.00
30	1.99	4.01	6.99	9.87
35	1.99	4.02	6.98	9.74
40	1.98	4.03	6.97	9.61
45	1.98	4.04	6.97	9.48
50	1.98	4.06	6.97	9.35
55	1.98	4.08	6.98	
60	1.98	4.10	6.98	
65	1.99	4.13	6.99	
70	1.98	4.16	7.00	
75	1.99	4.19	7.02	
80	2.00	4.22	7.04	
85	2.00	4.26	7.06	
90	2.00	4.30	7.09	
95	2.00	4.35	7.12	

18.1.3 Технические буферные растворы NIST

Темп (°C)	pH буферных растворов				
0	1.67	4.00	7.115	10.32	13.42
5	1.67	4.00	7.085	10.25	13.21
10	1.67	4.00	7.06	10.18	13.01
15	1.67	4.00	7.04	10.12	12.80
20	1.675	4.00	7.015	10.07	12.64
25	1.68	4.005	7.00	10.01	12.46
30	1.68	4.015	6.985	9.97	12.30
35	1.69	4.025	6.98	9.93	12.13
40	1.69	4.03	6.975	9.89	11.99
45	1.70	4.045	6.975	9.86	11.84
50	1.705	4.06	6.97	9.83	11.71
55	1.715	4.075	6.97		11.57
60	1.72	4.085	6.97		11.45
65	1.73	4.10	6.98		
70	1.74	4.13	6.99		
75	1.75	4.14	7.01		
80	1.765	4.16	7.03		
85	1.78	4.18	7.05		
90	1.79	4.21	7.08		
95	1.805	4.23	7.11		

18.1.4 Стандартные буферные растворы NIST (DIN и JIS 19266: 2000–01)

Темп (°C)	рН буферных растворов			
0				
5	1.668	4.004	6.950	9.392
10	1.670	4.001	6.922	9.331
15	1.672	4.001	6.900	9.277
20	1.676	4.003	6.880	9.228
25	1.680	4.008	6.865	9.184
30	1.685	4.015	6.853	9.144
37	1.694	4.028	6.841	9.095
40	1.697	4.036	6.837	9.076
45	1.704	4.049	6.834	9.046
50	1.712	4.064	6.833	9.018
55	1.715	4.075	6.834	8.985
60	1.723	4.091	6.836	8.962
70	1.743	4.126	6.845	8.921
80	1.766	4.164	6.859	8.885
90	1.792	4.205	6.877	8.850
95	1.806	4.227	6.886	8.833



ПРИМЕЧАНИЕ. Значения рН(S) для конкретных навесок вспомогательных стандартных материалов приводятся в сертификате, выданном аккредитованной лабораторией. Этот сертификат прилагается к соответствующим материалам для приготовления буферного раствора. Только эти значения рН(S) могут использоваться в качестве стандартных значений для вспомогательных материалов для приготовления буферов. Соответственно, этот стандарт не включает в себя таблицу со стандартными значениями рН для практического применения. В приведенной выше таблице представлены лишь примерные значения рН(PS) для справки.

18.1.5 Буферы Nash

Значения рН буферных растворов до 60 °C приводятся в соответствии с данными Bergmann & Beving Process AB.

Темп (°C)	рН буферных растворов		
0	4.00	7.14	10.30
5	4.00	7.10	10.23
10	4.00	7.04	10.11
15	4.00	7.04	10.11
20	4.00	7.02	10.05
25	4.01	7.00	10.00
30	4.01	6.99	9.96
35	4.02	6.98	9.92
40	4.03	6.98	9.88
45	4.05	6.98	9.85
50	4.06	6.98	9.82
55	4.07	6.98	9.79
60	4.09	6.99	9.76

18.1.6 Буферы Ciba (94)

Темп (°C)	pH буферных растворов			
0	2.04	4.00	7.10	10.30
5	2.09	4.02	7.08	10.21
10	2.07	4.00	7.05	10.14
15	2.08	4.00	7.02	10.06
20	2.09	4.01	6.98	9.99
25	2.08	4.02	6.98	9.95
30	2.06	4.00	6.96	9.89
35	2.06	4.01	6.95	9.85
40	2.07	4.02	6.94	9.81
45	2.06	4.03	6.93	9.77
50	2.06	4.04	6.93	9.73
55	2.05	4.05	6.91	9.68
60	2.08	4.10	6.93	9.66
65	2.07*	4.10*	6.92*	9.61*
70	2.07	4.11	6.92	9.57
75	2.04*	4.13*	6.92*	9.54*
80	2.02	4.15	6.93	9.52
85	2.03*	4.17*	6.95*	9.47*
90	2.04	4.20	6.97	9.43
95	2.05*	4.22*	6.99*	9.38*

* Экстраполяция

18.1.7 Буферные растворы Merck Titrisole, Riedel-de-Haën Fixanale

Темп (°C)	pH буферных растворов				
0	2.01	4.05	7.13	9.24	12.58
5	2.01	4.05	7.07	9.16	12.41
10	2.01	4.02	7.05	9.11	12.26
15	2.00	4.01	7.02	9.05	12.10
20	2.00	4.00	7.00	9.00	12.00
25	2.00	4.01	6.98	8.95	11.88
30	2.00	4.01	6.98	8.91	11.72
35	2.00	4.01	6.96	8.88	11.67
40	2.00	4.01	6.95	8.85	11.54
45	2.00	4.01	6.95	8.82	11.44
50	2.00	4.00	6.95	8.79	11.33
55	2.00	4.00	6.95	8.76	11.19
60	2.00	4.00	6.96	8.73	11.04
65	2.00	4.00	6.96	8.72	10.97
70	2.01	4.00	6.96	8.70	10.90
75	2.01	4.00	6.96	8.68	10.80
80	2.01	4.00	6.97	8.66	10.70
85	2.01	4.00	6.98	8.65	10.59
90	2.01	4.00	7.00	8.64	10.48
95	2.01	4.00	7.02	8.64	10.37

18.1.8 Буферы WTW

Темп (°C)	pH буферных растворов			
0	2.03	4.01	7.12	10.65
5	2.02	4.01	7.09	10.52
10	2.01	4.00	7.06	10.39
15	2.00	4.00	7.04	10.26
20	2.00	4.00	7.02	10.13
25	2.00	4.01	7.00	10.00
30	1.99	4.01	6.99	9.87
35	1.99	4.02	6.98	9.74
40	1.98	4.03	6.97	9.61
45	1.98	4.04	6.97	9.48
50	1.98	4.06	6.97	9.35
55	1.98	4.08	6.98	
60	1.98	4.10	6.98	
65	1.99	4.13	6.99	
70		4.16	7.00	
75		4.19	7.02	
80		4.22	7.04	
85		4.26	7.06	
90		4.30	7.09	
95		4.35	7.12	

18.1.9 Буферы JIS Z 8802

Темп (°C)	pH буферных растворов			
0	1.666	4.003	6.984	9.464
5	1.668	3.999	6.951	9.395
10	1.670	3.998	6.923	9.332
15	1.672	3.999	6.900	9.276
20	1.675	4.002	6.881	9.225
25	1.679	4.008	6.865	9.180
30	1.683	4.015	6.853	9.139
35	1.688	4.024	6.844	9.102
38	1.691	4.030	6.840	9.081
40	1.694	4.035	6.838	9.068
45	1.700	4.047	6.834	9.038
50	1.707	4.060	6.833	9.011
55	1.715	4.075	6.834	8.985
60	1.723	4.091	6.836	8.962
70	1.743	4.126	6.845	8.921
80	1.766	4.164	6.859	8.885
90	1.792	4.205	6.877	8.850
95	1.806	4.227	6.886	8.833

18.2 Буферы для pH-электродов с двойной мембраной

18.2.1 Буферы Mettler-pH/pNa (Na⁺ 3,9M)

Темп (°C)	pH буферных растворов			
0	1.98	3.99	7.01	9.51
5	1.98	3.99	7.00	9.43
10	1.99	3.99	7.00	9.36
15	1.99	3.99	6.99	9.30
20	1.99	4.00	7.00	9.25
25	2.00	4.01	7.00	9.21
30	2.00	4.02	7.01	9.18
35	2.01	4.04	7.01	9.15
40	2.01	4.05	7.02	9.12
45	2.02	4.07	7.03	9.11
50	2.02	4.09	7.04	9.10

Адреса представительств МЕТТЛЕР ТОЛЕДО
можно найти на странице:
www.mt.com/pro-MOs



Management System
certified according to
ISO 9001/ISO 14001



Возможны изменения технических характеристик.
03/2020 © МЕТТЛЕР ТОЛЕДО. Все права защищены.
Отпечатано в Швейцарии. 30 584 130 A



Меттлер-Толедо GmbH, подразделение
промышленных аналитических систем
Im Hackacker 15, CH-8902 Urdorf, Швейцария
Тел.: +41 44 729 62 11, факс: +41 44 729 66 36

www.mt.com/pro